

SCS-2025-35 VALORACIÓ DE MOSTRES

Lot: 2

Codi Equip: 1560040200

Descripció equip: Micromotor de mastoides

Proveïdor: PRIM, SA

Marca: BIEN AIR

Model: OSSEODOC

Data presentació de mostres: 28/04/2025

Temps de disposició de la mostra: 1 setmana

Compliment de les característiques obligatòries comprovables en la mostra: SI

Característiques a valorar	Descripció valoració de la mostra
Valoració de la peça de mà: ergonomia, velocitat i regulació de rotació...	La peça de mà presenta un disseny ergonòmic que s'adapta còmodament a la mà de l'usuari, afavorint una agafada ferma i natural durant tota la intervenció. A més, el sistema permet ajustar la velocitat de manera precisa i intuïtiva.
Robustesa, mantenibilitat i facilitat de neteja	L'equip està dissenyat per suportar un ús intensiu en entorns clínics. El manteniment es pot dur a terme de manera ràpida i eficient, i la facilitat per desmuntar i netejar els components contribueix a garantir unes condicions òptimes d'higiene i seguretat.
Facilitat d'ús	Ús intuïtiu, amb una configuració directa i sense complexitat. Els controls són accessibles i ben distribuïts, i la interfície clara permet gestionar totes les funcions de manera àgil, afavorint la fluïdesa durant el procediment quirúrgic.

A Girona, 5 de maig del 2025

Dr. Jordi Lluansi Panella

Cap de Servei Otorrinolaringologia ICS-IAS

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona