

SCS-2025-35 VALORACIÓ DE MOSTRES

Lot: 6

Codi Equip: 1540210100

Descripció equip: Microscopi quirúrgic per a neurocirurgia

Proveïdor: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SA

Marca: ZEISS

Model: TIVATO 700

Data presentació de mostres: 28/04/2025

Temps de disposició de la mostra: 1 setmana

Compliment de les característiques obligatòries comprovables en la mostra: SI

Característiques a valorar	Descripció valoració de la mostra
Facilitat d'ús i ergonomia	Tot i tenir una interfície senzilla i intuïtiva, queda limitat en funcionalitat. La seva ergonomia és més bàsica.
Estabilitat i robustesa	Disposa d'una estructura compacta que facilita la mobilitat dins del quiròfan, i ofereix un nivell d'estabilitat generalment correcte.
Qualitat de la imatge	Ofereix una qualitat d'imatge bona, amb una resolució i brillantor adequades.

Lot: 6

Codi Equip: 1540210100

Descripció equip: Microscopi quirúrgic per a neurocirurgia

Proveïdor: LEICA MICROSISTEMAS, SLU

Marca: LEICA

Model: ARVEO 8 EVOLVED

Data presentació de mostres: 28/04/2025

Temps de disposició de la mostra: 1 setmana

Compliment de les característiques obligatòries comprovables en la mostra: SI

Característiques a valorar	Descripció valoració de la mostra
Facilitat d'ús i ergonomia	Capçal ergonòmic i controls motoritzats de gran precisió, proporciona una ergonomia adaptada a procediments llargs i complexos.
Estabilitat i robustesa	Estructura robusta amb moviment suau i estable. Permet una col·locació precisa i segura dins de quiròfan.
Qualitat de la imatge	Imatge de molt bona qualitat. Permet veure la fluorescència fusionada amb l'anatomia en temps real

A Girona, 30 de maig del 2025

Dr. Oscar Huc Grasa

Cap de Servei de Cirurgia Plàstica

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

