



Francesc Xavier Conill Vergés, director general de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial
Hospital de Cerdanya (AECT-HC en endavant),

FAIG CONSTAR:

Que en data 29 de juliol de 2025 es va publicar al perfil de contractant de l'entitat la licitació corresponent al subministrament i manteniment de dosímetres de l'AECT-HC.

Que un cop oberta la fase de presentació de propostes s'han detectat varis errors materials en la configuració de la documentació que integra l'expedient.

Que dits errors materials són els següents:

- Codi CPV informat al quadre de característiques així com a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
- Clàusula 9 del quadre de característiques respecte a la Solvència econòmica-financera i tècnica de les empreses licitadores i clàusula 15.6 del plec de prescripcions tècniques respecte a la documentació i control del servei.
- Clàusula 5.4 del plec de prescripcions tècniques respecte a les característiques dels informes de dosis.
- Clàusula 15.2 del plec de prescripcions tècniques respecte a l'acreditació i qualificació del servei.

Que, vista la delegació efectuada per la Comissió Executiva, per mitjà de la present ACORDO:

1.- Esmenar els errors materials continguts als plecs en el sentit següent:

- a) Codi CPV informat al quadre de característiques així com a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

On diu:

Codi CPV: 33144100-4 – Dosímetres i equips de mesura de la radiació

Ha de dir:

Codi CPV: 38547000-5 – Sistemes de dosimetria

- b) Clàusula 9 del quadre de característiques respecte a la Solvència econòmica-financera i tècnica de les empreses licitadores i clàusula 15.6 del plec de prescripcions tècniques respecte a la documentació i control del servei.

Queden suprimides les referències a les normes UNE-EN 13306:2002 i UNE-EN 13460:2009, indicades a l'apartat 15.6 del PPT i a l'apartat de solvència tècnica. Aquestes normes fan referència al manteniment d'equipaments i no s'apliquen a serveis de dosimetria personal



prestats per un SDP extern.

- c) Clàusula 5.4 del plec de prescripcions tècniques respecte a les característiques dels informes de dosis.

On diu:

Cada mes de lectura, l'empresa adjudicatària generarà un informe de dosis administratives dels dosímetres no rebuts per a evitar l'assignació de dosis per pèrdua d'informació dosimètrica.

En cas d'incidències que comportin la pèrdua d'informació, l'empresa adjudicatària assignarà les dosis corresponents establertes pel CSN. Tot i això, s'ha de contemplar la possibilitat d'assignar un valor diferent al de la fracció del límit anual establert pel Consejo (2mSv/mes), amb autorització del Director de la instal·lació, sempre que estigui adequadament justificat en funció de l'activitat que hagi tingut l'usuari afectat per la pèrdua i complint allò establert pel CSN.

Ha de dir :

En cas de no recepció, deteriorament o pèrdua de dosímetre, l'empresa adjudicatària haurà d'aplicar el procediment establert a la Circular 6/23 del CSN, seguint el protocol per a estimacions especials de dosi (EED). Aquestes estimacions hauran d'estar degudament justificades tècnicament i comptar amb la validació del responsable de protecció radiològica i/o del director de la instal·lació, conforme al que estableix el marc normatiu vigent.

- d) Clàusula 15.2 del plec de prescripcions tècniques respecte a l'acreditació i qualificació del servei.

On diu:

El personal tècnic haurà de tenir formació específica en protecció radiològica i experiència demostrable en serveis de dosimetria clínica

Ha de dir:

El personal tècnic haurà de tenir formació específica en protecció radiològica i experiència demostrable en serveis de dosimetria personal, conforme als requisits establerts pel CSN per als Serveis de Dosimetria Externa

2.- Donar publicitat de l'esmena dels errors indicats al perfil de contractant de l'entitat, i procedir a l'ampliació del termini de presentació de les ofertes, finalitzant el 29 d'agost de 2025.



DOCUMENTS
TIPUS: Resolució
NOM: Resolució esmena errors_dosimetria
UNITAT: Unitat de contractació
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 935e7b1a-84e7-4b05-be79-d573ec2d490d
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2025_000000000000000000000000000008694
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0002-0140/2025
SIGNATURES
Serveis Administració Electrònica: 05/08/2025 11:34
FRANCESC XAVIER CONILL VERGES: Director General - 05/08/2025 15:03

Puigcerdà, a data de signatura electrònica

Sr. Francesc Xavier Conill Vergés
Director general de l'AECT-HC