



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPS ELECTROMÈDICS DE
LA MARCA GENERAL ELECTRIC, UBICATS A L'HOSPITAL SANT JAUME
DE CALELLA I A L'HOSPITAL COMARCAL DE BLANES, PER ENCÀRREC
DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA**



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPS ELECTROMÈDICS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

1. DESCRIPCIÓ DE L'ENS CONTRACTANT

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és una entitat sanitària de dret públic que té com a objecte la prestació de serveis sanitaris i socials a la seva població de referència de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, té la seva seu al carrer Sant Jaume 209-217 de Calella, i es dedica a la gestió dels següents centres:

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella

Hospital Comarcal de Blanes

Sociosanitari Sant Jaume de Blanes

Sociosanitari de Lloret de Mar

CAP Calella

CAP Malgrat

CAP Palafolls

CAP Lloret

CAP Dr. F Benito – El Rieral

CAP Tossa

Rehabilitació Fenals

Rehabilitació Can Xaubet-Pineda

Rehabilitació Pineda

Rehabilitació Tordera

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una entitat jurídica pública de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius, segons estableix l'art. 3 dels seus Estatuts, publicats al DOGC 3477 de data 20 de setembre de 2001.

2. OBJECTE DEL PRESENT PLEC

L'Objecte del present plec és descriure les característiques tècniques a les que s'ha d'ajustar l'empresa adjudicatària, en la prestació del servei de manteniment integral dels equips electromèdics de la marca GENERAL ELECTRIC que es descriuen a continuació, i que estan ubicats als Hospitals Sant Jaume de Calella i Hospital Comarcal de Blanes.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPS ELECTROMÈDICS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

EQUIPS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC

UBICACIÓ	TIPUS D'EQUIP	NÚM SISTEMA	EQUIP	FI GARANTÍA	COBERTURA
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ECOGRAF	MPX94706	VMD S70N R4	30-09-22	INTEGRAL
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	RX PORTATIL	MP713126	TRAVELLER MOB 32KW	03-09-20	INTEGRAL
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	ARC QUIRURGIC	MP713120	BRIVO OEC 865 SYSTEM	07-06-18	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ARC QUIRURGIC	MPX94702	BRIVO OEC 865 SYSTEM	06-06-19	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ARC QUIRURGIC	MPX94703	BRIVO OEC 865 SYSTEM	10-04-20	INTEGRAL
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	RESONANCIA	MP713129	1.5T SIGNA VOYAGER	24-05-24	POWER
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	ECOGRAF	MP713124	VMD S70 N R3 - CN	11-09-24	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	RESONANCIA	MPX94708	MR SIGNA 1.5T HD UPGRADED	06-02-07	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA	ARC QUIRURGIC	MEX68103	ARCO FLUOROSTAR	22-04-06	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	MAMOGRAF	MPX94713	PRISTINA 3D GEN 2	17-06-26	POWER
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	MAMOGRAF	MP713132	PRISTINA 3D GEN 2	17-06-26	POWER
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	ECOGRAF	MP713121	V730 EXP BT08	01-12-09	LABOR
HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA	ARC QUIRURGIC	12349599	OEC MINVIEW MAX	29-09-26	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ARC QUIRURGIC	MPX94711	OEC ONE CFD VAS25	06-08-26	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ARC QUIRURGIC	MPX94710	OEC ONE CFD VAS25	06-08-26	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	TAC	MPX94707	REVO MAXIMA 72KW LON	26-06-24	POWER
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	TAC	MP713127	REVO MAXIMA 72KW MID	18-09-24	POWER
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	SERVIDOR	MP713128	AW SERVER HT	18-09-24	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ESTACIO TREBALL MAMOGRAF	MPX94712	SENOIRIS DIAGNOSE	17-06-25	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA	ECOGRAF	MEX68100	VOLUSON E8 BT08	01-12-09	INTEGRAL
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	ECOGRAF	MP713122	LOGIQ P9 R2.5	11-09-23	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ECOGRAF	MPX94704	LOGIQ P9 R2.5	11-09-23	INTEGRAL
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	ECOGRAF	MP713125	VMD S70 N R3 - CN	11-09-24	INTEGRAL
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	ESTACIO TREBALL MAMOGRAF	MP713133	SENOIRIS DIAGNOSE	31-12-24	INTEGRAL
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES	ECOGRAF	MPX94709	VENUE GO R4 WXB	09-05-29	INTEGRAL
HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA	ECOGRAF PORTATIL	MP713116	VSCAN	17-10-15	INTEGRAL

El manteniment preventiu, i correctiu, serà d'acord amb la legislació vigent i s'ajustarà al RD 1591/09 pel qual es regulen els productes sanitaris i a la circular 3/2012 de la AEMPS.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPS ELECTROMÈDICS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

Per als equips la garantia dels quals finalitzin amb posterioritat a la formalització del contracte es tindrà en consideració el preu anual de manteniment de l'equip ofert per la licitadora, en proporció als dies que restin de l'anualitat en curs

3. FUNCIONS

L'Adjudicatari realitzarà les revisions de manteniment preventiu anuals (podrà ser una ó dues depenent de l'equip en qüestió). En aquest manteniment preventiu estarà inclosa la mà d'obra, el desplaçament i els recanvis. En aquestes revisions s'efectuarà:

- Revisió periòdica de seguretat, control de funcionament, ajustaments, calibracions i neteja d'aquells elements que pel seu disseny, ús i funció ho requereixin.
- Substitució dels elements de desgast senyalitzats pel fabricant amb la periodicitat que aquest indica.
- Comprovació funcional i ajust de paràmetres als seu valors nominals, segons protocol de revisió del fabricant.
- Reparació de les avaries que es puguin produir als aparells (substitució peces, mà d'obra, etc.)

4. FORMACIÓ

L'adjudicatari estarà contínuament valorant el nivell de formació del personal facultatiu i infermeria amb respecte a l'ús dels equips inclosos en aquest plec i en cas de detectar alguna deficiència de coneixements o qualsevol altre aspecte que es vulgui ressaltar, proposarà un calendari de formació en el centre. Totes les accions formatives aniran a càrrec de l'adjudicatari.

5. AVISOS

A més a més de les visites de manteniment preventiu, el servei tècnic de l'empresa mantenidora, atendrà les trucades fora de les esmentades visites, a causa d'avaría d'equips. En aquests casos s'inclou en el preu del contracte les despeses de desplaçaments, mà d'obra i peces de recanvi necessàries.

6.-COMPROMISOS

A la signatura del contracte ambdues empreses es comprometen als següents punts:



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPS ELECTROMÈDICS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

- La CSMS podrà proposar les modificacions que cregui necessàries en el programa de manteniment aplicat, així com supervisar el treball que es realitzi de la manera que cregui oportú i sense limitacions.
- La CSMS i l'adjudicatari es comprometen a elaborar un informe anual d'activitats dels equips del contracte, tant de les realitzades pel personal tècnic com les resoltes pel personal de la CSMS.
- La CSMS i l'adjudicatari es comprometen a mantenir una reunió anual amb l'objectiu d'analitzar els informes d'activitat de tots dos per tal d'aconseguir un millor rendiment en la col·laboració posterior.
- Adjunt a les factures mensuals l'empresa mantenidora remetrà a la CSMS els comprovants de pagament dels TC 2.
- Informar i adequar, dins del possible, els equips a noves normatives.

7. TRASLLAT DELS EQUIPS

En el cas que la naturalesa de la reparació així ho aconselli, l'empresa mantenidora podrà sol·licitar el trasllat dels equips als seus tallers per a procedir amb la seva reparació o posada en marxa. Les despeses d'assegurances i transport correran a càrrec de la mateixa.

Aquest trasllat ho haurà de realitzar una empresa autoritzada legalment per realitzar desplaçaments d'equips de radiodiagnòstic.

8. SERVEI TÈCNIC-

- TEMPS DE RESPOSTA

La presència física del Servei Tècnic de l'empresa mantenidora en el cas d'avaries, no serà superior a 5 hores laborables, comptades a partir de la recepció de l'avís d'avaría en el servei tècnic de l'empresa mantenidora. El temps de resposta que inclou la reparació de l'avaría, serà com a màxim de 24 hores, igualment comptats a partir de la recepció de l'avís. S'analitzaran conjuntament les circumstàncies especials que succeeixin en el cas que el temps de resposta sigui superior.

- PECES DE RECANVI

Es valorarà positivament els temps de resposta en reposició de peces de recanvis per tal d'esmenar les avaries en el mínim temps possible.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPS ELECTROMÈDICS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

- EQUIPS DE PRESTEC

Es valorarà positivament la cessió temporal d'aparellatge, quan l'avaria no es pugui solucionar en menys de 48 hores. Fins que duri la reparació i comprovació del correcte funcionament del mateix. Aquest servei serà sense cost.

- COMPROVACIÓ SERVEI TÈCNIC

Després de cada intervenció tant preventiva com correctiva, la persona responsable del servei haurà de comprovar, en presència dels tècnics, el bon funcionament de l'equip per donar la seva conformitat. Els tècnics de l'empresa mantenidora hauran d'entregar a l'esmentada persona i a la Cap de SSGG de la CSMS un informe i full de treball en el que hi haurà de constar:

a) Per al manteniment preventiu:

- Que s'hagin complert totes i cadascuna de les intervencions preventives programades.
- Les hores d'inici i finalització dels treballs.
- Els recanvis o peces que s'han empleat.
- La confirmació explícita de que es considera que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i sobretot de seguretat.
- I qualsevol observació o recomanació que es consideri oportú.

b) Per a intervencions correctives:

- El diagnòstic de l'avaria i la causa estimada.
- La descripció de la reparació efectuada.
- Les hores d'inici i finalització de la feina.
- Els recanvis o peces que s'han utilitzat a la reparació.
- La confirmació explícita de que es considera que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i sobretot de seguretat.
- I si l'avaria no ha estat fortuïta, les mesures que es recomanen per evitar la seva repetició.

En ambdós casos, el full de treball servirà d'albarà justificant de la realització de la mateixa.

9. AVARIES PRODUÏDES PER ACCIDENTS O ALTRES

Les avaries produïdes per accidents, mal ús ó desconeixement d'ús no estan incloses al contracte. Degut a això, l'adjudicatari haurà de proporcionar al centre un pressupost de reparació previ indicant amb detall el preu dels materials, mà d'obra i desplaçaments. També



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPS ELECTROMÈDICS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

inclourà un informe detallat justificant els motius de l'avaria on seran clars, concisos i totalment justificats els condicionants de l'avaria per tal que la CSMS pugui prendre la decisió d'acceptar el pressupost.

Els informes de mal ús d'aparells que la CSMS consideri poc justificats no seran acceptats i l'adjudicatari caldrà que els inclogui en el contracte de reparació de l'esmentada avaria.

10. RESPONSABILITAT CIVIL

La responsabilitat civil derivada dels treballs de manteniment i reparacions efectuades per l'empresa mantenidora, serà coberta mitjançant pòlissa subscrita amb companyia d'assegurances adequada i amb la quantia legalment establerta.

11. TASQUES FORA CONTRACTE

La CSMS haurà d'autoritzar prèviament i per escrit qualsevol tipus de treball que es pugués fer fora de contracte i susceptible de ser facturat per l'empresa adjudicatària, i per això, es requerirà el corresponent pressupost previ. Independentment, l'empresa adjudicatària donarà servei provisional fins a la reparació definitiva.

12. RELACIÓ DE TREBALLADORS

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar a la CSMS la relació nominal dels treballadors que vagin a realitzar els serveis que es contracten, així com totes les variacions laborals que es produeixin en l'esmentat personal, detallant les causes d'aquelles variacions, quant s'ha produït i les circumstàncies dels fets que les van motivar, a l'objectiu de proveir-los de les autoritzacions necessàries per accedir als llocs de treball. En el cas que es produeixin acomiadaments, es recolliran les esmentades autoritzacions per par del contractista per tal de retornar-les a l'administració de la CSMS.

El personal adscrit a aquest contracte d'acord a la legislació laboral i social vigents., en cap cas la CSMS serà responsable de les obligacions laborals i legals d'aquest personal si no que ho serà l'empresa adjudicatària.

13. OFERTA ECONÒMICA

El licitador haurà de presentar la seva oferta econòmica, segons l'annex adjunt, i reflectirà a la taula de preus, el valor anual de la cobertura de manteniment per cada equip adscrit a aquest contracte.

El pagament es realitzarà amb fraccions mensuals.