

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101443232/25/PSS

CA-PSS-S-78-25

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101443232/25/PSS

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA (complementari 2)

1 / 4



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C8KXIICHZF9QID8Y5YTDKD4B7MEJYJ9

Data creació còpia:
11/08/2025 11:15:03

Pàgina 1 de 4

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101443232/25/PSS

CA-PSS-S-78-25

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.
- Es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'aquest concurs són els següents:

2.1 Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots i/o articles.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2.2. Puntuació tècnica

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, s'aplicaran criteris objectius.
- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració objectius són els que s'indiquen a continuació:



Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101443232/25/PSS

CA-PSS-S-78-25

Lot 1 Dispositius intrauterins

En aquest lot, la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.

Concepte	Criteri	Puntuació
Criteris objectius	1.- Eficàcia Aquest criteri puntuarà que el mètode anticonceptiu demostrï una eficàcia superior al 99%, confirmada mitjançant estudis clínics publicats en revistes científiques de reconegut prestigi, indexades en els quartils Q1 o Q2. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	2.- Biocompatibilitat Aquest criteri puntuarà que disposi d'una estructura plàstica biocompatible i flexible, que permeti una adaptació anatòmica òptima a la cavitat uterina i minimitzi el risc de reaccions adverses locals o sistèmiques. S'haurà de presentar la ISO 10993 (2018/2021) o equivalent. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	3.-Vida útil Es valorarà, el proveïdor que presenti un dispositiu intrauterí, el període durant el qual, manté la seva eficàcia anticonceptiva, la seva biocompatibilitat i la integritat estructural sense necessitat de substitució. S'haurà de presentar una declaració oficial del fabricant sobre la durada funcional del DIU (en anys), validada per estudis clínics i normatives reguladores. <ul style="list-style-type: none">- El dispositiu que tingui més de 5 anys de vida útil es puntuarà amb 10 punts.- El dispositiu que tingui 5 anys de vida útil es puntuarà amb 5 punts.- El dispositiu que tingui menys de 5 anys de vida útil es puntuarà amb 0 punts. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Justificació criteris objectius

La inclusió de criteris específics per a la selecció de dispositius intrauterins (DIU) respon a la necessitat d'assegurar que els productes incorporats en la pràctica clínica compleixin amb els estàndards més exigents de qualitat, eficàcia i seguretat.

La eficàcia dels dispositius intrauterins respon a criteris de qualitat assistencial, seguretat de la usuària i eficiència sanitària, atès que els mètodes amb elevada eficàcia:

- Minimitzen el risc d'embarassos no planificats.
- Optimitzen els recursos públics.
- Reforcen la confiança en les polítiques de salut sexual i reproductiva.

3 / 4



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C8KXIICHZF9QID8Y5YTDKD4B7MEJYJ9

Data creació còpia:
11/08/2025 11:15:03

Pàgina 3 de 4

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101443232/25/PSS

CA-PSS-S-78-25

L'avaluació de la vida útil del DIU es considera un criteri objectiu que incideix en el cost-eficàcia del producte. Una durada funcional més llarga implica menys intervencions, menor impacte ambiental i major satisfacció per part de la usuària. Això afavoreix la selecció de productes amb un millor perfil clínic i econòmic.

L'establiment del criteri de biocompatibilitat amb estructura plàstica flexible respon a la necessitat de garantir la seguretat, tolerància i confort dels dispositius intrauterins (DIU) utilitzats en pràctiques clíniques. L'estructura plàstica flexible permet una millor adaptació anatòmica a la cavitat uterina, minimitzant riscos com la perforació, el dolor o l'expulsió involuntària, i assegurant una inserció menys traumàtica.

4 / 4



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C8KXIICHZF9QID8Y5YTDKD4B7MEJYJ9

Data creació còpia:
11/08/2025 11:15:03

Pàgina 4 de 4