

LOT 1. MALLES CONTACTE AMB VÍSCERES PER CIRURGIA OBERTA I LAPAROSCÒPICA

Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya		LICITADOR	CARDIOLINK S.L.		MCA MEDICAL SOLUTIONS		MEDTRONIC IBÉRICA S.A.	
		REFERÈNCIA	107-IP071015F1/107-IP071520F1/		PCMC1-031114/PCMC1-051419/PCMC1-052030		PPDS1510/PPDS2015/PPDS3020	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9	NO COMPLIMENT ANNEX TÈCNIC: - ES REQUEREIX PVDF I POLIPROPILÈ I PRESENTEN MONOFILAMENT DE POLIPROPILÈ I CAPA DE PEL·LICULA DE POLIPROPILÈ TRANSPARENT, NO ÉS PVDF		NO COMPLIMENT ANNEX TÈCNIC: - ES REQUEREIX PVDF I POLIPROPILÈ I PRESENTEN COPOLIMER SINTÈTIC ABSORBIBLE DE GLICÒLIC,CAPROLACTONA,CARBONATA I LACTIDA. NO ÉS PVDF - ES REQUEREIX NO ABSORBIBLE I PRESENTEN UNA CAPA ABSORBIBLE	
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfilí o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	9	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9				
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcta i eficient pel cirurgia, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment	9	TÉ MARQUES IDENTIFICATIVES	9				
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui mínima contracció important per reduir la tensió addicional als teixits circundants i evitar adherències i dolor post-operatori	9	NO TÉ CONTRACCIÓ PEL QUE NO HI HA TENSIÓ ALS TEIXITS	9				
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	9	BONA MEMÒRIA, LA MALLA ES DESPLEGA CORRECTAMENT I TORNA A LA SEVA FORMA ORIGINAL	9				
PUNTUACIÓ TOTAL		45		45,00	EXCLÒS		EXCLÒS	
Dr.Jaume Comas Isus			Dr. Ion Lupu					
Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l’Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí			Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig					

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d’interès

LOT 2. MALLES DE POLIPROPILE` SENSE CONTACTE AMB VÍSCERES

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya		LICITADOR	MBA INCORPORADO S.L		PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INT		MEDTRONIC IBERICA S.A	
		REFERÈNCIA	SMH2-061110-S/SMH2-101510-S/SMH2-151510-S/SMH2-303005-S		M 02 150 01 050100/M 02 150 01 075150/M 02 150 01 150150/M 02 150 01 300300		PPM1106/PPM1508/PPM1515/PPM3030	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	NO COMPLIMENT ANNEX TÈCNIC: - ES REQUEREIX AL CODI 15533 MIDA 7,5X15CM (± 1 cm) I PRESENTEN 10X15CM		LA MALLA TÉ MES RIGIDESA I AL TENIR EL PORUS MES PETIT COSTA MES DE FIXAR AMB ELS SISTEMES DE FIXACIÓ DE L'HOSPITALMES RIGIDA	4	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui, per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	9			ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcte i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment	9			NO TENEN MARCA IDENTIFICATIVA	0	NO TENEN MARCA IDENTIFICATIVA	0
	Es valora amb un màxim de 9 punts, l'elasticitat de la malla, important que la malla tingui l'elasticitat addient perquè es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries i la sensació de rigidesa o cos estrany	9			TÉ MENYS ELASTICITAT DEGUT A QUE AL TENIR EL PORUS MOLT PETIT ÉS MES DENSA	3	LA MALLA TÉ L'ELASTICITAT ADDIENT, PEL QUE S'ADAPTA AL TEIXIT CORRECTAMENT	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui baixa memòria, important perquè no intenta tornar a la seva forma original un cop es col·loca, reduint el risc que es mogui un cop fixada i evitant la pressió als teixits circundants intentant tornar a la seva forma original i assegurant la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	9			TÉ MES MEMÒRIA, TORNA FACILMENT A LA SEVA FORMA ORIGINAL AL TENIR EL PORUS MES PETIT I SER MES DENSA, PEL QUE FA MES PRESSIÓ UN COP COL·LOCADA AL TEIXIT AL INTENTAR ESTIRAR-SE	3	TÉ POCA MEMÒRIA I NO TORNA FACILMENT A LA SEVA FORMA ORIGINAL	9
PUNTUACIÓ TOTAL		45	EXCLÒS		EXCLÒS NO ARRIBA A PUNTUACIÓ MINIMA DE 23 PUNTS	19,00		36,00

Dr.Jaume Comas Isus	Dr. Ion Lupu
Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l’Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí	Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d’interès

LOT 3. MALLES HIBRIDES TRILAMINARS

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 21 punts sobre el màxim de 40 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

		LICITADOR	WL GORE Y ASOCIADOS S.L	
		REFERÈNCIA	GKFV1520E/GKWR2030E	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui resistència per grans defectes e IMC (obesos), important per evitar possibles esquinçaments i que pugui soportar el pes de forma uniforme sense comprometre la integritat de la malla i lesions greus al pacient	10	ÉS MOLT RESISTENT, SOPORTA EL PES CORRECTAMENT PER GRANS DEFECTES E IMC	10
	Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	10	BONA MEMÒRIA, LA MALLA ES DESPLEGA CORRECTAMENT I TORNA A LA SEVA FORMA ORIGINAL	10
	Es valora amb un màxim de 10 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	10	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	10
	Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	10	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	10
PUNTUACIÓ TOTAL		40		40,00

Dr. Jaume Comas Isus

Dr. Ion Lupu

Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí

Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig

LOT 4. TAP MALLA PER TANCAMENT ORIFICI TRÒCARS O REPARACIÓ HÈRNIES

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 30 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya		LICITADOR	MEDICAL CAÑADA S.L.	
		REFERÈNCIA	026-2529/026-2530	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de fixació del tap a l'orifici disposant d'un dispositiu fixador o similar, important ja que garanteix l'estabilitat i la correcta col·locació, reduint el risc de desplaçament.	10	MOLT FÀCIL DE FIXAR AMB ELS DISPOSITIUS ACTUALS QUE DISPOSA L'HOSPITAL	10
	Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat d'introducció pel tròcar, important que no costi l'entrada i així evitar que el cirurgià faci pressió durant la intervenció minimitzant trauma als teixits circumdants.	10	ENTRA FÀCILMENT PEL TRÒCAR SENSE QUE ES QUEDI BLOQUEJAT	10
	Es valora amb un màxim de 10 punts, que el tap tingui memòria, important per un correcte desplegament recuperant la forma original i que cobreixi de forma uniforme la zona afectada	10	BONA MEMÒRIA, ES DESPLEGA CORRECTAMENT I TORNA A LA SEVA FORMA ORIGINAL	10
PUNTUACIÓ TOTAL		30		30,00

<i>Dr. Jaume Comas Isus</i> <i>Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí</i>	<i>Dr. Ion Lupu</i> <i>Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig</i>
---	--

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

LOT 5. MALLES HERNIA INGUINAL RECIDIVADA

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya		LICITADOR	BECTON DICKINSON S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
		REFERÈNCIA	115410/115411		DXT1310AR/DXT1510AR	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9	NO COMPLIMENT ANNEX TÈCNIC: - ES REQUEREIX AL CODI 15539 MIDA 8,6X14,2CM (± 1 cm) I PRESENTEN 13X10CM	
	Es valora amb un màxim de 9 punts la precisió i rapidesa de la col·locació de la malla amb la presència de butxaca o dispositiu a la malla, per tal de facilitar al cirurgià la col·locació, evitant riscos de mobilitat de la malla	9	LA MALLA TÉ UNA BUTXACA QUE FA QUE SIGUI MES FÀCIL LA COL·LOCACIÓ	9		
	Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia	9	LA MALLA QUEDA BEN FIXADA ALS TEIXITS I NO ES MOU	9		
	Es valora amb un màxim de 9 punts, la flexibilitat de la malla, que s'enrolli bé, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries	9	LA MALLA S'ENROLLA FACILMENT, TÉ FLEXIBILITAT ADEQUADA I S'ADAPTA MOLT BÉ ALS TEIXITS	9		
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	9	BONA MEMÒRIA, LA MALLA ES DESPLEGA CORRECTAMENT I TORNA A LA SEVA FORMA ORIGINAL	9		
PUNTUACIÓ TOTAL		45		45,00	EXCLÒS	

<i>Dr.Jaume Comas Isus</i>	<i>Dr. Ion Lupu</i>
<i>Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despi</i>	<i>Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig</i>

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

LOT 6. MALLES HERNIA INGUINAL LAPAROSCÒPIA
PREFORMADES

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 16 punts sobre el màxim de 30 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya										
		LICITADOR	B.BRAUN SURGICAL S.A.		BECTON DICKINSON S.A.		CARDIOLINK S.L		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
		REFERÈNCIA	SMH21115MB/SMH21216MB		0115311 / 0115321///0115312 / 0115322		107-PV131015F1/107-PV131217F1		DXT1510AR/DXT1612AL	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS ELS CODIS	Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	10	LA MALLA TÉ MES RIGIDESA I COSTA MES DE FIXAR AMB ELS SISTEMES DE FIXACIÓ DE L'HOSPITAL	4	LA MALLA TÉ MES RIGIDESA I COSTA MES DE FIXAR AMB ELS SISTEMES DE FIXACIÓ DE L'HOSPITAL	4	LA MALLA TÉ MES RIGIDESA I COSTA MES DE FIXAR AMB ELS SISTEMES DE FIXACIÓ DE L'HOSPITAL	4	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	10
	Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcta i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment	10	NO TÉ MARQUES ORIENTATIVES	0	TÈ MARCA ORIENTATIVA DE COL·LOCACIÓ	10	TÈ MARCA ORIENTATIVA DE COL·LOCACIÓ	10	TÈ MARCA ORIENTATIVA DE COL·LOCACIÓ	10
	Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	10	TÉ POCA MEMÒRIA, AL NO TENIR VORA AL VOLTANT QUEDA UNA MES ARRUGADA I NO TORNA FÀCILMENT A LA SEVA FORMA ORIGINAL	4	TÉ MOLT BONA MEMÒRIA DEGUT A QUE TÉ UNA VORA AL VOLTANT DE LA MALLA QUE FA QUE TORNI A LA SEVA FORMA ORIGINAL	10	TÉ POCA MEMÒRIA, AL NO TENIR VORA AL VOLTANT QUEDA MES ARRUGADA I NO TORNA FÀCILMENT A LA SEVA FORMA ORIGINAL	4	TÉ MOLT BONA MEMÒRIA DEGUT A QUE TÉ UNA VORA AL VOLTANT DE LA MALLA QUE FA QUE TORNI A LA SEVA FORMA ORIGINAL	10
PUNTUACIÓ TOTAL		30	EXCLÒS NO ARRIBA A PUNTUACIÓ MINIMA DE 16 PUNTS	8,00		24,00		18,00		30,00
Dr.Jaume Comas Isus			Dr. Ion Lupu							
Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l’Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí			Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig							

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

LOT 7. MALLES POLIPROPILÈ TITANITZAT

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya		LICITADOR	MEDICAL CAÑADA S.L.		PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INT	
		REFERÈNCIA	026-2030/026-2016/026-2073		MFP 221/MFP 231/MFP 241	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9	LA MALLA NO TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA, MOLT FLEXIBLE PEL COSTA QUE PENETRI I ES FIXI BÉ AL TEIXIT	5
	Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia	9	LA MALLA QUEDA BEN FIXADA ALS TEIXITS I NO ES MOU	9	COSTA MES DE FIXAR AMB ELS SISTEMA FIXACIÓ ACTUALS AL TENIR EL PORUS MES GRAN	4
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	9	TÉ POCA MEMÒRIA, TRIGA MES EN DESPLEGAR-SE	5	NO TÉ MEMÒRIA, NO ES DESPLEGA PEL QUE COSTA DE MANIPULAR	0
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfilí o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	9	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9	ES DESFILA UNA MICA DEGUT A TENIR EL PORUS MES GRAN	5
	Es valora amb un màxim de 9 punts, la flexibilitat de la malla, que s'enrolli bé, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries	9	LA MALLA S'ENROLLA FACILMENT, TÉ FLEXIBILITAT ADEQUADA I S'ADAPTA MOLT BÉ ALS TEIXITS	9	LA MALLA S'ENROLLA FACILMENT, TÉ FLEXIBILITAT ADEQUADA I S'ADAPTA MOLT BÉ ALS TEIXITS	9
PUNTUACIÓ TOTAL		45		41,00		23,00

<i>Dr.Jaume Comas Isus</i>	<i>Dr. Ion Lupu</i>
<i>Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l’Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí</i>	<i>Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig</i>

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d’interès

LOT 8. MALLES BIOABSORBIBLES PER A REFORÇAMENT TISULAR

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9	LA MALLA ES MASSA RIGIDA AL SER COM UN FELTRE PEL QUE COSTA QUE PENETRI CORRECTAMENT I NO ES FIXI BÉ	4
	Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia	9	LA MALLA QUEDA BEN FIXADA ALS TEIXITS I NO ES MOU	9	LA MALLA ÉS COM UN FELTRE I COSTA MOLT DE FIXAR I PERFORAR	4
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	9	TÉ POCA MEMÒRIA, TRIGA MES EN DESPLEGAR-SE	5	TÉ POCA MEMÒRIA, TRIGA MES EN DESPLEGAR-SE	5
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	9	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9	AL RETALLAR I ESTIRAR ES TRENCA	0
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla tingui una certa rigidesa perquè mantingui la seva forma per l'adaptació i pugui fer el reforç necessari al teixit	9	MANTÉ LA SEVA FORMA FENT EL REFORÇ NECESSARI AL TEIXIT	9	MANTÉ LA SEVA FORMA FENT EL REFORÇ NECESSARI AL TEIXIT	9
PUNTUACIÓ TOTAL		45		41,00	EXCLÓS NO ARRIBA A PUNTUACIÓ MINIMA DE 23 PUNTS	22,00
Dr.Jaume Comas Isus			Dr. Ion Lupu			
Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l''Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí			Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig			

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

LOT 9. MALLA POLIPROPILÈ BAIXA DENSITAT GRAN

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
42319	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfilí o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	9	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcta i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment	9	TÉ MARQUES ORIENTATIVES DE COL·LOCACIÓ	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, l'elasticitat de la malla, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries i la sensació de rigidesa o cos estrany	9	LA MALLA TÉ L'ELASTICITAT ADEQUADA, PEL QUE S'ADAPTA AL TEIXIT CORRECTAMENT	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui baixa memòria, important perquè no intenta tornar a la seva forma original un cop es col·loca, reduint el risc que es mogui un cop fixada i evitant la pressió als teixits circundants intentant tornar a la seva forma original i assegurant la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	9	TÉ POCA MEMÒRIA I NO TORNA FACILMENT A LA SEVA FORMA ORIGINAL	9
PUNTUACIÓ TOTAL		45		45,00

Dr. Jaume Comas Isus

Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despi

Dr. Ion Lupu

Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

LOT 10. MALLES PROFILAXIS I REPARACIÓ HÈRNIES PARAESTOMALS

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya		LICITADOR	CARDIOLINK S.L.	
		REFERÈNCIA	107-IP070316F1/107-IP070225F1/107-IP070215F1/107-IP103316F1	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS ELS CODIS	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia	9	LA MALLA QUEDA BEN FIXADA ALS TEIXITS I NO ES MOU	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	9	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de manipulació de la malla disposant de forat tipus xemeneia o embut i tridimensional important perquè es pot dirigir a la cavitat abdominal i assegura la integració de l'estoma a l'embut sense augmentar el risc de penetració	9	DISPOSA DE UN FORAT QUE ÉS COM UN EMBUT QUE FACILITA LA MANIPULACIÓ DE LA MALLA	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, la flexibilitat de la malla, que s'enrolli bé, important perquè la malla es pugui adaptar al teixit abdominal, i als moviments i canvis del cos de forma natural reduint les complicacions post-operatòries	9	LA MALLA S'ENROLLA FACILMENT, TÉ FLEXIBILITAT ADEQUADA I S'ADAPTA MOLT BÉ ALS TEIXITS	9
PUNTUACIÓ TOTAL		45		45,00

Dr.Jaume Comas Isus

Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despi

Dr. Ion Lupu

Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

LOT 11. MALLES CONTACTE AMB VÍSCERES PER CIRURGIA OBERTA PER SUBSTITUCIÓ PARET ABDOMINAL

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 21 punts sobre el màxim de 40 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya		LICITADOR	BECTON DICKINSON S.A.		MEDTRONIC IBERICA S.A.	
		REFERÈNCIA	5954680G/5954113G		PPDS2015/PPDS3020	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 10 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	10	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	10	LA MALLA TÉ MES RIGIDESA I COSTA MES DE FIXAR AMB ELS SISTEMES DE FIXACIÓ DE L'HOSPITAL	4
	Es valora amb un màxim de 10 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	10	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	10	ES DESFILA UNA MICA DEGUT A TENIR EL PORUS MES GRAN	5
	Es valora amb un màxim de 10 punts la seguretat de fixació de la malla, important perquè quedi ben fixada a la pared abdominal i no s'hagi de tornar a fixar, minimitzant les complicacions post-operatòries com el risc de recurrència de la hèrnia	10	LA MALLA QUEDA BEN FIXADA ALS TEIXITS I NO ES MOU	10	COSTA BASTANT FIXAR AMB ELS SISTEMA FIXACIÓ ACTUALS AL TENIR EL PORUS MES GRAN	3
	Es valora amb un màxim de 10 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	10	BONA MEMÒRIA, LA MALLA ES DESPLEGA CORRECTAMENT I TORNA A LA SEVA FORMA ORIGINAL	10	TÉ POCA MEMÒRIA, TRIGA MES EN DESPLEGAR-SE	5
PUNTUACIÓ TOTAL		40		40,00	EXCLÒS NO ARRIBA A PUNTUACIÓ MINIMA DE 21 PUNTS	17,00
Dr.Jaume Comas Isus			Dr. Ion Lupu			
Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí			Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig			

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

LOT 12. MALLES POLIÈSTER AUTOADHESIVES

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en els implants, imprescindible per a preservar la seguretat a llarg termini en la qualitat de vida del pacient, reduir riscos i evitar complicacions durant la implantació i en el post-operatori, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts sobre el màxim de 45 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

		LICITADOR	MEDTRONIC IBERICA S.A.	
		REFERÈNCIA	TEM1515G/TEM3015G	
Codis material	Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	Puntuació màxima	OBSERVACIONS	PUNTUACIÓ
TOTS EL CODIS	Es valora amb un màxim de 9 punts la facilitat de penetració de la malla al teixit amb els sistemes de fixació traumàtics i atraumàtics, ja que és important que la malla no sigui molt rígida o gruixuda, perquè es pugui fixar sense fer pressió a la paret abdominal del pacient minimitzant riscos postoperatoris	9	LA MALLA TÉ LA RIGIDESA ADEQUADA PEL QUE PENETRA I ES FIXA BÉ AL TEIXIT	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts que la malla sigui retallable sense perdre les propietats de la malla i sense que es desfili o es trenqui per no deixar restes adherits, important per poder ajustar la malla de forma precisa a la anatomia i necessitats específiques de cada pacient	9	ES RETALLA FACILMENT , NO ES TRENCA NI ES DESFILA	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla disposi de marques o sistemes identificatius que siguin clars i visibles, important per assegurar una col·locació correcta i eficient pel cirurgià, contribuint a la seguretat del pacient i eficàcia del procediment	9	NO TÉ MARQUES ORIENTATIVES	0
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui mínima contracció important per reduir la tensió addicional als teixits circundants i evitar adherències i dolor post-operatori	9	NO TÉ CONTRACCIÓ PEL QUE NO HI HA TENSÍO ALS TEIXITS	9
	Es valora amb un màxim de 9 punts, que la malla tingui memòria, important perquè es desplegui correctament, mantenint la seva forma original un cop sigui manipulada o comprimida durant la cirurgia, per assegurar la cobertura òptima i una distribució uniforme de la malla a la zona afectada.	9	BONA MEMÒRIA, LA MALLA ES DESPLEGA CORRECTAMENT I TORNA A LA SEVA FORMA ORIGINAL	9
PUNTUACIÓ TOTAL		45		36,00

Dr. Jaume Comas Isus

Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despi

Dr. Ion Lupu

Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès