

## **CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA PONDERACIÓ DE LES OFERTES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DIVERS PER AL SERVEI D'ENDOSCÒPIES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA**

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

### **Lot 1 – Taules quirúrgiques radiotransparents**

#### **Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts):**

##### **1- Preu (fins a 55 punts)**

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, i ha d'incloure, si escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA, que s'haurà d'indicar per separat).

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (55 punts) i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \left( \frac{1}{1.55} \right) \right] \cdot 55$$

On:

*P<sub>v</sub>*: Puntuació oferta valorada

*O<sub>v</sub>*: Preu oferta a valorar (sense IVA)

*O<sub>m</sub>*: Preu millor oferta (sense IVA)

*IL*: Import de licitació (sense IVA)

##### **2- Ampliació de la garantia fins a un període total de 5 anys (fins a 10 punts).**

Es valorarà de la següent manera:

- Ampliació de la garantia en 1 any (3 anys en total): 2 punts
- Ampliació de la garantia en 2 anys (4 anys en total): 5 punts
- Ampliació de la garantia en 3 anys (5 anys en total): 10 punts
- Altres: 0 punts

No es valoraran ampliacions de períodes inferiors a 1 any.

##### **3- Pes màxim que pot suportar la taula en la posició més desfavorable respecte la columna (fins a 5 punts)**

Pes màxim que pot suportar la taula en Kg. Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa

$$P_V = \frac{O_m}{O_v} \times 5$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Pes màxim que pot suportar la taula màxim (en Kg)*

*Om: Pes màxim que pot suportar la taula a valorar (en Kg)*

**4- Major superfície radiotransparent disponible. Dimensions total del taulell (fins a 5 punts)**

Pes màxim que pot suportar la taula en Kg. Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa

$$P_V = \frac{O_m}{O_v} \times 5$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Superfície radiotransparent de la taula màxima (en cm<sup>2</sup>)*

*Om: Superfície radiotransparent de la taula a valorar (en cm<sup>2</sup>)*

**5- Major rang de moviment vertical que permeti la taula (fins a 5 punts)**

Rang de moviment vertical (en cm). Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa

$$P_V = \frac{O_m}{O_v} \times 5$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Rang de moviment vertical màxima (en cm)*

*Om: Rang de moviment vertical de la taula a valorar (en cm)*

**6- Major rang de moviment longitudinal que permeti la taula (fins a 5 punts)**

Rang de moviment longitudinal (en cm). Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa

$$P_V = \frac{O_m}{O_v} \times 5$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Rang de moviment longitudinal màxima (en cm)*

*Om: Rang de moviment longitudinal de la taula a valorar (en cm)*

**7- Capacitat de realitzar Trendelenburg / Antitrendelenburg superior a la sol·licitada. Especificar rang màxim (fins a 5 punts)**

Rang de moviment Trendelenburg / Antitrendelenburg (en °). Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa

$$P_V = \frac{O_m}{O_v} \times 5$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Rang de moviment Trendelenburg / Antitrendelenburg de la taula màxim (en °)*

*Om: Rang de moviment Trendelenburg / Antitrendelenburg de la taula a valorar (en °)*

**8- Capacitat de realitzar angulació lateral superior a la sol·licitada. Especificar rang màxim (fins a 5 punts)**

*Rang d'angulació lateral total (en °). Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa*

$$P_V = \frac{O_m}{O_v} \times 5$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Rang d'angulació lateral de la taula màxim (en °)*

*Om: Rang d'angulació lateral de la taula a valorar (en °)*

**9- Incloure dues faldilles plomades que es puguin suportar a la taula per a reduir la dosi de radiació que rep el professional. (fins a 5 punt)**

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 5 punts
- No compleix: 0 punts