

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA PONDERACIÓ DE LES OFERTES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DIVERS PER AL SERVEI D'ENDOSCÒPIES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

Lot 2 – Estacions d'anestèsia

Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts):

1- Preu (fins a 44 punts)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, i ha d'incloure, si escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA, que s'haurà d'indicar per separat).

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (44 punts) i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{1.44} \right) \right] \cdot 44$$

On:

P_v: Puntuació oferta valorada

O_v: Preu oferta a valorar (sense IVA)

O_m: Preu millor oferta (sense IVA)

IL: Import de licitació (sense IVA)

2- Ampliació de la garantia fins a un període total de 5 anys (fins a 10 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Ampliació de la garantia en 1 any (3 anys en total): 2 punts
- Ampliació de la garantia en 2 anys (4 anys en total): 5 punts
- Ampliació de la garantia en 3 anys (5 anys en total): 10 punts
- Altres: 0 punts

No es valoraran ampliacions de períodes inferiors a 1 any.

3- Es valorarà una solució simple basada en concertina (fins a 3 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 3 punts
- No compleix: 0 punts

4- L'equip incorpora indicació mediambiental de mostrar les emissions d'agents anestèsics en termes de Kg de CO₂ equivalents (fins a 3 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 3 punts
- No compleix: 0 punts

5- Control d'entrada de la cal sodada. Es valorarà que només tingui una posició d'entrada, evitant que es pugui col·locar al revés (fins a 4 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 4 punts
- No compleix: 0 punts

6- Dimensions de l'equip. Es valorarà petjada mínima (en cm²) (fins a 6 punts)

Petjada en cm² de la màquina d'anestèsia. Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa

$$P_v = \frac{O_m}{O_v} \times 6$$

On:

P_v: Puntuació oferta valorada

O_v: Petjada de l'equip a valorar (en cm²)

O_m: Petjada de l'equip mínima (en cm²)

7 L'equip permet la monitorització de gasos anestèsics i espirometria de pacient en un únic mòdul en boca de pacient (fins a 3 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 3 punts
- No compleix: 0 punts

8- Es valorarà una solució simple amb poca electrònica i més components mecànics de fàcil desmuntatge i manteniment. Rotàmetres mecànics, o components simples (fins a 3 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 3 punts
- No compleix: 0 punts

9- Es valorarà la simplicitat en l'arquitectura de connectivitat per integrar les dades a l'Estació de Treball (ETQ) de l'Anestesiòleg. Caldrà incloure tot el material necessari per fer efectiva la transmissió de les dades (fins a 6 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix amb solució d'integració simple: 6 punts
- Compleix amb solució d'integració complexa (punts intermedis, integració en desenvolupament...): 3 punts

- No compleix: 0 punts

10- En la revisió conductiva diària a realitzar, l'equip comprova la fuga dels vaporitzadors i quantifica la possible fuga. Especificar sistema i com quantifica la fuga (fins a 6 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 6 punts
- No compleix: 0 punts

11- Pantalla de dimensions superiors a les demanades (fins a 4 punt)

Dimensions de la pantalla d'interfície d'usuari (en polzades). Es valorarà aplicant proporcionalitat inversa

$$P_v = \frac{O_m}{O_v} x 4$$

On:

Pv: Puntuació oferta valorada

Om Dimensions de la pantalla a valorar (en ")

Ov: Dimensions de la pantalla màxima de les opcions (en ")

12- Inclusió de programari que ajudi a l'estalvi de gasos anestèsics. Explicar funcionament. (fins a 4 punt)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 4 punts
- No compleix: 0 punts

13-L'equip permet treballar amb gas motriu aire o oxigen a decisió de l'anestesiòleg (fins a 4 punts)

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 4 punts
- No compleix: 0 punts