

ACTA de la Mesa d'obertura de la documentació (sobre núm. 2 i 3)

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101434775/26/AMUP

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut

Objecte: subministrament agregat d'implants quirúrgics neurològics per als centres de l'Institut Català de la Salut **Tipus:** Subministraments

Procediment d'adjudicació: Acord marc, per procediment obert

Convocatòria

El dia i hora que consta en el certificat que emet l'eina del Sobre Digital, s'ha celebrat la sessió d'obertura dels sobres núm. 2 i 3.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

President/a: Maria Blanco. Gerent de compres i polítiques de distribució

Vocals:

Un membre de l'Assessoria Jurídica: Jordi Salvadó

Director de gestió de l'ICS: Miquel Arrufat

Gerència de Compres: Mònica Gómez

Gerència de Compres: Lina Boscà

Secretària: Rosa Redón. Gerència de compres de l'ICS

Ordre del dia

Obertura de la documentació continguda als sobres número 2 i 3 presentats en l'expedient de contractació CS/CC00/1101434775/26/AMUP per a la contractació d'implants quirúrgics neurològics per als centres de l'Institut Català de la Salut.

Desenvolupament de la sessió

Aquesta sessió té com a finalitat l'obertura i qualificació del contingut dels sobres núm. 2 i 3 els quals han estat presentats en sobre electrònic.

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Constituïda vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), els custodis apliquen les credencials, complint amb el quòrum mínim, en l'interval de temps que s'ha definit prèviament, i arribades la data i hora assenyalades.

S'identifiquen els custodis que apareixen al certificat de l'obertura.

S'han presentat les propostes de les empreses que consten al certificat d'obertura.

En data 29/07/2025 la mesa de contractació ha aprovat l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis emès pels serveis dependents de l'òrgan de contractació i que assisteixen a la mesa de contractació.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres corresponents als sobres número 2 i 3.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta els següents

Acord/s

1. Admetre a la licitació a totes les empreses presentades. L'admissió definitiva de la documentació continguda en els sobres 2 i 3, als efectes de la seva admissió, resta condicionada a la valoració d'aquesta per part del comitè de valoració assignat.
2. Publicar les ofertes econòmiques en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

EL/LA SECRETARI/A

Vist-i-plau
EL/LA PRESIDENT/A

A N N E X

CERTIFICATS I INFORMES, SI ESCAU

certificat d'ofertes
certificat d'obertura
informe base de ponderació

Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS NEUROLÒGICS" amb el codi d'expedient "CS/CC00/1101434775/26/AMUP" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 13/06/2025, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
LivaNova España S.L.U.	B28544161	11/06/2025	09:52:32	9020/27171/2025
ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	B60177763	11/06/2025	21:06:17	9020/27386/2025
BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	B59932111	12/06/2025	12:07:01	9020/27578/2025
MICRODAN ALTA DESINFECCION, S.A.	A74233990	12/06/2025	12:40:12	9020/27613/2025
Abbott Medical España S.A.	A79658845	12/06/2025	12:51:11	9020/27621/2025
Osteoplac Innovations S.L.U.	B75233726	12/06/2025	16:08:24	9020/27692/2025
MBA INCORPORADO S.L.	B33680547	12/06/2025	16:39:30	9020/27707/2025
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	A80401821	12/06/2025	17:06:47	9020/27717/2025
STRYKER IBERIA SL	B82173451	13/06/2025	00:32:37	9020/27752/2025
B.BRAUN SURGICAL, S.A	A61123782	13/06/2025	09:02:22	9020/27766/2025
PRIM, S.A.	A28165587	13/06/2025	10:08:02	9020/27794/2025
SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A	A08876310	13/06/2025	12:12:45	9020/27878/2025
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	A28389484	13/06/2025	12:36:09	9020/27900/2025

Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101434775/26/AMUP

Sobre: Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS

Data	Acció
15/06/2025 08:01:53	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 15/06/2025 08:01:53.
15/06/2025 13:32:36	L'empresa BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 15/06/2025 13:32:36.
16/06/2025 07:34:40	L'empresa MICRODAN ALTA DESINFECCION, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 07:34:40.
16/06/2025 08:00:49	L'empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 08:00:49.
16/06/2025 08:00:54	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 16/06/2025 08:00:54.
16/06/2025 08:02:35	L'empresa Abbott Medical España S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 08:02:35.
16/06/2025 08:06:10	L'empresa B.BRAUN SURGICAL, S.A ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 08:06:10.
16/06/2025 08:34:34	L'empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 08:34:34.
16/06/2025 08:38:13	L'empresa Osteoplac Innovations S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 08:38:13.
16/06/2025 08:44:22	L'empresa PRIM, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 08:44:22.
16/06/2025 08:46:54	L'empresa MBA INCORPORADO S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 08:46:54.
16/06/2025 10:07:33	L'empresa MEDTRONIC IBERICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 10:07:33.
16/06/2025 10:09:04	L'empresa ANTONIO CAMPOY, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 10:09:04.
16/06/2025 15:28:27	L'empresa LivaNova España S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 16/06/2025 15:28:27.
17/06/2025 08:00:21	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 17/06/2025 08:00:21.
17/06/2025 15:55:36	L'empresa STRYKER IBERIA SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 17/06/2025 15:55:36.
08/08/2025 08:54:21	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha aplicat les credencials al sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 08/08/2025 08:54:21 (Credencials aplicades: 1/2).
08/08/2025 09:43:56	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre 2 DOC. TÈCNICA CRITERIS AUTOMÀTICS, a data i hora 08/08/2025 09:43:56 (Credencials aplicades: 2/2).
08/08/2025 09:48:39	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 08/08/2025 09:48:39.

Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101434775/26/AMUP

Sobre: Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA

Data	Acció
15/06/2025 08:01:53	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 15/06/2025 08:01:53.
15/06/2025 13:32:38	L'empresa BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 15/06/2025 13:32:38.
16/06/2025 07:34:43	L'empresa MICRODAN ALTA DESINFECCION , S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 07:34:43.
16/06/2025 08:00:52	L'empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 08:00:52.
16/06/2025 08:00:54	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 16/06/2025 08:00:54.
16/06/2025 08:02:36	L'empresa Abbott Medical España S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 08:02:36.
16/06/2025 08:06:23	L'empresa B.BRAUN SURGICAL, S.A ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 08:06:23.
16/06/2025 08:34:43	L'empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 08:34:43.
16/06/2025 08:38:19	L'empresa Osteoplac Innovations S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 08:38:19.
16/06/2025 08:44:38	L'empresa PRIM, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 08:44:38.
16/06/2025 08:47:05	L'empresa MBA INCORPORADO S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 08:47:05.
16/06/2025 10:07:36	L'empresa MEDTRONIC IBERICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 10:07:36.
16/06/2025 10:09:05	L'empresa ANTONIO CAMPOY, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 10:09:05.
16/06/2025 15:28:33	L'empresa LivaNova España S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 16/06/2025 15:28:33.
17/06/2025 08:00:21	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 17/06/2025 08:00:21.
17/06/2025 15:55:43	L'empresa STRYKER IBERIA SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 17/06/2025 15:55:43.
08/08/2025 09:48:51	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 08/08/2025 09:48:51 (Credencials aplicades: 1/2).
08/08/2025 09:48:53	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha aplicat les credencials al sobre Sobre 3 OFERTA ECONÒMICA, a data i hora 08/08/2025 09:48:53 (Credencials aplicades: 2/2).
08/08/2025 09:49:46	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha obert el sobre Sobre D, a data i hora 08/08/2025 09:49:46.

**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR**

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101434775/26/AMUP

Implants quirúrgics Neurològics

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- B.BRAUN SURGICAL, SA
- BIO IMPLANTS MEDICAL, SL
- OSTEOPAC INNOVATIONS, SLU
- PRIM, SA
- STRYKER IBERIA, SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-6-26).

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (la capacitat d'estanqueïtat, la resistència a la pressió, l'adaptabilitat i l'elasticitat de l'implant), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

Els criteris sotmesos a judici de valor seran ponderats per un grup d'experts facultatius i/o especialistes de producte, designats pels centres assistencial de l'ICS.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, serà d'obligat compliment l'obtenció de un mínim del 50% a la puntuació tècnica de la suma total dels criteris subjectes a judici de valor, per cada lot. En el cas que no es compleixi, l'oferta tècnica presentada quedarà exclosa de la valoració tècnica i econòmica.

Consideracions tècniques i avaluació dels criteris sotmesos a judici de valor :

El procediment seguit en l'avaluació de tots els desglossaments ha estat:

1. Comprovar el compliment de les característiques bàsiques sol·licitades. Les ofertes que incomplien els requeriments bàsics han estat desestimades, quedant fora de la ponderació de la resta de criteris de valoració
2. Aplicació dels criteris subjectes a les puntuacions previstes de judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes:
Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores i les mostres sol·licitades.

Conclusió:

S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits. El resultat de la valoració de les ofertes presentades ha estat el següent:

Totes les ofertes han estat valorades amb la màxima puntuació. La Comissió tècnica valora que l'oferta presentada per OSTEOPAC INNOVATIONS SLU, presenta una bona estanqueïtat i resistència de l'implant i rep la màxima puntuació, però considera que l'adaptabilitat i la resistència no son bones, per tant obté 0 punts.

Totes les ofertes passen a la següent fase.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS JUDICI DE VALOR – CS/CC00/1101434775/26/AMUP
S'indica el desglossament de puntuacions dels criteris sotmesos a judici de valor, les consideracions tècniques i les ofertes validades tècnicament.

ANNEX 1

Base de ponderacions

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions Tècniques	ESTANQUEÏTAT IMPLANT	RESISTÈNCIA PRESSIÓ IMPLANT	ADAPTABILITAT IMPLANT	ELASTICITAT IMPLANT	Passa / No passa
19	20	20000018	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I i aliment purificat. Mida 6,0 x 14,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Lyoplant o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066021	AESCLUP	LYOPLANT 6X14CM	21	342,050000		5	5	5	5	SI
19	20	20000018	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I i aliment purificat. Mida 6,0 x 14,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Lyoplant o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDP-9	Medprin	NeoDura	21	342,050000	La comissió tècnica vàlida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	30	20000019	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 4,0 x 10,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066048	AESCLUP	LYOPLANT 4X10CM	47	235,000000		5	5	5	5	SI
19	30	20000019	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 4,0 x 10,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68352	TUTOPATCH	4 x 10 cm.	47	235,000000		5	5	5	5	SI
19	30	20000019	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 4,0 x 10,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDP-4	Medprin	NeoDura	47	235,000000	La comissió tècnica vàlida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	40	20000562	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 8,0 x 11,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066030	AESCLUP	LYOPLANT 8X9CM	163	580,000000		5	5	5	5	SI
19	40	20000562	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 8,0 x 11,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68367	TUTOPATCH	8 x 11 cm.	163	580,000000		5	5	5	5	SI
19	40	20000562	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 8,0 x 11,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDP-10	Medprin	NeoDura	163	580,000000	La comissió tècnica vàlida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	220	20020160	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 1,5 x 2,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68356	TUTOPATCH	1,5 x 2 cm.	9	80,000000		5	5	5	5	SI
19	220	20020160	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 1,5 x 2,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDS-1	Medprin	ReDura	9	80,000000	La comissió tècnica vàlida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	230	20020161	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 2,0 x 3,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066102	AESCLUP	LYOPLANT 1,5X3CM	10	145,000000		5	5	5	5	SI
19	230	20020161	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 2,0 x 3,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68350	TUTOPATCH	2 x 3 cm.	10	145,000000		5	5	5	5	SI
19	230	20020161	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 2,0 x 3,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopatch o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDS-2	Medprin	ReDura	10	145,000000	La comissió tècnica vàlida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions Tècniques	ESTANQUETAT IMPLANT	RESISTÈNCIA PRESSIÓ IMPLANT	ADAPTABILITAT IMPLANT	ELASTICITAT IMPLANT	Passa / No passa
19	330	20028602	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 12,0 x 16,0 cm, gruix 0,45/(0,50)mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDP-12	Medprin	NeoDura	97	1170,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanquetat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	330	20028602	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 12,0 x 16,0 cm, gruix 0,45/(0,50)mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68355	TUTOPATCH	12 x 16 cm.	97	1170,000000		5	5	5	5	SI
19	380	20037216	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·lagen Tipus I altament purificada. Mida: 7,5 x 7,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDS-8	Medprin	ReDura	15	600,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanquetat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	380	20037216	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·lagen Tipus I altament purificada. Mida: 7,5 x 7,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	882173451	STRYKER IBERIA, S.L.	CDSLMB3	STRYKER	DURAMATRIX ONLAY	15	600,000000		5	5	5	5	SI
19	400	20052804	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·lagen. Mida: 6 x 8 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	A28165587	PRIM,S.A.	DG-0608CE	SINOVIS	DURA-GUARD 6X8 CM	2	398,000000		5	5	5	5	SI
19	400	20052804	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·lagen. Mida: 6 x 8 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDS-6	Medprin	ReDura	2	398,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanquetat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	410	20052805	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·lagen. Mida: 8 x 14 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	A28165587	PRIM,S.A.	DG-0814CE	SINOVIS	DURA-GUARD 8X14 CM	4	502,000000		5	5	5	5	SI
19	410	20052805	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·lagen. Mida: 8 x 14 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDS-7	Medprin	ReDura	4	502,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanquetat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	420	20052806	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·lagen. Mida: 10 x 16 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	A28165587	PRIM,S.A.	DG-1016CE	SINOVIS	DURA-GUARD 10X16 CM	4	655,000000		5	5	5	5	SI
19	420	20052806	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·lagen. Mida: 10 x 16 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLOC INNOVATIONS SLU	RDS-10	Medprin	ReDura	4	655,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanquetat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	600	20074457	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 5,0 x 5,0 cm, gruix 0,45/(0,50)mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066064	AESCULAP	LYOPLANT 4XSCM	90	230,000000		5	5	5	5	SI
19	600	20074457	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 5,0 x 5,0 cm, gruix 0,45/(0,50)mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68436	TUTOPATCH	5 x 5 cm.	90	230,000000		5	5	5	5	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions Tècniques	ESTANQUEÏTAT IMPLANT	RESISTÈNCIA PRESSIÓ IMPLANT	ADAPTABILITAT IMPLANT	ELASTICITAT IMPLANT	Passa / No passa
19	600	20074457	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·lagen tipus I. Mida 5,0 x 5,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPILAC INNOVATIONS SLU	RDS-4	Medprin	ReDura	90	230,000000	La comissió tècnica vàlida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	1620	20148070	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·lagen Tipus I altament purificada. Mida: 10 x 12,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPILAC INNOVATIONS SLU	RDS-11	Medprin	ReDura	15	1300,000000	La comissió tècnica vàlida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	1620	20148070	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·lagen Tipus I altament purificada. Mida: 10 x 12,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	CDSL45	STRYKER	DURAMATRIX ONLAY	15	1300,000000		5	5	5	5	SI