

Adreçat a: Òrgan de Contractació del procediment de licitació per a la contractació del subministrament i instal·lació d'un analitzador en continu de fosfats a l'EDAR d'Olot (EXP X2025001281)

Assumpte: Valoració del sobre únic (oferta econòmica i criteris avaluable de forma automàtica)

Antecedents

El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió de 9 de juliol de 2025, aprova l'expedient de la contractació mixta de subministrament i serveis per al subministrament i instal·lació d'un analitzador en continu de fosfats a l'EDAR d'Olot, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, per un valor estimat de 52.093,00 € (més IVA).

Una vegada esgotat el termini de presentació d'ofertes, que finalitzava el dia 25 de juliol a les 14:00 h, s'han presentat a la licitació les següents empreses:

- CORPI, GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA SL amb NIF B66330234 (Registre d'entrada E2025006921 de 24/07/2025 a les 15:27)
- AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU amb NIF A08332975 (Registre d'entrada E2025006934 de 25/07/2025 a les 10:36)
- AXFLOW, SA, amb NIF A28919793 (Registre E2025006920 de 24/07/2025 a les 15:06)

Un cop valorada la documentació administrativa, s'admeten ambdues ofertes, i es procedeix a avaluar-les d'acord amb les criteris establerts al punt 15.1 del PCAP.

Informe

Criteris de valoració

D'acord amb la clàusula 15.1 del PCAP els criteris de valoració són els següents, tots avaluable de forma automàtica:

a) *Oferta econòmica. Fins a 85 punts.*

$$P = [(85 \times OE) / O]$$

On P és la puntuació de 0 a 85
O oferta econòmica a valorar
OE oferta més econòmica

b) Millores del sistema. Instal·lació de 3 nous punts de dosificació de reactiu. Fins a 10 punts.

Actualment, la dosificació de clorur fèrric per a l'eliminació de fòsfor es realitza a la sortida del reactor 1. Per tal d'optimitzar l'eliminació del paràmetre, els licitadors poden ofertar la instal·lació de 3 nous punts de dosificació, d'acord amb les següents característiques:

Ubicació	Material canonada	Amidament canonada	Accessoris	Observacions
Sortida del reactor 2	PVC 1"	10 ml	Vàlvula de tall	Ancoratges a mur de formigó.
Entrada a reactors biològics	PVC 1"	4 ml	Vàlvula de tall	Ancoratges a mur de formigó.
Arqueta de repartiment a decantadors secundaris	PVC 1"	60 ml	Vàlvula de tall	Rasa sobre terreny. Ancoratges a mur de formigó.

Els tres punts es consideraran com a una unitat, i de manera que no es fraccionarà la puntuació atorgada. Per tant, es valorarà de la següent manera:

Nombre de punts de dosificació oferts	Puntuació
0	0 punts
3	10 punts

c) Augment del termini de garantia. Fins a 5 punts.

Els licitadors poden oferir incrementar la garantia dels equips i de la instal·lació, comptats a partir del mínim que s'exigeix al plec tècnic de 3 anys, i es valorarà de la següent manera:

Anys addicionals	1 any	2 anys
Puntuació	2,5	5

Valoració de la documentació tècnica

Totes les ofertes han presentat la documentació tècnica (fitxes tècniques dels equips), exigides al Plec de clàusules administratives particulars. S'ha revisat la documentació tècnica aportada, i totes les ofertes compleixen amb els preceptes descrits i exigits a la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Valoració de les ofertes

Les empreses licitadores han presentat les següents ofertes:

EMPRESA	OFERTA ECONÒMICA (sense IVA)	MILLORES	GARANTIA ADDITIONAL
CORPI, GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA, SL	41.580,00	SÍ	2 anys
AQUAMBIENTE, SAU	35.057,63	SÍ	2 anys
AXFLOW, SA	41.675,00	SÍ	NO

D'acord amb els criteris de valoració abans descrits, es calculen les següents puntuacions:

EMPRESA	OFERTA ECONÒMICA	MILLORES	GARANTIA ADDITIONAL	PUNTUACIÓ TOTAL
CORPI, GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA, SL	71,67	10	5	86,67
AQUAMBIENTE, SAU	85,00	10	5	100,00
AXFLOW, SA	71,50	10	0	81,50

Ofertes anormalment baixes

La clàusula 15.2 del PCAP estableix els següents criteris per a l'apreciació d'ofertes anormalment baixes, en els casos en què concorrin 3 o més licitadors:

Es considerarà anormalment baixa aquella oferta que obtingui una puntuació total en relació als criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica relatiu a menor oferta econòmica que sigui un 10% superior a la mitjana de les puntuacions de totes les empreses. Si un cop calculada la mitjana aritmètica es detecten ofertes que siguin un 10% més baixes que aquesta mitjana, es tornarà a calcular la mitjana de les ofertes sense tenir en compte l'oferta amb la puntuació més baixa i serà aquesta segona mitjana la que servirà definitivament de referència per calcular les ofertes anormalment baixes.

La puntuació mitjana de les ofertes en relació a l'oferta econòmica és de 86,06 punts. No es detecten ofertes que siguin un 10 % més baixes que aquesta mitjana. Així doncs, la puntuació relativa a l'oferta econòmica obtinguda per l'empresa AQUAMBIENTE, SAU (95 punts), és més d'un 10 % més alta que la mitjana, de manera que és considerada com a anormalment baixa.

Conclusions

D'acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, l'empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU amb NIF A08332975, és qui ha obtingut una puntuació més alta, amb un total de 100 punts, però la seva oferta és considerada anormalment baixa. Per tant, es proposa a l'òrgan de contractació que sol·liciti a l'empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU, la justificació de les possibles condicions excepcionalment favorables de què disposa per tal de subministrar els productes i prestar el servei associat.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica