



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE "SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS AUXILIARS PER AL LABORATORI DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA". Clau: CTN2500399

LOT 2

1. Antecedents

El laboratori disposa dels equips auxiliars necessaris per dur a terme les analítiques, com són neveres, congeladors, estufes, balances, aparells de pipeteig automatitzat, etc... Alguns d'aquests equips auxiliars s'han de renovar bé perquè han arribat al final de la seva vida útil, o bé perquè s'han espatllat.

D'altra banda, el laboratori ha incrementat en els últims anys el número d'anàlisis a realitzar i per tant es fa necessària la compra d'algun equip auxiliar més per poder guardar les mostres, reactius o patrons o bé per a realitzar els anàlisis segons especificacions.

Amb la finalitat de donar compliment a les sol·licituds analítiques dels diferents clients del laboratori resulta necessària l'adquisició d'equips auxiliars que són necessaris per a la realització dels diferents assaigs i en algun cas per la mesura i resultats d'alguna anàlisi.

2. Objecte del contracte

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques particulars de la balança analítica que es requereix amb la descripció dels requisits mínims que ha de tenir per a les necessitats del seu ús per als anàlisis del laboratori acreditat amb la ISO17025.

3. Justificació

La balança analítica codi intern E-1075 de l'any 2005 ha quedat obsoleta i té les portes malmeses per aquest motiu ens cal una de nova.

MARCA	REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	QUANTITAT total
METTLER TOLEDO MODEL	Balança analítica de laboratori	Certificació: CE. Capacitat 81/220 g Sensibilitat de 0.01 mg/ 0.1 mg	13000€	1



XPR205DUE		Gestió de diferents usuaris Neteja senzilla Portes motoritzades Plat de pesada suspès. Dimensions 78x73 mm Pes mínim 20 mg. Pes mínim (incertesa=1%, k=2) típic:2 mg. Temps estabilització 1,5 s Repetibilitat (a5% de càrrega) 0.02mg Desviació linealitat 0.2 mg Calibració interna AutoCal Pantalla tàctil Connexió estàndar Port de connexió USB amb cable UsB inclosos, per extreure les dades de pesada i poder llegir a l'ordinador amb EXCEL o TXT. Alimentació elèctrica amb cable adaptador. Tamany plat acer inoxidable mínim 80 mm. Amb certificació de calibració inicial de ENAC per a ISO17025, amb una calibració in situ al laboratori.		
-----------	--	--	--	--

* Aquests imports s'entenen sense IVA.

* En les taules en què s'especifiquen els subministraments amb la referència d'un fabricant s'acceptaran productes equivalents si aconsegueixen totes les especificacions tècniques requerides.

* En l'annex 1 es presenta el model d'oferta que els licitadors hauran d'omplir en format electrònic.

4. Treballs a executar, metodologia de treball i presentació certificats

El producte s'ha d'entregar convenientment envelat, el laboratori verificarà les condicions de rebuda i compliment amb el demanat en desvelar el producte i el col·locarà en la taula per al seu ús. No es farà servei fins que l'empresa adjudicatària faci la corresponent calibració amb certificació ENAC per a complir amb els requisits de la ISO17025.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la calibració o bé subcontractarà a una empresa els treballs sempre i quan compleixi amb els requisits.

Els certificats de calibració s'han de presentar en format digital pdf i amb el segell ENAC de calibració.

5. Equip tècnic

L'adjudicatari haurà de facilitar un telèfon i correu electrònic permanent de contacte amb la finalitat que el Responsable del contracte pugui posar-se en contacte amb el Director tècnic de l'adjudicatari, aquest telèfon serà comunicat a l'inici del contracte.



Quan es rebi la balança al laboratori, l'Agència es posarà en contacte amb l'empresa adjudicatària, en la forma pactada, per a concretar la calibració de la balança, data i hora.

Els productes lliurats al laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua, seran convenientment entregats. Inclouran, si s'escau, la documentació necessària (certificats, Fitxes de seguretat) preferentment en català i si no és possible en castellà o anglès i vindran en les condicions de conservació requerides.

L'entrega es farà al laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua ubicat a Abrera (carretera de Martorell a Olesa km 4,6. 08630-Abrera).

Per a la calibració de la balança, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar la persona de contacte, correu i noms de l'encarregat de prevenció de l'empresa que tingui l'encàrrec de fer la calibració al laboratori, per tal de facilitar la tramitació de la CAE.(coordinació d'activitats empresarials).

6. Termini execució

El termini d'execució dels treballs és de 6 mesos des de la formalització del contracte

7. Pressupost

VEC 13.000,00 euros més IVA.

Les despeses de ports o embalatges ja estan incloses en el preu dels materials o productes i no es podran facturar. El desplaçament de tècnics, informes i/o material necessari o la seva subcontractació per part de l'empresa adjudicatària per a fer la calibració de la balança ha d'estar inclosa en el preu.

8. Facturació

La facturació del subministrament es realitzarà un cop verificada la rebuda del producte i realitzada correctament la seva calibració segons les prescripcions del plec tècnic, amb tots els documents requerits de calibració al laboratori.

L'import del subministrament s'abonarà mitjançant factura, una vegada certificada i aprovada per l'Agència. El número de certificació s'haurà d'assenyalar a les factures emeses a l'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el número d'expedient de contractació. Les factures hauran de ser electròniques, d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.