



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE "SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS AUXILIARS PER AL LABORATORI DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA". Clau: CTN2500399

LOT 3

1. Antecedents

El laboratori disposa dels equips auxiliars necessaris per dur a terme les analítiques, com són neveres, congeladors, estufes, balances, aparells de pipeteig automatitzat, etc... Alguns d'aquests equips auxiliars s'han de renovar bé perquè han arribat al final de la seva vida útil, o bé perquè s'han espatllat.

D'altra banda, el laboratori ha incrementat en els últims anys el número d'anàlisis a realitzar i per tant es fa necessària la compra d'algun equip auxiliar més per poder guardar les mostres, reactius o patrons o bé per a realitzar els anàlisis segons especificacions.

Amb la finalitat de donar compliment a les sol·licituds analítiques dels diferents clients del laboratori resulta necessària l'adquisició d'equips auxiliars que són necessaris per a la realització dels diferents assaigs i en algun cas per la mesura i resultats d'alguna anàlisi.

2. Objecte del contracte

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques particulars de la balança de precisió que es requereix amb la descripció dels requisits mínims que ha de tenir per a les necessitats del seu ús per als anàlisis del laboratori acreditat amb la ISO17025.

3. Justificació

La balança de precisió és de nova adquisició per a l'ús de pesada de reactius, productes tòxics en una vitrina d'extracció. Actualment només és disposa d'una balança analítica en vitrina i ens cal una de precisió que permet un rang de capacitat més ampli i sense portes per a pesar quantitat més grans i que no requereix una sensibilitat tant petita com la balança analítica.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	QUANTITAT total
Balança de precisió de laboratori	Capacitat mínim fins a 3200 g Sensibilitat 0.01 g Linealitat+/-0.02 g Reproductibilitat 0.01 g Superfície pesatge 190x190 mm Pantalla tàctil Safata de pesatge d'acer inoxidable Temps estabilització màxim 3 segons Repetibilitat: 0.01 g Apagat automàtic Alimentació elèctrica amb cable adaptador Certificació: CE. Amb certificació de calibració inicial de ENAC per a ISO17025, amb una calibració in situ al laboratori. La garantia mínima requerida serà d'un any des de la seva recepció al laboratori.	1000 €	1

* Aquests imports s'entenen sense IVA.

* En l'annex 1 es presenta el model d'oferta que els licitadors hauran d'omplir en format electrònic.

4. Treballs a executar, metodologia de treball i presentació certificats

El producte s'ha d'entregar convenientment envelopat, el laboratori verificarà les condicions de rebuda i compliment amb el demanat en desenvelar el producte i el col·locarà en la taula per al seu ús. No es farà servei fins que l'empresa adjudicatària faci la corresponent calibració amb certificació ENAC per a complir amb els requisits de la ISO17025.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la calibració o bé subcontractarà a una empresa els treballs sempre i quan compleixi amb els requisits.

Els certificats de calibració s'han de presentar preferiblement en format digital pdf o en paper i amb el segell ENAC de calibració.

5. Equip tècnic

L'adjudicatari haurà de facilitar un telèfon i correu electrònic permanent de contacte amb la finalitat que el Responsable del contracte pugui posar-se en contacte amb el Director tècnic de l'adjudicatari, aquest telèfon serà comunicat a l'inici del contracte.



Quan es rebí la balança al laboratori, l'Agència es posarà en contacte amb l'empresa adjudicatària, en la forma pactada, per a concretar la calibració de la balança, data i hora.

Els productes lliurats al laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua, seran convenientment entregats. Inclouran, si s'escau, la documentació necessària (certificats, Fitxes de seguretat) preferentment en català i si no és possible en castellà o anglès i vindran en les condicions de conservació requerides.

L'entrega es farà al laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua ubicat a Abrera (carretera de Martorell a Olesa km 4,6. 08630-Abrera).

Per a la calibració de la balança, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar la persona de contacte, correu i noms de l'encarregat de prevenció de l'empresa que tingui l'encàrrec de fer la calibració al laboratori, per tal de facilitar la tramitació de la CAE.(coordinació d'activitats empresarials).

6. Termini execució

El termini d'execució dels treballs és de 6 mesos des de la formalització del contracte.

7. Pressupost

VEC 1.000,00 euros més IVA.

Les despeses de ports o embalatges ja estan incloses en el preu dels materials o productes i no es podran facturar. El desplaçament de tècnics, informes i/o material necessari o la seva subcontractació per part de l'empresa adjudicatària per a fer la calibració de la balança ha d'estar inclosa en el preu.

8. Facturació

La facturació del subministrament es realitzarà un cop verificada la rebuda del producte i realitzada correctament la seva calibració segons les prescripcions del plec tècnic, amb tots els documents requerits de calibració al laboratori.

L'import del subministrament s'abonarà mitjançant factura, una vegada certificada i aprovada per l'Agència. El número de certificació s'haurà d'assenyalar a les factures emeses a l'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el número d'expedient de contractació. Les factures hauran de ser electròniques, d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.