

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Expedient número - 25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

Lot	Descripció	Empreses presentades				
		Diasorin Iberia, S.A.	Progenie Molecular SLU	Cepheid Iberia SLU	Werfen España, SAU	Biomerieux España, SAU
1 BML01	PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR AMB APROXIMACIÓ SINDRÒMICA I DETECCIÓ RÀPIDA					V
2 BML02	TÈCNiques DE BIOLOGIA MOLECULAR PER PROVES DE MICROBIOLOGIA				V	
3 BML03	DETECCIÓ RÀPIDA PER BIOLOGIA MOLECULAR DE PROVES DE MICROBIOLOGIA	V				
4 BML04	DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOL. DE PROVES DE MICROBIOLOGIA I DE GENÈTICA HEMATOLÒGICA			V		
5 BML05	DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOLECULAR DE PROVES DE MICROBIOLOGIA DE BAIX VOLUM		V			
6 BML06	DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOLECULAR DE PROVES DE GENÈTICA HEMATOLÒGICA		V		V	

Dra. Maria Luz Muñoz Marín
Direcció del Servei de Laboratoris Clínics

Sabadell, datat i signat digitalment

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML01 - PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR AMB APROXIMACIÓ SINDRÒMICA I DETECCIÓ RÀPIDA

		Empreses presentades	
		Biomerieux España, SAU	
	Criteris de valoració	Puntuació	Motivació
En relació a la tecnologia presentada (15 Punts)	1. Equip sense necessitat de calibrar ni manteniment per part de l'usuari (5 punts) - Si l'equip no té necessitat de calibrar ni manteniment per part de l'usuari.....5 punts - Si l'equip necessita calibrar i/o manteniment per part de l'usuari.....0 punts	5,00	
	2. Temps utilitzat en la preparació de la mostra inferior a 5 minuts (5 punts) - Si el temps utilitzat en la preparació de la mostra és inferior a 5 minuts5 punts - Si el temps utilitzat en la preparació de la mostra és superior a 5 minuts.....0 punts	0,00	El temps promig de preparació de la mostra és de 2 minuts, però pot arribar a 5 minuts.
	3. Temps de processament total del panell (5 punts) - El temps de processament total del panell sigui com a màxim de 90 minuts.....5 punts - El temps de processament total del panell sigui superior a 90 minuts0 punts	5,00	
En relació a la qualitat dels reactius (35 Punts)	4. Conservació dels reactius a temperatura ambient (5 punts) - Si la temperatura de conservació dels reactius és a temperatura ambient.....5 punts - Si es necessari conservar en nevera o congelador els reactius0 punts	5,00	
	5. Panell de pneumònies amb detecció d'agents de resistència 10 punts) - Si el panell de pneumònies permet la detecció d'agents de resistència.....10 punts - Si el panell de de pneumònies no permet la detecció d'agents de resistència0 punts	10,00	
	6. Panell de pneumònies que permeti el resultat de simi quantificació bacteriana (5 punts) - Si el resultat del panell de pneumònies dona un resultat de simi quantificació bacteriana.....5 punts - S el resultat del panell de pneumònies no dona un resultat de simi quantificació bacteriana..0 punts	5,00	
	7. Panell de meningoencefalitis que detecti bacteris, virus i fongs (5 punts) - Si el panell de meningoencefalitis detecta bacteris, virus i fongs5 punts - Si el panell de meningoencefalitis no detecta bacteris, virus i fongs.....0 punts	5,00	
	8. Que el panell de sèpsia detecti gèrmens gram positius, grams negatius, llevats i gèrmens resistent en la mateixa prova (10 punts) - Si el panell de sèpsia detecta gèrmens gram positius, grams negatius, llevats i gèrmens resistent en la mateixa prova10 punts - Si el panell de sèpsia no detecta gèrmens gram positius, grams negatius, llevats i gèrmens resistent en la mateixa prova.....0 punts	10,00	
Criteri econòmic (fins a 48 punts)		48,00	88.721,75 € - (import equivalent any 2026)
Criteri mediambiental (2 punts) · El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció: - No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus. - Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut. - Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó). - No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries		2,00	
Valoració global (màxim 100 punts)		95,00	

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML02 - TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR PER PROVES DE MICROBIOLOGIA

		Empreses presentades	Motivació
		Werfen España, SAU	
	Criteris de valoració	Puntuació	
En relació a la tecnologia presentada (20 Punts)	1.Equip amb una capacitat de processament de fins a 94 mostres en un mateix procés (10 punts - Si l'equip pot processar fins a 94 mostres en un mateix procés10 punts - Si l'equip no pot processar fins a 94 mostres en un mateix procés 0 punts	10,00	
	2. Que en la solució oferta hi hagi la possibilitat de cedir un termociclador individual per a proves de baix volum (5 punts - Si la solució oferta hi ha la possibilitat de cedir un termociclador individual per a proves de baix volum5 punts -Si la solució oferta no hi ha la possibilitat de cedir un termociclador individual per a proves de baix volum0 punt	5,00	
	3. - El sistema ha de permetre treballar simultàniament varies tècniques en el mateix sistema. (5 punts - Si el sistema pot treballar simultàniament varies tècniques en el mateix sistema.....5 punts - Si el sistema no pot treballar simultàniament varies tècniques en el mateix sistema - 0 punt:	5,00	
En relació a la qualitat dels reactius (30 Punts)	4. Detecció i diferenciació de patògens causant d'úlceres genitals que inclogui: HSV1, HSV2, CMV, H. ducreyi, T pallidum, Linfogranuloma veneri i virus varicel·la-zòster (8 punts) -Si els reactius ofertats permeten la detecció i diferenciació de patògens causants d'úlceres genitals que incloguin HSV1, HSV2, CMV, H. ducreyi, T pallidum, Linfogranuloma veneri i virus varicel·la zoster8 punts -Si els reactius ofertats no permeten la detecció i diferenciació de patògens causants d'úlceres genitals que incloguin HSV1, HSV2, CMV, H. ducreyi, T pallidum, Linfogranuloma veneri i virus varicel·la-zoster0 punts	8,00	
	5. Detecció de patògens gastrointestinals que incloguin Norovirus GI/GII, Rotavirus, Salmonella, Campylobacter, C difficile, E Coli enteropatògen, G lamblia, B hominis i D. fragilis (8 punts). - Si els reactius ofertats permeten la detecció de patògens gastrointestinals que incloguin Norovirus GI/GII, Rotavirus, Salmonella, Campylobacter, C Difficile, E Coli enteropatògena, G lamblia, B hominis i D. fragilis8 punts - Si els reactius ofertats no permeten la detecció de patògens gastrointestinals que incloguin Norovirus GI/GII, Rotavirus, Salmonella, Campylobacter, C Difficile, E Coli enteropatògena, G lamblia, B hominis i D. Fragilis 0 punts	8,00	
	6. Detecció de patògens de meningitis que inclogui: L monocytogenes, E. Coli, EBV, CMV, HHV6, HHV7, Enerovirus, adenovirus, parvovirus B19 (7 punts) -Si els reactius ofertats permetes la detecció de patògens de meningitis que inclogui L monocytogenes, E. Coli, EBV, CMV, HHV6, HHV7, Enterovirus, adenovirus, parvorvirus B19..... 7 punts - Si els reactius ofertats no permeten la detecció de tots els patògens de meningitis que inclogui L monocytogenes, E. Coli, EBV, CMV, HHV6, HHV7, Enterovirus, adenovirus, parvorvirus B19..... 0 punts	7,00	
	7. Els reactius ofertats han de tenir un control intern d'extracció i amplificació (7 punts -Els reactius disposen de control intern de l'extracció i amplificació.....7 punts -Els reactius no disposen de control intern d'extracció i amplificació.....0 punts	7,00	
	Criteri econòmic (fins a 48 punts)		48,00
10. Criteri mediambiental (2 punts) · El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció: - No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus. - Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut. - Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó). - No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries		2,00	
Valoració global (màxim 100 punts)		100,00	

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML03 - DETECCIÓ RÀPIDA PER BIOLOGIA MOLECULAR DE PROVES DE MICROBIOLOGIA

	Empreses presentades	
	Diasorin Iberia, S.A.	
Valoració global (màxim 100 punts)	Puntuació	Motivació
1.Volum de mostra requerida inferior a 60 µl. (9 punts) - Si el volum de mostra requerit és inferior a 60 µl.....9 punts - Si el volum de mostra requerit és superior o igual a 60 µl.....0 punts	9,00	
2. Possibilitat de processar al menys 8 mostres al mateix temps (9 punts) -Si té la possibilitat de processar al menys 8 mostres al mateix temps9 punts -Si no té la possibilitat de processar al menys 8 mostres al mateix temps 0 punts	9,00	
3. Que el sistema no tingui necessitat de manipular prèviament la mostra (7 punts) - Que el sistema no tingui necessitat de manipular prèviament la mostra7 punts - Que sigui necessari manipular prèviament la mostra.....0 punts	7,00	
4. Temps de preparació de l'assaig no sigui superior a 2 minuts per mostra (7 punts) -Si el temps de preparació de l'assaig no és superior a 2 minuts per mostra7 punts -Si el temps de preparació de l'assaig és superior a 2 minuts per mostra.....0 punts	7,00	
5. Reactius subministrats individualitzats, es a dir que sigui un vial per mostra (9 punts) -Si el reactius subministrats son individualitzats, es a dir que sigui un vial per mostra.....9 punts -Si els reactius subministrats no son individualitzats, es a dir que no sigui un vial per mostra.....0 punts	9,00	
6. Temps d'emissió de resultats des de que es carrega la mostra directa inferior o igual a 90 minuts (9 punts) -Si el temps d'emissió de resultats des de que es carrega la mostra directa és inferior o igual a 90 minuts9 punts -Si el temps d'emissió de resultats des de que es carrega la mostra directa és superior a 90 minuts0 punts	9,00	
Criteri econòmic (fins a 48 punts)	48,00	259.200 € (import equivalent any 2026)
10. Criteri mediambiental (2 punts) · El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció: - No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus. - Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut. - Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó). - No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries	2,00	
Valoració global (màxim 100 punts)	100,00	

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML04 - DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOL. DE PROVES DE MICROBIOLOGIA I DE GENÈTICA HEMATO LòGICA

		Empreses presentades Cepheid Iberia SLU	
Criteris de valoració		Puntuació	Motivació
En relació a la tecnologia presentada (15 Punts)	1. Plataforma amb capacitat de lectura de 10 floróforos, tots ells en diferents zones de l'espectre lumínic (9 punts) -Si la plataforma té la capacitat de lectura de 10 floróforos, tots ells en diferents zones de l'espectre lumínic9 punts - Si la plataforma no té la capacitat de lectura de 10 floróforos, tots ells en diferents zones de l'espectre lumínic.....0 punts	9,00	
	2. Resultat de la prova directament informat pel software de l'equip sense necessitat d'interpretació subjectiva per l'usuari (4 punts) - Si el software dona el resultat directe de la prova sense necessitat d'interpretació subjectiva per l'usuari.....4 punts - Si el software no dona el resultat directe de la prova i necessita d'interpretació subjectiva per l'usuari..... 0 punts	4,00	
	3. - Que treballi amb un sistema de cartutx individual tancat amb codi QR/codi de barres per una correcta traçabilitat de les mostres (8 punts) - Si treballa amb un sistema de cartutx individual tancat amb codi QR/codi de barres per una correcta traçabilitat de les mostres.....8 punts - Si treballa amb un sistema de cartutx individual tancat amb codi QR/codi de barres per una correcta traçabilitat de les mostres.....0 punts	8,00	
	4. Equip modular i escalable (moduls independents) adaptable a les necessitats del centre i que permeti la capacitat de mostres de manera individualitzada i adaptada a la demanda (9 punts) - Si l'equipament és modular i escalable (moduls independents)9 punts -Si l'equipament no és modular ni escalable..... 0 punts	9,00	
	5. Ampli portfoli de tècniques a valorar (5 punts). - Si el portfoli de tècniques té més de 30 tests5 punts - Si el portfoli de tècniques té entre 20 i 30 tests2 punts - Si el portfoli de tècniques té menys de 20 tests.....0 punts	5,00	
	6. Detecció del Mycoplasma genitalium i la seva resistència a l'azitromicina a partir de mostres d'orina, i d'exudats vaginals, cervicouterins i rectals en un temps inferior a 140 minuts, amb dianes als gens mgPA i 23S rRNA. (5 punts) - Si el reactiu ofertat és capaç de detectar el Mycoplasma genitalium i la seva resistència a l'azitromicina a partir de mostres d'orina, i d'exudats vaginals, cervicouterins i rectals en un temps inferior a 140 minuts, amb dianes als gens mgPA i 23S rRNA.....5 punts -Si el reactiu ofertat no és capaç de detectar el Mycoplasma genitalium i la seva resistència a l'azitromicina a partir de mostres d'orina, i d'exudats vaginals, cervicouterins i rectals en un temps inferior a 140 minuts ni les dianes als gens mgPA i 23S rRNA.....0 punts	5,00	
	7. Detecció i diferenciació de SARS-CoV-2, Grip A, Grip B i RSV en menys de 40 minuts: (5 punts) - Si el reactiu ofertat és capaç de detectar i diferenciar SARS-CoV-2, Grip A, Grip B i RSV en menys de 40 minuts.....5 punts -Si el reactiu ofertat no és capaç de detectar i diferenciar SARS-CoV-2, Grip A, Grip B i RSV en menys de 40 minuts.....0 punts	5,00	
	8. Detecció quantitativa del reordenament BCR:ABL p210 mitjançant RT- q_PCR totalment automatitzada (des de l'extracció de m-RNA fins la interpretació i emissió del resultat en escala internacional IS en un temps inferior a 110 minuts (5 punts) - Si els reactius ofertats permeten la detecció quantitativa del reordenament BCR:ABL p210 mitjançant RT- q_PCR totalment automatitzada (des de l'extracció de m-RNA fins la interpretació i emissió del resultat en escala internacional IS en un temps inferior a 110 minuts.....5 punts - Si els reactius ofertats no permeten la detecció quantitativa del reordenament BCR:ABL p210 mitjançant RT- q_PCR totalment automatitzada (des de l'extracció de m-RNA fins la interpretació i emissió del resultat en escala internacional IS en un temps inferior a 110 minuts.....0 punts	5,00	
Criteri econòmic (fins a 48 punts)		48,00	101.655 € (import equivalent any 2026)

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML04 - DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOL. DE PROVES DE MICROBIOLOGIA I DE GENÈTICA HEMATOLÒGICA

	Empreses presentades	Puntuació	Motivació
	Cepheid Iberia SLU		
Criteris de valoració			
10. Criteri mediambiental (2 punts) · El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció: - No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus. - Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut. - Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó). - No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries		2,00	
Valoració global (màxim 100 punts)		100,00	

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML05 - DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOLECULAR DE PROVES DE MICROBIOLOGIA DE BAIX VOLUM

		Empreses presentades	
		Progenie Molecular SLU	
Criteris de valoració		Puntuació	Motivació
1. Equipament que permeti realitzar simultàniament al menys dos perfils tèrmics d’amplificació diferents per a dos diferents determinacions simultànies en el termociclador, de forma independent, sense necessitat de que els protocols s’iniciï i finalitzin al mateix temps (10 punts) -Si l’equipament permet realitzar simultàniament al menys dos perfils tèrmics d’amplificació diferents per a dos diferents determinacions simultànies en el termocicladors, de forma independent, sense necessitat de que els protocols s’iniciï i finalitzin al mateix temps10 punts -Si l’equipament no permet realitzar simultàniament al menys dos perfils tèrmics d’amplificació diferents per a dos diferents determinacions simultànies en el termocicladors, de forma independent, sense necessitat de que els protocols s’iniciï i finalitzin al mateix temps0 punts		10,00	
2. Que tots els reactius ofertats estiguin llestos pel seu us sense necessitat de manipular-los (no afegir ni reconstituir cap component (5 punts) - Si els reactius ofertats estan llestos pel seu us, no necessiten cap manipulació (ni afegir ni reconstituir cap component.....5 punts -Si els reactius ofertats necessiten alguna manipulació pel seu us (afegir o reconstituir algun component).....0 punts		5,00	
3. Equipament amb tecnologia que presenti al menys 4 canals de fluorescència i visualització directa de les corbs de reacció i el valor del Ct (5 punts) - Si l’equipament presenta al menys 4 canals de fluorescència i visualització directa de les corbes de reacció i el calor del Ct.....5 punts - Si l’equipament no presenta al menys 4 cansls de fluorescència i la visualització directa de les corbes de reacció i el valor del Ct.....0 punts		5,00	
4. Detecció de gens de resistència betalactàmica i carbapenemasa en mostres clíniques amb les següents dianes com a mínim: gens blaACC i gens blaCTX-M. (10 punts) -Si els reactius ofertats permeten la detecció de gens de resistència betalactàmica i carbapenemasa en mostres clíniques amb les següents dianes com a mínim: gens blaACC i gens blaCTX-M.....(10 punts) - Si els reactius ofertats no permeten la detecció de gens de resistència betalactàmica i carbapenemasa en mostres clíniques amb les següents dianes com a mínim: gens blaACC i gens blaCTX-M..... (0 punts)		10,00	

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML05 - DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOLECULAR DE PROVES DE MICROBIOLOGIA DE BAIX VOLUM

	Empreses presentades	
	Progenie Molecular SLU	
Criteris de valoració	Puntuació	Motivació
5. Format dels kits de reactius adaptats a una activitat de baix volum (10 punts) - Si el format del kits de reactius es inferior o igual a 32 determinacions.....10 punts - Si el format dels kits de reactius es entre 33 i 100 determinacions.....5 punts - Si el format dels kits es superior a 100 determinacions.....0 punts	10,00	
6. Temps d’amplificació i detecció inferior a les 2 hores (5 punts) - Si el temps d’amplificació és inferior o igual a 2 hores.....5 punts -Si el temps d’amplificació es superior a 2 hores0 punts	5,00	
7. - L’equipament ha de permetre processar simultàniament fins a 32 mostres en un mateix equip (5 punts) - Processament simultàniament fins a 32 mostres en un mateix equip5 punts - No permet el processament simultàniament fins a 32 mostres en un mateix equip...0 punts	5,00	
Criteri econòmic (fins a 48 punts)	48,00	16.764 € (import equivalent any 2026)
10. Criteri mediambiental (2 punts) · El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció: - No hi ha d’haver un excés d’embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus. - Les caixes han d’estar proporcionades a la mida del contingut. - Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d’haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d’aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó). - No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d’etiquetes innecessàries	2,00	
Valoració global (màxim 100 punts)	100,00	

Expedient número	25SM0182Q - REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR
Lot	BML06 - DETECCIÓ PER BIOLOGIA MOLECULAR DE PROVES DE GENÈTICA HEMATOLOÒGICA

Criteris de valoració	Empreses presentades		Motivació
	Progenie Molecular SLU	Werfen España, SAU	
Puntuació			
1. Capacitat de processar fins a 96 mostres de forma simultània (10 punts) - Capacitat de processar fins a 96 mostres de forma simultània10 punts) - Capacitat de processar menys de 96 mostres de forma simultània0 punts	10,00	10,00	
2. Que tots els reactius ofertats estiguin llestos pel seu us sense necessitat de manipular-los (no afegir ni reconstituir cap component (10 punts) - Si els reactius ofertats estan llestos pel seu us, no necessiten cap manipulació (ni afegir ni reconstituir cap component).....10 punts - Si els reactius ofertats necessiten alguna manipulació pel seu us (afegir o reconstituir algun component).....0 punts	10,00	10,00	
3. Equipament amb tecnologia que presenti al menys 5 canals de fluorescència i visualització directa de les corbes de reacció i el valor del Ct (10 punts) - Si l'equipament presenta al menys 4 canals de fluorescència i visualització directa de les corbes de reacció i el valor del Ct.....10 punts - Si l'equipament no presenta al menys 4 canals de fluorescència i la visualització directa de les corbes de reacció i el valor del Ct.....0 punts	10,00	10,00	
4. Format dels kits de reactius adaptats a una activitat de baix volum (10 punts) - Si el format del kits de reactius es inferior o igual a 32 determinacions.....10 punts - Si el format dels kits de reactius es entre 33 i 100 determinacions.....5 punts - Si el format dels kits es superior a 100 determinacions.....0 punts	10,00	10,00	
5. Temps d'amplificació i detecció inferior a les 2 hores (10 punts) - Si el temps d'amplificació és inferior o igual a 2 hores.....10 punts - Si el temps d'amplificació es superior a 2 hores0 punts	10,00	10,00	
Criteri econòmic (fins a 48 punts)	46,40	48,00	Progene Molecular - 12.765,2 € Werfen España - 11.846,11 € (imports equivalents any 2026)
10. Criteri mediambiental (2 punts) - El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció: - No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus. - Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut. - Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó). - No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries	2,00	2,00	
Valoració global (màxim 100 punts)	98,40	100,00	