

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101442397/26/AMUP

ENDOSCOPIA FLEXIBLE: DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 1 de 116

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 2 de 116

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 3 de 116

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'Endoscòpia flexible: digestiva i respiratòria per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 4 de 116

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Lot 54 (Lot obligatori) (Codi SAP 30051770) El proveïdor haurà de presentar oferta de contenidor de mostres de recanvi a cost zero.

Lot 52 - ENDOSCOPIES PER ORL (Lot obligatori)

Lot 53 - BRONCOSCOPIS PER INTUBACIÓ DIFÍCIL (Lot obligatori)

Lot 54 - BRONCOSCOPIS AMB CONTENIDORS DE MOSTRES (Lot obligatori)

Aquests lots precisen d'un únic monitor per a la seva visualització i/o intubació, per tant el proveïdor que presenti oferta per aquest lots, obligatòriament haurà de cedir el monitor compatible amb el fungible dels tres lots (Veure annex 5 – Característiques bàsiques dels equips).

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'**ANNEX 5 del PCAP** en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc. que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:



Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: Excel Licitació 1101442397_2bis

Fitxa resum Requisits Criteris Judici de valor, Annex D3

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Llista-Resum, Model i Guia, ANNEX D4** Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació dels criteris objectius.



El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació

A la *Guia* s'indica quina informació cal facilitar i quina informació es obligatòria. S'ha d'emplenar aquest Excel amb els camps criteris d'acord amb les indicacions del document (Annex D4).

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.



Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.



4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.



La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 10 de 116

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 11 de 116

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:



Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- PO10-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:



ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

	Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 23/07/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028	Data creació còpia: 28/07/2025 15:52:16
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ		Pàgina 13 de 116
		 08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV	

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 14 de 116

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 15 de 116

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ









08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 16 de 116

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	



Doc. original signat per:
Olga Santamaría Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 17 de 116

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 – Llista resum, Criteris judici de valor
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius.
El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació
- ANNEX E - Presentació de mostres (no es demanen mostres)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 19 de 116

ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
MATERIAL
CS/CC00/1101442397/26/AMUP
**ENDOSCOPIA FLEXIBLE: DIGESTIVA I
RESPIRATÒRIA**



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 20 de 116



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 21 de 116

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT Obligatori S/N
001	CAPSULES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
002	AGULLES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER A INJECCIÓ	NO
003	AGULLES ECOENDOSCÒPIA DIGESTIVA (EUS)	NO
004	NANSES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER A POLIPECTOMIA	NO
005	BALÓ DE DILATACIÓ ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
006	BALÓ DE DILATACIÓ ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER A ACALASIA	NO
007	BALÓ DE DILATACIÓ ENDOSCÒPIA DIGESTIVA VIA BILIAR	SI
008	BALONS ECOENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
009	BALÓ PER A EXTRACCIÓ DE CÀLCULS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
010	CISTELLES PER A EXTRACCIÓ DE CÀLCULS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
011	CISTELLES I ACCESSORIS PER A EXTRACCIÓ DE PÒLIPS I COSSOS ESTRANYS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
012	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
013	ESFINTEROTOMS AMB PROTECCIÓ DEL FIL PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	SI
014	ESFINTEROTOMS SENSE PROTECCIÓ DEL FIL PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
015	GUÍES PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
016	GUÍES PER A ACCÉS BILIAR ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
017	PINCES PER A BIÒPSIA ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
018	RASPALLS PER A CITOLOGIA ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
019	EQUIPS DE MUCOSECTOMIA ECOENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
020	EQUIPS DE MUCOSECTOMIA TRANSMURAL DIGESTIVA	SI
021	CAPUTXONS PROTECTORS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
022	MATERIAL I ACCESSORIS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA GENERAL	NO
023	SISTEMES DE REPARACIÓ DE LESIONS I/O FUITES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA(LLIGADURA I SUTURA)	SI
024	SISTEMES DE LLIGADURA PER A VARIUS ESOFAGIQUES	NO
025	SONDA COLANGIOPANCREATOSCÒPIA	NO
026	DISPOSITIUS I ACCESSORIS D'INFLAT DE BALONS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA	SI
027	EQUIPS CISTOGASTROSCÒPIA ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
028	DISPOSITIUS DE CLIPS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
029	SISTEMA ENDOSCÒPIC SOBRECIP	SI
030	CATÈTERS D'ABLACIÓ ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	SI
031	ACCESSORIS, TUBS I ADAPTADORS BOMBA D'INJECCIÓ ENDOSCÒPIA FLEXIBLE DIGESTIVA	NO
032	TERMINALS DE TALL/COAGULACIÓ ENDOSCÒPIA FLEXIBLE DIGESTIVA	NO
033	LITOTRÍCIA ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	NO
034	CATÈTER BALÓ PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	SI
035	MATERIAL PER A IMPLANTS TRAQUEO-BRONQUIALS	NO
036	GUÍES I EQUIP DE GUIES PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	NO
037	AGULLES D'ASPIRACIÓ PER A CITOLOGIA ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	NO
038	AGULLES PER A BIÒPSIA ECOENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	NO
039	CRIOSONDES ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA (1)	SI
040	CRIOSONDES ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA (2)	NO
041	RASPALLS PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	NO
042	PINCES PER A BIÒPSIA ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	NO
043	CISTELLES PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	SI
044	BALONS PER A ECOENDOSCOPIA (EBUS)	NO
045	ACCESSORIS ENDOSCÒPIA FLEXIBLE RESPIRATÒRIA	NO
046	OBREBOQUES/MOSSEGADORS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA	NO
047	VÀLVULES DE BIÒPSIA I/O SUCCIÓ PER A ENDOSCÒPIA FLEXIBLE DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA	NO
048	RASPALLS DE NETEJA PER ENDOSCÒPIA FLEXIBLE DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA	NO



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 22 de 116

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101442397/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT Obligatori S/N
049	LARINGOSCOPI 1 SOL ÚS	NO
050	BRONCOSCÒPIS 1 SOL ÚS COMPATIBLE A/ MONITOR EXALT O EQUIV	SI
051	BRONCOSCÒPIS 1 SOL ÚS COMPATIBLE A/MONITOR DVM-B1 O EQUIV	SI
052	ENDOSCOPI PER ORL	SI
053	BRONCOSCOPIS PER INTUBACIÓ DIFÍCIL	SI
054	BRONCOSCOPIS AMB CONTENIDORS DE MOSTRES	SI

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 23 de 116

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 24 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 1 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30002642

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Duodè/Biliar/Colòn, Øbaló màxim exterior15-16,5-18mmx80mm llargària, amb guia interna,marques radiopaques,beina Ø7F i longitud treball 230cm+/-5cm diàmetre canal mínim treball 2,8mm,estèril,1 ús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Duodè/Biliar/ Colòn, Øbaló màxim exterior15-16,5-18mmx80mm llargària, amb guia interna ,marques radiopaques,beina Ø7F i longitud treball 230cm+/-5cm diàmetre canal mínim treball 2,8mm,estèril,1 ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30003812

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració citològica transbronquial, calibre 21G (0,81mm) x15mm de llarg, punta estilet llisa, catèter transparent Ø1,8mm, longitud de treball 130cm+/-5cm, mànec connexió luer, canal mínim de treball 2,0mm, xeringa 20ml,estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració citològica transbronquial, calibre 21G (0,81mm) x15mm de llarg, punta estilet llisa, catèter transparent Ø1,8mm, longitud de treball 130cm+/-5cm, mànec connexió luer, canal mínim de treball 2,0mm, xeringa 20ml,estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30004562

Descripció llarga:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a la mucosa gastrointestinal, calibre de 23G (0,64mm)x5mm, d'acer inoxidable, longitud de treball 200cm+/-5cm longitud, Ø mínim canal de treball 2,8mm ,sit/bloqueig,sense làtex, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a la mucosa gastrointestinal, calibre de 23G (0,64mm)x5mm, d'acer inoxidable, longitud de treball 200cm+/-5cm longitud, Ø mínim canal de treball 2,8mm,sit/bloqueig,sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30004757

Descripció llarga:

Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, estàndard, en pacient adult, obertura central 66Fr(22mm) i forats laterals, amb protecció dental, amb goma de subjecció, de plàstic, lliure de làtex, estèril,d'un sol ús,

Descripció tècnica:

Mossegador/obreboques d'endoscòpia digestiva, per a via bucal, estàndard, en pacient adult, obertura central 66Fr(22mm) i forats laterals, amb protecció dental, amb goma de subjecció, de plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús, no autoclavable

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30004792

Descripció llarga:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa gastrointestinal,calibre de 23G i 4mm longitud,beina Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm,diàmetre mínim canal de treball de 2,8mm,sistema bloqueig,sense làtex,estèril,un sol ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 25 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 2 / 72

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosar la mucosa gastrointestinal, calibre de 23G i 4mm longitud, beina Ø2,3mm i longitud d e treball 240cm+/-5cm, diàmetre mínim canal de treball de 2,8mm, sistema b loqueig, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30004805

Descripció llarga:

Guia d'endoscòpia digestiva, tipus Savary-Gilliard, per a dirigir endoscòpis, punta de 10cm flexible i radiopaca, de 0,035" i 230cm m-250cm de longitud, d'acer inoxidable, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Guia d'endoscòpia digestiva, tipus Savary-Gilliard, per a dirigir endoscòpis, punta de 10cm flexible i radiopaca, de 0,035" i 230cm-250cm de longitud, d'acer inoxidable, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30004807

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, metàl·lica recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta calibrada de 4cm radiopaca, de 5,8cm de recobriment hidrofílic, diàmetre de 0,035" x 450cm+/-10cm de long, accés biliar i pancreàtic, estèril, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, metàl·lica recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta calibrada de 4cm radiopaca, de 5,8cm de recobriment hidrofílic, diàmetre de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30004856

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard, de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radiopaca hidrofílica de 5cm, per a accés biliar, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per a accés biliar, estàndard, de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radiopaca hidrofílica de 5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30004857

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (Esòfag-Pílor-Biliar), pebax, Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg, pres-inflat 3-5-8Atm, marq/radiop, gui premuntat tefló 0,035", beina Ø7,5Fr x 180cm+/-5cm long, Ø mínim canal treball 2,8mm, no làtex, est, lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (Esòfag-Pílor-Biliar), pebax, Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg, pres-inflat 3-5-8Atm, marq/radiop a ques, guia premuntat tefló 0,035", beina Ø7,5Fr x 180cm long, Ø mínim canal treball 2,8mm i 3,2mm, no làtex, est, lús"



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 26 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PAGINA: 3 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30004921

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (esòfag-pilor-duodè-còlon) Ø baló inflat 18-19-20mm x 5,5cm llargària ,pressió in flat 2-4-6Atm,marques radioopaques,beina Ø8Fr x240cm+/-5cm long, Ømínim canal treball 2,8mm,guia Ø 0,035"no làtex,estè,lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (esòfag-pilor-duodè- còlon) Ø baló inflat 18-19-20mm x 5,5cm llargària,pressió inflat 2-4-6Atm,marques radioopaques,beina Ø8Fr x240cm+/-5cm long, Ømínim canal treball 2,8mm,guia Ø 0,035"no làtex,estè,lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30004922

Descripció llarga:

Equip d'endoscòpia digestiva, per a lligadura de varius esofàgiques, 6 bandes de làtex amb mànec, diàmetre exterior endoscopi de 9,5 -13mm, la seda del disparador de 122cm long, Ømínim canal treball 2,8mm,estèril,lús.Comp/gastroscopis de 13mm Ømàxim

Descripció tècnica:

Equip d'endoscòpia digestiva, per a lligadura de varius esofàgiques, 6 bandes amb mànec, diàmetre exterior endoscopi de 9,5-13mm, la seda del disparador de 122cm long, Ø mínim canal treball 2,8mm,estèril,lús.Compatible amb tots gastroscopis de 13mm Ø màxim

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30004923

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 30mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67 mm) x 90cm+/-5cm long de treball, compatible amb guia de 0,038",a/5 marcadors radiopacs ,sense làtex, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia, diàmetre baló de 30mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67mm) x 90cm de longitud de treball, compatible amb guia de 0,038,amb 5 marcadors radiopacs, sense làtex, estèril, d'un sol ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30004924

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 35mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67 mm) x 90cm+/-5cm long. de treball,compatible amb guia de 0,038",a/5 marcadors radiopacs, sense làtex, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia, diàmetre baló de 35mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67mm) x 90cm de longitud de treball, compatible amb guia de 0,038,amb 5 marcadors radiopacs, sense làtex, estèril, d'un sol ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30006427

Descripció llarga:

Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,mànec rotatori,fil de tall 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr (2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø4,4Fr x5mm llarg,permet guia 0,035",Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 27 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 4 / 72

Descripció tècnica:

Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, mànec rotatori, tall 30mm llargària, catèter 7-5, 5Fr (2,33-1,83mm)x200 cm long, punta Ø4,4Fr (1,47mm)x5mm llarg, permet pas guia 0,035, Ø mínim canal treball 2,8mm, no làtex, estèril, 1ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30006560

Descripció llarga:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosar la mucosa gastrointestinal, calibre de 23G i 4mm long, beina transparent Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sistema bloqueig, sense làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosar la mucosa gastrointestinal, calibre de 23G i 4mm long, beina transparent Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sistema bloqueig, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30006612

Descripció llarga:

Equip d'endoscòpia digestiva, per a mucosectomia gastroscòpica, Ø exterior endoscopi de 9,5-13mm, beina de 5Fr (1,67mm)x 250cm, amb 6 bandes de goma, amb nansa trenada minihexagonal de 1,5cm x 2,5cm+/-5cm, diàmetre mínim canal de treball 3,7mm, a/làtex, estèril,

Descripció tècnica:

Equip d'endoscòpia digestiva, per a mucosectomia gastroscòpica, diàmetre exterior endoscopi de 9,5-13mm, beina de 5Fr (1,67mm), amb 6 bandes de goma, amb nansa trenada minihexagonal de 1,5cm x 2,5cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, amb làtex, estèril, 1ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30006673

Descripció llarga:

Càpsula p/comprovar permeabilitat del tracte digestiu, rebutjable i biodegradable, a/vareta Ø1,6mm detectable p/radiofreqüència, Ø12x28 mm long, assegura pas d'una video-càpsula Pillcam, allibera Bari permet ser visualitzat per RX i Fluoroscòpia

Descripció tècnica:

Càpsula per comprovar permeabilitat del tracte digestiu, rebutjable i biodegradable, amb vareta Ø1,6mm detectable p/radiofreqüència Ø12x28mm long, assegura el pas d'una video-càpsula Pillcam SB3, allibera Bari que permet ser visualitzat per RX i Fluoroscòpia

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30006727

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 22G (0,7mm) amb punta estilet en bisell, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 3 vies, xeringa 20ml, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració endoscòpica digestiva, per punció ecogastroscòpica, calibre agulla de 22G(0,7mm) x 80mm de llargària màxima amb topall de seguret, punta estilet en bisell, compatible amb canal mínim de treball diàmetre 2,8mm, longitud de treball 140cm, marques ecogèniques, clau tres vies, xeringa 20ml, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 28 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PAGINA: 5 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30006728

Descripció llarga:

Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 19G(1,07mm)x0-8cm, long regulable i ajustable, punta estilet de bola, beina Ø 5,2-4,2Fr, 140cm-145cm long, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 1 via, xeringues buit de 5ml i 10ml, estèril, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 19G(1,07mm)x0-8cm, long regulable i ajustable, punta estilet de bola, beina Ø5,2-4,2Fr, 140cm-145cm de long, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 2 vies, xeringues al buit de 5ml i 10ml, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30006814

Descripció llarga:

Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 22Gx20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat, Ø mínim canal treball 2,0mm, longitud treball 70cm+/-5cm, inclou: mànec seguretat, adapt p/vàlvula d/biòpsia, xeringa buit 20ml a/clau pas, estèril, ús. Comp/EBUS-TBNA d'Olympus o eq

Descripció tècnica:

Agulla d'ecobroncoscòpia per a ultrasons, per a punció ecoendoscòpica transbronquial, de diàmetre 22G i llargària 20mm-40mm, amb bisell finestrat, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 70cm, inclou: mànec de seguretat, adaptador per a vàlvula de biòpsia, xeringa d'aspiració de 20ml amb clau de pas, estèril, d'un sol ús. Compatible EBU S-TBNA d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30006822

Descripció llarga:

Baló EUS, amb làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecoendoscòpis ultrasònics GF-UE160,190,290;GF-UM20,200;JF-UM20,200 i Sondes rectals RU-75M-RU, -12M-R1 d'Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Baló EUS, amb làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecoendoscòpis ultrasònics GF-UE160,190,290;GF-UM20,200;JF-UM20,200 i Sondes rectals RU-75M-RU, -12M-R1 d'Olympus o equivalent. Ref:MAJ-233

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30006823

Descripció llarga:

Vàlvula de biòpsia, sense làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb broncoscòpis sèrie OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 170, 190, 200, 240, 260, 290, MAF-TM; broncoscòpis ultrasònics sèrie BF-UC160F, UC180F i pleuroscòpis sèrie LTF-160 o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula de biòpsia, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscòpis sèrie OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 170, 190, 200, 240, 260, 290, MAF-TM; broncoscòpis ultrasònics sèrie BF-UC160F, UC180F i pleuroscòpis sèrie LTF-160 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30006825

Descripció llarga:

Baló EUS, amb làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecoendoscòpis ultrasònics linials/terapèutics GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5/-DO5, -C160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT2000-OL5, -UC2000P-OL5-UMD140P, GF-UC30P, -UCT180 d'Olympus o equivalent.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 29 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 6 / 72

Descripció tècnica:

Baló EUS, amb làtex, estèril, d'un sol ús, amplada 11,2mm, longitud 15,2mm. Compatible amb ecoendoscòpis ultrasònics linials/terapèutics GF- UC140P-AL5, -UCT140-AL5/-DO5, -C160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT2000-OL5, - UC2000P-OL5-UMD 140P, GF-UC30P, -UCT180 d'Olympus o equivalent. Ref: MAJ-249

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30006879

Descripció llarga:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb agulla, amb dents de cocodrill, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb agulla, amb dents de cocodrill, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30006930

Descripció llarga:

Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, en pacient adult, obertura central transparent 60Fr (20mm) i forats laterals, amb protecció dental, amb goma de subjecció de silicona, lliure de làtex, No estèril, d'un sol ús,

Descripció tècnica:

Obre-boques per a estudis endoscòpics, en pacient adult, de mida 20mm x 27mm, color blau, de PVC, sense làtex, no estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30007087

Descripció llarga:

Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratòria, per broncoscòpia, diàmetre del raspall de 2,4mm, beina de 7Fr (1,8mm) x 120cm+/-10cm de longitud, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratòria, per broncoscòpia, diàmetre del raspall de 2,4mm, beina de 7Fr (1,8mm) x 120cm+/-10cm de longitud, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30007211

Descripció llarga:

Recollidor-aspirador de pòlips d'endoscòpia digestiva, per a colonoscòpia, de policarbonat transparent, 4 càmeres independents amb tubs i connexió, Ø4,5-5,5x 4,5cm+/-0,5cm, 15cm+/-1cm long tub aspiració, material plàstic, sense làtex ni ftalatos, un sol ús.

Descripció tècnica:

Recollidor-aspirador de pòlips d'endoscòpia digestiva, per colonoscòpia, de policarbonat transparent, 4 càmeres independents amb tubs i connexió, material plàstic, un sol ús.



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 30 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 7 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30007273

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 230cm+/-10cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, codificació de color, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 230cm+/-10cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, codificació de color, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30007434

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard, de 0,035" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriments de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm, per a accés biliar, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per a accés biliar, estàndard, de 0,035" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriments de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30007529

Descripció llarga:

Raspall per a microbiologia d'endoscòpia respiratòria, per broncoscòpia, diàmetre del raspall de 2mm, beina de 5,0Fr (1,7mm) x 105cm+/-10cm de longitud amb tap obturador, catèter doble, inclou tisores estèrils, sense ftalatos ni làtex, ni PVC, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Raspall per a microbiologia d'endoscòpia respiratòria, per broncoscòpia, diàmetre del raspall de 2mm, beina de 5,0Fr (1,7mm) x 105cm+/-10cm de longitud amb tap obturador, catèter doble, inclou tisores estèrils, sense ftalatos ni làtex, ni PVC, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30007538

Descripció llarga:

Litotriptor mecànic d'endoscòpia digestiva, per a procediments biliars i pancreàtics, amb cistella rotatòria, de diàmetre 30mm, mínim canal de treball 4,2mm, longitud de treball 195cm+/-5cm, permet pas de guia de 0,035", visible per RX, marques penetració, estèril, ús

Descripció tècnica:

Litotriptor mecànic d'endoscòpia digestiva, per a procediments biliars i pancreàtics, amb cistella rotatòria, de diàmetre 30mm, diàmetre mínim canal de treball 4,2mm, longitud de treball 195cm, permet pas de guia de 0,035", visible per RX, amb marques de penetració, estèril, ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30007570

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn), Pebax, Ø baló 18-19-20mm x 5cm llarg, pres-inflats 3-4,5 -6Atm, marq/radio, guia premunt tefló 0,035", beina Ø7,5Fr x 240cm+/-5cm, Øcanal mínim treball 2,8mm, no làtex, est, ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 31 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 8 / 72

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar /Colòn),pebax,Ø baló 18-19-20mmx5,5cm llarg,pres- inflat 3-4,5-6Atm,marq /radiopaq,guia premunt tefló 0,035,beina Ø7,5Fr x240cm long,Øcanal mínim treball 2,8mm i 3,2mm,no làtex,est,1ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30007988

Descripció llarga:

Dispositiu/mànc d'inflat de pressió controlada fins a 12 atm.Per a procediments intervencionistes de dilatació amb catèter baló.El sistema complet consta: mànc d'inflat no estèril (reutilitzable) i manòmetre i xeringa 50-60cc.Sistema Alliance II o eq

Descripció tècnica:

Dispositiu/mànc d'inflat de pressió controlada fins a 12 at.Per a proce diments intervencionistes de dilatació amb catèter baló.El sistema comp l et està constituït pel mànc (reutilitzable).Compat/amb xeringa 60cc S is tema Alliance II, SAP 30007990 o equiv

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30007990

Descripció llarga:

Xeringa de 60cc amb manòmetre, recanvi de dispositiu d'inflat pressió controlada per a procediments endoscòpics de dilatació amb cat èter baló, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb dispositiu d'inflat Sistema Alliance II o equiv

Descripció tècnica:

Xeringa de 60cc amb manòmetre, recanvi de dispositiu d'inflat pressió co ntrolada per a procediments endoscòpics de dilatació amb catèter baló, s ense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb dispositiu d'inflat S is tema Alliance II, SAP 30007988 o equiv

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30008307

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 15-16,5-18mmx5,5cm llarg ,pres-inflat 3- 4,5-7Atm,marq/radio,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Fr x240cm+/-5cm,Øcanal mín treball 2,8mm,no làtex,est,1ús

Descripció tècnica:

Baló -Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, Esofàgic/Pilòric/B iliar/Colònic, de pebax, diàmetres baló 15-16,5-18mm x 5,5cm de llargàri a, pressió d'inflat de 3-4,5-7Atm, marques radiopaques, guia premuntada de tefló de 0,035, beina de diàmetre 7,5Fr x 240cm de longitud, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm i 3,2mm, sense làtex, estèril, d'un sol ús "

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30008405

Descripció llarga:

Marcador-Tatuatge d'endoscòpia digestiva, per a la localització de lesions en el tracte gastrointestinal, permanent, amb xeringa pre carregada de 5ml, estèril

Descripció tècnica:

Marcador d'endoscòpia digestiva, per a la localització de lesions en el tracte gastrointestinal, permanent, amb xeringa pre carregada de 5ml, est èril



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 32 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 9 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30008500

Descripció llarga:

Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial, de color negre i groc,nitinol a/recobriment de PTFE, de 0,035" (0,89mm) x 180cm+/-10cm de longitud, punta distal flexible,hidrofilica i radioopaca de 5cm, estèril,lús.Comp/stent Aersent o eq

Descripció tècnica:

Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial, de color negre i groc,nitinol amb recobriment de PTFE, de 0,035 (0,89mm) x 180cm de longitud, punta distal flexible,hidrofilica i radioopaca de 5cm, estèril,lús.Compatible amb sten Aersent o eq"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30008611

Descripció llarga:

Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a gastroscòpia i colonoscòpia, diàmetre del raspall de 3mm, punta forma de bala,bein a de diàmetre 7Fr(2,33mm) x 240cm+/-5cm de longitud,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,sense làtex,estèril,d'un sol ús

Descripció tècnica:

Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a gastroscòpia i colonoscòpia, diàmetre del raspall de 3mm, beina de diàmetre 7Fr (2,33mm) x 240cm+/-10cm de longitud, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,sense làtex ,estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30008796

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos rigid, de 0,035" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofilica de 5cm,per a accés biliar, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva,per a accés biliar, de cos rigid,0,035"x260cm+/-10cm, de nitinol amb recobriment de dos colors negre i groc, amb punta recta radioopaca hidrofilica de 5cm, estèril , d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30008798

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,cos estàndard,de 0,035"x260cm+/-10cm,nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE) , ext/distal doble punta recta hidrofilica de 10cm i de 5cm a/punta rodona ,radioopaca,per a accés biliar,estèril,1 sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,cos estàndard,de 0,035"x260cm+/-10cm,nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE), ext/distal doble punta recta hidrofilica de 10cm i de 5cm a/punta rodona,radioopaca,per a accés biliar,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30008803

Descripció llarga:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llarg,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø4 ,4Fr x5mm llarg,a/guia pre carregada 0,035"x260cm long,màneç rot,Ømin canal treball 2,8mm,s/làtex,estèril,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 33 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 10 / 72

Descripció tècnica:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, fil de tall de 30mm llarg, catèter 7-5,5Fr (2,33-1,83mm) x 200cm +/- 5cm long, punta Ø4,4Fr x 5mm llarg, a/guia precarregada 0,035" x 260cm long, mànec rot, Ømin canal treball 2,8mm, s/làtex, estèril, 1ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30008805

Descripció llarga:

Esfinterotom d'agulla de tall d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, agulla de tall 4-6mm, catèter 7-5,5Fr (2,33-1,83mm) x 210cm +/- 5cm llarg, punta Ø5Fr (1,67mm) x 5mm llarg, permet guia 0,035", mànec rot, Ømin canal treball 2,8mm, s/làtex, estèril, 1ús

Descripció tècnica:

Esfinterotom-Papilòtom d'agulla endoscòpia digestiva, p/via biliar, 3 llums (guia+contrast+fil tall), d'intercanvi ràpid, catèter 7Fr (2,33mm) a/punta cònica precorbada de 5mm, diàmetre 5Fr (1,67mm) x 200cm long, filferro aj. estable, permet pas guia de 0,035", mànec rotatori, Øcanal treball 2,8mm, no làtex, estèril, 1ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30008807

Descripció llarga:

Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a sistema d'intercanvi ràpid, de 2,1mm d'amplada, beina de diàmetre 8Fr (2,67mm) x 200cm +/- 5cm de longitud de treball, permet pas de guia 0,035", diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, no làtex, estèril, 1ús

Descripció tècnica:

Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a sistema d'intercanvi ràpid, de 2,1mm d'amplada, beina de diàmetre 8Fr (2,67mm) x 200cm de longitud de treball, guia recomanada 0,035", diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, no làtex, estèril, 1ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30008855

Descripció llarga:

Baló extractor de càlculs biliars de 3 vies d'endoscòpia digestiva, punta cònica, 4 Ø d'inflat del baló 8,5-10-12-15mm, orifici d'intercanvi a 9cm de l'extrem distal, Ø catèter 6,6Fr, longitud de 200cm +/- 5cm, compatible a guia 0,035", estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Baló extractor de càlculs biliars de 3 vies d'endoscòpia digestiva, punta cònica, 4 Ø d'inflat del baló 8,5-10-12-15mm, orifici d'intercanvi a 9cm de l'extrem distal, diàmetre catèter 6,6Fr, longitud de 200cm +/- 5cm, compatible a guia 0,035", estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30008940

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia, Ø baló de 40mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67mm) x 90cm +/- 5cm de longitud de treball, compatible amb guia de 0,038", 5 marques radiopaques sense làtex, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia, diàmetre baló de 40mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67mm) x 90cm de longitud de treball, compatible amb guia de 0,038", 5 marques radiopaques sense làtex, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 34 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 11 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30009490

Descripció llarga:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria, mandíbula basculant amb finestres, sense agulla, diàmetre de canal 1,8mm, longitud de treball mínim o superior a 100cm+/-5cm,estèril,lús. Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Fòrceps per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria, mandíbula basculant amb finestres, sense agulla, diàmetre de canal 1,8mm, longitud de treball mínim o superior a 1000mm,estèril,lús. Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30009704

Descripció llarga:

Marcador radioopac d'endoscòpia digestiva, pel mesurament del temps del trànsit en el còlon, amb 40% de sulfat de bari, càpsules num erades amb diferents formes de marcadors per cada càpsula

Descripció tècnica:

Marcador radioopac d'endoscòpia digestiva, pel mesurament del temps del trànsit en el còlon, amb 40% de sulfat de bari, càpsules numerades amb diferents marcadors per cada càpsula

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30009968

Descripció llarga:

Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 8 filferros, diàmetre 20mm, longitud de treball 180-190mm, compatible amb guia de 0,035", diàmetre mínim canal de treball 3,7mm, visible per RX, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva, de 8 filferros de diàmetre 20mm, diàmetre mínim canal de treball 3,7mm, longitud de treball 190cm, permet pas de guia de 0,035, visible per RX, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30009986

Descripció llarga:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, esclerosi de varius esofàgiques, de tefló, calibre 0,7mm x 5mm longitud amb sistema de bloqueig, beina de diàmetre 11G (2,3mm) x 180cm+/-5cm de llargària, amb connector per a rentat, sense làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosi de varius esofàgiques, de tefló, calibre 0,7mm x 5mm longitud amb sistema de fixació, beina de diàmetre 11G (2,3mm) x 180cm de llargària, amb connector per a rentat, sense làtex, estèril

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30009987

Descripció llarga:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosar la mucosa tracte digestiu superior, calibre 23G i 6mm long, beina Ø1,8mm i long treball 200cm+/-5cm, catèter int a/forma d'estrella, Ømínim canal treball 2,8mm, sist/bloqueig, s/làtex, estèril, un ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 35 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 12 / 72

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosar la mucosa tracte digestiu superior, calibre de 23G i 6mm longitud, beina Ø1,8mm i longitud de treball 200cm+/-5cm, catèter int a/forma d'estrella, diàmetre mínim canal de treball de 2,8mm, sistema bloqueig, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30010227

Descripció llarga:

Vàlvula per canal de biòpsia, autoclavable a 134°C. Compatible a Gastros copis, Colonoscopis, Duodenoscopis i Endoscopis ultrasònics d'Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula per canal de biòpsia, autoclavable a 134°C. Compatible a Gastros copis, Colonoscopis, Duodenoscopis i Endoscopis ultrasònics d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30010287

Descripció llarga:

Raspall per a citologies biliar, diàmetre extern 2,35mm, llargària 160cm. nylon, poliamida i acer inox. estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Raspall per a citologies biliar, diàmetre extern 2,35mm, llargària 160cm .Nylon, poliamida i acer inox. estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30010741

Descripció llarga:

Càpsula endoscòpia digestiva, plàstic biocompatible i bandes d'or, xip electrònic p/veure imatges digestives, camp visió màxim 170°, funció seguiment 3D, profund/camp de 0 a 30mm, 3 foto/s, bateria int mínim 12h, Ø10, 8mmx24, 5mm llarg. Comp/trans/Tipo Sonar o eq

Descripció tècnica:

Càpsula endoscòpia digestiva, plàstic biocompatible i bandes d'or, xip electrònic p/veure imatges digestives, camp visió màxim 170°, funció seguiment 3D, profund/camp de 0 a 30mm, 3 fotogrames x segon, bateria interna dura mínim 12h, Ø10, 8mmx24, 5mm llarg.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30010826

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 155cm+/-10cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, codificació de color, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 155cm+/-10cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, codificació de color, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 36 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PAGINA: 13 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30010835

Descripció llarga:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva ,forma oval estàndard de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva,forma oval estàndard de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/ gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30011177

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodril, longitud de treball 230cm+/-10cm,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,codificació de color ,estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodril, longitud de treball 230cm +/-10cm,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30011178

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia endoscòpia digestiva,a/agulla,mandíbula fenestrada gran capacitat a/dents cocodril,cassoleta basculant,volum mossegada 9mm³ ,marques posició a beina,Øextern pinça 2,4mmx240cm+/-5cm llarg,Ø mínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, amb agulla, mandíbula fenestrada de gran capacitat amb dents cocodril,cassoleta basculant, volum de la mossegada 9,mm³,marques de posició a la beina, diàmetre extern pinça a 2,4mm x 240cm llarg, Ø mínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30011261

Descripció llarga:

Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, estàndard, en pacient adult, obertura central 60Fr(20mm) i forats laterals, amb protecció dental, amb subjecció tira adherent, de PVC lliure de làtex, No estèril ,d'un sol ús,

Descripció tècnica:

Obreboques amb 2 entrades laterals per a succió de secrecions, permet el pas d'instruments de fins a 60Fr, mida única, corretja adaptable a totes les talles, sense làtex, d'un sol ús. Compatible amb tots els gastros còpics i broncoscopis d'Olympus o equivalent. Ref: MAJ-1632

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30011605

Descripció llarga:

Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma micro ovalat.Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 37 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 14 / 72

Descripció tècnica:

Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia, forma micro ovalat. Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30011607

Descripció llarga:

Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia, forma ovalat estàndard. Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, 1sol ús.

Descripció tècnica:

Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia, forma ovalat estàndard. Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30011743

Descripció llarga:

Bisturi de punta aïllada per a ESD (dissecció submucosa digestiva), diàmetre exterior punta 2,2mm, longitud ganiveta 4mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 1650mm+/-100mm, estèril, un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Bisturi de punta aïllada per a ESD (dissecció submucosa digestiva), diàmetre exterior punta 2,2mm, longitud ganiveta 4mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 1650mm, estèril, un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30011744

Descripció llarga:

Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (dissecció submucosa digestiva), longitud ganxo 1,3mm rotatori, longitud ganiveta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 1650mm+/-100mm, estèril, un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus o eq

Descripció tècnica:

Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (dissecció submucosa digestiva), longitud ganxo 1,3mm rotatori, longitud ganiveta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 1650mm, estèril, un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30011773

Descripció llarga:

Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria, traqueobronquial, baló de 3cm llargària, amb tres inflats 10mm-11mm-12mm en 1 sol baló, pressió inflat 3-5-8 atm, long treball 75cm+/-5cm, canal mínim treball Ø2,8mm, guia precarregad 0,035", no làtex, est, lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria, traqueobronquial, baló de 3cm llargària, amb tres diàmetres inflats de 10mm-11mm-12mm en un sol baló, pressió d'inflat 3-5-8atm, extrems arrodonits, longitud treball 75 cm, canal mínim treball Ø 2,8mm, amb guia precarregada de 0,035, no làtex, estèril, lús"



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 38 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 15 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30011774

Descripció llarga:

Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria,traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tresØinflat de 12-13,5-15mm en 1sol b aló,pressió inflat 3-4,5-8 atm,long treball 75cm+/-5cm,minim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035",no làtex,est,lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria,traqueobronquial,bal ó de 3cm llargària,amb tres Øinflat de 12-13,5-15mm en 1sol baló,pressió d'inflat 3-4,5-8 atm,long treball 75cm,Øminim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035, no làtex,est,lús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30011779

Descripció llarga:

Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria,traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tres Øinflat de 8- 9-10mm en 1sol bal ó,pressió inflat 3-5,5-9 atm,long treball 75cm+/-5cm,Øminim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035",no làtex,est,lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria, traqueobronquial, b aló de 3cm llargària, a/tres Ø inflat 8mm-9mm-10mm en 1 sol baló,pressió d'inflat 3-5.5-9 atm,long treball 75cm,Øminim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035, no làtex,est,lús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30011780

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica d'endoscòpia digestiva, giratòria, cullera ovalada punta cònica amb dents, obertura màxima de 5mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,longitud de treball 165cm+/-5cm,estèril, d'un sol ús. Compatible gastroscopis

Descripció tècnica:

Pinça hemostàtica d'endoscòpia digestiva, giratòria, cullera ovalada pu nta cònica amb dents, obertura màxima de 5mm, diàmetre mínim canal de t r eball 2,8mm, longitud de treball 165cm, estèril, d'un sol ús. Compatib le gastroscopis d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30011844

Descripció llarga:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscòpia), Ø externl ,8mm,mandibula basculant, sense agulla, amb dents, diàmetre m ínim canal de treball 2,0mm,longitud de treball mínim 100cm+/-5cm,visible per RX,codificació de color,estèril,d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscopia), Ø externl, 8mm,mandibula basculant, sense agulla, amb dents, diàmetre mínim canal d e treball 2,0mm, longitud de treball mínim 100cm, visible per RX, estè ri l, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30012015

Descripció llarga:

Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva,calibre de 25G x0-8cm,long regulable i ajustable,beina Ø5,2Fr,140-145cm de longitud a justable,punta estilet de bola,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,clau 1 via,xeringues al buit 5ml i 10ml,estèril,1 sol ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 39 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 16 / 72

Descripció tècnica:

Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 25G x0-8cm, lon g regulable i ajustable, beina Ø5,2Fr, 140-145cm de longitud ajustable, punta estilet de bola, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 1 via, xerri ngues al buit de 5ml i 10ml, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30012270

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn), pebax, Ø baló 12-13, 5-15mmx5,5cm llarg, pres-inflat 3-4 , 5-8Atm, marq/radio, guia premunt tefló 0,035", beina Ø7,5Fr x240cm+/-5cm , Øcanal mín treball 2,8mm, no làtex, est, lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar /Colòn), pebax, Ø baló 12-13, 5-15mmx5,5cm llarg, pres-inflat 3-4, 5-8Atm, marq/r radiopaq, guia premunt tefló 0,035, extrems arrodonits, beina Ø7,5Fr x 240cm long, Øcanal mín treball 2,8mm i 3,2mm, no làtex, est, lús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30012272

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn), pebax, Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg , pres-inflat 3-5-8 Atm, marq/radiopaq, guia premunt tefló 0,035", beina Ø7,5Fr x240cm+/-5cm, Øcanal mín treball 2,8mm, no làtex, estèril, lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar /Colòn), pebax, Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg, pres-inflat 3-5-8Atm, marq/r a diopaq, guia premunt tefló 0,035, extrems arrodonits, beina Ø7,5Fr x240cm long, Øcanal mín treball 2,8mm i 3,2mm, no làtex, estèril, lús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30012322

Descripció llarga:

Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, mànec rotatori separat, tall 30mm llarg, catèter 7-5,5Fr x200cm+/-5cm long, punta Ø4,4Fr x5mm llarg, guia precarr doble punta 0,035"x260cm, Ømín canal treb 2,8mm, no làtex, est, lús

Descripció tècnica:

Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi rà pid, mànec rotatori separat, tall 30mm llarg, catèter 7-5,5Fr x200cm long, punta Ø4,4Fr (1,47mm) x5mm llarg, guia precarr doble punta 0,035-260cm, Ømín m canal treball 2,8mm, no làtex, est, lús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30012642

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn), pebax, Ø baló 8-9-10mmx5,5cm llarg , pres-inflat 3-5, 5-9Atm, marq/radiopaq, guia premunt tefló 0,035", beina Ø7,5Fr x240cm+/-5cm, Øcanal mín treb 2,8mm, no làtex, estèril, lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar /Colòn), pebax, Ø baló 8-9-10mmx5,5cm llarg, pres-inflat 3-5, 5-9Atm, marq/r a diopaq, guia premunt tefló 0,035, extrems arrodonits, beina Ø7,5Fr x240cm long, Øcanal mín treball 2,8mm i 3,2mm, no làtex, estèril, lús"

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 40 de 116





GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 17 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30012870

Descripció llarga:

Vàlvula de succió, d'un sol ús. Compatible amb endoscopis mòbils MAF-GM/TM, broncoscopis OES30/40/60, E2, EVIS160/180/240/260, broncoscopis ultrasònics BF/UM40/UC160F/UC180F, toracoscopis LTF-160 i rinolaringoscopis ENF-VT /-VT2 d'Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula de succió, d'un sol ús. Compatible amb endoscopis mòbils MAF-GM/ TM, broncoscopis OES30/40/60, E2, EVIS160/180/240/260, broncoscopis ultrasonics BF/UM40/UC160F/UC180F, toracoscopis LTF-160 i rinolaringoscopis ENF-VT /-VT2 d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30012932

Descripció llarga:

Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 22G x 0- 8cm long regulable i ajustable mànec, beina Ø 5,2Fr i 140-145cm de longitud , punta estilet bola, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 1 via , xeringues buit 5ml i 10ml, estèril, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 22G x 0- 8cm long regulable i ajustable mànec, beina Ø 5,2Fr i 140-145cm de longitud , punta estilet bola, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 1 via, xeringues buit de 5ml i 10ml, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30013307

Descripció llarga:

Nansa de diatèrmita per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva , forma semicircular de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,3mm/flexible i fi, diàmetre mínim de canal 2,0mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrmita per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma semicircular de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,3mm/flexible i fi, diàmetre mínim de canal 2,0mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30013562

Descripció llarga:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosar la mucosa gastrointestinal, calibre de 25G i 4mm long, beina transparent Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sistema bloqueig, sense làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosar la mucosa gastrointestinal, calibre de 25G i 4mm long, beina transparent Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sistema bloqueig, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30013868

Descripció llarga:

Agulla d'injecció endoscòpia digestiva, per a esclerosi, calibre agulla 23G (0,64mm) x 5mm llarg, beina cos metal·lic recob/teflon, beina Ø 2,5mm x 230cm+/-5cm long, mànec a/connector luer, sistema bloqueig, canal treball Ø2,8mm, no làtex, estèril, l'ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 41 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 18 / 72

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a esclerosi, calibre agulla 23G (0,64mm)x5mm llarg, beina cos metal·lic amb recobriments de teflon, beina Ø2,5mmx230cm long, mànec a/connector luer, sistema bloqueig, canal treball Ø2,8mm, no làtex, estèril, lús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30013970

Descripció llarga:

Extractor atrapa-pòlips per a endoscòpia, amb càmera de recuperació, de plàstic transparent, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb tots els gastroscopis d'Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Extractor atrapa-pòlips amb càmera de recuperació, de plàstic transparent, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb tots els gastroscopis d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30014168

Descripció llarga:

Vàlvula per a aspiració / succió d'endoscòpia respiratòria, d'un sol ús. Compatible amb broncofibroscopi de Karl Storz o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula per a aspiració / succió d'endoscòpia respiratòria, d'un sol ús. Compatible amb broncofibroscopi de Karl Storz o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30015201

Descripció llarga:

Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, bisell de 30° normal, per a tracte digestiu superior, calibre de 23G (0,6mm), longitud de treball igual o superior a 160cm+/-5cm, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, per endoscopi pediàtric, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció endoscòpica digestiva amb bisell de 30° normal, per a tracte digestiu superior, calibre agulla de diàmetre 23G (0,6mm) x 4mm de llargària, diàmetre mínim de canal 2,0mm, longitud de treball 165cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30016089

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos rígid, de 0,035"x450cm+/-10cm, nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE), ext/distal doble punta recta hidrofílica de 10cm i de 5cm a/punta rodona, radioopaca, per a accés biliar, estèril, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos rígid, de 0,035"x450cm+/-10cm, nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE), ext/distal doble punta recta hidrofílica de 10cm i de 5cm a/punta rodona, radioopaca, per a accés biliar, estèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30016120

Descripció llarga:

Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia, forma rodona. Diàmetre de llaç 15mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 42 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 19 / 72

Descripció tècnica:

Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia, forma circular. Diàmetre de llaç 15mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30016482

Descripció llarga:

Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria, per recuperar cos estrany p/via ecobroncoscòpica, cistella 4 fils amb punta de baix perfil i obertura de 12mm, beina Øext 2,4Fr (0,8mm)x120cm+/-10cm longitud treball, Ømínim canal treball 2,0mm, no làtex, estèril, 1ús

Descripció tècnica:

Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria, per recuperar cos estrany pe r via broncoscòpica, cistella de 4 fils amb punta de baix perfil i obertura de 12mm diàmetre, beina de diàmetre exterior de 2,4Fr (0,8mm) x 120 cm de longitud de treball, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30017691

Descripció llarga:

Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 4 filferros, Ø3x6cm cistella oberta, longitud de treball 180cm+/-5cm, marques pe netració, Ømínim canal 3,2 mm, comp a guia de 0,035", intercanvi ràpid, visible RX, sist. seguretat punta, estèril, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva, de 4 filferros de diàmetre 3cm cistella oberta x6cm de longitud de la cistella oberta, diàmetre mínim de canal 3,2mm, longitud de treball 180cm, marques de pen e tració, compatible a guia de 0,035 , intercanvi ràpid, visible per RX. Amb sistema de seguretat d'alliberació de la punta per evitar impactac i ó. Compatible amb sistema Trapezoid RX per litrotricia mecànica, estèril, d'un sol ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30017703

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, amb agulla, mandíbula fenestrada i basculant, capacitat estàndard (5,3mm³) a/dents cocodrill i marques de posició a la beina, Øext pinça 2,2mmx240cm+/-5cm llargària, Ømínim canal treball 2,8mm, no làtex, estèril, 1ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, amb agulla, mandíbula fenestrada i basculant, capacitat estàndard (5,3mm³) a/dents cocodrill i marques de posició a la beina, Øextern pinça 2,2mmx240cm llargària, Ø mínim cana l de treball 2,8mm, no làtex, estèril, 1ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30017801

Descripció llarga:

Vàlvula de biòpsia antireflux, diàmetre del forat 1,2mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb gastrscopis, duodenoscopis, enteroscopis, sigmoidoscopis, colonoscopis i endoscopis ultrasònics amb zona cega d'Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula de biòpsia antireflux, diàmetre del forat 1,2mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb gastrscopis, duodenoscopis, enteroscopis, sigmoidoscopis, colonoscopis i endoscopis ultrasònics amb zona cega d'Olympus o e quivalent



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 43 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 20 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30017820

Descripció llarga:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, fil de tall de 30mm llargària, catèter 7-5, 5Fr (2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long, punta Ø3,9Fr x5mm llarg, amb guia precarregada 0,035"x260cm, Ømínim canal treball 2,8mm, no làtex, estèril, 1ús

Descripció tècnica:

Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, mànec rotatori, tall 30mm long, cat 7-5, 5Fr (2,33-1,83mm)x200cm llarg, punta Ø3,9Fr (1,30mm)x5mm, guia precarreg cos rigid 0,035x260cm long, Ømínim canal treball 2,8mm, no làtex, est, 1ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30019001

Descripció llarga:

Sobretub silicona p/enteroscopi, amb lbaló silicona extrem distal p/traccions sobre intesti prim. Mides: Øextern baló 40mm, tub inserció Øext 13,2mm i Øint 11mm, Ømaxim tub inserció 15,9mm, long treball 132cm+/-5cm, estè, 1ús. Comp enterosc SIF-Q180 Olympus o eq

Descripció tècnica:

Sobretub silicona p/enteroscopi, amb lbaló silicona extrem distal p/traccions sobre intesti prim. Mides: Øextern baló 40mm, tub inserció Øextern 13,2mm i Øintern 11mm, Ømaxim tub inserció 15,9mm, long treball 123cm, estè, 1ús. Compatible enteroscopi SIF-Q180 Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30019410

Descripció llarga:

Arpò d'endoscòpia respiratòria, localitzador de nòdul pulmonar per al marcatge preoperatori a través de fluoroscòpia, cànula calibre 18G x 12cm+/-0,5cm de longitud amb marques prof, marcador en forma d'espiral de nitinol, reposicionable, estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Arpò d'endoscòpia respiratòria, localitzador de nòdul pulmonar per al marcatge preoperatori a través de fluoroscòpia, cànula calibre 18G x 12cm+/-0,5cm de longitud amb marques prof, marcador en forma d'espiral de nitino 1, reposicionable, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30020009

Descripció llarga:

Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició, calibre de 19G x 0-8cm long regulable i ajustable, punta estilet bisell, beina Ø 5,2-4,2Fr, 140-145cm long, Ømínim canal treball 2,8mm, sistema bloqueig, clau 1 via, xeringues buit 5ml i 10ml, estèril, 1sol ús

Descripció tècnica:

Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició, calibre de 19G x 0-8cm long regulable i ajustable, punta estilet bisellada, beina Ø5,2-4,2Fr, 140-145cm longitud, Ømínim canal de treball 2,8mm, sistema de bloqueig, clau 1 via, xeringues buit de 5ml i 10ml, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30021117

Descripció llarga:

Raspall de citologia endoscòpia respiratòria, per a broncoscòpis, Ø del raspall de 3mm punta atraumàtica, beina doble llum per a intercanvi ràpid de 8Fr (2,7mm) 150cm+/-5cm de llargària, amb guia 0,035", diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, estèril, 1ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 44 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 21 / 72

Descripció tècnica:

Raspall de citologia endoscòpica respiratòria, per a broncoscòpis, Ø del raspall de 3mm punta atraumàtica, beina doble llum per a intercanvi ràpid de 8Fr (2,7mm) 150cm+/-10cm de llargària , amb guia 0,035", diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30022272

Descripció llarga:

Catèter d'ablació focal per a endoscòpia digestiva, punta electrode muntat extrem distal endoscopi, ample 13mmx20m llarg, beina de cana Ø 4mm, long treball 160cm+/-10cm, endoscopis de 8,6mm-12,8mm. Comp/generador energia ARF Barrx Flex Ref: 11904A-230A o equ

Descripció tècnica:

Catèter d'ablació focal per a endoscòpia digestiva, punta d'electrode va muntada en l'extrem distal d'un endoscopi, d'amplada 13mm x 20m de llargària, beina de canal de treball de diàmetre de 4mm, longitud de treball l de 160cm, endoscopis recomanats de 8,6mm a 12,8mm. Compatible amb el g e nerador d'energia ARF Barrx Flex Ref: 11904A-230A o equivalent. Ref: 9 0- 9100

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30023899

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard, de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobrime nt de PTFE de dos colors, amb punta angulada radioopaca hidrofílica de 5cm, per a accés biliar, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard, de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE d e dos colors, amb punta angulada radioopaca hidrofílica de 5cm, per a acc és biliar, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30025064

Descripció llarga:

Baló d'ecobroncoscòpia, de làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscopis ultrasònics BF-UC160F /-UC180F d'Olympus o equiv alent

Descripció tècnica:

Baló d'ecobroncoscòpia, de làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb b roncoscopis ultrasònics BF-UC160F /-UC180F d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30025959

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,035"x270cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta fl exible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,035"x270cm+/-1 0cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidro filica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estè ril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 45 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 22 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30025960

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,025"x270cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta fl exible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,025"x270cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30026570

Descripció llarga:

Baló extractor d'endoscòpia digestiva, per a càlculs biliars i ECRP, de 3vies, 4 diàmetres baló 12-15-18-20mm, entrada injecció a sobre baló, longitud treball 200cm+/-5cm x 6,6Fr, marques de penetració, compatible guia 0,035", xeringa precalibrada, estèril, lús

Descripció tècnica:

Baló extractor d'endoscòpia digestiva, per a càlculs biliars i ECRP, de 3vies, 4 diàmetres baló 12-15-18-20mm, entrada injecció a sobre baló, longitud treball 200cm+/-5cm x 6,6Fr, marques de penetració, compatible guia 0,035", xeringa precalibrada, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30026712

Descripció llarga:

Agulla d'ecobroncoscòpia, calibre 22G (0,71mm)x0-5cm longitud ajustable, punta/estilet bisellada, beina Ø4,1Fr x 68cm+/-5cm de longitud, Ø mínim canal treball 2mm, inclou xeringa, no làtex, estèril, lús. Compatible amb tots broncoscopis EBUS Pentax o eq

Descripció tècnica:

Agulla d'ecobroncoscòpia, calibre 22G (0,71mm)x0-5cm longitud ajustable, punta/estilet bisellada, beina Ø4,1Fr x 68cm+/-5cm de longitud, Ø mínim canal treball 2mm, inclou xeringa, no làtex, estèril, lús. Compatible amb tots broncoscopis EBUS Pentax o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30027433

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, amb agulla, mandíbula fenestrada basculant, capacitat estàndard (5,3mm³) amb dents cocodril i marques de posició a la beina, Ø extern pinça 2,2mmx160cm+/-5cm llargària, Ø mínim canal treball 2,8mm, no làtex, estèril, lús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, amb agulla, mandíbula fenestrada basculant, capacitat estàndard (5,3mm³) amb dents cocodril i marques de posició a la beina, Ø extern pinça 2,2mmx160cm llargària, Ø mínim canal de treball 2,8mm, no làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30027436

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, gastropediàtrica, sense agulla, mandíbula basculant, amb dents de cocodril, diàmetre extern pinça 1,8mm x 160cm+/-5cm llargària, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, sense làtex, estèril, lús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 46 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 23 / 72

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, gastropediàtrica, sense agu lla, mandíbula basculant, amb dents de cocodrill, diàmetre extern pinça 1,8mm x 160cm llargària, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, sense l àt ex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30027580

Descripció llarga:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, fil de tall 25mm de llargària, catèter de 7,4Fr x 190cm+/-5cm long, amb punta rodona de Ø3,9Fx7mm, permet pas guia de 0,035", diàmetre mínim canal de treball 3,2mm, no làtex, estèril, lús

Descripció tècnica:

Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva, de 3 llums, catèter de 7, 4Fr amb punta rodona i lliça tipus Dome 7mm de llarg i 190cm longitud, filferro monofil amb tall 25mm, permet pas guia de 0,035, diàmetre mínim canal de treball 3,2mm, no làtex, estèril, lús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30027623

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de Cobalt-Crom, calibre de 22G (0,7mm) i 0-8cm long, beina Ø1,65mm i entre 137-142cm long regulable, Ø mínim canal treball 2,4mm, sistema bloqueig, xeringa 20ml, connector luer bronze, sense làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de Cobalt-Crom, calibre de 22G (0,7mm), Beina Ø1,65mm, Ø mínim canal de treball 2,4mm, sistema de bloqueig, xeringa plàstic 20 ml, connector luer de bronze, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30027624

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de Cobalt-Crom, calibre de 25G (0,5mm) i 0-8cm long, beina Ø1,52mm i long regulable en tre 137-142cm, Ø mínim canal treball 2,4mm, sistema bloqueig, xeringa 20ml, connector luer bronze, sense làtex, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de Cobalt-Crom, calibre de 25G (0,5mm) x 0-8cm, beina Ø 1,52mm x 137,5-141,5cm regulable, Ø mínim de treball 2,4mm, sistema de bloqueig, xeringa plàstic 20 ml, connector luer de bronze, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30027950

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,035"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,035"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 47 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 24 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30027951

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,025"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta fl exible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,025"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30029497

Descripció llarga:

Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició, calibre 20G x 0-8cm long regulable i ajustable, punta estilet bola, beina Ø8Fr i 140-145cm de long, Ø mínim canal de treball 3,7mm, sistema de bloqueig, clau 1 via, xeringues buit 5ml i 10ml, estèril, sol ús

Descripció tècnica:

Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició, calibre 20G x 0-8cm long regulable i ajustable, punta estilet bola, beina Ø8Fr i 140-145cm de longitud, Ø mínim canal de treball 3,7mm, sistema de bloqueig, clau 1 via, xeringues buit 5ml i 10ml, estèril, sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30029498

Descripció llarga:

Agulla per ecoendoscòpia digestiva per a biòpsies histològiques, de Crom-cobalt, calibre 22G, punta tipus Franseen ext 0-8cm, Beina Ø5,3 G, Ø mínim canal de treball 2,8mm, sistema de bloqueig, clau 1 via, xeringa luer de buit de 10ml, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla per ecoendoscòpia digestiva per a biòpsies histològiques, de crom-cobalt, calibre 22G, punta tipus Franseen ext 0-8cm, Beina Ø5,3G, Ø mínim canal de treball 2,8mm, sist de bloqueig, clau 1 via, xeringa luer de buit de 10ml, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30029517

Descripció llarga:

Catèter d'endoscòpia respiratòria, per a hemostàsia i rentat bronquial, Ø baló 11mm, Ø punta distal 5Fr, longitud de treball 105cm+/-10cm, Ø mínim canal de treball 2,0mm, de làtex, estèril, lús.

Descripció tècnica:

Catèter d'endoscòpia respiratòria, per a hemostàsia i rentat bronquial, Ø ba ló 11mm, Ø punta distal 5Fr, longitud de treball 105cm+/-10cm, Ø mínim canal de treball 2,0mm, de làtex, estèril, lús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30029519

Descripció llarga:

Catèter endoscòpia respiratòria, aplicador-carregador d'endopròtesi bronquial-vàlvula gran, de 102cm longitud, diàmetre canal treball 1 del broncoscopi 2,6mm, estèril, lús. Compatible endopròtesi bronquial vàlvules IBV (implants traqueo-bronquials) o equiv



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 48 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 25 / 72

Descripció tècnica:

Catèter endoscòpia respiratòria, aplicador-carregador d'endopròtesi bronquial-vàlvula gran, de 102cm longitud, diàmetre canal treball del bronc o scopi 2,6mm, estèril, lús. Compatible endopròtesi bronquial vàlvules IBV (implants traqueo-bronquials) o equiv

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30029995

Descripció llarga:

Cistella d'endoscòpia digestiva, per a la extracció de cossos estranys i pòlips, cistella/malla 3cmx6cm, beina Ø2,5mm x 230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm, d'acer inoxidable, sense làtex, , d'un sol ús

Descripció tècnica:

Cistella d'endoscòpia digestiva, per a la extracció de cossos estranys i pòlips, cistella/malla 3cmx6cm, beina Ø2,5mm x 230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm, d'acer inoxidable, sense làtex, , d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30030259

Descripció llarga:

Raspall de citologia endoscòpia digestiva, Ø raspall 3mmx10mm llarg, Ø cerres 0,14mm, catèter de doble llum p/sistemes d'intercanvi ràpid d, Ø extern 1,9mm, p/atràutica, llarg treball 190cm+/-5cm, Ø mín canal de treball 3,2mm, marques penetració, amb guia, estè, lús

Descripció tècnica:

Raspall de citologia endoscòpia digestiva, doble llum, p/sistemes d'intercanvi ràpid CPRE, Ø canal 3,2mm, llarg treball 190cm, Ø extern 1,9mm, Ø raspall 3mm (9Fr.)x10mm llarg, Ø cerres 0,143mm, punta atraumàtica-marques penetració, compat guia 0,035, estè, lús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30030494

Descripció llarga:

Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratòria (bronscòpia), diàmetre 2,0mm x 6mm de llargària, diàmetre mínim canal de treball 1,2mm amb beina tubular 3Fr, longitud de treball 115cm, de material sintètic i punta metàl·lica, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratòria (bronscòpia), diàmetre 2,0mm x 6mm de llargària, diàmetre mínim canal de treball 1,2mm amb beina tubular 3Fr, longitud de treball 115cm, de material sintètic i punta metàl·lica, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30031132

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense dents, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm , longitud de treball 155cm+/-5cm, codificació de color, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense dents, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 155cm+/-10cm, codificació de color, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 49 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 26 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30031822

Descripció llarga:

Pinça d'agafament i coagulació d'endoscòpia digestiva (ESD), giratòria, amb cassoleta distal, obertura màxima de 4mm, diàmetre mínim de canal 3,2mm, longitud de treball 230cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça d'agafament i coagulació d'endoscòpia digestiva (ESD), giratòria, amb cassoleta distal, obertura màxima de 4mm, diàmetre mínim de canal 3,2mm, longitud de treball 230cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30032180

Descripció llarga:

Adaptador per a tub bomba injecció, amb 3 connexions L-L, una extr/distal, dos extr/proximal una en angle p/introduir pinces biòpsia. Compatible amb gastroscopis, colonoscopis o endoscopis ultrasònics Olympus en combinació amb tub bomba injecció MAJ-1606 d'Olympus o equivalent.

Descripció tècnica:

Adaptador per a tub bomba injecció, consta de tres connexions luer-lock, una extrem distal, dos extrem proximal, un d'elles en angle per poder introduir pinces de biòpsia. Compatible amb gastroscopis, colonoscopis o endoscopis ultrasònics Olympus en combinació amb tub bomba d'injecció MAJ-1606 d'Olympus o equivalent. Ref:MAJ-1606

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30032229

Descripció llarga:

Lligadura endoscòpica digestiva p/varius esofàgiques, 7 bandes motlle quadrat muntades darrera, penúltima banda d'avis, Øextern endoscopi 8,6-11,5mm, canal treball 2,8mm, unit lligat transparent, desplegament una sola corda, indicad sonor desplegament, no làtex, lús

Descripció tècnica:

Lligadura endoscòpica digestiva p/varius esofàgiques, 7 bandes motlle quadrat muntades darrera, penúltima banda d'avis, Øextern endoscopi 8,6-11,5mm, canal treball 2,8mm, unit lligat transparent, desplegament una sola corda, indicad sonor desplegament, no làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30032315

Descripció llarga:

Dispositiu d'endoscòpia digestiva, per a lligadura de pòlips previa polipectomia, diàmetre del llaç 30mm+/-2mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Dispositiu d'endoscòpia digestiva, per a lligadura de pòlips previa polipectomia, diàmetre del llaç 30mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, longitud de treball 230cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30032649

Descripció llarga:

Broncoscopi intubació/broncoscòpia, led, canal treball DI1, 1 a 2,2mm/DE3, 8 a 4,4mm, botons mànec ergonòmic, sist fixació TET, palanca p. distal #195° amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball min 600mm, compatible aView



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 50 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 27 / 72

Descripció tècnica:

Broncoscopi intubació/broncoscòpia, led, canal treball DI1,1 a 2,2mm/DE3 ,8 a 4,4mm,botons mànec ergonòmic,sist fixació TET, palanca p. distal # 195°amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esquerra, lon g treball min 600mm, compatible aView o eq. Est,lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30032660

Descripció llarga:

Elèctrode nansa de diatèrmita monopolar d'acer per a polipectomia,forma rodona extra-gran.Diàmetre de llaç 33mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,isol ús.

Descripció tècnica:

Elèctrode nansa de diatèrmita monopolar d'acer per a polipectomia,forma rodona extra-gran.Diàmetre de llaç 33mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,isol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30033195

Descripció llarga:

Elèctrode nansa de diatèrmita monopolar d'acer per a polipectomia,forma hexagonal rigid. Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,isol ús.

Descripció tècnica:

Elèctrode nansa de diatèrmita monopolar d'acer per a polipectomia,forma hexagonal rigid. Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm,llargària de treball 240cm+/-5cm.canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,isol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30033530

Descripció llarga:

Bisturi amb punta de ceràmica aïllada per a ESD (dissecció de la submucosa digestiva) d'esòfag i colon, punta de 1,7mm de diàmetre, llargària de la gavineta de 3,5mm, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Bisturi amb punta de ceràmica aïllada per a ESD (dissecció de la submuco sa digestiva) d'esòfag i colon, punta de 1,7mm de diàmetre, llargària de la gavineta de 3,5mm, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treba l l 230cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30033643

Descripció llarga:

Catèter d'endoscòpia respiratòria, aplicador-carregador endopròtesi bronquial-vàlvula petita, 102cm longitud, Ø canal treball bronco scopi 2,6mm, estèril, lús. Compatible endopròtesi bronquial vàlvules Zephyr 4,0 o equivalent

Descripció tècnica:

Catèter d'endoscòpia respiratòria, aplicador-carregador endopròtesi bronquial-vàlvula petita, 102cm longitud, Ø canal treball broncoscopi 2,6mm, estèril, lús. Compatible endopròtesi bronquial vàlvules Zephyr 4,0 o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 51 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 28 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30033797

Descripció llarga:

Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva), longitud ganxo 1,3mm rotatori, longitud ud ganiveta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 230cm+/-10cm, estèril, un ús. Comp/a/endoscopis Olympus o equ

Descripció tècnica:

Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva), longitud ganxo 1,3mm rotatori, longitud ganiveta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 230cm, estèril, un ús. C o mpatible amb endoscopis Olympus o equ

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30033799

Descripció llarga:

Bisturi de punta tipus botó amb ganiveta en forma d'agulla de 0,3mm per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva), longitud ganiveta 1,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 230cm+/-10cm, estèril, ús. Comp/endoscopis Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Bisturi de punta tipus botó amb ganiveta en forma d'agulla de 0,3mm per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva), longitud ganiveta 1,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 230cm, estèril, ús. Comp a t ible a endoscopis Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30034407

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard, de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobrimnt de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm, per a accés biliar, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva, 0,035x450cm, de n itinol amb recobrimnt de PTFE de dos colors negre i groc, amb punta rec ta radioopaca rígida de 5cm, per a accés biliar, estèril, d'un sol ús i a r s. Estèril. JAGWIRE; Ref: M00556601"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30034480

Descripció llarga:

Cistella d'endoscòpia digestiva, per a extracció de pòlips, amb: cistella/malla de polièster, mida 30x55mm, obertura cistella 3mides, catè ter teflón Ø2,5mm, long treball 230cm+/-5cm, comp/canals treball mín 2,8mm en endoscopis flexibles, no làtex, estèril, ús

Descripció tècnica:

Cistella d'endoscòpia digestiva, per a extracció de pòlips, amb: cistella/m alla de polièster, mida 30x55mm, obertura cistella 3mides, catèter teflón Ø 2,5mm, long treball 230cm+/-5cm, comp/canals treball mín 2,8mm en endoscop is flexibles, no làtex, estèril, ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30034681

Descripció llarga:

Broncoscopi Flexible, canal DI 2,0 a 2,2 mm/ DE 4,9 a 5,4mm, botons mànec, sist fixació TET, palanca p. distal #195° amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball mín 600mm, compatible aView o eq. Est, ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 52 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 29 / 72

Descripció tècnica:

Broncoscopi Flexible, canal DI 2,0 a 2,2 mm/ DE 4,9 a 5,4mm, botons màn ec, sist fixació TET, palanca p. distal #195°amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball min 600mm, compatibl e aView o eq. Est,lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30034807

Descripció llarga:

Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial,amb ratlles (groc/negre), de nitinol a/recobrimnt PTFE,Ø 0,035" (0,89m m) x180cm+/-10cm de longitud, punta distal flexible,hidrofilica,radioopaca de 5cm,est, lús.Compatible a/sten Aerstent o eq

Descripció tècnica:

Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial, amb ratlles (groc/negre), de nitinol a/recobrimnt PTFE,Ø 0,035 (0,89mm) x180cm de longitud, punta distal flexible, hidrofilica,radioopaca de 5cm, est, lú s. Compatible amb sten Aersent o equivalent"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30034818

Descripció llarga:

Raspall de neteja amb extrem doble, longitud de treball 220cm+/-5cm, utilitzar amb canals de 2,0-4,2mm, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Raspall de neteja amb extrem doble, longitud de treball 220cm+/-5cm, uti litzar amb canals de 2,0-4,2mm, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30034964

Descripció llarga:

Càpsula endoscòpia digestiva,plàstic biocompatible,per veure imatges digestives,òptica 3lents,camp visió 156°,superf/visió 1.100mm2, profun/camp 3cm,de2-6fps,bateria interna min 11hores,Ø11,4mmx26,2mm llarg ,3gr.pes.Comp/Registrador DR3 o equivalent

Descripció tècnica:

Càpsula PillCam SB3, d'endoscòpia digestiva,plàstic biocompatible,per ve ure imatges digestives,òptica 3lents,camp visió 156°,superfície visió 1 .100mm2,profund/camp 3cm,de2-6fps,bateria interna mínim 11hores , Ø11,4 mm x26,2mm llarg, 3gr.pes.Compatible Registrador DR3 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30035490

Descripció llarga:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,punta Ø4,4Fr ,amb guia precarregada recta de 0 ,035",Ømínim canal treball 3,7mm,recobrimnt de seguretat,no làtex,estèril,lús

Descripció tècnica:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,punta Ø4,4Fr ,amb guia precarregada recta de 0,035",Ømínim canal treball 3,7mm,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30035491

Descripció llarga:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,punta Ø3,9Fr ,amb guia precarregada recta de 0 ,025",Ømínim canal treball 3,7mm,recobrimnt de seguretat,no làtex,estèril,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 53 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 30 / 72

Descripció tècnica:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, fil de tall de 30mm llargària, punta Ø3,9Fr, amb guia precarregada recta de 0,0 25", Ø mínim canal treball 3,7mm, recobriments de seguretat, no làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30035940

Descripció llarga:

Cistella d'endoscòpia digestiva pediàtrica, per a la extracció de pòlips, cistella de 2cm x 4,5cm, beina de Ø1,8mm x160cm+/-5cm de longitud, sense làtex, no estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Cistella d'endoscòpia digestiva pediàtrica, per a la extracció de pòlips, cistella de 2cm x 4,5cm, beina de Ø1,8mm x160cm+/-5cm de longitud, sense làtex, no estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30037997

Descripció llarga:

Agulla de biòpsia per a punció per ecoendoscòpia, de 22G, avanç de l'agulla de 80mm, Ø catèter extern de 7,5Fr, Ø mínim canal treball 2,8mm, longitud treball 138-143cm. Sistema de seguretat passiu (integrat al dispositiu). Sense làtex, estèril, individual, lús

Descripció tècnica:

Agulla de biòpsia per a punció per ecoendoscòpia, de 22G, avanç de l'agulla de 80mm, Ø catèter extern de 7,5Fr, Ø mínim canal treball 2,8mm, longitud treball 138-143cm. Sistema de seguretat passiu (integrat al dispositiu). Sense làtex, estèril, individual, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30038420

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,018" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol i cobalt amb recobriments hidrofílics de PTFE, extrem distal punta recta flexible-floppy i recobriments d'or, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,018" x 260cm de longitud, de nitinol i cobalt amb recobriments hidrofílics de PTFE, extrem distal punta recta flexible-floppy i recobriments d'or per millor visualització per RX, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30038805

Descripció llarga:

Catèter d'ablació focal p/endoscòpia digestiva, catèter-electrode a través canal treball d'endoscopi, punta ampla 7,5mmx15,7mm llarg, longitud treball 135cm+/-10cm, endoscòpis de 2,8mm o superior. Comp/generador energia ARF Barrx Flex Ref: 11904A-230A o equivalent

Descripció tècnica:

Catèter d'ablació focal per a endoscòpia digestiva, catèter-electrode a través canal de treball d'un endoscopi, punta d'amplada 7,5mm x 15,7mm de llargària, longitud de treball de 135cm, endoscòpis recomanats de 2,8mm o superior. Compatible amb el generador d'energia ARF Barrx Flex Ref: 11904A-230A o equivalent. Ref: TTS-1100



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 54 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 31 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30038806

Descripció llarga:

Equip d'endoscòpia digestiva, per a mucosectomia del tracte digestiu superior, inclou: catèter 240cm+/-5cm, equip de bandes o caputxó, nansa polipectomia 15mm hexagonal, equip p/mostres histopatologia, ag/irrigació, disp/alliberació, est, lús. Comp/gastroscofis estàndard

Descripció tècnica:

Equip mucosectomia d'endoscòpia digestiva, del tracte digestiu superior, inclou: catèter de llargària 240cm, equip de bandes o caputxó, nansa de polipectomia 15mm hexagonal, equip o casset per a mostres per a histopatologia, agulla d'irrigació, dispositiu d'alliberació, estèril, d'un sol ús. Compatible amb gastroscofis estàndard

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30038807

Descripció llarga:

Equip d'endoscòpia digestiva, per a mucosectomia del tracte digestiu superior, inclou: catèter 240cm+/-5cm, equip de bandes o caputxó, nansa polipectomia, equip o casset p/mostres histopatologia, ag/irrigació, dispositiu d'alliberació, est, lús. Comp/gastroscofis terap

Descripció tècnica:

Equip mucosectomia d'endoscòpia digestiva, del tracte digestiu superior, inclou: catèter 240cm, equip de bandes o caputxó, nansa polipectomia, equip o casset p/mostres histopatologia, agulla d'irrigació, dispositiu d'alliberació, est, lús. Comp/gastroscofis terapèutic

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30038816

Descripció llarga:

Equip mucosectomia transmural d'endoscòpia digestiva, tracte digestiu inferior, inclou: sonda marcar Ø1,9mmx220cm, pinça agafament, caputxó aplicar silicona Ø11,5-14mmx23mm fond, nansa Ø13-15mm, clip nitinol ample 12,3mm, Ø canal treball mínim 3,2mm, est, lús

Descripció tècnica:

Equip mucosectomia transmural d'endoscòpia digestiva, del tracte digestiu inferior (colon i recte), inclou: sonda marcatge Ø1,9mmx220cm, pinça d'agafament Ø2,3mmx220cm, caputxó d'aplicació de silicona Ø11,5-14mmx23mm fondària, nansa premontada Ø13-15mmx220cm, clip de nitinol d'amplada compresa de 12,3mm, diàmetre canal de treball mínim 3,2mm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30039138

Descripció llarga:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma oval 2,5cm x 6cm amb dents al extrem distal, beina de diàmetre 8,4Fr (2,8mm) x 220cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, monopolar, sense làtex, estèril, lús

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma oval 2,5cm x 6cm amb dents al extrem distal, beina de diàmetre 8,4Fr (2,8mm) x 220cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, monopolar, sense làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30039184

Descripció llarga:

Cistella d'endoscòpia digestiva, per a extracció de cossos estranys i pòlips, cistella/malla oberta 3cmx6cm, beina de diàmetre 2,5mm x230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 55 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 32 / 72

Descripció tècnica:

Cistella d'endoscòpia digestiva, per a extracció de cossos estranys i pò lips, cistella/malla oberta 3cmx6cm, beina de diàmetre 2,5mmx230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm,estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30039499

Descripció llarga:

Dispositiu alliberador de càpsula endoscòpica, consta de catèter de diàmetre 2,5mm x 180cm+/-5cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb les càpsules endoscòpiques PillCam, EndoCapsule, MiroCam o equivalent

Descripció tècnica:

Dispositiu alliberador de càpsula endoscòpica, consta de catèter de diàmetre 2,5mm x 180cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb les càpsules endoscòpiques PillCam, EndoCapsule, MiroCam o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30040963

Descripció llarga:

Broncoscopi Flexible LED, canal DI2,6 a 2,8 mm /DE 5,6 a 6,0mm, botons mànec, sistema fixació TET, palanca p. distal #195°amunt i avall, Camp visió #110°; Anella de rotació dreta/esquerra, long treball mín 600mm, compatible aView o eq. Est,lús únic pa

Descripció tècnica:

Broncoscopi Flexible LED, canal DI2,6 a 2,8 mm /DE 5,6 a 6,0mm, botons mànec, sistema fixació TET, palanca p. distal #195°amunt i avall, Camp visió #110°; Anella de rotació dreta/esquerra, long treball mín 600mm, compatible aView o eq. Est,lús únic pa

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30041412

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpia digestiva,longitud clip 14-15mm,obertura fins 16mm ajustable,premontat,Ø7Fr(2,33mm),long treball 230cm+/-5cm.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip hemostàtic per a endoscòpia digestiva,longitud clip 14-15mm,obertura fins 16mm ajustable,premontat,Ø7Fr(2,33mm),long treball 230cm+/-5cm,diàmetre mínim canal treball de 2,8mm,inclou introductor i mànec sol pas,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30041504

Descripció llarga:

Sonda per a endoscòpia digestiva,fragmenta càlculs biliars p/litotricia electrohidràulica,diàmetre sonda 0,6mmx375cm+/-5cm,no làtex, estèril,1sol ús.Compatible amb sistema de litotricia electrohidràulica Autolith Touch o equivalent

Descripció tècnica:

Sonda per endoscòpia digest,fragment càlculs biliars p/litotricia electrohidràulica,diàmetre sonda 0,6mmx375cm+/-5cm,no làtex,est,1sol ús.Comp/sist de litotricia electrohidràulica Autolith Touch o equiv



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 56 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 33 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30041616

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia calenta amb cullera oval de diàmetre 2,2mm, amb dents, doble fenestració, Ø ext pinça 2,4x240cm+/-5cm de longitud, amb marques de posició, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, mànec a/connector equip electroquirúrgic, no làtex, estèril, 1 ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia calenta amb cullereta oval de diàmetre 2,2mm, dentada, doble fenestració, pinça Ø2,4mmx 240cm de longitud, amb marcadors de posició, per diàmetre mínim de canal de treball de 2,8mm, mànec amb connect or a equip electroquirúrgic, no làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30041676

Descripció llarga:

Elèctrode nansa de diatermia monopolar d'acer per a polipectomia, forma micro hexagonal rigid. Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, 1sol ús.

Descripció tècnica:

Elèctrode nansa de diatermia monopolar d'acer per a polipectomia, forma micro hexagonal rigid. Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30041768

Descripció llarga:

Catèter d'ablació per radiofreqüència amb baló autoajustable longitud 8cm, pressió màx 4psi; elèctrode Ø18-31mmx4cm, punta 360°, n° ablacions recomenades 16, per a guia 0,035"-0,039", endoscòpia esofàgica, estèril. Compatible a/generador energia ARF Barrx o equi

Descripció tècnica:

Catèter d'ablació per radiofreqüència amb baló autoajustable longitud 8cm, pressió màx 4psi; elèctrode Ø18-31mmx4cm, punta 360°, n° ablacions recomenades 16, per a guia 0,035"-0,039", endoscòpia esofàgica, estèril. Compatible a/generador energia ARF Barrx o equivalent"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30041793

Descripció llarga:

Agulla d'ecobroncoscòpia, calibre 22G (0,71mm)x0-5cm longitud ajustable, punta/estilet bola, beina Ø4,1Fr x 68cm+/-5cm de longitud, Ø mínim canal treball 2mm, inclou xeringa, no làtex, estèril, lús. Compatible amb tots broncoscopis EBUS Pentax o eq

Descripció tècnica:

Agulla per a biòpsia amb ultrassó endobronquial, 22G (0,71mm)x5cm ajustable, amb estilet de punta de bola acer inox, beina PTFE 1,8mmx68cm+/-2cm, Ø mínim canal treball 2mm, xeringa buit 5-10cc, no làtex, estèril, lús. Compatible a/ tècnica EBUS eco-broncosc Pentax o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30043008

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de Crom-cobalt, calibre de 22G (0,7mm), punta tipus Fransen, sist fix de l'estilet. Ø mínim canal de treball 2,4mm, xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic, s/làtex, est, 1 sol ús



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 57 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 34 / 72

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de Crom-cobalt, calibre de 22G (0,7mm), punta tipus Franseen, sist fixació de l'estilet.Ø mínim canal de treball 2,4mm, xeringa plàstic 20 ml, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30043009

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de Crom-cobalt, calibre de 25G (0,7mm), punta tipus Franseen, sist fix de l'estilet.Ø mínim canal de treball 2,4mm, xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic, s/làtex, est, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de Crom-cobalt, calibre de 25G (0,7mm), punta tipus Franseen, sist fixació de l'estilet.Ø mínim canal de treball 2,4mm, xeringa plàstic 20 ml, mànec ergonòmic, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30043172

Descripció llarga:

Nansa de diatèrnia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma dia/oval, 14cm x 2,7cm, beina de diàmetre 7,2Fr (2,4mm) x 230cm +/- 5cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, sense làtex, estèril, ús

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrnia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma diam/oval, 14cm x 2,7cm, beina de diàmetre 7,2Fr (2,4mm) x 230cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, sense làtex, estèril, ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30043185

Descripció llarga:

Obreboques per a endoscòpia digestiva o respiratòria, per a ús pediàtric, de 38Fr (12,67mm), amb 2 obertures laterals, corretja ajustable, protegeix les dents i les genives, no làtex, no estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Obreboques per a endoscòpia digestiva o respiratòria, per a ús pediàtric, de 38Fr (12,67mm), amb 2 obertures laterals, corretja ajustable, protegeix les dents i les genives, no làtex, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30043199

Descripció llarga:

Nansa de diatèrnia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 15mm +/- 2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm +/- 5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrnia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 15mm +/- 2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm +/- 5cm, estèril, d'un sol ús



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 58 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PAGINA: 35 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30043328

Descripció llarga:

Bisturi-Electode de punta atraumàtica i rotaròria per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva), monopolar, longitud electrode de 3,5mm obertura 4,4mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 195cm+/-5cm, estèril, un ús. Com/qualsevol endoscopi

Descripció tècnica:

Bisturi-Electode de punta atraumàtica i rotaròria per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva), monopolar, longitud electrode de 3,5mm obertura 4,4mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 195cm, estèril, un sol ús. Compatible amb qualsevol endoscopi

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30043345

Descripció llarga:

Equip p/endoscòpia digestiva,p/aplicar sutures i aproximar teixits tous ,amb:braç articulat ext/distal agulla-braç tip/ham adapt/extr /endoscop p/agafar sutura,extr/proximal mànec-accionador,porta-agulles,acer inox i PTFE,est,lús.Comp/Sist/OverStitch o eq

Descripció tècnica:

Equip per a endoscòpia digestiva, per a l'aplicació de sutures i l'aproximació de teixits tous, consta: braç articulat amb extrem distal amb agulla i braç tipus ham adaptable a l'extrem de l'endoscop per agafar la sutura endoscòpica, extrem proximal amb mànec-accionador, porta-agulles, d'acer inoxidable i PTFE, estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema Over Stitch o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30043346

Descripció llarga:

Sutura p/endoscòpia digestiva, p/aproximació i/o lligadures de teixits tous, fil de 2/0,monofilament polipropilè, extrem distal/cos tipus àncora Ø 0,94mm x 6,68mm llarg,acer inox,llarg total del fil 185cm +/-5cm,estèril ,lús.Comp/Sistema OverStitch o equ

Descripció tècnica:

Sutura per a endoscòpia digestiva, per a l'aproximació i/o lligadures de teixits tous, fil de 2/0, monofilament de polipropilè, extrem distal /cos tipus àncora de diàmetre 0,94mm x 6,68mm de llargària, d'acer inox i doble, llarg total del fil de 185cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema OverStitch o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30043347

Descripció llarga:

Topall de sutura p/endoscòpia digestiva,p/poder realitzar la sutura i el tall de sutura, consta:extr/distal punta tipus cànula (PEEK) de 7,95mm llarg,llarg total 167,6cm,extr/proximal a/mànec tipus tisora acer inox ,estèril,lús.Comp/Sistema OverStitch o eq

Descripció tècnica:

Topall de sutura per a endoscòpia digestiva, per poder realitzar la sutura i el tall de sutura, consta: extrem distal una punta tipus cànula de PEEK de 7,95mm de llargària, llarg total de 167,6cm, extrem proximal amb mànec tipus tisora d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema OverStitch o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30043348

Descripció llarga:

Retractor-separador de mucosa digestiva,p/endoscòpia digestiva,per poder realitzar la sutura, consta: extrem distal una punta tipus hèlix acer inox de 6,9mm de llargària,extrem proximal topall,llarg total 173,5cm ,estèril,lús.Comp/Sistema OverStitch o equ



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 59 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 36 / 72

Descripció tècnica:

Retractor-separador de mucosa digestiva,p/endoscòpia digestiva,per poder realitzar la sutura, consta: extrem distal una punta tipus hèlix acer in ox de 6,9mm de llargària,extrem proximal topall, llarg total 173,5cm,es t èril,lús.Comp/Sistema OverStitch o equ

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30043349

Descripció llarga:

Sobretub-protector del porta agulles,p/endoscòpia digestiva,p/suturar,tub 27cm llarg a/baló intern inflat de 10,0 a 16,0mm (silicona i cautxú),consta:ext/distal pun/cònica,ext/proximal connexió a/vàlvula i línia inflat, est,lús.Comp/Sist/OverStitch o equ

Descripció tècnica:

Sobretub-protector del porta agulles, per a endoscòpia digestiva, per poder realitzar la sutura, el tub porta un baló intern inflar de 10,0mm a 16,00mm i de 27cm de llargària, de silicona i cautxú, consta: extrem distal punta cònica, extrem proximal connexió amb vàlvula i línia d'inflat, estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema OverStitch o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30043496

Descripció llarga:

Dispositiu /adaptador per a fixació d'endoscopis a la visió del còlon, es col·loca a l'extrem distal de l'endoscopi, el dispositiu presenta (8) braços a la punta del dispositiu, mida gran, codi de color verd.Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu /adaptador per a fixació d'endoscopis a la visió del còlon, es col·loca a l'extrem distal de l'endoscopi, el dispositiu presenta (8) braços a la punta del dispositiu, mida gran, codi de color verd.Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30047367

Descripció llarga:

Baló /Catèter per a dilatació esofàgica, per a acalàsia,mides baló inflat Ø 35mm /105Fr x 8cm de llargària, amb marques radioopagues, beina de diàmetre 16Fr x75cm de longitud de treball, lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Baló /Catèter per a dilatació esofàgica, per a acalàsia,mides baló inflat Ø 35mm /105Fr x 8cm de llargària, amb marques radioopagues, beina de diàmetre 16Fr x75cm de longitud de treball, lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30047432

Descripció llarga:

Micro-Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, tipus Moray, mandíbula obertura 4,3mm, sense agulla, amb dents de cocodrill, diàmetre mínim canal de treball 0,80mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Micro-Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, tipus Moray, mandíbula obertura 4,3mm, sense agulla, amb dents de cocodrill, diàmetre mínim canal de treball 0,80mm, longitud de treball 230cm, estèril, d'un sol ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 60 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 37 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30047567

Descripció llarga:

Baló extractor d'endoscòpia dige, per càlculs biliars i ECRP, de3vies, diàmetre baló 8,5-11,5-15mm,entrada injecció a sobre baló, Ø extrem distal 5Fr,longitud treball 195cm+/-5cm,marques penetració,comp/guia 0,035",3 xeringues precarregues,estèril,lús

Descripció tècnica:

Baló extractor de càlculs biliars de 3vies d'endoscòpia digestiva, diàme tres del baló de 8,5-11,5-15mm, entrada d'injecció a sobre, beina amb gu u ia distal, diàmetre extrem distal de 5Fr, diàmetre mínim canal 3,2mm, lo ngitud de treball 200cm, marques de penetració, compatible amb guia d e 0 ,035, amb 3 xeringues precarregades, per a extracció de càlculs bili ars i ERCP (Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica), estèril, d' uns ol ú s"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30047568

Descripció llarga:

Baló extractor d'endoscòpia digestiva, per a càlculs biliars i ECRP, de3vies,diàmetre baló 15-18-20mm,entrada injecció a sobre baló, Øextrem distal 5Fr,longitud treball 195cm+/-5cm,marques penetració,comp/guia 0 ,035",3 xeringues precarregades,estèril,lús

Descripció tècnica:

Baló extractor de càlculs biliars de 3vies d'endoscòpia digestiva, diàme tres del baló de 15-18-20mm, entrada d'injecció a sobre, beina amb guia d istal, diàmetre extrem distal de 5Fr, diàmetre mínim canal 3,2mm, long it ud de treball 200cm, marques de penetració, compatible amb guia de 0, 035 , amb 3 xeringues precarregades, per a extracció de càlculs biliars i ERCP (Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica), estèril, d'un s ol ú s"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30047570

Descripció llarga:

Caputxó extrem distal, de diàmetree 3,5mm x 20,65mm (sense acoplar a l'endoscopi), per cobrir la zona distal i la zona del costat de l'un gla elevadora de l'endoscopi TJF-Q190V, estèril, d'un sol ús. Compatible amb TJF-Q190V d'Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Caputxó extrem distal, de diàmetree 3,5mm x 20,65mm (sense acoplar a l'e ndoscopi), per cobrir la zona distal i la zona del costat de l'un gla el e vadora de l'endoscopi TJF-Q190V, estèril, d'un sol ús. Compatible amb TJ F-Q190V d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30048513

Descripció llarga:

Tub bomba injecció per a subministrar aigua estèril a través del canal de biòpsia, 2,5m+/-10cm,Øint 6,4mm i 1,6mm de gruix.Compatibl e amb gastroscopis,colonoscopis#o endoscopis ultrasònics#en combinació a/l'adaptador per a canal de biòpsia#MAJ-1607 equiv

Descripció tècnica:

Tub bomba injecció per subministrar aigua estèril a través del canal de biòpsia.Compatible amb gastroscopis,#colonoscopis#o endoscopis ultrasòn ics Olympus#en combinació amb l'adaptador per a canal de biòpsia#MAJ-16 0 7 d'Olympus o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 61 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 38 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30048602

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de nitinol, flexible, calibre de 19G (1,4mm)x0-8cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, diàmetre beina de 1,73mmx137,5-141,5cm, xeringa plàstic, connector luer de bronze, sense làtex, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de nitinol, flexible, calibre de 19G (1,4mm), diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, diàmetre beina de 1,73mm, xeringa plàstic, connector luer de bronze, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30048619

Descripció llarga:

Equip de cistotom per a endoscòpia digestiva. Mides: Ø6Fr x 180cm +/- 10cm amb punta metàl·lica per a diatermia, 3 connectors: luer per intraducir contrast, Estàndard electrocoagulació i per a guia de 0,035", connector HF. Estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Equip cistotom endoscòpia digestiva. Mides: Ø6Fr x 180cm +/- 10cm amb punta metàl·lica per a diatermia i connector HF, compatible amb guia 0,035". Per a perforar la paret transgàstrica o transduodenal amb guia per ultrasons i fluoroscòpia

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30048706

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 9mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø16,5mm. Compatible amb endoscops Ø9,5 a 11mm i 3mm profunditat. Estèril, un ús

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 9mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø16,5mm. Compatible amb endoscops Ø9,5 a 11mm i 3mm profunditat. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30048707

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 11mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø21mm. Compatible amb endoscops Ø11,5 a 14mm i 3mm profunditat. Estèril, un ús

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 11mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø21mm. Compatible amb endoscops Ø11,5 a 14mm i 3mm profunditat. Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30048708

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 10mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø17,5mm. Compatible amb endoscops Ø10,5 a 12mm i 3mm profunditat. Estèril, un ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 62 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 39 / 72

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arro donit (atraumàtic) de 10mm ample premuntat en sobretub, fil per allibera ment i rodet. Caputxó de silicona Ø17,5mm. Compatible amb esdoscops Ø10, 5 a 12mm i 3mm profunditat. Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30048709

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 11mm ample premuntat en sobretub,fil pe r alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø16,5mm.Compatible amb esdoscops Ø11,5 a 14mm i 6mm profunditat.Estèril,un ús

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arro donit (atraumàtic) de 11mm ample premuntat en sobretub, fil per allibera ment i rodet. Caputxó de silicona Ø16,5mm. Compatible amb esdoscops Ø11, 5 a 14mm i 6mm profunditat. Estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30048711

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,longitud clip 9-10mm precarregat, obertura 11mm,longitud de treball de 23 5cm+/-5cm ,catèter metal·lic. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,longitud clip 9-10mm precarregat, obertura 11mm,longitud de treball de 235cm+/-5cm,catèter metal·lic. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30048713

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic p/tallar sobreclip OTSC,compost:caputxó segur (Øext.16 ,9mm,prof.19,5mm,long.30,5mm),sonda tall (Ø2,6mm,long.220cm), pinça extracció clip (Ø2,3mm,obert 130°,long.220cm.Comp/endoscopis Ø9,5-12mm

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic per tallar sobreclip OTSC, compost: caputxó de segur etat silicona transparent (diàmetre extern16,9mm, profundita t 19,5mm, l ongitud 30,5mm), sonda tall (diàmetre 2,6mm, longitud 220cm), pinça extr acció clip (diàmetre 2,3mm, obertura 130°, longit ud 220cm), estèril, 11 iure de làtex. Compatible amb endoscopis diàmetre 9,5mm-12mm i amb codis SAP 30019355/130019356/30019357/30019 400

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30048861

Descripció llarga:

Nansa de diatèrnia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva,forma tipus diamant de 10mm+/-2mm, fil de 0,23mm, tall en fred de pòlips molt petits, diàmetre mínim de canal 2,3mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrnia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma oval de 10mm, fil de 0,23mm, tall en fred de pòlips molt petits, diàmetre mín im de canal 2,3mm, longitud de treball 230cm, estèril, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 63 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 40 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30050525

Descripció llarga:

Caputxó protector per a cossos estranys Hood, de làtex, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Caputxó protector per a cossos estranys Hood, de làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30050527

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 11mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 11mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30050529

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 16mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 16mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30050750

Descripció llarga:

Sonda per a endoscòpia digestiva, colangiopancreatoscòpia, procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques, sonda de 3,6mm x 214cm+/-10cm llarg, Øcan/treball 1,2mm, no làtex, estèril, sol ús. Comp/processador SpyGlass o equivalent

Descripció tècnica:

Sonda p/endoscòpia digestiva, per a colangiopancreatoscòpia SpyScope II, procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques, sonda de 3,6mm x 214cm llarg, Øcan/treball 1,2mm, no làtex, estèril, individual, sol ús. Compatible amb processador SpyGlass o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30050853

Descripció llarga:

Vàlvula d'aspiració amb tub de succió, estèril, d'un sol ús. Compatible amb endoscopis de la sèrie J10 de Pentax o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula d'aspiració amb tub de succió, estèril, d'un sol ús. Compatible amb endoscopis de la sèrie J10 de Pentax o equivalent



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 64 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 41 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30051127

Descripció llarga:

Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a via biliar, de pebax, Ø baló 8-9-10mm x 3,0cm llarg, pressió inflat 3-5,5-9 Atm, marques radiopaques, p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr (2,3mm) x 180cm+/-5cm, Ø mínim can/treball 3,7mm, no làtex, estèril, l'ús

Descripció tècnica:

Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a via biliar, de pebax, diàmetres baló 8-9-10mm x 3,0cm de llargària, pressió d'infla t de 3-5,5-9 Atm, marques radiopaques, per a guia de 0,035, beina de di àmetre 7,5Fr (2,3mm) x 180cm de longitud, diàmetre mínim canal de treba l l 3,7mm, sense làtex, estèril, d'un sol ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30051128

Descripció llarga:

Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a via biliar, de pebax, Ø baló 10-11-12mm x 3,0cm llarg, pressió inflat 3-5-8 Atm, marques radiopaques, p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr (2,3mm) x 180cm+/-5cm, Ø mínim can/treball 3,7mm, no làtex, estèril, l'ús

Descripció tècnica:

Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a via biliar, de pebax, diàmetres baló 10-11-12mm x 3,0cm de llargària, pressió d'inf lat de 3-5-8 Atm, marques radiopaques, per a guia de 0,035, beina de di àmetre 7,5Fr (2,3mm) x 180cm de longitud, diàmetre mínim canal de treba l l 3,7mm, sense làtex, estèril, d'un sol ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30051129

Descripció llarga:

Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a via biliar, de pebax, Ø baló 12-13,5-15mm x 3,0cm llarg, pressió inflat 3-4,5-8Atm, marq/radiopagu, p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr (2,3mm) x 180cm+/-5cm, Ø mínim can/treball 3,7mm, no làtex, estèril, l'ús

Descripció tècnica:

Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a via biliar, de pebax, diàmetres baló 12-13,5-15mm x 3,0cm de llargària, pressió d'i nflat de 3-4,5-8 Atm, marques radiopaques, per a guia de 0,035, beina d e diàmetre 7,5Fr (2,3mm) x 180cm de longitud, diàmetre mínim canal de t reball 3,7mm, sense làtex, estèril, d'un sol ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30051141

Descripció llarga:

Equip de cistotom per a endoscòpia digestiva, compost: bisturi i catèter extern Ø8,5Fr x 180cm+/-10cm amb punta metàl·lica per a diatermia, 3 connectors: luer per introduir contrast, electrocoagulació i per a guia de 0,022", 2 connectors HF. Estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Equip de cistogastrografia, per a endoscopia digestiva, cistotom amb bis turi implementat i catèter exterior amb punta diatèrmica, amb: connexió p er electrocoagulació, connexió per introduir la guia i connexió luer p er introduir contrast, 2 connectors HF, catèter de tefló amb punta d'ace r inox i mànec de plàstic. Mides: Ø8,5Fr x 180cm de llarg, per a guies d e 0,022, estèril, d'un sol ús. Compatible ERBE Series E/T, ERBE ICC, Olymp u s HF 120/300"



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 65 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 42 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30051355

Descripció llarga:

Nansa per a polipectomia, forma rodona rígida. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

Descripció tècnica:

Nansa per a polipectomia, forma rodona rígida. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30051470

Descripció llarga:

Nansa per a polipectomia, forma rodona. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

Descripció tècnica:

Nansa per a polipectomia, forma rodona. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm, diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm, canal mínim de treball 2,8mm, color en mànec. Lliure de làtex, estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30051500

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic per a sobreclip OTSC, pinça amb doble obertura de la mandíbula, longitud 220cm+/-5cm, per a aproximació de les parets del teixit a tancar, estèril, lliure de làtex. Comp/endoscòpis diàmetre 11,5mm-14mm amb canal mínim de treball 3,2mm

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic per a sobreclip OTSC, pinça amb doble obertura de la mandíbula, longitud 220cm, per a aproximació de les parets del teixit a tancar, estèril, lliure de làtex. Comp/endoscòpis diàmetre 11,5mm-14mm amb canal mínim de treball de 3,2mm

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30051501

Descripció llarga:

Vàlvula de port p/biòpsia, p/endoscòpia flex digestiva-respiratòria, sol ús. Comp/Endosc/EG i EC, Sèrie 500 (530-580), 600, 700 (720-740-760), EG-580UR, ED(530XT8-580XT), EN(580T-580XP), EI-580BT i Broncoscopis EB(580S, 580T, 530S, 530T, 530H i 530P) Fujifilm o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula de port per a biòpsia, per a endoscòpia flexible digestiva i respiratòria, d'un sol ús. Compatible amb Endoscòpis EG i EC de la Sèrie 500 (530 i 580), 600 i 700 (720, 740 i 760), EG-580UR, ED-530XT8 i ED580XT, EN-580T, EN-580XP, EI-580BT i Broncoscopis EB (EB-580S, EB-580T, EB-530S, EB-530T, EB-530H i EB-530P) de Fujifilm o equivalent. Ref: FOV-DV 7

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30051502

Descripció llarga:

Botó / Vàlvula de succió, p/endoscòpia flexible respiratòria, s'adapta extrem botó p/entrada-sortida pinça i altre extrem connecta aspirador, sol ús. Comp/Broncoscopis EB (580S, 580T, 530S, 530T, 530H i 530P) i EBUS(EB-530US) de Fujifilm o equivalent



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 66 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 43 / 72

Descripció tècnica:

Botó / Vàlvula de succió, per a endoscòpia flexible respiratòria, s'adap ta per extrem botó per entrada-sortida pinça i l'altre extrem connecta a l'aspirador, d'un sol ús. Compatible amb Broncoscopis EB (EB-580S, EB- 5 80T, EB-530S, EB-530T, EB-530H I EB-530P) i EBUS(EB-530US) de Fujifilm o equivalent. Ref: SB-602

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30051503

Descripció llarga:

Baló per endoscòpia digestiva,Ø12,6mm x 21mm long.5ml,per dipositar aigua per transmetre ones ecogràfiques, per ecogastroscopia radi al, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscopis EG-580UR i EG-530UR2 de Fujifilm o equivalent.

Descripció tècnica:

Baló per a endoscòpia digestiva,Ø12,6mmx21mm long. per dipositar aigua p er poder transmetre les ones ecogràfiques, per a ecogastroscopia radial , envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscopis EG-580UR i EG-530UR2 de Fujifilm o equivalent. Ref: B20UR

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30051504

Descripció llarga:

Baló per a endoscòpia respiratòria,Ø5,9mmx12,4mm long, per dipositar aigua (1ml)per transmetre les ones ecogràfiques, per ecobroncos copia, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecobroncoscopis EB-530US de Fujifilm o equivalent.

Descripció tècnica:

Baló per a endoscòpia respiratòria,Ø5,9mmx12,4mm long, per dipositar aigua (1ml)per transmetre les ones ecogràfiques, per ecobroncoscopia, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecobroncoscopis EB-530US de Fujifilm o equivalent. Ref: B20BU

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30051505

Descripció llarga:

Baló per endoscòpia digestiva,Ø12,6mm x 19mm per dipositar aigua per transmetre ones ecogràfiques, per ecogastroscopia terapèutica, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscopis EG-580UT i EG-530UT2 de Fujifilm o equivalent. Ref: B20UT

Descripció tècnica:

Baló per a endoscòpia digestiva,Ø12,6mm x 19mm per dipositar aigua per poder transmetre les ones ecogràfiques, per a ecogastroscopia terapèutica , envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscopis EG-580 UT i EG-530UT2 de Fujifilm o equivalent. Ref: B20UT

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30051509

Descripció llarga:

Tap de goma per a endoscòpia digestiva, per a l'extrem distal del duodenoscopi, d'un sol ús. Compatible amb duodenoscopi ED-530XT8 de Fujifilm o equivalent.

Descripció tècnica:

Tap de goma per a endoscòpia digestiva, per a l'extrem distal del duodenoscopi, d'un sol ús. Compatible amb duodenoscopi ED-530XT8 de Fujifilm o equivalent. Ref: DC-06D



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 67 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PAGINA: 44 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30051515

Descripció llarga:

Tub protector a/baló p/enterosc en/digestiva,protec endosc,a/vàlv retenc.Mides:13,2mm Øext/10,8mmØint,16mmØext màx,40mmØext baló,50m m llarg baló,135-145cm long,lús.Comp/enteroscop EN-450T5,EN-450T5/W i control/baló ref:PB-20 (Fujifilm) o equivalent

Descripció tècnica:

Tub protector amb baló per a enteroscopis d'endoscòpia digestiva, per protegir els endoscopis, amb vàlvula de retenció. Mides: Diàmetre extern de la part d'inserció de 13,2mm, diàmetre extern màxim de la part d'inserció de 16mm, diàmetre intern de la part d'inserció de 10,8mm, diàmetre extern del baló de 40mm, llarg total del baló de 50mm, longitud útil de 135cm, longitud total de 145cm, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb enteroscopis EN-580T, EN-450T5/W i amb controlador de baló ref : PB- 20 de Fujifilm o equivalent. Ref: TS-13140

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30051517

Descripció llarga:

Vàlvula de canal de treball per a ecogastroscòpia terapèutica, d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscòpis EG-580UT de Fujifilm o equivalent. Ref: FOV-LL2

Descripció tècnica:

Vàlvula de canal de treball per a ecogastroscòpia terapèutica, d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscòpis EG-580UT de Fujifilm o equivalent. Ref : FOV-LL2

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30051518

Descripció llarga:

Baló per a enteroscòpia digestiva,Ø extern 35mm, longitud total 60mm,volum emplenat 35-50ml.,rang pressió 5,6-8,2 Kpa, amb aire, envàs individual,n estèril, d'un sol ús. Compatible amb enteroscopis EN-580T de Fujifilm o equivalent.

Descripció tècnica:

Baló per a enteroscòpia digestiva,Ø extern 35mm, longitud total 60mm,volum emplenat 35-50ml.,rang pressió 5,6-8,2 Kpa, amb aire, envàs individual, no estèril, d'un sol ús. Compatible amb enteroscopis EN-580T de Fujifilm o equivalent. Ref: BS-2

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30051519

Descripció llarga:

Eina d'ajust del globus BS-2, per a endoscòpia digestiva, d'un sol ús. Compatible amb endoscopi EN-580T de Fujifilm o equivalent.

Descripció tècnica:

Eina d'ajust del globus BS-2, per a endoscòpia digestiva, d'un sol ús. Compatible amb endoscopi EN-580T de Fujifilm o equivalent. Ref: ST-05B

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30051521

Descripció llarga:

Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva (biliar),de 4 filferros,p/extracció (pòlips-cossos estranys).Ø 2,5x5cm cistella a oberta ,beina 7F (2,33mm)x220-230cm llarg,màneg de maneguet giratori,canal de treball mínim 2,8mm,sense làtex,estèril,lús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 68 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 45 / 72

Descripció tècnica:

Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva (biliar), de 4 filf erros, p/ extracció (pòlips-cossos estranys). Ø 2,5x5cm cistella oberta, beina 7F (2,33mm)x220-230cm llarg, mànec de maneguet giratori, canal de treball mínim 2,8mm, sense làtex, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30051522

Descripció llarga:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 10mm+/-2mm, diàmetre del fil ferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 10mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,47mm /gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30051630

Descripció llarga:

Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 15.70mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GI-30/40/ES/Q160D/, H-180A, H180D/2T160, -Q230, -H160D.

Descripció tècnica:

Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 15.70mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GI-30/40/ES/Q160D/, H-180A, H180D/2T160, -Q230, -H160D.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30051631

Descripció llarga:

Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 12.40mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GI-Q140, H-180, -Q230, -Q240, -Q260, PCF-P240A, -Q260J.

Descripció tècnica:

Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 12.40mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GI-Q140, H-180, -Q230, -Q240, -Q260, PCF-P240A, -Q260J.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30051635

Descripció llarga:

Nansa per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, monopolar, llaç de 10mm+/-2mm, tall en fred i amb diatèrmia, diàmetre catèter 2,3mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, catèter de PTFE, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Nansa per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, monopolar, llaç de 10mm, tall en fred i amb diatèrmia, diàmetre catèter 2,3mm, longitud de treball 230cm, catèter de PTFE, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 69 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 46 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30051691

Descripció llarga:

Catèter baló d'endoscòpia respiratòria,mesura resistència i quantifica ventilació colateral,baló 3ml,canal treball 2,8mm,Øext 2,7mm, llarg útil 76cm i longitud total 169cm,de PEBAX, estèril,un sol ús.ref:CHR-CA-12.0-XLCompatible equip Chartis o equivalent

Descripció tècnica:

Catèter baló d'endoscòpia respiratòria,mesura resistència i quantifica v entilació colateral,baló 3ml,canal treball 2,8mm,Øext 2,7mm llarg útil 76cm i longitud total 169cm,de PEBAX, estèril,un sol ús.ref:CHR-CA-12.0-X LCompatible equip Chartis o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30051692

Descripció llarga:

Tub bomba d'injecció per subministrar aigua estèril pel canal auxiliar,0,75m de long,Ø6.4mm(intern),Ø1,6mm paret. Compatible amb end oscòpi gastrointestinal Olympus amb el tub auxiliar per aigua MAJ-855 Olympus o equiv. estèril, un sol ús,

Descripció tècnica:

Tub bomba d'injecció per subministrar aigua estèril pel canal auxiliar,0,75m de long,Ø6.4mm(intern),Ø1,6mm paret. Compatible amb endoscòpi gast r ointestinal Olympus amb el tub auxiliar per aigua MAJ-855 Olympus o e qu iv. estèril, un sol ús,ref: MAJ-1608

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30051739

Descripció llarga:

Agulla d'ecobroncoescòpia per ultrasons,punció ecoendoscòpia,Ø22Gx 0-6cm long,beina Ø1,6mm,long treball 72-75cm,Ømin canal treball 2,0mm,xeringa ,agulla Cr-Co,estilet nitinol a/fixació,beina polietilecetona,estèril.Compatible amb endoscòpi Olympus o eq

Descripció tècnica:

Agulla d'ecobroncoescòpia per a ultrasons, per a punció i biòpsia ecoend oscòpica transbronquial,diàmetre 22G, diàmetre mínim canal d e treball 2,0mm,longitud total del catèter d'agulla al canal de treball de 72 a 75c m,inclou: agulla amb beina,mànc per accionar l'a gulla, longituds ajust ables dins l'endoscòpi de 0 a 6cm,estilet a la beina per protegir l'agul la,xeringa d'aspiració,agulla de Cr-Co , estilet de nitinol,beina poliet ilecetona, estèril, d'un sol ús.Compatible endoscòpi Olympus o equivale nt

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30051746

Descripció llarga:

Obreboques per a endoscòpia digestiva o respiratoria, per a ús adult, de 60Fr (20mm), amb 2 obertures laterals, corretja ajustable, protegeix les dents i les genives, no làtex, no estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Obreboques per a endoscòpia digestiva o respiratoria, per a ús adult, de 60Fr (20mm), amb 2 obertures laterals, corretja ajustable, protegeix le s dents i les genives, no làtex, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30051770

Descripció llarga:

Contenedor/reservori de recanvi per a aspiració de mostres de 60 (+/-20)mL, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscopi associa t



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 70 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 47 / 72

Descripció tècnica:

Contenedor/reservori de recanvi per a aspiració de mostres de 60 (+/-20) mL, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscopi associat

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30051826

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 10mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø17,5mm. Compatible amb esdoscops Ø10,5 a 12mm i 6mm profunditat. Estèril, un ús

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 10mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø17,5mm. Compatible amb esdoscops Ø10,5 a 12mm i 6mm profunditat. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30051837

Descripció llarga:

Clau end/respiratòria, perm/activar software "Fused-Fluoro", naveg/broncoscòpica virtual tèc/tunelitz BTPNA i vista fluoroscòp en viu p /tract/les/perifèriq n/adjacents v/aèria,p/superpoc/virtual vis/fluoroscòp,captant imatg/RX,lús.Comp/Sist/Archimedes o equ

Descripció tècnica:

Clau per a endoscòpia respiratòria, permet activació del software, "Fused -Fluoro", combina navegació broncoscòpica virtual junt amb la tècnica de tunelització BTPNA i vista fluoroscòpica en viu per tractament de lesions perifèriques no adjacents a la via aèria, per superposició virtual a la visió fluoroscòpica, captant imatges radiològiques de l'arc en C dur ant el procediment, d'un sol ús. Compatible Sistema Archimedes o equiva lent"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30051880

Descripció llarga:

Raspall de neteja per endoscopis flexibles, canal de treball de 2,0-3,2mm, longitud de treball 950mm+/-5cm, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Raspall de neteja per endoscopis flexibles, canal de treball de 2,0-3,2m m, longitud de treball 950mm o menys, d'un sol ús. Compatible amb endoscopis gastrointestinals d'Olympus. Ref: N3640720 (BW-411B)

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30051923

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 9mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø16,5mm. Compatible amb esdoscops Ø9,5 a 11mm i 6mm profunditat. Estèril, un ús

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC), compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 9mm ample premuntat en sobretub, fil per alliberament i rodet. Caputxó de silicona Ø16,5mm. Compatible amb esdoscops Ø9,5 a 11mm i 6mm profunditat. Estèril, un sol ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 71 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 48 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30051924

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic per a sobreclip OTSC, pinça aplicadora tipus àncora/ ham de nitinol, longitud 220cm+/-5cm, per alinear el tap so bretub a la lesió, canal de treball de 3.2mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic per a sobreclip OTSC, pinça aplicadora tipus àncora/ ham de nitinol, longitud 220cm, per alinear el tap sobretub a la lesió, canal de treball de 3.2mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30051978

Descripció llarga:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandibula fixa,amb dents de cocodril i ratoli,obert ura boca de 8mm,catèterØ2,4mm x 230cm+/-5cm long,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús

Descripció tècnica:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia d igestiva,mandibula fixa,amb dents de cocodril i ratoli,obertura boca de 8mm,catèterØ2,4mm x 230cm+/-5cm long,diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30051980

Descripció llarga:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandibula fixa,comb/a/dents de cocodril i de ratolí ,obertura boca de 8,3mm,catèter Ø2,3mmx230cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm ,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús

Descripció tècnica:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia d igestiva,mandibula fixa,comb/a/dents de cocodril i de ratolí,obertura bo ca de 8,3mm,catèter Ø2,3mmx230cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,s ense làtex,sense DEHP,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30052310

Descripció llarga:

Equip d'endoscòpia digestiva,mucosectomia tracte superior,inclou:catèter ,agulla,lnansa llaç 25mm,caputxó distal flexible,ampli i obl icu;llargària treball 165cm,diàmetre canal 2,8mm,estèril,iús.Compatible gastroscopics GIF-XX Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Equip mucosectomia d'endoscòpia digestiva, del tracte digestiu superior, inclou: catèter de pulverització per diàmetre canal 2,8mm i llargària de treball 165cm(PW-205L), agulla per a injecció 23Gx4mm longitud,Ø2,8mm c anal treball(NM-400L-0423), 1 nansa diatèrmia(SD -221L-25) ovalada de di àmetre llaç 25mm i filferro 0,3mm diàmetre, caputxo distal flexible,ampl a,oblicu amb vorabiu per a aproximaci ó tangencial; diàmetre canal de 2, 8mm, longitud de treball 165cm, estèril, d'un sol ús.Compatible gastrosc opics: GIF-HQ190, -Q140, - 1T140,-H260,-H260Z,-1TH190.d'Olympus o equiva lent. Ref: K-009

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30052453

Descripció llarga:

Rinolaringoscopi flexible, LED, canal treball Ø int mig 2,2 a 3,2mm, palanca flexió punta distal # 130° amunt/#130° avall, camp visi ó# 85°, longitud treball min 300mm, botó/connexió aspiració, Compat monitor aView o eq.Est,ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 72 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 49 / 72

Descripció tècnica:

Rinolaringoscopi flexible, LED, canal treball Ø int mig 2,2 a 3,2mm, pal anca flexió punta distal # 130° amunt/#130° avall, camp visió# 85°, longitud treball min 300mm, botó/connexió aspiració, Compat monitor aView o eq.Est,ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30052668

Descripció llarga:

Criosonda flexible per a broncoscòpia,Ø2,4mm x 1150mm+/-50mm, compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent, estèril , un sol ús.

Descripció tècnica:

Criosonda flexible per a broncoscòpia,Ø2,4mm x 1150mm, compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent, estèril , un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30052676

Descripció llarga:

Caputxó protector de goma per a extrem distal, no esterilitzable,d'un sol ús. Compatible amb duodenoscopi ED-580XT Fujifilm o equivalent

Descripció tècnica:

Caputxó protector de goma per a extrem distal, no esterilitzable,d'un sol ús. Compatible amb duodenoscopi ED-580XT Fujifilm o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30052684

Descripció llarga:

Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria, per recuperar cos estrany per via broncoescòpica,cistella 4 fils a/punta baix perfil i obertura de 16mm Ø,beina Øexterior de 1mm x 120cm+/-10cm long de treball, Øminim canal treball 2,8mm,s/làtex, est,1 sol ús

Descripció tècnica:

Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria, per recuperar cos estrany per via broncoescòpica, cistella de 4 fils amb punta de baix perfil i obertura de 16mm diàmetre, beina de diàmetre exterior de 1mm x 120cm de longitud de treball, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30052696

Descripció llarga:

Criosonda flexible per a broncoscòpia,Ø1.7mm x 1150mm+/-50mm, compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent, estèril , un sol ús.

Descripció tècnica:

Criosonda flexible per a broncoscòpia,Ø1.7mm x 1150mm, compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent, estèril , un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30052707

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,018" x 480cm+/-10cm de longitud, de nitinol i cobalt amb recobriments hidròfils de PTFE, extrem distal punta recta flexible-floppy i recobriments d'or, estèril, un sol ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 73 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 50 / 72

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva, 0,018/0,46mmx48 0c m, aliatge nitinol+cobalt(Triton) recobriments hidrofílic PTFE a/punta re-
cta modelable d'or 7cm, per accés biliar, marques radioopagues (13-7-5c m), lliure de làtex, estèril, 1 sol ús"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30052729

Descripció llarga:

Agulla d'ecobroncoescòpia p/ultrasons, per punció ecoendoscòpica transbronquial, Ø 19x 20-40mm, flexible fins a 84°, ecogènica, Ø mini m
canal de treball 2,1mm, long.treball 70cm+/-5cm, inclou: mànec de seguretat, est, 1 sol ús. Comp EBUS-TBNA d'Olympus o equi

Descripció tècnica:

Agulla d'ecobroncoescòpia per a ultrasons, per a punció ecoendoscòpica transbronquial, de diàmetre 19G i llargària 20-40mm, flexible fins a 84°, e-
cogènica, Ø mínim canal de treball 2,1mm, long.treball 70cm, inclou: mànec de seguretat, adaptador per a vàlvula de biòpsia, xeringa d'aspiració d
e 20ml amb clau de pas, estèril, d'un sol ús. Compatible EBUS-TBNA d'Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30052735

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, de 0,025" x 260cm+/-10cm long, nitinol a/recobri-
ment PTFE de 2 colors (negre i groc), i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per accés biliari pancreàtic, de 0,025" x 260cm+/-10cm long, nitinol a/recobri-
ment PTFE de 2 colors (negre i groc), i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30052737

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, de 0,025" x 450cm+/-10cm long, nitinol a/recobri-
ment PTFE de 2 colors (negre i groc), i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per accés biliari pancreàtic, de 0,025" x 450cm+/-10cm long, nitinol a/recobri-
ment PTFE de 2 colors (negre i groc), i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30052738

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, de 0,025" x 450cm+/-10cm long, nitinol a/recobri-
ment PTFE de 2 colors (negre i groc), i tungstè, amb punta angulada radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, de 0,025" x 450cm+/-10cm long, nitinol a/recobri-
ment PTFE de 2 colors (negre i groc), i tungstè, amb punta angulada radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 74 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 51 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30052741

Descripció llarga:

Esfinterotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, fil de tall de 30mm llargària, catèter 7-5, 5Fr (2,33-1,83mm) x 200cm+/-5cm long, punta Ø3,9Fr x 5mm llarg, amb guia precarregada 0,025"x260cm long, Ø mínim canal treball <2,8mm, no làtex, estèril, lús

Descripció tècnica:

Esfinterotom de canulació de EDG, Jagtome, de 3 llums, sistema d'intercanvi ràpid, mànec rota, tall de 30mm de long, catèter de 7-5, 5Fr (2,33-1,83mm) x 200cm de llargària, punta Ø3,9Fr (1,30mm) x 5mm de llargària, a/ guia precarregada de cos rígid de 0,025 x260cm de longitud, Ø mínim canal de treball <2,8mm, sense làtex, est, 1 sol ús."

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30052850

Descripció llarga:

Catèter aspersionador d'endoscòpia digestiva (cromoendoscòpia), per a rentat tipus sprai per al tintat de teixits, punta radiopaca, diàmetre mínim de canal 2,8 mm, longitud útil 2400mm+/-50mm, de PTFE i Tàntal, amb estilet, per a CPRE, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Catèter aspersionador d'endoscòpia digestiva (cromoendoscòpia), per a rentat tipus sprai per al tintat de teixits, punta radiopaca, diàmetre mínim de canal 2,8 mm, longitud útil 2400mm+/-50mm, de PTFE i Tàntal, amb estilet, per a CPRE, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30052964

Descripció llarga:

Duodenoscop radiopac comp p/mànec, punt control i bloc amunt-avall esq-dret, palanca, vàlv succió, vàlv aire-aigua, botó captura imatges, port, vàlv i connect p/biòpsia, tub i connect umbilic, elevador, estèril, lús, comp a/controlador EXALT o eq(caixa lu)

Descripció tècnica:

Duodenoscop radiopac compost per mànec, punt control i bloqueig amunt/avall esquerra/dreta, palanca, vàlvula succió, vàlvula aire-aigua, botó captura imatges, port, vàlvula i connectors per biòpsia, tub i connector umbilic 1, elevador de titani 3D, lliure làtex i Ftalats, estèril, un sol ús, compatible amb controlador EXALT o equivalent (caixa unitat)

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30053028

Descripció llarga:

Sonda p/endoscòpia digestiva, p/colangiopancreatoscòpia, procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques, Ø sonda de 3,6mm x 65cm+/-10cm de llarg, Øcan/treball 1,2mm, no làtex, estèril, individual, lús. Comp/processador SpyGlass o equiv

Descripció tècnica:

Sonda p/endoscòpia digestiva, per a colangiopancreatoscòpia SpyScope II, p procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques, Øsonda de 3,6mm x 65cm llarg, Øcan/treball 1,2mm, no làtex, estèril, individual, lús. Compatible amb processador SpyGlass o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30053043

Descripció llarga:

Caputxó protector per a extrem distal d'endoscòpis amb diàmetre entre 2,9-8,0mm, Mida S, estèril, d'un sol ús.



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 75 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 52 / 72

Descripció tècnica:

Caputxó protector per a extrem distal d'endoscòpis amb diàmetre entre 2,9-8,0mm, Mida S,estèril,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30053044

Descripció llarga:

Caputxó protector per a extrem distal d'endoscòpis amb diàmetre entre 8,6-14,75mm, Mida L,estèril,d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Caputxó protector per a extrem distal d'endoscòpis amb diàmetre entre 8,6-14,75mm, Mida L,estèril,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30053126

Descripció llarga:

Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, estàndard, en pacient adult, obertura central 54Fr i forats laterals, amb protecció dental, amb subjecció tira adherent, de PVC lliure de làtex, No estèril,d'un sol ús,

Descripció tècnica:

Obreboques per a endoscòpia digestiva o respiratoria, per a ús adult, amb 2 obertures laterals, corretja ajustable, protegeix les dents i les gènyives,de Polipropilè (PP) no làtex, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30053130

Descripció llarga:

Caputxó extrem distal per a endoscòpis,tipus curt, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi,diàmetre intern 8,0mm i diàmetre extern 11,8mm, 2 forats de drenatge.Estèril,d'un sol ús. no esterilitzable. Compatible amb duodenoscopi Fujifilm o equivalent

Descripció tècnica:

Caputxó extrem distal d'endoscòpis per a millorar la visibilitat, tipus T Hood curt,17.0mm de longitud total, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi,amb diàmetre intern de 8,0mm i diàmetre extern de 11,8mm, 2 forats de drenatge. Estèril,d'un sol ús. no esterilitzable. Compatible amb duodenoscopi Fujifilm o equivalent ref:DH=28GR

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30053131

Descripció llarga:

Bisturi-Elèctrode de punta bola-llarg per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva), longitud elèctrode de 2,0mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 200±1cm, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Bisturi-Elèctrode de punta bola-rodona per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva) tipus FlushKnife, longitud elèctrode de 2,0mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 200±1cm, estèril, un sol ús.Compatible amb qualsevol endoscopi. ref:DK2620J-B20S

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30053132

Descripció llarga:

Bisturi-Elèctrode de punta bola-llarg per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva), longitud elèctrode de 2,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 200±1cm, estèril, un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 76 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 53 / 72

Descripció tècnica:

Bisturi-Elèctrode de punta bola-rodona per a ESD (dissecció mucosa i sub mucosa digestiva) tipus FlushKnife, longitud elèctrode de 2, 5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 200±1cm, estèril, un sol ús.Compa tible amb qualsevol endoscopi. ref:DK2620J-B25S

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30053167

Descripció llarga:

Baló d'endoscòpia respiratòria, de doble obertura, diàmetre de 3mm x 6mm de longitud, de làtex, d'un sol ús. Compatible amb ecobron coscopi sectorial Pentax model EB19-J10U o equivalent.

Descripció tècnica:

Baló d'endoscòpia respiratòria, de doble obertura, diàmetre de 3mm x 6mm de longitud, de làtex, d'un sol ús. Compatible amb ecobroncoscopi sectorial Pentax model EB19-J10U o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30053384

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia flexible i rígida, cullera ovalada, diàmetre mínim canal de treball 3,3Fr, longitud de treball 115 ±5cm, volúm de biòpsia 0,85mm3,d'acer inoxidable recobert de PTFE,no làtex,estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia flexible i rígida, cullera ovalada, diàmetre mínim canal de treball 3,3Fr, longitud de treball 115±10cm, volúm de biòpsia 0,85mm3,d'acer inoxidable recobert de PTFE,no làtex,estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30053567

Descripció llarga:

Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva),longitud ganxo 1,3mm rotatori,longitud ganxeta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,6mm, longitud treball 230cm+/-5cm, irrigació,estèril,un ús.Comp endoscopis Olympus o eq

Descripció tècnica:

Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva),longitud ganxo 1,3mm rotatori,longitud ganxeta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,6mm, longitud treball 230cm+/-5cm, funció irrigació,estèril,un ús.Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30053568

Descripció llarga:

Bisturi amb punta triangular per a ESD (dissecció submucosa digestiva), placa de la punta triangular de 0,4mm, longitud ganxeta 4,5 mm, diàmetre mínim canal 2,6mm, longitud de treball 165cm+/-5cm, irrigació,estèril,un sol ús.Comp endoscopis Olympus o equivalent

Descripció tècnica:

Bisturi amb punta triangular per a ESD (dissecció submucosa digestiva), placa de la punta triangular de 0,4mm, longitud ganxeta 4,5 mm, diàmetre mínim canal 2,6mm, longitud de treball 165cm+/-5cm, funció irrigació,estèril,un sol ús.Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 77 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 54 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30053617

Descripció llarga:

Equip mucosectomia transmursals d'endoscòpia digestiva, tracte gastro-duodenal: sonda marcar Ø1,9mmx220cm, pinça agafament, caputxó silico Ø10,5-12mmx23mm, nansa Ø13-15mmx220cm, clip nitinol 12,3mm, funda clip a/fil, funda, guia, baló Ø20mm, canal mínim treball 3,7mm, est, lús

Descripció tècnica:

Equip p/endoscòpia digestiva, p/resecció transmursals de lesions del tracte gastro-duodenal, tècnica ràpida transluminal mínim invasiu, diàmetre sistema muntat 19mm, amb: sonda de marcatge p/metàlica i plàstic; pinça d'agafament d'acer i plàstic, funda aplicació clip amb fil, de silicona; clip FTRD de nitinol 12,3mm d'ample, nansa FTRD polipectomia d'acer i plàstic 220mm de llargada; funda endoscòpi de plàstic; guia d'acer inoxidable; baló de dilatació; enfilador; roda-accionador clip, diàmetre canal mínim de treball 3,7mm, estèril, lús. Comp/Si st/Ovesco FTRD o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30053628

Descripció llarga:

Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva biliopancreàtica, de 8 filferros, diàmetre màxim cistella 15mm, diàmetre catèter 1,0mm, mínim canal de treball 1,2mm, longitud de treball 286cm±10cm, punta atraumàtica i visible per RX, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva biliopancreàtica, de 8 filferros de nitinol en forma de paracaigudes, de diàmetre màxim de la cistella 15mm, diàmetre catèter 1,0mm, mínim canal de treball 1,2mm, longitud de treball 286cm±10cm, punta atraumàtica i visible per RX, sense làtex ni ftalatos, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30053629

Descripció llarga:

Nansa de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva biliopancreàtica, 2 filferros, Ø nansa 9,0mm, Ø catèter 1,0mm, longitud de treball 286cm±5cm, punta atraumàtica i visible per RX, mínim canal de treball 1,2mm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça/Nansa de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva biliopancreàtica, de 2 filferros de nitinol, diàmetre nansa de 9,0mm, diàmetre catèter 1,0mm, mínim canal de treball 1,2mm, longitud de treball 286cm±10cm, punta atraumàtica i visible per RX, sense làtex ni ftalatos, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30053830

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, longitud clip 7-8mm precarregat, obertura 17mm, longitud de treball de 235cm+/-5cm, catèter metal·lic. Compatible canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, longitud clip 7-8mm precarregat, obertura 17mm, longitud de treball de 235cm+/-5cm, catèter metal·lic. Compatible canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 78 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 55 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30053837

Descripció llarga:

Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Øext 15.00mmx4mm long,per a endoscòpia gastrointestinal sup i inf ,rebutjable comp endoscòpis GI:GIF-XTQ160/2T160/CF-V70/130/140/140L/Q140/Q160/Q160A7Q165/Q240/Q240a/.. . o equivalent

Descripció tècnica:

Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 15.00mm x 4mm long,a/forat lateral,per a endoscòpia g astrointest inal superior i inferior,rebutjable compatible endoscòpis: GIF-XTQ160/2T 160/CF-V70/130/140/140L/Q140/Q160/Q160A7Q165/Q240 /Q240a/V/Q145/Q160S/Q1 80A/H26Ca o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30053838

Descripció llarga:

Caputxó extrem distal d'endoscòpis per a millorar la visibilitat,amb diàmetre intern de 9,8mm i diàmetre extern de 10,6mm,transparent .Estèril ,d'un sol ús.no esterilitzable.Compatible amb gastroscòpi Fujifilm o equivalent

Descripció tècnica:

Caputxó extrem distal d'endoscòpis per a millorar la visibilitat,amb dià metre intern de 9,8mm i diàmetre extern de 10,6mm,transparent .Estèril,d' un sol ús.no esterilitzable.Compatible amb gastroscòpi Fujifilm o equi valent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30054243

Descripció llarga:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb dents de cocodrill, diàmetre e mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb dents de cocodrill, diàmetre mínim cana l de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30054244

Descripció llarga:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscopia), mandíbula basculant oval amb finestra, sense dents, diàmetre mínim ca nal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, beina metàl·lica amb recobriment ,estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscopia), mandíbula basculant oval amb finestra, sense dents, diàmetre mínim canal de treba ll 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, beina metàl·lica amb recobri ment,estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30054418

Descripció llarga:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 8mm ample premuntat en sobretub,fil per alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø14,6mm.Compatible amb esdoscops Ø8,5 a 10mm i 7mm profunditat.Estèril,un ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 79 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 56 / 72

Descripció tècnica:

Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC) per la fixació de stends metàlics (mím.16mm) a la paret gastrointestinal (esòfag), compost per C lip de nívol arrodonit (atraumàtic) de 8mm ample premuntat en sobretub, fil per al liberament i rodet. Caputxó de silicona Ø14,6mm. Compatible amb esdoscops Ø8,5 a 10mm i 7mm profunditat. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30054490

Descripció llarga:

Raspall de neteja per endoscopis flexibles, Ø7mm, longitud 2110mm+/-100mm, raspall de Ø11x66mm de llarg. Compatible amb endoscopis sèrie 8 o equivalent

Descripció tècnica:

Raspall de neteja per endoscopis flexibles, Ø7mm, longitud 2110mm, raspall de Ø11x66mm de llarg, d'un sol ús. Compatible amb endoscopi sèrie 8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30058646

Descripció llarga:

Equip p/endoscòpia digestiva, p/aplicar sutures i aproximar teixits tous, amb: braç ext/distal mecanisme tancament terminal, adapt/extr /endosc p/agafar sutura, extr/prox mànec-accionador agulla, acer inox, PTFE, silicona, pebax, est, lús. Comp/Sist/OverStitch o eq

Descripció tècnica:

Equip p/endoscòpia digestiva, per aplicar sutures i aproximar teixits tous, amb: braç extrem distal amb mecanisme tancament terminal, adaptador extrem endoscopi per agafar sutura, extrem proximal amb mànec-accionador d' agulla, acer inoxidable, PTFE, silicona, pebax, estèril, lús. Compatible amb Sistema OverStitch o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30058675

Descripció llarga:

Videorinolaringoscopi flexible direcció visual 0°, angle d'obertura 90°, longitud útil 30 cm, 3,5 mm Ø exterior, deflexió dalt/baix 1 40°/140°, llum led. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb monitor C-MAC, TELEPACK+, C-HUB II o equivalent.

Descripció tècnica:

Videorinolaringoscopi flexible direcció visual 0°, angle d'obertura 90°, longitud útil 30 cm, 3,5 mm Ø exterior, deflexió dalt/baix 1 40°/140°, llum led. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb monitor C-MAC, TELEPACK+, C-HUB II o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30058723

Descripció llarga:

Pinça de rescament i/o agafament de teixits per a endoscòpia digestiva, mandíbula combinada a/dents cocodril i ratolí, angle obertura 100°, Ø ext 2,3mm x 220cm+/-5cm de long, Ø mínim canal treball 2,8mm, s/làtex, s/ DEHP, estèril, un ús. Comp/sist/ressec/transmural

Descripció tècnica:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandíbula combinada a/dents de cocodril i de ratolí d'acer, angle d'obertura boca de 100°, catèter Ø extern 2,3mm x 220cm+/-5cm de long de polietilè, Ø mínim canal treball 2,8mm, sense làtex, sense DEHP, estèril, un ús. Compatible sistema de ressecció transmural.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 80 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 57 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30058871

Descripció llarga:

Broncoscopi amb contenidor mostres rentat LB/LBA, canal DI2,0 a 2,2 mm/DE 4,9 a 5,4mm, botons mànec, palanca p. distal #195° amunt i a vall, Camp visió# 110°; Anella rotació dreta/esq, long treball min 600mm, comp. aView o eq. Est, lús únic pacient

Descripció tècnica:

Broncoscopi amb contenidor mostres rentat LB/LBA, canal DI2,0 a 2,2 mm/DE 4,9 a 5,4mm, botons mànec, palanca p. distal #195° amunt i avall, Camp visió# 110°; Anella rotació dreta/esq, long treball min 600mm, comp. aView o eq. Est, lús únic pacient

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30058872

Descripció llarga:

Broncoscopi amb contenidor mostre rentat LB/LBA, canal DI2,6 a 2,8 mm/DE 5,6 a 6,0mm, botons mànec, palanca p. distal # 195° amunt i a baix, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esq, long treball min 600mm, comp. aView o eq. Est, lús únic pacient

Descripció tècnica:

Broncoscopi amb contenidor mostre rentat LB/LBA, canal DI2,6 a 2,8 mm/DE 5,6 a 6,0mm, botons mànec, palanca p. distal # 195° amunt i a baix, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esq, long treball min 600mm, comp. aView o eq. Est, lús únic pacient

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30058920

Descripció llarga:

Rinolaringoscopi flexible, LED, Canal de treball DI 2,0 a 2,2mm /DE 4,9 a 5,0mm, palanca flexió punta distal # 130° amunt/ #130° a vall, camp visió #85°, longitud treball min 300mm, botó/connexió aspiració, Compat monitor aView o eq.Est,ús

Descripció tècnica:

Rinolaringoscopi flexible, LED, Canal de treball DI 2,0 a 2,2mm /DE 4,9 a 5,0mm, palanca flexió punta distal # 130° amunt/ #130° avall, camp visió #85°, longitud treball min 300mm, botó/connexió aspiració, Compat m onitor aView o eq.Est,ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30058940

Descripció llarga:

Criosaonda flexible per a broncoscòpia, Ø1.1mm x 1150mm+/-50mm, amb funda de 817mm de longitud. Estèril, un sol ús. Compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent,

Descripció tècnica:

Criosaonda flexible per a broncoscòpia, Ø1.1mm x 1150mm+/-50mm, amb funda de Ø2,6x817mm de longitud. Estèril, un sol ús. Compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent,

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30059521

Descripció llarga:

Broncoscopi flexible, llum LED, canal treball Ø1,2mm, recol univ, mànec ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° cap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, long treball 600mm+/-50mm. Est, s/làtex/ftalats, lús. Comp a/monitor Exalt o eq



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 81 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 58 / 72

Descripció tècnica:

Broncoscopi flexible per a procediments endoscòpics en les vies respira tòries i arbre traqueobronquial, llum de LED, amb canal de treball diàme tre mínim 1mm, recolector universal, mànec ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la puntadistal 180° cap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, longitud de treball 600mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Exalt o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30059522

Descripció llarga:

Broncoscopi flexible,llum LED,canal treball Ø2,2mm,recol univ,mànc ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° c ap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, long treball 600mm.+/-50mmEst ,s/làtex/ftalats,lús.Comp a/monitor Exalt o eq

Descripció tècnica:

Broncoscopi flexible per a procediments endoscòpics en les vies respira tòries i arbre traqueobronquial, llum de LED, amb canal de treball diàme tre 2,2mm, recolector universal mànec ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° cap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, longitud de treball 600mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Exalt o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30059523

Descripció llarga:

Broncoscopi flexible,llum LED,canal treball Ø2,8mm,recol univ,mànc ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° c ap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, long treball 600mm.+/-50mm.Est ,s/làtex/ftalats,lús.Comp a/monitor Exalt o eq

Descripció tècnica:

Broncoscopi flexible per a procediments endoscòpics en les vies respira tòries i arbre traqueobronquial, llum de LED, amb canal de treball diàme tre 2,8mm, recolector universal, mànec ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° cap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, longitud de treball 600mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Exalt o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30060103

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de nitinol, calibre de 19G,punta tipus Franseen,sist fix de l'estilet.Ømínim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic,s/làtex, est,1 sol ús

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de nitinol, calibre de 19G,punta tipus Franseen,sist fix de l'estilet.Ømínim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic ,s/làtex, est,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30060235

Descripció llarga:

Piça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de cocodril, obertura boca de 9mm, pala 5,85mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, d'acer i PVC, estèril, 1 ús

Descripció tècnica:

Piça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de cocodril, obertura boca de 9mm, pala 5,85mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, d'acer i PVC, estèril, un ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 82 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 59 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30060236

Descripció llarga:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandíbula fixa, amb dents de pelicà, obertura boca de 15,5mm, pala 11,5mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, Ømínim canal treball 2,8mm, d'acer i PVC, estèril, un ús

Descripció tècnica:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandíbula fixa, amb dents de pelicà, obertura boca de 15,5mm, pala 11,5mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, d'acer i PVC, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30060586

Descripció llarga:

Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 21x20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat d'acer, beina i fiador metàl·lic, 70mm+/-5cm long treball, Ømínim canal treball 2,0mm, inclou: mànec, adapt p/vàlv biòp, xer/buit 20ml bloq/a/clau pas, estèr, lús. Comp/EBUS-TBNA Olympus o eq

Descripció tècnica:

Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 21x20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat d'acer, beina metàl·lica, fiador de nitinol pulit, 70mm long de treball, Ømínim canal treball 2,0mm, inclou: mànec seguretat, adapt p/vàlvula d/biòps ia, xeringa al buit 20ml bloquejable a/clau pas, estèril, lús. Compatible EBUS-TBNA d'Olympus o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30060758

Descripció llarga:

Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 11,35mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GIF-XQ140/Q165/XQ230/XQ240-SP240/XQ260/V70/SIF-Q260/SIF-Q180

Descripció tècnica:

Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 13,35mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GIF-XQ140/Q165/XQ230/XQ240-SP240/XQ260/V70/SIF-Q260/SIF-Q180

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30060759

Descripció llarga:

Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 4 filferros, Ø2x4cm cistella oberta, longitud de treball 180cm+/-5cm, marques penetració, Ømínim canal 3,2 mm, comp a guia de 0,035", intercanvi ràpid, visible RX, sist. seguretat punta, estèril, 1 sol ús

Descripció tècnica:

Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 4 filferros, Ø2x4 cm cistella oberta, longitud de treball 180cm+/-5cm, marques penetració, Ømínim canal 3,2 mm, comp a guia de 0,035", intercanvi ràpid, visible RX, sist. seguretat punta, estèril, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30061440

Descripció llarga:

Caputxó extrem distal per a endoscòpis, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi, diàmetre intern 8,0mm i diàmetre extern 14,8mm, Ø màxim distal de 18,4mm, 2 forats de drenatge. Estèril, d'un sol ús. no esterilitzable.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 83 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 60 / 72

Descripció tècnica:

Caputxó extrem distal per a endoscòpis, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi, diàmetre intern 8,0mm i diàmetre extern 14,8mm, Ø màxim d'instal·lació de 18,4mm, 2 forats de drenatge. Estèril, d'un sol ús. No esterilitzable. Compatible amb endoscòpis EC-760R, EC-760Z, EG-600WR, EG-600ZW, EG-590WR, EG-580RD, EG-530WR, EC-740T M/L i EC-580RD m/L o equivalents

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30061513

Descripció llarga:

Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 21Gx20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat, Ø mínim canal treball 2,0mm, longitud treball 70cm+/-5cm, inclou: mànec seguretat, adaptador p/vàlvula d/biòpsia, xeringa al buit 20ml a/clau pas, estèril, ús. Comp/EBUS-TBNA d'Olympus o eq

Descripció tècnica:

Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 21Gx20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat, Ø mínim canal treball 2,0mm, longitud treball 70cm+/-5cm, inclou: mànec seguretat, adaptador p/vàlvula d/biòpsia, xeringa al buit 20ml a/clau pas, estèril, ús. Comp/EBUS-TBNA d'Olympus o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30061521

Descripció llarga:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria, mandíbula basculant ovalpetita amb dents de ratolí, diàmetre 1,15mm, diàmetre mínim canal de treball 1,2mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb canal de treball menys de 700mm

Descripció tècnica:

Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria, mandíbula basculant ovalpetita amb dents de ratolí, diàmetre 1,15mm, diàmetre mínim canal de treball 1,2mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb canal de treball menys de 700mm

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30061674

Descripció llarga:

Tub bomba d'injecció per a subministrar aigua estèril pel canal auxiliar de l'endoscòpi, 3350mm+/-50mm de llarg. Compatible amb bomba d'injecció JW-3, DK2620JI i DK2623JI de Fijifilm o equivalent

Descripció tècnica:

Tub bomba d'injecció per a subministrar aigua estèril pel canal auxiliar de l'endoscòpi, 3350mm+/-50mm de llarg. Compatible amb bomba d'injecció JW-3, DK2620JI i DK2623JI de Fijifilm o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30061920

Descripció llarga:

Dispositiu d'oclusió segment de colon, per a colonoscòpis estàndard Ø12,5 a 14,3mm, 2 balons poliuretà (Øprox 60mm/Ødist 60mm), pressió màx 55mmHg, beina Øext 19,5mm/Øint 17mm, 130cm+/-5cm de longitud/treball, a/sist/inflat i empenyer, s/làtex i s/ftalatos. No estèril

Descripció tècnica:

Dispositiu d'oclusió segment de colon, d'estabilització, insuflació i maniobra de pulcació endoluminal per a colonoscòpis estàndard Ø12,5 a 14,3mm, 2 balons de poliuretà (Øbaló prox 60mm/Øbaló dist 60mm), pressió màx 55mmHg, beina Ø ext 19,5mm/Øint 17mm, 130cm+/-5cm de longitud de treball, amb sistema d'inflat i d'empenyer. lliure de làtex i de ftalatos. No estèril.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 84 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PAGINA: 61 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30061923

Descripció llarga:

Dispositiu electroquirúrgic per a ESD (dissecció submucosa digestiva) per RFK bipolar avançada i microones, catèter Ø2.35mm, Ømínim canal 2.8mm, longitud treball 1.9m+/-10cm, longitud total 2.3m+/-10cm, estèril, un sol ús. Comp/generador Cromax7-EMR-050 o eq

Descripció tècnica:

Dispositiu electroquirúrgic per a ESD (dissecció submucosa digestiva) per a tall i coagulació de teixits tous per RFK bipolar avançada i microones, catèter Ø2.35mm, diàmetre mínim canal 2.8mm, longitud treball 1.9m+/-10cm, longitud total 2.3m+/-10cm, estèril, un sol ús. Compatible amb generador d'energia avançada Cromax7-EMR-050 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30062021

Descripció llarga:

Gastroscòp flexible, camp visió 140°, flexió de la punta distal 210°/90°/100°/100°, diàmetre punta 9,9mm, longitud de treball 1030mm+/-30mm, canal treball 2,8mm, canal auxiliar. Compatible amb unitat de visualització i processament a Box 2 o eq. Un sol ús. Estèril

Descripció tècnica:

Gastroscòp flexible, camp visió 140°, flexió de la punta distal 210°/90°/100°/100°, diàmetre punta 9,9mm, longitud de treball 1030mm, canal treball 2,8mm, canal auxiliar. Compatible amb unitat de visualització i processament a Box 2 o equivalent. Un sol ús. Estèril

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30062025

Descripció llarga:

Tub bomba injecció per subministrar aigua estèril per a ganiveta de dissecció endoscòpia digestiva (ESD), port amb tap i vàlvula anti-reflux, premuntat, amb tub peristàltic, estèril. Compatible amb bomba de rentat OFP-2 o equivalent

Descripció tècnica:

Tub bomba injecció per subministrar aigua estèril per a ganiveta de dissecció endoscòpia digestiva (ESD), port amb tap i vàlvula anti-reflux, premuntat, amb tub peristàltic, estèril. Compatible amb bomba de rentat OFP-2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30062170

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, 0,025"x270cm+/-10cm de llargària, amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopakes, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, 0,025"x270cm+/-5cm de llargària, amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopakes, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30062171

Descripció llarga:

Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, 0,025"x270cm+/-10cm de llargària, amb punta angular flexible hidrofílica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopakes, estèril, d'un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 85 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 62 / 72

Descripció tècnica:

Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva, per accés biliar i pancreàtic, 0,025x270cm +/- 5cm de llargària, amb punta angulada flexible hidrofílica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopàques, estèril, d'ús únic

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30062238

Descripció llarga:

Esfinterotom d'agulla de tall d'endoscòpia digestiva, 3 llums, sist/intercanvi ràpid, punta cònica precorbada, catèter Ø5Fr (1,67mm) x 1700mm +/- 50mm long, agulla 5mm de llargària (3mm a/recobriment), permet pas guia 0,035", Øcanal treball 2,8mm, no làtex, estèril, d'ús únic

Descripció tècnica:

Esfinterotom-Papilòtom d'agulla endoscòpia digestiva, p/via biliar, 3 llums (guia+contrast+fil tall), catèter a/punta cònica precorbada 5 Fr (1,67mm) x 1700mm long, agulla 5mm de llargària (3mm a/recobriment), permet pas guia 0,035", Øcanal treball 2,8mm, no làtex, estèril, d'ús únic R Ef:KD-V451M/N5420830"

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30062260

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina, per a mostres histològiques pulmonars, calibre de 22G (0,7mm), punta tipus Franseen, fix estilet, crom-cobalt, est, 1 sol ús. Compatible amb tècnica EBUS eco-broncoscòpis Olympus o equ

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina, per a mostres histològiques pulmonars, calibre de 22G (0,7mm), punta tipus Franseen, est, 1 sol ús. Compatible amb tècnica EBUS eco-broncoscòpis Olympus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30062370

Descripció llarga:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 20mm, diàmetre del filferro 0,48mm/rigid, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm +/- 5cm, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, llaç ovale estàndard de diàmetre 20mm, diàmetre del filferro 0,48mm/rigid, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm +/- 5cm, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30062530

Descripció llarga:

Guia d'endoscòpia digestiva per a sistema de buit, extra-rígida, p/atraumàtica hidrofílica 130mm llargària, marques endoscòpiques i radioopàques, nitinol a/recobriment, extrem distal 0,035", long total 260 +/- 10cm, estèril, un ús. Comp/a/pròtesi Vacstent GI o eq

Descripció tècnica:

Guia d'endoscòpia digestiva per a sistema de buit, extra-rígida, p/atraumàtica hidrofílica 130mm de llargària, amb marques endoscòpiques i radioopàques, nitinol a/recobriment, extrem distal de 0,035", long total 260 +/- 10cm, estèril, un sol ús, lliure de làtex. Compatible a/pròtesi Vacstent GI o eq"



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 86 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 63 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 30062535

Descripció llarga:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Filòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 8,5-9,5-10mmx6,5cm llarg ,marq/radiopaq, guia premunt,no làtex,estèril,lús

Descripció tècnica:

Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Filòr/Biliar /Colòn),pebax,Ø baló 8,5-9,5-10mmx6,5cm llarg,marq/radiopaq,guia premunt ,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 30062583

Descripció llarga:

Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina,per a mostres histològiques,agulla a/tres puntes,de nitinol,2 2G(0,7mm) i lon ajustable 0 a 4cm,Ø1,8mm i long beina ajustable,est,1 sol ús.Comp/ecobroncoscòpis Olympus/Fiji o eq

Descripció tècnica:

Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina,per a mostres histològiques,agulla a/tres puntes,de nitinol,2 2G(0,7mm),1 ong ajustable 0 a 4cm,long beina ajustable,est,1 sol ús.Comp/tècnica EBU S eco-broncoscòpis Olympus/Fiji o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 30062669

Descripció llarga:

Piça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva i respiratòria, mandibula basculant amb cassoletes interior de goma, obertura boca de 4,8mm, catèter de 1900+/-50mm, diàmetre mínim canal treball 2,0mm,estèril,un ús

Descripció tècnica:

Piça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva i respiratòria, mandibula basculant amb cassoletes interior de goma, obertura boca de 4,8mm, catèter de 1900+/-50mm, diàmetre mínim canal treball 2,0mm,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 30062672

Descripció llarga:

Piça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de ratolí, obertura boca de 7,3mm, 1620+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex ,estèril,un sol ús

Descripció tècnica:

Piça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva i respiratòria, mandibula fixa, amb dents de ratolí , obertura boca de 7,3mm, 1620+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 30062775

Descripció llarga:

Agulla d'injecció endoscòpia digestiva, per a esclerosi, agulla de 25G (0,5mm)x 5mm llarg i d'acer,beina recoberta tefló,beina Ø 2,5 mmx230cm+/-5cm long,mànc a/connector luer-lock,no làtex,estèril,lús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 87 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 64 / 72

Descripció tècnica:

Agulla d'injecció endoscòpia digestiva, per a esclerosi, agulla de 25G (0,5mm)x 5mm llarg i d'acer, beina recoberta tefló, beina Ø 2,5mmx230cm+/-5cm long, mànec a/connector luer-lock, no làtex, estèril, lús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 30063676

Descripció llarga:

Video broncoscopi flexible, llum LED, Øextern 2,2mm/Øcanal 0,0mm, mànec ergonòmic, deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix, rotació axial 90° a dreta i 90° a esquerra, camp de visió 110°, long treball 600+/-10mm. Est, s/làtex, lús. Comp a/monitor DVM-B1 o eq

Descripció tècnica:

Video broncoscopi flexible, llum LED, Øextern 2,2mm/Øcanal 0,0mm, mànec ergonòmic, palanca de deflexió per a moure la punta distal 210° cap amunt i 210° cap a baix, rotació axial 90° cap a la dreta i 90° cap a l'esquerra, camp de visió 110°, longitud treball 600+/-10mm. Est, s/làtex/ftalats, lús. Comp a/monitor DVM-B1 o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 30063677

Descripció llarga:

Video broncoscopi flexible, llum LED, Øextern 3,2mm/Øcanal 1,2mm, mànec ergonòmic, deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix, rotació axial 90° a dreta i 90° a esquerra, camp de visió 110°, long treball 600+/-10mm. Est, s/làtex, lús. Comp a/monitor DVM-B1 o eq

Descripció tècnica:

Video broncoscopi flexible, llum LED, Øextern 3,2mm/Øcanal 1,2mm, mànec ergonòmic, palanca de deflexió per a moure la punta distal 210° cap amunt i 210° cap a baix, rotació axial 90° cap a la dreta i 90° cap a l'esquerra, camp de visió 110°, longitud treball 600+/-10mm. Est, s/làtex/ftalats, lús. Comp a/monitor DVM-B1 o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 30063679

Descripció llarga:

Video broncoscopi flexible, llum LED, Øextern 4,9mm/Øcanal 2,2mm, mànec ergonòmic, deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix, rotació axial 90° a dreta i 90° a esquerra, camp de visió 110°, long treball 600+/-10mm. Est, s/làtex, lús. Comp a/monitor DVM-B1 o eq

Descripció tècnica:

Video broncoscopi flexible, llum LED, Øextern 4,9mm/Øcanal 2,2mm, mànec ergonòmic, palanca de deflexió per a moure la punta distal 210° cap amunt i 210° cap a baix, rotació axial 90° cap a la dreta i 90° cap a l'esquerra, camp de visió 110°, longitud treball 600+/-10mm, connexió aspiració. Est, s/làtex/ftalats, lús. Comp a/monitor DVM-B1 o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 30063770

Descripció llarga:

Egu cistoenterostomia, p/end/digestiva, cistotom/papilotom p/agulla pre-tall, cat/ext/anell diatèrmic 10Fr i estilet, amb: con/electrocoag, p/guia, cat/PTFE, a/ag/acer. Mides: cat/extern Ø10Fr x 165+/-5cm, cat/intern Ø5Fr x 190+/-5cm, per a guia 0,035", estèril, lús.

Descripció tècnica:

Equip de cistoenterostomia, per a endoscopia digestiva, cistotom/papilotom d'agulla/pre-tall, catèter extern amb anell diatèrmic de 10 Fr i estilet, amb: connexió per a electrocoagulació, connexió per introduir la guia i connexió luer, catèter de PTFE, agulla punta d'a cer inox. Mides: catèter extern Ø10Fr x 165cm de llarg, catèter intern Ø5Fr x 190cm de llarg amb punta-guia per a anul·lació y apta per a diatèrmia de 0.035, per a guia sde 0,035, estèril, d'un sol ús."



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 88 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 65 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 30063844

Descripció llarga:

Caputxó extrem distal d'endoscòpis per a prova, per a verificar la compatibilitat del sistema de ressecció transmural, amb 36-37mm de llargària, Øext 21mm d'ample, transparent. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb endoscòpis Ø11,5-13,2mm

Descripció tècnica:

Caputxó extrem distal d'endoscòpis per a prova, per a verificar la compatibilitat del sistema de ressecció transmural, amb 36-37mm de llargària, Øext 21mm d'ample, Øint 13mm, 36-37mm de llargària, transparent. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb endoscòpis Ø11,5-13,2mm

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 30063873

Descripció llarga:

Sonda d'electroporació per a endoscòpia digestiva gastrointestinal, de 250-255cm de longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb generador d'electroporació ePORE o equivalent

Descripció tècnica:

Sonda d'electroporació per a endoscòpia digestiva gastrointestinal, de 250-255cm de longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb generador d'electroporació ePORE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 30064081

Descripció llarga:

Guia d'endoscòpia digestiva, per a dilatadors esofàgics tipus Savary, diàmetre 1,8mm i 210-220cm de longitud de treball, amb marques radiòpaques, guia de filferro Ø0,8mm, d'acer inoxidable, no estèril

Descripció tècnica:

Guia d'endoscòpia digestiva, per a dilatadors esofàgics tipus Savary, diàmetre 1,8mm i 210-220cm de longitud de treball, amb marques radiòpaques, guia de filferro Ø0,8mm, d'acer inoxidable, no estèril

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 30064119

Descripció llarga:

Broncoscopi amb contenidor mostre rentat LB/LBA, canal DI2,0 a 2,2 mm/DE4,0 a 4,4mm, botons mànec, palanca p. distal # 210° amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esq, long treball min 600mm, comp. aView o eq. Est, lús únic pacient

Descripció tècnica:

Broncoscopi amb contenidor mostre rentat LB/LBA, canal DI2,0 a 2,2 mm/DE4,0 a 4,4mm, botons mànec, palanca p. distal # 210° amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esq, long treball min 600mm, comp. aView o eq. Est, lús únic pacient

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 30065167

Descripció llarga:

Broncoscopi Flexible, canal DI1,0 a 1,2 mm/DE2,6 a 3,2mm, botons mànec, sist fixació TET, palanca p. distal # 210° amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball min 600mm, compatible aView o eq. Est, lús únic pacient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 89 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 66 / 72

Descripció tècnica:

Broncoscopi Flexible, canal DI1,0 a 1,2 mm/DE2,6 a 3,2mm, botons mànec, sist fixació TET, palanca p. distal# 210°amunt i avall, Camp visió # 110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball min 600mm, compatible aV iew o eq. Est,lús únic pacient

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 30065189

Descripció llarga:

Caputxó extrem distal per a endoscòpis, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi,diàmetre intern 7,0mm i diàmetre extern 13,0mm,Ø màxim d istal de 16,5mm, 2 forats de drenatge.Estèril,d'un sol ús. no esterilitzable.

Descripció tècnica:

Caputxó extrem distal per a endoscòpis, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi,diàmetre intern 7,0mm i diàmetre extern 13,0mm,Ø màxim d istal de 16,5mm, 2 forats de drenatge.Estèril,d'un sol ús. no esterilitzable.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 30065958

Descripció llarga:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys(stent) per a endoscòpia digestiva, mandíbula cocodril, amb dents de ratolí, obertura boca de 7,2mm, 1745+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril,un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys(stent) per a endoscòpia digestiva, mandíbula cocodril, amb dents de ratolí, obertura boca de 7,2mm, 1745+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 30066149

Descripció llarga:

Tisora per a endoscòpia digestiva, per a tallar fils, diàmetre canal mínim de treball 2,8mm, 230cm-235cm de llargària.Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Tisora per a endoscòpia digestiva, per a tallar fils, diàmetre canal mínim de treball 2,8mm, 230mm de llargària.Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 30066229

Descripció llarga:

Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 6,2mm/Øcanal 3,2mm,mànec ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotació axial 90° a dreta i 90°a esquerra,camp de visió 110°,long treball 600+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq

Descripció tècnica:

Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 6,2mm/Øcanal 3,2mm,mànec ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotació axial 90° a dreta i 90°a esquerra,camp de visió 110°,long treball 600+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 30066240

Descripció llarga:

Tub insuflador aigua/aire amb extensió de CO2 per procediments endoscòpis gastrointestinals. Compatible amb endoscòpis Olympus serie 140/160/180/190/240/260/290 o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 90 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 67 / 72

Descripció tècnica:

Tub insuflador aigua/aire amb extensió de CO2 per procediments endoscòpic s gastrointestinals. Compatible amb endoscòpis Olympus serie 140/160/180 /190/240/260/290 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 30066241

Descripció llarga:

Equip de vàlvules de biòpsia, succió i aire/aigua amb connexió injecció d'aigua, compatible amb endoscòpis Olympus Serie 160/180/190 i duodenoscop Exalt D amb port d'aigua auxiliar

Descripció tècnica:

Equip de vàlvules de biòpsia, succió i aire/aigua amb connexió injecció d'aigua, compatible amb endoscòpis Olympus Serie 160/180/190 i duodenoscop Exalt D amb port d'aigua auxiliar

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 30066245

Descripció llarga:

Pinça hemostàtica bipolar d'endoscòpica digestiva,obertura màxima de 5,8mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, Ø2,6mm,longitud de 220cm+/-5cm,d'acer amb recobriments,amb cable i connexió a generador,estèril, d'un sol ús.

Descripció tècnica:

Pinça hemostàtica bipolar d'endoscòpica digestiva,obertura màxima de 5,8 mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, Ø2,6mm,longitud de 220cm+/-5cm,d'acer amb recobriments,amb cable i connexió a generador,estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 30067812

Descripció llarga:

Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 4,0mm/Øcanal 2,0mm,màneg ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotació axial 90° a dreta i 90°a esquerra,camp de visió 110°,long treball 620+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq

Descripció tècnica:

Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 4,0mm/Øcanal 2,0mm,màneg ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotació axial 90° a dreta i 90°a esquerra,camp de visió 110°,long treball 620+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 30068109

Descripció llarga:

Guia tensora de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, 235+/-5cm de llargària,amb màneg tipus tisora,ace inox,Lliure de làtex,estèril,lús.Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equivalent

Descripció tècnica:

Guia tensora de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, 235+/-5cm de llargària,amb màneg tipus tisora ,acer inox,Lliure de làtex,estèril,lús.Compatible amb dispositiu X-TackS istema OverStitch o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 91 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 68 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 30068110

Descripció llarga:

Dispositiu de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, consta de 4 sutures tipus hèlix acer inox, 235+/-5cm de llargària, Lliure de làtex, estèril, lús. Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equival

Descripció tècnica:

Dispositiu de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, consta de 4 sutures tipus hèlix acer inox, 235+/-5cm de llargària, Lliure de làtex, estèril, lús. Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 30068118

Descripció llarga:

Dispositiu de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, consta de 4 sutures tipus hèlix acer inox, 160+/-5cm de llargària, Lliure de làtex, estèril, lús. Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equival

Descripció tècnica:

Dispositiu de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, consta de 4 sutures tipus hèlix acer inox, 160+/-5cm de llargària, Lliure de làtex, estèril, lús. Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equival

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 30068127

Descripció llarga:

Tisora per a endoscòpia flexible digestiva, per a tallar teixits i sutures, diàmetre canal mínim de treball 2,8mm, Ø2,6mm i 235cm-24 0cm de llargària de treball. Estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Tisora per a endoscòpia flexible digestiva, per a tallar teixits i sutur es, diàmetre canal mínim de treball 2,8mm, Ø2,6mm i 235cm+/-5cm de llargària de treball. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 30068150

Descripció llarga:

Porta-agulla per a endoscòpia digestiva, sutura manual en tancament de mucosa d'estòmac, colon i recte, bloqueig d'agulla i del mànec, beina en espiral, estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Porta-agulla per a endoscòpia digestiva, sutura manual en tancament de mucosa d'estòmac, colon i recte, bloqueig d'agulla i del mànec, beina en espiral, estèril, un sol ús. FG-L/N613750

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 30068151

Descripció llarga:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, rotació 360°, mandíbula fixa, amb dents de pelicà, pa la de 10mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, acer, estèril, s/làtex, un ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 92 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 69 / 72

Descripció tècnica:

Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, rotació 360°, mandíbula fixa, amb dents de pelicà, pala de 10mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8 mm, acer, estèril, s/làtex, un ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 30068207

Descripció llarga:

Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva, de titani, longitud de la pala 7,5 mm, angle mandíbula 90°. Codificació de color, Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent

Descripció tècnica:

Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva, de titani, longitud de la pala 7,5 mm, angle mandíbula 90°. Codificació de color, Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 30068208

Descripció llarga:

Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva, de titani, longitud de la pala 9,0 mm, angle mandíbula 90°. Codificació de color, Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent

Descripció tècnica:

Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva, de titani, longitud de la pala 9,0 mm, angle mandíbula 90°. Codificació de color, Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 30068210

Descripció llarga:

Aplicador múltiple de clips per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre 2,75mm, longitud de treball 2300mm+/-50mm, rotatable. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

Descripció tècnica:

Aplicador múltiple de clips per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre 2,75mm, longitud de treball 2300mm+/-50mm, rotatable. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 30068224

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 8mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 8mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, 1 sol ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 93 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 70 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 30068370

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 20mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, 1sol ús.

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva, diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 20mm, longitud de treball de 230cm+/-5cm, subjecció a/dents. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 30068394

Descripció llarga:

Equi guia endos bronquial amb: beina/guia a/topall silicona ajustable, raspall citologia Ø2,0mmx10mm llarg i pinça biòpsia oval fenestrada, longitud treball 1050mm+/-10cm, Ø mínim canal 2,0mm. Lliure de làtex, estèril, 1ús. Comp endosc i minisonda UM-S20-17S Olympus o eq

Descripció tècnica:

Equi guia endos bronquial amb: beina/guia a/topall silicona ajustable, raspall citologia Ø2,0mmx10mm llarg i pinça biòpsia oval fenestrada, longitud treball 1050mm, Ø mínim canal 2,0mm. Lliure de làtex, estèril, 1ús. Comp endosc i minisonda UM-S20-17S d'Olympus o equ

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 30068407

Descripció llarga:

Sobretub flexible p/gastroscòpia, punta cònica per a protegir la mucosa. Mides: Ø extern 19,5mm i Ø intern 16,7mm, longitud treball 50m+/-10mm, lliure de làtex, estèril, 1ús. Compatible amb endoscòpis de Ø 10,0-11,7mm

Descripció tècnica:

Sobretub flexible p/gastroscòpia, punta cònica per a protegir la mucosa. Mides: Ø extern 19,5mm i Ø intern 16,7mm, longitud treball 50m+/-10mm, lliure de làtex, estèril, 1ús. Compatible amb endoscòpis de Ø 10,0-11,7mm

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 30068448

Descripció llarga:

Vàlvula per a port de biòpsia, per a endoscòpia flexible digestiva, amb irrigador rentat lateral, estèril, d'un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus/Fuji o equivalent

Descripció tècnica:

Vàlvula per a port de biòpsia, per a endoscòpia flexible digestiva, amb irrigador rentat lateral, estèril, d'un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus/Fuji o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 30068646

Descripció llarga:

Dispositiu amb clip/pinça ancoratge, hemostàsia i tracció, endoscòpica digestiva, radiopaca, obertura 11mm, 235+/-5cm llarg, precarregat sist/introductor flex i giratori, catèter metal·lic. Comp/endoscòpis visió frontal canal mínim treball de 2,8mm. S/làtex. est



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 94 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 71 / 72

Descripció tècnica:

Dispositiu amb clip/pinça per a hemostàsia, ancoratge i tracció endoscòpica digestiva, radioopaca, obertura 11mm, 235+/-5cm de llargària, precarregat sist/introductor flexible i giratori, catèter metal·lic. Comp/endoscòpis visió frontal canal mínim treball de 2,8mm. S/làtex. estèril

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 30068739

Descripció llarga:

Sonda per a crioblació p/cirurgia via aèrea (endoscòpia respiratoria), utilitza N2O/CO2, amb doble funció (congelació/neuroestimulació), sonda acerinox Ø 3mm i 500mm+/-50mm long, reutilitzable 12 usos. Comp/console crioblació METRUM o eq

Descripció tècnica:

Sonda p/crioblació p/cirurgia aèrea (oberta/endoscòpia), utilitza N2O/CO2, a/doble funció (congelació/neuroestimulació), sonda ac.inox Ø 3mm i 500 mm long, reutilitzable 12 usos. Comp/console crioblació METRUM o eq

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 30068781

Descripció llarga:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera basculant fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodril, longitud de treball 230cm+/-5cm, diàmetre mínim canal de treball 3,7mm, codificació de color, estèril, d'un sol ús

Descripció tècnica:

Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera basculant fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodril, longitud de treball 230cm+/-10cm, diàmetre mínim canal de treball 3,7mm, codificació de color, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 30069217

Descripció llarga:

Dispositiu de bloqueig i tap de canal de biòpsia per a procediment intervencionista biliar (CPRE), d'intercanvi ràpid (RX), estèril, lú s, compatible amb duodenoscops Olympus FujiFilm G5 Series Brand Endoscope o equivalent

Descripció tècnica:

Dispositiu de bloqueig de guia i tapa de canal de biòpsia per a procediment intervencionista biliar de colangiopancreatografia retrò grada endoscòpica (CPRE), d'intercanvi ràpid (RX) sistema RX Biliary System, estèril, un sol ús, compatible amb duodenoscops Olympus, FujiFilm G5 Series Brand Endoscope, ref:M00545261

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 30069218

Descripció llarga:

Cànula d'intercanvi ràpid CPRE (RX) per mitjà contrast sistema biliar en procediments endoscòpia digestiva, triple llum, punta cònica Fr.7-5,5, longitud de treball 210cm+/-5cm, guia recomenada 0,035". marcador radiopac a la punta, Estèril, un sol ús

Descripció tècnica:

Cànula d'intercanvi ràpid CPRE (RX) per mitjà contrast sistema biliar en procediments endoscòpia digestiva, triple llum, punta cònica Fr.7-5,5, longitud de treball 210cm+/-5cm, guia recomenada 0,035". marcador radiopac a la punta, Estèril, un sol ús



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 95 de 116



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.07.2025
HORA: 10:18:47
PÀGINA: 72 / 72

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 30069628

Descripció llarga:

Sonda p/endoscòpia digestiva,p/colangiopancreatoscòpia diagnòstica i tractament vies biliopancreàtiques,doble canal,Øsonda de 2,0mm x 215cm+/-10cm llarg,Øcan/treball 1,2mm,no làtex,estèril,individual ,lús.Comp/processador VedVision o equiv

Descripció tècnica:

Sonda p/endoscòpia digestiva,p/colangiopancreatoscòpia,procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques,doble canal, Øsonda de 2,0mm x 215cm llarg,Øcan/treball 1,2mm,no làtex,estèril,individual,lús.Comp/processador VedVision o equiv

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 30069868

Descripció llarga:

Tub bomba injecció per subministrar aigua estèril per a ganiveta de dissecció endoscòpia digestiva (ESD),Øint 6,4mm,gruix 1,6m i 0,7 5m+/-0 ,10m ,estèril,un sol ús.Compatible amb bomba de rentat OFF-2 o equivalent

Descripció tècnica:

Tub bomba injecció per subministrar aigua estèril per a ganiveta de dissecció endoscòpia digestiva (ESD),Øint 6,4mm,gruix 1,6m i 0,7 5m+/-0 ,10m ,estèril,un sol ús.Compatible amb bomba de rentat OFF-2 i connector MAJ-1652 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101442397 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 30069869

Descripció llarga:

Adaptador per a tub bomba injecció a canal auxiliar,endoscòpia digestiva.Compatible amb bomba de rentat OFF-2 o equivalent

Descripció tècnica:

Adaptador per a tub bomba injecció a canal auxiliar,endoscòpia digestiva.Compatible amb bomba de rentat OFF-2 o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 96 de 116



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101442397_2bis



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 97 de 116

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 98 de 116

S'ha d'omplir el excel Licitació 1101442397_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
2	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
3	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
4	Empresa:														
5	NIF:														
6	Data														
7	Segell Empresa:														
8	Signatura:														
9	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
10	Número oferta Variant:														
11	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 5g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofilic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 5g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rigida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 99 de 116

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 100 de 116

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 101 de 116

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101442397.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101442397 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Ord.	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari oferta amb IVA	Ref.	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marcia	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu (EAN)	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans pH neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030788	Sabó en gel, rentas freqüent (pH 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030962	Caixa amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030788	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador rosca per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030788	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	




Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 102 de 116

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.
Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.
Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'emalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.
Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 103 de 116

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 104 de 116

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
CS/CC00/1101442397/26/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ENDOSCOPIA FLEXIBLE: DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA	<input type="text"/>	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
		LOT	Tipus oferta
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>	Fabricant <input type="checkbox"/> (SI / NO)	Distribuidor <input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model <input type="text"/>	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor <input type="text"/>	Material de fabricació *	<input type="text"/>	
Referència fabricant <input type="text"/>	Mides del material ofertat *	<input type="text"/>	
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
<input type="text"/>			
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Dades d'acreditacions			
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC Marcat CE/Tipus de classe <input type="text"/>			Logo de l'empresa <input type="text"/>
Compilment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris <input type="checkbox"/> (SI/NO)			
Altres acreditacions i/o auto certificació <i>Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material</i> <input type="text"/>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FixTecnIndv_pag1.xls

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 105 de 116





ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 106 de 116

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
<i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<i>Àrea DADES DEL LICITADOR</i>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<i>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</i>	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<i>Normativa</i>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 107 de 116



ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits Criteris Subjectius



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 109 de 116

**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101442397/26/AMUP**

LOT 01 – CAPSULES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA I DISPOSITIU ALLIBERADOR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Visualització en temps real de les imatges enregistrades per la càpsula. Com a mesura de seguretat, s'ha de poder visualitzar les imatges durant tot el recorregut de la càpsula.

LOT 02 – AGULLES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER INJECCIÓ

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Retracció completa de l'agulla (agulla totalment retràctil, es retira completament després del seu ús)

LOT 03 – AGULLES ECOENDOSCÒPIA DIGESTIVA (EUS)

LOT 38 - AGULLES PER A BIÒPSIA ECOENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Retracció completa de l'agulla (agulla totalment retràctil, es retira completament després del seu ús)

Optima visualització ecogràfica i radiogràfica

LOT 04 – NANSES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER A POLIPECTOMIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Resistència a la deformació de la nansa, es a dir que no canviï ni perdi la seva forma inicial durant el procediment

LOT 05 – BALÓ DE DILATACIÓ ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 06 - BALÓ DE DILATACIÓ ENDOSCÒPIA DIGESTIVA PER A ACALASIA

LOT 07 - BALÓ DE DILATACIÓ ENDOSCÒPIA DIGESTIVA VIA BILIAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.

LOT 09 – BALÓ PER A EXTRACCIÓ DE CÀLCULS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 34 - CATÈTER BALÓ PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA

LOT 44 - BALONS PER A ECOENDOSCOPIA (EBUS)

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Navegabilitat del catèter baló en la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.

Estructura del baló d'extracció anti-deformació.

LOT 10 – CISTELLES PER A EXTRACCIÓ DE CÀLCULS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 11 - CISTELLES I ACCESSORIS PER A EXTRACCIÓ DE PÒLIPS I COSSOS ESTRANYS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Flexibilitat de la cistella per a captar amb facilitat el càlcul, pòlip o cos estrany.

Estructura de la cistella anti-deformació, que no perdi la forma durant el procediment.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 110 de 116

**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101442397/26/AMUP**

LOT 12 - PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Pressió i tracció de les pales de la pinça al cos estrany durant tot el trajecte en el procediment de retirada de l'endoscopi

Adaptabilitat de la punta dels fórceps al canal de treball.

LOT 13 - ESFINTEROTOMS AMB PROTECCIÓ DEL FIL PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 14 - ESFINTEROTOMS SENSE PROTECCIÓ DEL FIL PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Punta de l'esfinteròtom atraumàtica.

LOT 15 - GUÍES PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 16 - GUÍES PER A ACCÉS BILIAR ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 36 - GUÍES I EQUIP DE GUIES PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Navegabilitat de la guia/ànima i catèter

Adaptabilitat de la guia/ànima i catèter

Facilitat d'extracció de l'ànima i de la guia un cop finalitzat el procés

LOT 17 - PINCES PER A BIÒPSIA ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 42 - PINCES PER A BIÒPSIA ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Capacitat d'extracció de la mostra (en les mínimes passades possibles efectives)

Sistema d'obertura de la pinça suau

LOT 18 - RASPALLS PER A CITOLOGIA ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

LOT 41 - RASPALLS PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Capacitat de protecció de la mostra per tal de no contaminar-la

Punta del raspall atraumàtica

LOT 28 - DISPOSITIUS DE CLIPS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Disposició del clip per impedir la seva caiguda abans de l'aplicació (abans del seu ús)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS10OY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 111 de 116

 Institut Català
de la Salut

**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101442397/26/AMUP**

LOT 37 - AGULLES D'ASPIRACIÓ PER A CITOLOGIA ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Capacitat d'extracció de la mostra (en les mínimes passades possibles efectives)

LOT 43 - CISTELLES PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Flexibilitat de la cistella per a captar amb facilitat el cos estrany.

El sistema d'agafament i rescat del cos estrany disposi d'una bona subjecció.

Estructura de la cistella anti-deformació, que no perdi la forma durant el procediment.

NO HI HA UN MODEL DE DOCUMENT ESPECIFIC. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb la documentació i/o resums amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada

Per veure que es demana de forma ampliada, veure ANNEX 4 del PCAP.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 112 de 116

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 113 de 116

S'ha d'omplir l'Excel **ANNEX_D4_1101442397**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya "**Pestanya proveïdor**" té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 114 de 116

2.1. Dades NO modificables de la pestanya Lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1			Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva			Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1		
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO				
30000446	Bata alta protecció cirurgia.TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No									
30000447	Bata alta protecció cirurgia.TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sí/cosí,zona crítica.Mida L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Sí	Sí		Sí		No				

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la “pestanya del lot” de l’Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com.
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30030446	Emulsió amb àcid



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 115 de 116



Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

No es necessària la presentació de mostres.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08460D4F50Q64X8XS1OOY9GGLDLKKBGV

Data creació còpia:
28/07/2025 15:52:16

Pàgina 116 de 116