

**Anexo 4. Modelo de presentación de ofertas - Ficha del producto**

Expediente: 2026-15

LOTE 6 - EQUIPO PARA BOMBA VOLUMÉTRICA

El Sr. / la Sra., con NIF,
 en calidad de, de la empresa,
declara que, el producto a suministrar cumple con todos los requisitos mínimos
contenidos en los pliegos de la licitación de referencia,

| REFERENCIA DEL SEM DEL PRODUCTO | DENOMINACIÓN |
|---------------------------------|---|
| MRE133 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA |

***** Solo debe seleccionarse una opción (sí/no). La falta de selección o una selección incorrecta implicará la exclusión de la oferta. *****

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Equipo específico para infusión de medicamentos mediante bomba volumétrica. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Compatible con el modelo de bomba Infusomat® Space de Braun. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Longitud total del sistema: como mínimo, 250 cm. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Puerto en Y con conexión sin aguja. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Cámara de goteo con parte inferior flexible y parte superior rígida para ajuste con sensor de gotas. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Sistema de admisión de aire con filtro antibacteriano y filtro en la cámara de goteo. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Conexión distal de tipo Luer-Lock con tapón protector. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Sistema de prevención de flujo libre integrado. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Sistema antidespurgado y tapón antigoteo en el purgado. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Fabricado con PVC transparente, flexible y biocompatible. Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |



| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Libre de DEHP (ftalatos) y látex. <p>Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Punzón rígido de plástico con tapón protector, conforme a la normativa ISO aplicable. <p>Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Regulador de flujo de alta precisión. <p>Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Se suministra en envase individual estéril. <p>Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> |

(Firma del/de la representante de la empresa)