

CS/CC00/1101442397/26/AMUP

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut

Objecte: Subministrament agregat de material d'endoscòpia flexible: digestiva i respiratòria per als centres de l'Institut Català de la Salut i dels centres adherits a aquest procediment, Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga

Tipus: Subministraments

Procediment d'adjudicació: Acord marc, per procediment obert

Resolució de modificació

Antecedents

Mitjançant resolució de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut, en data 7 d'agost de 2025 es va incoar l'expedient CS/CC00/1101442397/26/AMUP corresponent a la contractació del subministrament agregat de material d'endoscòpia flexible: digestiva i respiratòria per als centres de l'Institut Català de la Salut i dels centres adherits a aquest procediment, Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga.

En data 8 d'agost de 2025 mitjançant resolució de la Direcció gerència de l'ICS, es va aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, així com la despesa corresponent.

En data 5 de setembre del 2025 s'ha detectat una relació de codis que cal modificar les descripcions, un altre codi que s'ha de corregir el preu per haver sortit el preu de la caixa en comptes del preu unitari i també cal modificar l'annex B del PPT afegint el nou llistat de les descripcions.

Fonaments jurídics

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

D'acord amb l'article 136.2 de la LCSP, donat que la modificació és significativa, s'ha procedit a ampliar el termini de presentació de les ofertes.

Vist el que preveu l'art. 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
08/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0RP9NEOR5MP24LR5N57HSQZHCNNZ37ME

Data creació còpia:
09/09/2025 07:37:23

Pàgina 1 de 48

Resolc

Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

Segon. Modificar

- Annex 1: Relació de codis que es modifiquen les descripcions
- Annex 2: codi 30043345 es modifica el preu per haver sortit preu de la caixa de 3 unitats i no el preu unitari.
- Annex 3: Modificació de l'annex B del PPT, afegint el nou llistat de les descripcions.

Tercer. Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins al 23 de setembre de 2025.

Quart. Publicar aquesta modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>) i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Barcelona,

Josep M. Pomas Reynés
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/1101442397/26/AMUP
MB



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
08/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0RP9NEOR5MP24LR5N57HSQZHCNNZ37ME

Data creació còpia:
09/09/2025 07:37:23

Pàgina 2 de 48

Salut/  Institut Català
de la Salut

ANNEX 1

CS/CC00/1101442397/26/AMUP

LLISTAT ARTICLES AMB CANVI DE DESCRIPCIÓ

S Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució retroacció i modificació



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
08/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0RP9NEOR5MP24LR5N57HSQZHCNNZ37ME

Data creació còpia:
09/09/2025 07:37:23

Pàgina 3 de 48

Endoscopia flexible: digestiva i respiratòria

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció llarga	Descripció llarga MODIFICADA
12	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30051978	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandibula fixa,amb dents de cocodril i ratolí,obertura boca de 8mm,catèterØ2,4mm x 230cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de cocodril i ratolí, obertura boca de 8-9mm, catèterØ2,4mm x 230cm+/-5cm long, Ø mínim canal treball 2,8mm, sense làtex, sense DEHP, estèril, un ús
12	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30051980	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandibula fixa,comb/a/dents de cocodril i de ratolí,obertura boca de 8,3mm,catèter Ø2,3mmx230cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa,comb/a/dents de cocodril i de ratolí, obertura boca de 8-9mm, catèter Ø2,3mmx230cm+/-5cm long, Ømínim canal treball 2,8mm, sense làtex, sense DEHP, estèril, un ús
12	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30060235	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de cocodril,obertura boca de 9mm,pala 5,85mm,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8mm,d'acer i PVC,estèril,1 ús	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de cocodril, obertura boca de 9-10mm, pala 5,85mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, d'acer i PVC, estèril, 1 ús
12	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30060236	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de pelicà, obertura boca de 15,5mm,pala 11,5mm,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, Ømínim canal treball 2,8mm,d'acer i PVC,estèril,un ús	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de pelicà, obertura boca de 15-16mm, pala 11,5mm, catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, Ømínim canal treball 2,8mm, d'acer i PVC, estèril, un ús
12	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30062669	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva i respiratòria, mandibula basculant amb cassoletes interior de goma, obertura boca de 4,8mm, catèter de 1900+/-50mm, diàmetre mínim canal treball 2,0mm,estèril,un ús	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva i respiratòria, mandibula basculant amb cassoletes interior de goma, obertura boca de 4-5mm, catèter de 1900+/-50mm, diàmetre mínim canal treball 2,0mm, estèril, un ús
12	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30062672	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de ratolí, obertura boca de 7,3mm, 1620+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril, un sol ús	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de ratolí, obertura boca de 7-8mm, 1620+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex, estèril, un sol ús
12	PINCES DE RESCAT I AGAFAMENT DE COSSOS ESTRANYS PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30065958	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys(stent) per a endoscòpia digestiva, mandibula cocodril, amb dents de ratolí, obertura boca de 7,2mm, 1745+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril, un sol ús	Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys(stent) per a endoscòpia digestiva, mandibula cocodril, amb dents de ratolí, obertura boca de 7-8mm, 1745+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex, estèril, un sol ús
14	ESFINTEROTOMS SENSE PROTECCIÓ DEL FIL PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30052741	Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø3,9Fr x5mm llarg,amb guia precarregada 0,025"x260cm long,Ømínim canal treball <2,8mm,no làtex,estèril,1ús	Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø3,9Fr x5mm llarg,amb guia precarregada 0,025"x260cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús
25	SONDA COLANGIOPANCREATOSCÒPIA	30069628	Sonda p/endoscòpia digestiva, p/colangiopancreatoscòpia, procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques, Øsonda de 2,0mm x 215cm llarg, Øcan/treball 1,2mm, no làtex, estèril, individual, 1ús. Comp/processador VedVision o equiv	Sonda p/endoscòpia digestiva,p/colangiopancreatoscòpia diagnòstica i tractament vies biliopancreàtiques, doble canal, camp visió 120°, Øsonda de 3,7mm x 215cm+/-10cm llarg, Øcan/treball 2,0mm, no làtex, estèril, individual, 1ús. Comp/processador VedVision o equiv
28	DISPOSITIUS DE CLIPS ENDOSCÒPIA DIGESTIVA	30048711	Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,longitud clip 9-10mm precarregat, obertura 11mm,longitud de treball de 235cm+/-5cm. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.	Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva, longitud clip 5mm precarregat, obertura 11mm, longitud de treball de 235cm+/-5cm, catèter metal·lic. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.
41	RASPALLS PER A ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA	30021117	Raspall de citologia endoscòpica respiratòria, per a broncoscòpis,Ø del raspall de 3mm punta traumàtica,beina doble llum per a intercanvi ràpid de 8Fr(2,7mm) 150cm+/-5cm de llargària ,amb guia 0,035",diàmetre mínim canal de treball 2,0mm,estèril, 1ús	Raspall de citologia endoscòpica respiratòria, per a broncoscòpis, Ø del raspall de 1,8-1.9mm, punta traumàtica, beina de 150cm+/-5cm de llargària d'acer i recobrint de PTFE, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, estèril, 1ús



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 08/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0RP9NEOR5MP24LR5N57HSQZHCNNZ37ME

Data creació còpia:
09/09/2025 07:37:23

Pàgina 4 de 48

Salut/  Institut Català
de la Salut

ANNEX 2

CS/CC00/1101442397/26/AMUP

LLISTAT ARTICLES AMB CORRECCIÓ DE PREU

 Sistema de
Salut de Catalunya

 **Generalitat
de Catalunya**

Resolució retroacció i modificació



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
08/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0RP9NEOR5MP24LR5N57HSQZHCNNZ37ME

Data creació còpia:
09/09/2025 07:37:23

Pàgina 5 de 48

CS/CC00/1101442397/26/AMUP - Endoscopia flexible: digestiva i respiratòria

LOT	Posició	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció llarga	Preu incorrecte	Preu correcte
23	1560	SISTEMES DE REPARACIÓ DE LESIONS I/O FUITES ENDOSCÒPIA DIGESTIVA(LLIGADURA I SUTURA)	30043345	Equip p/endoscòpia digestiva,p/aplicar sutures i aproximar teixits tous,amb:braç articulats ext/distal agulla-braç tip/ham adapt/extr/endoscop p/agafar sutura,extr/proximal mànec-accionador,porta-agulles,acer inox i PTFE,est,1ús.Comp/Sist/OverStitch o eq	3.975,000000	1.325,000000



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
08/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0RP9NEOR5MP24LR5N57HSQZHCNNZ37ME

Data creació còpia:
09/09/2025 07:37:23

ANNEX 3

CS/CC00/1101442397/26/AMUP

LLISTAT DE L'ANNEX B DEL PPT



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
08/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0RP9NEOR5MP24LR5N57HSQZHCNNZ37ME

Data creació còpia:
09/09/2025 07:37:23

Pàgina 7 de 48

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 1 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30002642
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Duodè/Biliar/Colòn, Øbaló màxim exterior15-16 ,5-18mmx80mm llargària, amb guia interna,marques radiopaques,beina Ø7F i longitud treball 230cm+/-5cm diàmetre canal mínim treball 2,8mm,estèril,1 ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30003812
Descripció llarga: Agulla d'aspiració citològica transbronquial, calibre 21G (0,81mm) x15mm de llarg, punta estilet llisa, catèter transparent Ø1,8mm, longitud de treball 130cm+/-5cm, mànec connexió luer, canal mínim de treball 2,0mm, xeringa 20ml,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30004562
Descripció llarga: Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a la mucosa gastrointestinal, calibre de 23G (0,64mm)x5mm, d'acer inoxidable, long itud de treball 200cm+/-5cm longitud, Ø mínim canal de treball 2,8mm ,sit/bloqueig,sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30004757
Descripció llarga: Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, estàndard, en pacient adult, obertura central 66Fr(22mm) i forats laterals, amb protecció dental, amb goma de subjecció, de plàstic, lliure de làtex, estèril,d'un sol ús,		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30004792
Descripció llarga: Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa gastrointestinal,calibre de 23G i 4mm longitud,beina Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm,diàmetre mínim canal de treball de 2,8mm,sistema bloqueig,sense làtex,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30004805
Descripció llarga: Guia d'endoscòpia digestiva, tipus Savary-Gilliard, per a dirigir endoscòpis, punta de 10cm flexible i radiopaca, de 0,035" i 230c m-250cm de longitud, d'acer inoxidable,estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30004807
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,metàl·lica recoberta de tefló (PTFE)amb punta recta calibrada de 4cm radioopa ca,de 5 ,8cm de recobriment hidrofílic,diàmetre de 0,035" x 450cm+/-10cm de long,accés biliar i pancreàtic,estèril,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30004856
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0 ,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobrim nt de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 2 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30004857
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (Esòfag-Pilor-Biliar), pebax,Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-5-8Atm, marq/radiop,gui premuntad tefló 0,035",beina Ø7,5Frx180cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30004921
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (esòfag-pilor-duodè-còlon) Ø baló inflat 18-19-20mm x 5,5cm llargària ,pressió in flat 2-4-6Atm,marques radioopaques,beina Ø8Fr x240cm+/-5cm long, Ømínim canal treball 2,8mm,guia Ø 0,035"no làtex,estè,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30004922
Descripció llarga: Equip d'endoscòpia digestiva, per a lligadura de varius esofàgiques, 6 bandes de làtex amb mànec, diàmetre exterior endoscopi de 9,5 -13mm, la seda del disparador de 122cm long, Ømínim canal treball 2,8mm,estèril ,lús.Comp/gastroscopis de 13mm Ømàxim		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30004923
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 30mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67 mm) x 90cm+/-5c long de treball, compatible amb guia de 0,038",a/5 marcadors radiopacs ,sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30004924
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 35mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67 mm) x 90cm+/-5c long. de treball,compatible amb guia de 0,038",a/5 marcadors radiopacs, sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30006427
Descripció llarga: Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,mànec rotatori,fil de tall 30mm llargària,catèter 7-5,5F r(2,33-1 ,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø4,4Fr x5mm llarg,permet guia 0,035",Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30006560
Descripció llarga: Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa gastrointestinal,calibre de 23G i 4mm long,beina transparent Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,sistema bloqueig,sense làtex,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30006612
Descripció llarga: Equip d'endoscòpia digestiva,per a mucosectomia gastroscòpica,Ø exterior endoscopi de 9,5-13mm,beina de 5Fr (1,67mm)x 250cm+/-5cm,am b 6 bandes de goma,nansa trenada minihexagonal de 1,5cm x 2,5cm,Ø mínim canal de treball 3,7mm,amb làtex,estèril,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 3 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30006673
Descripció llarga: Càpsula p/comprovar permeabilitat del tracte digestiu, rebutjable i biodegradable, a/vareta Ø1,6mm detectable p/radiofreqüència, Ø12x28 mm long , assegura pas d'una video-càpsula Pillcam, allibera Bari permet ser visualitzat per RX i Fluoroscòpia		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30006727
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpica digestiva, calibre de 22G (0,7mm) amb punta estilet en bisell, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 3 vies, xeringa 20ml, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30006728
Descripció llarga: Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 19G(1,07mm)x0-8cm, long regulable i ajustable, punta estilet de bola, beina Ø 5,2-4,2Fr, 140cm-145cm long, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 1 via, xeringues buït de 5ml i 10ml, estèril, 1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30006814
Descripció llarga: Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 22Gx20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat, Ø mínim canal treball 2,0mm, longitud treball 70cm+/-5cm, i nclou: mànec seguretat, adapt p/vàlvula d/biòpsia, xeringa buït 20ml a/clau pas, estèril, lús. Comp/EBUS-TBNA d'Olympus o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30006822
Descripció llarga: Baló EUS, amb làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecoendoscòpis ultrasònics GF-UE160, 190, 290; GF-UM20, 200; JF-UM20, 200 i Sondes rectals RU-75M-RU, -12M-R1 d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30006823
Descripció llarga: Vàlvula de biòpsia, sense làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb broncoscopis sèrie OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 170, 190, 200, 240, 260, 290, MAF-TM; broncoscopis ultrasònics sèrie BF-UC160F, UC180F i pleuroscopis sèrie LTF-160 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30006825
Descripció llarga: Baló EUS, amb làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecoendoscòpis ultrasònics linials/terapèutics GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5/-D05, - C160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT2000-OL5, -UC2000P-OL5-UMD140P, GF-UC30P, -UCT180 d'Olympus o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30006879
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb agulla, amb dents de cocodril, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 4 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30006930
Descripció llarga: Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, en pacient adult, obertura central transparent 60Fr(20mm) i forats laterals, am b protecció dental, amb goma de subjecció de silicona, lliure de làtex,No estèril, d'un sol ús,		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30007087
Descripció llarga: Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratòria, per broncoscòpia, diàmetre del raspall de 2,4mm, beina de 7Fr (1,8mm) x 120cm+/-1 0cm de longitud, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30007211
Descripció llarga: Recol·lector-aspirador de pòlips d'endoscòpia digestiva, per a colonoscòpia, de policarbonat transparent,4 càmeres independents amb tubs i connexió,Ø4,5-5,5x 4,5cm+/-0,5cm, 15cm+/-1cm long tub aspiració,material plàstic,sense làtex ni ftalatos,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30007273
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 230cm+/-10cm,d iàmetre mínim canal de treball 2,8mm,codificació de color,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30007434
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0 ,035" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobrim nt de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30007529
Descripció llarga: Raspall per a microbiologia d'endoscòpia respiratòria,per broncoscòpia ,diàmetre del raspall de 2mm, beina de 5,0Fr (1,7mm) x 105cm+/-10cm de longitud amb tap obturador,catèter doble,inclou tisoers estèrils,sense ftalatos ni làtex,ni PVC,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30007538
Descripció llarga: Litotriptor mecànic d'endoscòpia digestiva, per a procediments biliars i pancreàtics,amb cistella rotatòria,de diàmetre 30mm,minim c anal treball 4 ,2mm,longitud treball 195cm+/-5cm,permet pas de guia de 0,035",visible RX,marques penetració,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30007570
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 18-19-20mmx5,5cm llarg ,pres-inflat 3-4,5 -6Atm,marq/radio,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Fr x240cm+/-5cm ,Øcanal mínim treball 2,8mm,no làtex,est,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 5 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30007988
Descripció llarga: Dispositiu/màneg d'inflat de pressió controlada fins a 12 atm.Per a procediments intervencionistes de dilatació amb catèter baló.El sistema complet consta: màneg d'inflat no estèril (reutilitzable) i manòmetre i xeringa 50-60cc.Sistema Aliance II o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30007990
Descripció llarga: Xeringa de 60cc amb manòmetre, recanvi de dispositiu d'inflat pressió controlada per a procediments endoscòpics de dilatació amb cat èter baló, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb dispositiu d'inflat Sistema Aliance II o equiv		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30008307
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 15-16,5-18mmx5,5cm llarg ,pres-inflat 3- 4,5-7Atm,marq/radio,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Fx240cm+/-5cm,Øcanal min treball 2,8mm,no làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30008405
Descripció llarga: Marcador-Tatuatge d'endoscòpia digestiva, per a la localització de lesions en el tracte gastrointestinal, permanent, amb xeringa pre carregada de 5ml, estèril		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30008500
Descripció llarga: Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial, de color negre i groc,nitinol a/recobriment de PTFE, de 0,035" (0,89mm) x 180cm+/-10cm de longitud, punta distal flexible,hidrofilica i radioopaca de 5cm, estèril,lús.Comp/stent Aersent o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30008611
Descripció llarga: Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a gastroscòpia i colonoscòpia, diàmetre del raspall de 3mm, punta forma de bala,bein a de diàmetre 7Fr(2,33mm) x 240cm+/-5cm de longitud,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,sense làtex,estèril,d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30008796
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos rigid, de 0 ,035" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofilica de 5cm,per a accés biliar, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30008798
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,cos estàndard,de 0 ,035"x260cm+/-10cm,nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE), ext/distal doble punta recta hidrofilica de 10cm i de 5cm a/punta rodona ,radioopaca,per a accés biliar,estèril,1 sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 6 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30008803
Descripció llarga: Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llarg,catèter 7-5,5Fr (2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø4 ,4Fr x5mm llarg,a/guia precarregada 0,035"x260cm long,màneg rot,Ømín canal treball 2,8mm,s/làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30008805
Descripció llarga: Esfinterotom d'agulla de tall d'endoscòpia digestiva,3 llums ,sist/intercanvi ràpid,agulla de tall 4-6mm,catèter 7-5,5Fr (2,33-1,83mm)x210cm+/-5cm llarg,punta Ø5Fr (1,67mm)x5mm llarg,permet guia 0,035",màneg rot,Ømín canal treball 2,8mm,s/làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30008807
Descripció llarga: Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a sistema d'intercanvi ràpid, de 2,1mm d'amplada, beina de diàmetre 8Fr (2,67mm) x 2 00cm+/-5cm de longitud de treball, permet pas de guia 0,035", diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30008855
Descripció llarga: Baló extractor de càlculs biliars de 3vies d'endoscòpia digestiva,punta cònica, 4 Ø d'inflat del baló 8,5-10-12-15mm, orifici d'int ercanvi a 9 cm de l'extrem distal, Ø catèter 6,6FR.longitud de 200cm+/-5cm, compatible a guia 0,035", estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30008940
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 40mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67 mm) x 90cm+/-5c de longitud treball,compatible amb guia de 0,038", 5 marques radiopaques sense làtex,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30009490
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria, mandíbula basculant amb finestres, sense agulla, diàmetre de canal 1,8mm, longitud de treball mínim o superior a 100cm+/-5cm,estèril,lús. Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30009704
Descripció llarga: Marcador radioopac d'endoscòpia digestiva, pel mesurament del temps del trànsit en el còlon, amb 40% de sulfat de bari, càpsules num erades amb diferents formes de marcadors per cada càpsula		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30009968
Descripció llarga: Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 8 filferros, diàmetre 20mm, longitud de treball 180-190mm,compatible amb guia de 0 ,035",diàmetre mínim canal de treball 3,7mm, visible per RX, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 7 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30009986
Descripció llarga: Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,esclerosi de varius esofàgiques, de tefló, calibre 0,7mm x 5mm longitud amb sistema de bloqueig,beina de diàmetre 11G (2,3mm) x 180cm+/-5cm de llargària,amb connector per a rentat,sense làtex,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30009987
Descripció llarga: Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa tracte digestiu superior,calibre 23G i 6mm long,beina Ø1,8mm i long treball 200cm+/-5cm,catèter int a/forma d'estrella,Øminim canal treball 2 ,8mm,sist/bloqueig,s/làtex,estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30010227
Descripció llarga: Valvula per canal de biòpsia, autoclavable a 134°C. Compatible a Gastroscofis, Colonoscopis, Duodenoscopis i Endoscopis ultrasònics d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30010287
Descripció llarga: Raspall per a citologies biliar, diàmetre extern 2,35mm, llargària 160cm.nylon,poliàmida i acer inox.estèril , un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30010741
Descripció llarga: Càpsula endoscòpia digestiva,plàstic biocompatible i bandes d'or,xip electrònic p/veure imatges digestives,camp visió màxim 170°,fun ció seguiment 3D,profund/camp de 0 a 30mm,3 foto/s,bateria int mínim 12h,Ø10 ,8mmx24,5mm llarg.Comp/trans/Tipo Sonar o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30010826
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 155cm+/-10cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,codificació de color,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30010835
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva ,forma oval estàndard de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filf erro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30011177
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodríl, longitud de t treball 230cm+/-10cm,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,codificació de color ,estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 8 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30011178
Descripció llarga: Pinça de biòpsia endoscòpia digestiva,a/agulla,mandibula fenestrada gran capacitat a/dents cocodrill,cassoleta basculant,volum mosseg ada 9mm³ ,marques posició a beina,Øextern pinça 2,4mmx240cm+/-5cm llarg,Ø mínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30011261
Descripció llarga: Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, estàndard, en pacient adult, obertura central 60Fr(20mm) i forats laterals, amb protecció dental, amb subjecció tira adherent, de PVC lliure de làtex, No estèril ,d'un sol ús,		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30011605
Descripció llarga: Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma micro ovalat.Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30011607
Descripció llarga: Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma ovalat estàndard.Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm,diàmetre beina 2 ,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30011743
Descripció llarga: Bisturi de punta aïllada per a ESD (dissecció submucosa digestiva), diàmetre exterior punta 2,2mm, longitud ganiveta 4mm, diàmetre m ínim canal 2,8mm, longitud treball 1650mm+/-100mm, estèril, un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30011744
Descripció llarga: Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (dissecció submucosa digestiva), longitud ganxo 1,3mm rotatori, longitud ganiveta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm,longitud treball 1650mm+/-100mm,estèril,un sol ús.Compatible amb endoscòpis Olympus o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30011773
Descripció llarga: Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria, traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tres Øinflat 10mm-11mm-12mm en 1 sol baló,pressió inflat 3-5-8 atm,long treball 75cm+/-5cm,canal mínim treball Ø2,8mm,guia precarregad 0,035",no làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 30011774
Descripció llarga: Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria,traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tresØinflat de 12-13,5-15mm en 1sol b aló,pressió inflat 3-4,5-8 atm,long treball 75cm+/-5cm,minim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035",no làtex,est,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 9 / 41
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 30011779
Descripció llarga: Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria,traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tres Øinflat de 8- 9-10mm en 1sol bal ó,pressió inflat 3-5,5-9 atm,long treball 75cm+/-5cm,Ømínim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035",no làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30011780
Descripció llarga: Pinça hemostàtica d'endoscòpica digestiva, giratòria, cullera ovalada punta cònica amb dents, obertura màxima de 5mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,longitud de treball 165cm+/-5cm,estèril, d'un sol ús. Compatible gastroscopis		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30011844
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (bronscòpia), Ø externl ,8mm,mandibula basculant, sense agulla, amb dents, diàmetre m ínim canal de treball 2,0mm,longitud de treball mínim 100cm+/-5cm,visible per RX,codificació de color,estèril,d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30012015
Descripció llarga: Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva,calibre de 25G x0-8cm,long regulable i ajustable,beina Ø5,2Fr,140-145cm de longitud a justable,punta estilet de bola,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,clau 1 via,xeringues al buit 5ml i 10ml,estèril,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30012270
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 12-13,5-15mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-4 ,5-8Atm,marq/radio,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Fr x240cm+/-5cm ,Øcanal mín treball 2,8mm,no làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30012272
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg ,pres-inflat 3-5-8 Atm,marq/radiopaq,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Fr x240cm+/-5cm,Øcanal mín treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30012322
Descripció llarga: Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,mànc rotatori separat,tall 30mm llarg,catèter 7-5,5Fr x2 00cm+/-5cm long,punta Ø4,4Fr x5mm llarg,guia precarr doble punta 0,035"x260cm,Ømín canal treb 2,8mm,no làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30012642
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 8-9-10mmx5,5cm llarg ,pres-inflat 3-5,5- 9Atm,marq/radiopaq,guia premunt tefló 0,035",beinaØ7,5Fr x240cm+/-5cm,Øcanal mín treb 2,8mm,no làtex,estèril,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 10 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30012870
Descripció llarga: Vàlvula de succió, d'un sol ús. Compatible amb endoscopis mòbils MAF-GM/TM, broncoscopis OES30/40/60, E2, EVIS160/180/240/260, broncoscopis ultrasònics BF/UM40/UC160F/UC180F, toracoscopis LTF-160 i rinolaringoscopis ENF-VT /-VT2 d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 30012932
Descripció llarga: Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva, calibre de 22G x 0- 8cm long regulable i ajustable mànec, beina Ø 5,2Fr i 140-145cm d e longitud ,punta estilet bola,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,clau 1 via ,xeringues buit 5ml i 10ml,estèril,1sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 30013307
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva ,forma semicircular de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filfer ro 0,3mm/flexible i fi, diàmetre mínim de canal 2,0mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 30013562
Descripció llarga: Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa gastrointestinal, calibre de 25G i 4mm long,beina transparent Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,sistema bloqueig,sense làtex,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 30013868
Descripció llarga: Agulla d'injecció endoscòpia digestiva, per a esclerosi, calibre agulla 23G (0,64mm m)x5mm llarg,beina cos metal·lic recob/teflon,bei na Ø 2 ,5mmx230cm+/-5cm long,mànec a/connecto r,lue r,sistema bloqueix,canal treball Ø2,8mm,no làtex,estèril,lús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 30013970
Descripció llarga: Extractor atrapa-pòlips per a endoscòpia,amb càmera de recuperació, de plàstic transparent, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb tots els gastroscopis d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 30014168
Descripció llarga: Vàlvula per a aspiració / succió d'endoscòpia respiratòria, d'un sol ús. Compatible amb broncofibroscopi de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30015201
Descripció llarga: Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, bisell de 30° normal,per a tracte digestiu superior,calibre de 23G (0,6mm), longitud d e treball igual o superior a 160cm+/-5cm,diàmetre mínim canal de treball 2,0mm,per endoscopi pediàtric, estèril, un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 11 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30016089
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,cos rígid,de 0 ,035"x450cm+/-10cm,nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE), e xt/distal doble punta recta hidrofílica de 10cm i de 5cm a/punta rodona,radioopaca,per a accés biliar,estèril,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30016120
Descripció llarga: Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma rodona.Diàmetre de llaç 15mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i lla rgària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30016482
Descripció llarga: Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria,per recuperar cos estrany p/via ecobroncoscòpica,cistella 4 fils amb punta de baix perfil i obertura de 12mm,beina Øext 2,4Fr (0,8mm)x120cm+/-10cm longitud treball,Ømínim canal treball 2,0mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30017691
Descripció llarga: Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva,de 4 filferros, Ø3x6cm cistella oberta,longitud de treball 180cm+/-5cm,marques pe netració,Ømínim canal 3,2 mm,comp a guia de 0,035",intercanvi ràpid,visible RX,sist.seguretat punta,estèril,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30017703
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva,amb agulla,mandíbula fenestrada i basculant,capacitat estàndard (5,3mm³)a/dents cocodrill i marques de posició a la beina,Øext pinça 2,2mmx240cm+/-5cm llargària ,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30017801
Descripció llarga: Vàlvula de biòpsia antireflux, diàmetre del forat 1,2mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb gastrscopis, duodenoscopis, enteroscop is ,sigmoidoscopis, colonoscopis i endoscopis ultrasònics amb zona cega d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30017820
Descripció llarga: Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long ,punta Ø3,9Fr x5mm llarg,amb guia precarregada 0,035"x260cm,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30019001
Descripció llarga: Sobretub silicona p/enteroscopi,amb lbaló silicona extrem distal p/traccions sobre intesti prim.Mides: Øextern baló 40mm,tub inserci ó Øext 13,2mm i Øint 11mm,Ømaxim tub inserció 15,9mm,long treball 132cm+/-5cm ,estè,lús.Comp enterosc SIF-Q180 Olympus o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 12 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30019410
Descripció llarga: Arpò d'endoscòpia respiratòria,localitzador de nòdul pulmonar per al marcatge preoperatori a través de fluoroscòpia,cànula calibre 1 8G x 12cm+/-0,5cm de longitud amb marques prof,marcador en forma d'espiral de nitinol,reposicionable,estèril,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30020009
Descripció llarga: Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició,calibre de 19G x 0-8cm long regulable i ajustable,punta estilet bisell,beina Ø 5,2-4,2Fr, 140-145cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,sistema bloqueig,clau 1 via ,xeringues buït 5ml i 10ml,estèril,1sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 30021117
Descripció llarga: Raspall de citologia endoscòpica respiratòria, per a broncoscòpis,Ø del raspall de 1,8-1.9mm punta atraumàtica,beina de 150cm+/-5cm de llargària d'acer i recobrimnt de PTFE,diàmetre mínim canal de treball 2,0mm ,estèril, 1ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 30022272
Descripció llarga: Catèter d'ablació focal per a endoscòpia digestiva,punta electrode muntat extrem distal endoscopi,ample 13mmx20m llarg,beina de cana lØ 4mm,long treball 160cm+/-10cm,endoscopis de 8,6mm-12,8mm.Comp/generador energia ARF Barrx Flex Ref: 11904A-230A o equ		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 30023899
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0 ,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobrimnt de PTFE de dos colors, amb punta angulada radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 30025064
Descripció llarga: Baló d'ecobroncoscòpia, de làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscopis ultrasònics BF-UC160F /-UC180F d'Olympus o equiv alent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 30025959
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0 ,035"x270cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta fl exible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopagues (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30025960
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0 ,025"x270cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta fl exible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopagues (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 13 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 30026570
Descripció llarga: Baló extractor d'endoscòpia digestiva, per a càlculs biliars i ECRP, de 3 vies, 4 diàmetres baló 12-15-18-20mm, entrada injecció a sob re baló ,longitud treball 200cm+/-5cm x 6,6Fr, marques de penetració, compatible guia 0,035", xeringa precalibrada, estèril, lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 30026712
Descripció llarga: Agulla d'ecobroncoscòpia, calibre 22G (0,71mm)x0-5cm longitud ajustable ,punta/estilet bisellada, beina Ø4,1Fr x 68cm+/-5cm de longitud ,Ø mínim canal treball 2mm, inclou xeringa, no làtex, estèril, lús. Compatible amb tots broncoscòpis EBUS Pentax o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30027433
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, amb agulla, mandíbula fenestrada basculant, capacitat estàndard (5,3mm³) amb dents cocodrill i marques de posició a la beina, Ø extern pinça 2,2mmx160cm+/-5cm llargària ,Ø mínim canal treball 2,8mm, no làtex, estèril, lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30027436
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, gastropediàtrica, sense agulla, mandíbula basculant, amb dents de cocodrill, diàmetre ex tern pinça 1,8mm x 160cm+/-5cm llargària, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, sense làtex, estèril, lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 30027580
Descripció llarga: Esfinterotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, fil de tall 25mm de llargària, catèter de 7,4Fr x 190cm+/-5cm long, amb punta rodona de Ø3 ,9Fx7mm, permet pas guia de 0,035", diàmetre mínim canal de treball 3,2mm, no làtex, estèril, lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 30027623
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de Cobalt-Crom, calibre de 22G (0,7mm) i 0-8cm long, beina Ø1,65mm i entre 137-142cm l ong regulable ,Ø mínim canal treball 2,4mm, sistema bloqueig, xeringa 20ml, connector luer bronze, sense làtex, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 30027624
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de Cobalt-Crom, calibre de 25G (0,5mm) i 0-8cm long, beina Ø1,52mm i long regulable en tre 137-142cm ,Ø mínim canal treball 2,4mm, sistema bloqueig, xeringa 20ml, connector luer bronze, sense làtex, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 30027950
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0 ,035"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta fl exible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopakes (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 14 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 30027951
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,025"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta fl exible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopagues (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 30029497
Descripció llarga: Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició, calibre 20G x 0-8cm long regulable i ajustable, punta estilet bola, beina Ø8Fr i 140-145cm de long, Ømínim canal de treball 3,7mm, sistema de bloqueig, clau 1 via, xeringues buit 5ml i 10ml, estèril, sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30029498
Descripció llarga: Agulla per a ecoendoscòpia digestiva per a biòpsies histològiques, de Crom-cobalt, calibre 22G, punta tipus Franseen ext 0-8cm, Beina Ø5,3 G, Ømín canal de treball 2,8mm, sistema de bloqueig, clau 1 via, xeringa luer de buit de 10ml, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 30029517
Descripció llarga: Catèter d'endoscòpia respiratòria, per a hemostàsia i rentat bronquial, Øbaló 11mm, Ø punta distal 5Fr, longitud de treball 105cm+/-10cm, Ømínim canal de treball 2,0mm, de làtex, estèril, lús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 30029519
Descripció llarga: Catèter endoscòpia respiratòria, aplicador-carregador d'endopròtesi bronquial-vàlvula gran, de 102cm longitud, diàmetre canal treball 1 del broncoscopi 2,6mm, estèril, lús. Compatible endopròtesi bronquial vàlvules IBV (implants traqueo-bronquials) o equiv		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 30029995
Descripció llarga: Cistella d'endoscòpia digestiva, per a la extracció de cossos estranys i pòlips, cistella/malla 3cmx6cm, beina Ø2,5mm x 230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm, d'acer inoxidable, sense làtex, , d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 30030259
Descripció llarga: Raspall de citologia endoscòpia digestiva, Øraspall 3mmx10mm llarg, Øcerres 0,14mm, catèter de doble llum p/sistemes d'intercanvi ràpid, Øextern 1,9mm, p/atràutica, llarg treball 190cm+/-5cm, Ømín canal de treball 3,2mm, marques penetració, amb guia, estè, lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 30030494
Descripció llarga: Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), diàmetre 2,0mm x 6mm de llargària, diàmetre mínim canal de treball 1,2mm amb bein tubular 3Fr, longitud de treball 115cm, de material sintètic i punta metàl·lica, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 15 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 30031132
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense dents, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm , longitud de treball 155cm+/-5cm,codificació de color,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 30031822
Descripció llarga: Pinça d'agafament i coagulació d'endoscòpia digestiva (ESD), giratòria, amb cassoleta distal, obertura màxima de 4mm, diàmetre mínim de canal 3 ,2mm, longitud de treball 230cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 30032180
Descripció llarga: Adaptador per a tub bomba injecció,amb 3 connexions L-L,una extr/distal ,dos extr/proximal una en angle p/introduir pinces biòpsia.Co mp/gastroscofis,colonoscofis#o endoscopis ultrasònics Olympus#en combinació a/tub bomba injecció#MAJ-1606 d'Olympus o equ		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 30032229
Descripció llarga: Lligadura endoscòpica digestiva p/varius esofàgiques,7 bandes motlle quadrat muntades darrera,penúltima banda d'avis,Øextern endosco pi 8 ,6-11,5mm,canal treb 2,8mm,unit lligat transparent,desplegament una sola corda,indicad sonor desplegament,no làtex,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 30032315
Descripció llarga: Dispositiu d'endoscòpia digestiva, per a lligadura de pòlips previa polipectomia, diàmetre del llaç 30mm+/-2mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 30032649
Descripció llarga: Broncoscopi intubació/broncoscòpia, led, canal treball DI1,1 a 2,2mm/DE3,8 a 4,4mm,botons mànec ergonòmic,sist fixació TET, palanca p. distal #195°amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball min 600mm, compatible aView		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 30032660
Descripció llarga: Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma rodona extra-gran.Diàmetre de llaç 33mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 30033195
Descripció llarga: Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma hexagonal rigid. Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm,diàmetre beina 2 ,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 16 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 30033530
Descripció llarga: Bisturi amb punta de ceràmica aïllada per a ESD (dissecció de la submucosa digestiva) d'esòfag i colon, punta de 1,7mm de diàmetre, llargària de la gavineta de 3,5mm, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 30033643
Descripció llarga: Catèter d'endoscòpia respiratòria, aplicador-carregador endopròtesi bronquial-vàlvula petita, 102cm longitud, Ø canal treball bronco scopi 2 ,6mm, estèril, lús. Compatible endopròtesi bronquial vàlvules Zephyr 4,0 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 30033797
Descripció llarga: Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva),longitud ganxo 1,3mm rotatori,longit ud gavineta 4 ,5mm,diàmetre mínim canal 2,8mm,longitud treball 230cm+/-10cm,estèril,un ús.Comp/a/endoscopis Olympus o equ		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 30033799
Descripció llarga: Bisturi de punta tipus botó amb gavineta en forma d'agulla de 0,3mm per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva),longitud gavineta 1 ,5mm,diàmetre mínim canal 2,8mm,longitud treball 230cm+/-10cm,estèril,lús.Comp/endoscopis Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 30034407
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0 ,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobrim nt de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 30034480
Descripció llarga: Cistella d'endoscòpia digestiva,per a extracció de pòlips ,amb:cistella/malla de polièster,mida 30x55mm,obertura cistella 3mides,catè ter teflón Ø2,5mm,long treball 230cm+/-5cm,comp/canals treball mín 2,8mm en endoscopis flexibles,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 30034681
Descripció llarga: Broncoscopi Flexible, canal DI 2,0 a 2,2 mm/ DE 4,9 a 5,4mm, botons mànec, sist fixació TET, palanca p. distal #195°amunt i avall, Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball mín 600mm, compatible aView o eq. Est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 30034807
Descripció llarga: Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial,amb ratlles (groc/negre), de nitinol a/recobrimnt PTFE,Ø 0,035" (0,89m m) x180cm+/-10cm de longitud, punta distal flexible,hidrofílica,radioopaca de 5cm,est, lús.Compatible a/sten Aerstent o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 17 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 30034818
Descripció llarga: Raspall de neteja amb extrem doble, longitud de treball 220cm+/-5cm, utilitzar amb canals de 2,0-4,2mm, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 30034964
Descripció llarga: Càpsula endoscòpia digestiva,plàstic biocompatible,per veure imatges digestives,òptica 3lents,camp visió 156°,superf/visió 1.100mm2,profun/camp 3cm,de2-6fps,bateria interna min 11hores,Ø11,4mmx26,2mm llarg ,3gr.pes.Comp/Registrador DR3 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 30035490
Descripció llarga: Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,punta Ø4,4Fr ,amb guia precarregada recta de 0,035",Øminim canal treball 3,7mm,recobrimnt de seguretat,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 30035491
Descripció llarga: Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,punta Ø3,9Fr ,amb guia precarregada recta de 0,025",Øminim canal treball 3,7mm,recobrimnt de seguretat,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 30035940
Descripció llarga: Cistella d'endoscòpia digestiva pediàtrica, per a la extracció de pòlips, cistella de 2cm x 4,5cm, beina de Ø1,8mm x160cm+/-5cm de l ongitud, sense làtex, no estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 30037997
Descripció llarga: Agulla de biòpsia per a punció per ecoendoscòpica, de 22G, avanç de l'agulla de 80mm,Øcatèter extern de 7,5Fr,Ø mínim canal treball 2,8mm ,longitud treball 138-143cm.Sistema de seguretat passiu (integrat al dispositiu).Sense làtex,estèril,individual,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 30038420
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,018"" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol i cobalt amb recobrimnt hidr ofílic de PTFE, extrem distal punta recta flexible-floppy i recobrimnt d'or, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 30038805
Descripció llarga: Catèter d'ablació focal p/endoscòpia digestiva,catèter-electrode a través canal treball d'endoscopi,punta ampla 7,5mmx15,7m llarg,lo ng treball 135cm+/-10cm,endoscopis de 2,8mm o superior.Comp/generador energia ARF Barrx Flex Ref: 11904A-230A o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 18 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 30038806
Descripció llarga: Equip d'endoscòpia digestiva,per a mucosectomia del tracte digestiu superior,inclou:catèter 240cm+/-5cm,equip de bandes o caputxó,na nsa polipecl15mm hexagonal,equip p/mostres histopatologia,ag/irrigació ,disp/alliberació,est,lús.Comp/gastroscopis estàndard		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 30038807
Descripció llarga: Equip d'endoscòpia digestiva,per a mucosectomia del tracte digestiu superior,inclou:catèter 240cm+/-5cm,equip bandes o caputxó,nansa polipectomia,equip o casset p/mostres histopatologia,ag/irrigació ,dispositiu alliberació,est,lús.Comp/gastroscopis terap		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 30038816
Descripció llarga: Equip mucosectomia transmural d'endoscòpia digestiva, tracte digestiu inferior, inclou: sonda marcarØ1,9mmx220cm, pinça agafament, c aputxó aplicar siliconaØ11,5-14mmx23mm fond,nansaØ13-15mm,clip nitinol ample 12 ,3mm,Ø canal treball mínim 3,2mm,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 30039138
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva,forma oval 2 ,5cm x 6cm amb dents al extrem distal, beina de diàmetre 8, 4Fr (2,8mm) x 220cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, monopolar, sense làtex, estèril, lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 30039184
Descripció llarga: Cistella d'endoscòpia digestiva, per a extracció de cossos estranys i pòlips, cistella/malla oberta 3cmx6cm, beina de diàmetre 2,5mm x230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 30039499
Descripció llarga: Dispositiu alliberador de càpsula endoscòpica, consta de catèter de diàmetre 2,5mm x 180cm+/-5cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb les càpsules endoscòpiques PillCam, EndoCapsule, MiroCam o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 30040963
Descripció llarga: Broncoscopi Flexible LED, canal DI2,6 a 2,8 mm /DE 5,6 a 6,0mm, botons mànec, sistema fixació TET, palanca p. distal #195°amunt i avall, Camp visió #110°; Anella de rotació dreta/esquerra, long treball min 600mm ,compatible aView o eq. Est,lús únic pa		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 30041412
Descripció llarga: Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpia digestiva,longitud clip 14-15mm,obertura fins 16mm ajustable,premontat,Ø7Fr(2,33mm),long treball 230cm+/-5cm.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 19 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 30041504
Descripció llarga: Sonda per a endoscòpia digestiva,fragmenta càlculs biliars p/litotricia electrohidràulica,diàmetre sonda 0,6mmx375cm+/-5cm,no làtex, estèril,1sol ús.Compatible amb sistema de litotricia electrohidràulica Autolith Touch o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 30041616
Descripció llarga: Pinça de biòpsia calenta amb cullera oval de diàmetre 2,2mm,amb dents ,doble fenestració,Øext pinça 2,4x240cm+/-5cm de longitud, amb marques de posició,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, mànec a/connector equip electroquirúrgic,no làtex,estèril,1 ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 30041676
Descripció llarga: Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma micro hexagonal rígid. Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm,diàmetre b eina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 30041768
Descripció llarga: Catèter d'ablació per radiofreqüència amb baló autoajustable longitud 8cm ,pressió màx 4psi;elèctrode Ø18-31mmx4cm,punta 360°,n° abla cions recomenades 16,per a guia 0,035"-0,039",endoscòpia esofàgica ,estèril.Compatible a/generador energia ARF Barrx o equi		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 30041793
Descripció llarga: Agulla d'ecobroncoscòpia,calibre 22G (0,71mm)x0-5cm longitud ajustable ,punta/estilet bola,beina Ø4,1Fr x 68cm+/-5cm de longitud,Ø mí nim canal treball 2mm,inclou xeringa,no làtex,estèril,lús.Compatible amb tots broncoscopis EBUS Pentax o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 30043008
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de Crom-cobalt, calibre de 22G (0,7mm),punta tipus Fr anseen,sist fix de l'estilet.Ømínim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic,s/làtex, est,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 30043009
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de Crom-cobalt, calibre de 25G (0,7mm),punta tipus Fr anseen,sist fix de l'estilet.Ømínim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic,s/làtex, est,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 30043172
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva,forma dia/oval,14cm x 2,7cm, beina de diàmetre 7,2Fr (2,4mm) x 230cm+/- 5cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, sense làtex, estèril, lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 20 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 30043185
Descripció llarga: Obreboques per a endoscòpia digestiva o respiratoria, per a ús pediàtric, de 38Fr (12,67mm), amb 2 obertures laterals, corretja ajustable, protegeix les dents i les genives, no làtex, no estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 30043199
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 15mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 30043328
Descripció llarga: Bisturi-Electrode de punta atraumàtica i rotatòria per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva), monopolar, longitud electrode de 3,5mm obertura 4,4mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 195cm+/-5cm, estèril, un ús. Com/qualsevol endoscopi		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 30043345
Descripció llarga: Equip p/endoscòpia digestiva, p/aplicar sutures i aproximar teixits tous, amb: braç articulat ext/distal agulla-braç tip/ham adapt/extr /endoscop p/agafar sutura, extr/proximal mànec-accionador, porta-agulles, acer inox i PTFE, est, lús. Comp/Sist/OverStitch o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 30043346
Descripció llarga: Sutura p/endoscòpia digestiva, p/aproximació i/o lligadures de teixits tous, fil de 2/0, monofilament polipropilè, extrem distal/cos tipus àncora Ø 0,94mm x 6,68mm llarg, acer inox, llarg total del fil 185cm +/-5cm, estèril, lús. Comp/Sistema OverStitch o equ		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 30043347
Descripció llarga: Topall de sutura p/endoscòpia digestiva, p/poder realitzar la sutura i el tall de sutura, consta: extr/distal punta tipus cànula (PEEK) de 7,95mm llarg, llarg total 167,6cm, extr/proximal a/mànec tipus tisora acer inox, estèril, lús. Comp/Sistema OverStitch o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 30043348
Descripció llarga: Retractor-separador de mucosa digestiva, p/endoscòpia digestiva, per poder realitzar la sutura, consta: extrem distal una punta tipus h èlix acer inox de 6,9mm de llargària, extrem proximal topall, llarg total 173,5cm, estèril, lús. Comp/Sistema OverStitch o equ		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 30043349
Descripció llarga: Sobretub-protector del porta agulles, p/endoscòpia digestiva, p/suturar, tub 27cm llarg a/baló intern inflat de 10,0 a 16,0mm (silicona i cautxú), consta: ext/distal pun/cònica, ext/proximal connexió a/vàlvula i línia inflat, est, lús. Comp/Sist/OverStitch o equ		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 21 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 30043496
Descripció llarga: Dispositiu /adaptador per a fixació d'endoscopis a la visió del còlon, es col·loca a l'extrem distal de l'endoscopi, el dispositiu presenta (8) braços a la punta del dispositiu, mida gran, codi de color verd.Estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 30047367
Descripció llarga: Baló /Catèter per a dilatació esofàgica, per a acalàsia,mides baló inflat Ø 35mm /105Fr x 8cm de llargària, amb marques radioopques , beina de diàmetre 16Fr x75cm de longitud de treball, lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 30047432
Descripció llarga: Micro-Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva,tipus Moray, mandíbula obertura 4,3mm, sense agulla , amb dents de cocodrill, diàme tre mínim canal de treball 0,80mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 30047567
Descripció llarga: Baló extractor d'endoscòpia dige, per càlculs biliars i ECRP, de3vies, diàmetre baló 8,5-11,5-15mm,entrada injecció a sobre baló, Ø extrem distal 5Fr,longitud treball 195cm+/-5cm,marques penetració,comp/guia 0,035",3 xeringues precarregues,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 30047568
Descripció llarga: Baló extractor d'endoscòpia digestiva, per a càlculs biliars i ECRP, de3vies,diàmetre baló 15-18-20mm,entrada injecció a sobre baló, Øextrem distal 5Fr,longitud treball 195cm+/-5cm,marques penetració,comp/guia 0 ,035",3 xeringues precarregades,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 30047570
Descripció llarga: Caputxó extrem distal, de diàmetree 3,5mm x 20,65mm (sense acoplar a l'endoscopi), per cobrir la zona distal i la zona del costat de l'ungla elevadora de l'endoscopi TJF-Q190V, estèril, d'un sol ús. Compatible amb TJF-Q190V d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 30048513
Descripció llarga: Tub bomba injecció per a subministrar aigua estèril a través del canal de biòpsia, 2,5m+/-10cm,Øint 6,4mm i 1,6mm de gruix.Compatibl e amb gastroscopis,colonoscopis#o endoscopis ultrasònics#en combinació a/l'adaptador per a canal de biòpsia#MAJ-1607 equiv		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 30048602
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de titinol, flexible ,calibre de 19G (1,4mm)x0-8cm,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,diàmetre beina de 1,73mmx137,5-141,5cm,xeringa plàstic, connector luer de bronze, sense làtex, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 22 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 30048619
Descripció llarga: Equip de cistotom per a endoscòpia digestiva.Mides:Ø6Frx180cm+/-10cm amb punta metàl·lica per a diatermia,3 connectors:luer per intr oduir contrast ,Estàndard electrocoagulació i per a guia de 0,035",connector HF.Estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 30048706
Descripció llarga: Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 9mm ample premuntat en sobretub,fil per alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø16,5mm.Compatible amb endoscops Ø9,5 a 11mm i 3mm profunditat.Estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 30048707
Descripció llarga: Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 11mm ample premuntat en sobretub,fil pe r alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø21mm.Compatible amb esdoscops Ø11,5 a 14mm i 3mm profunditat.Estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 30048708
Descripció llarga: Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 10mm ample premuntat en sobretub,fil pe r alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø17,5mm.Compatible amb esdoscops Ø10,5 a 12mm i 3mm profunditat.Estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 30048709
Descripció llarga: Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 11mm ample premuntat en sobretub,fil pe r alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø16,5mm.Compatible amb esdoscops Ø11,5 a 14mm i 6mm profunditat.Estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 30048711
Descripció llarga: Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,longitud clip 5mm precarregat, obertura 11mm,longitud de treball de 235cm +/-5cm,catèter metàl·lic. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 30048713
Descripció llarga: Sistema endoscòpic p/tallar sobreclip OTSC,compost:caputxó segur(Øext.16 ,9mm,prof.19,5mm,long.30,5mm),sonda tall(Ø2,6mm,long.220cm), pinça extracció clip(Ø2,3mm,obert 130°,long.220cm.Comp/endoscopis Ø9,5-12mm		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 30048861
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva,forma tipus diamant de 10mm+/-2mm, fil de 0,23mm, tall en fred de pòlip s molt petits, diàmetre mínim de canal 2,3mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 23 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1770	MATERIAL: 30050525
Descripció llarga: Caputxó protector per a cossos estranys Hood, de làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1780	MATERIAL: 30050527
Descripció llarga: Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 11mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,isol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1790	MATERIAL: 30050529
Descripció llarga: Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 16mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,isol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1800	MATERIAL: 30050750
Descripció llarga: Sonda per a endoscòpia digestiva,colangiopancreatoscòpia,procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques ,Øsonda de 3,6mm x 214cm+/-10cm llarg,Øcan/treball 1,2mm,no làtex,estèril ,lús.Comp/processador SpyGlass o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1810	MATERIAL: 30050853
Descripció llarga: Vàlvula d'aspiració amb tub de succió, estèril, d'un sol ús. Compatibleamb endoscopis de la sèrie J10 de Pentax o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1820	MATERIAL: 30051127
Descripció llarga: Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva,per a via biliar,de pebax,Ø baló 8-9-10mm x 3,0cm llarg,pressió inflat 3-5,5-9 Atm,marquesradiopaques,p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr (2,3mm) x 180cm+/-5cm,Ømínim can/treball 3,7mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1830	MATERIAL: 30051128
Descripció llarga: Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva,per a via biliar,de pebax,Ø baló 10-11-12mm x 3,0cm llarg,pressió inflat 3-5-8 Atm,marques radiopaques,p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr (2,3mm)x 180cm+/-5cm ,Ømínim can/treball 3,7mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1840	MATERIAL: 30051129
Descripció llarga: Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva,per a via biliar,de pebax,Ø baló 12-13,5-15mm x 3,0cm llarg,pressió inflat 3-4,5-8Atm,marq/radiopaqu,p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr (2,3mm) x180cm+/-5cm,Ø mínim can/treball 3,7mm,no làtex,estèril,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 24 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1850	MATERIAL: 30051141
Descripció llarga: Equip de cistotom per a endoscòpia digestiva,compost:bisturi i catèter extern Ø8,5Fr x180cm+/-10cm amb punta metàl·lica per a diaterm ia,3 connectors:luer per introduir contrast, electrocoagulació i per a guia de 0,022", 2 connectors HF.Estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1860	MATERIAL: 30051355
Descripció llarga: Nansa per a polipectomia,forma rodona rígida. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm ,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,ca nal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,lsol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1870	MATERIAL: 30051470
Descripció llarga: Nansa per a polipectomia,forma rodona. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm ,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mín im de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,lsol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1880	MATERIAL: 30051500
Descripció llarga: Sistema endoscòpic per a sobreclip OTSC, pinça amb doble obertura de la mandibula, longitud 220cm+/-5cm, per a aproximació de les p arets del teixit a tancar, estèril, lliure de làtex. Comp/endoscopis diàmetre 11 ,5mm-14mmi amb canal mínim de treball 3,2m		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1890	MATERIAL: 30051501
Descripció llarga: Vàlvula de port p/biòpsia,p/endos/flex digestiva-respiratòria ,lús.Comp/Endosc/EG i EC,Sèrie 500(530-580),600,700 (720-740-760),EG-58 OUR,ED(530XT8-580XT),EN(580T-580XP),EI-580BT i Broncoscopis EB(580S,580T,530S,530T,530H i 530P) Fujifilm o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1900	MATERIAL: 30051502
Descripció llarga: Botó / Vàlvula de succió,p/endoscòpia flexible respiratòria,s'adapta extrem botó p/entrada-sortida pinça i altre extrem connecta asp irador ,lús.Comp/Broncoscopis EB (580S,580T,530S,530T,530H i 530P) i EBUS(EB-530US) de Fujifilm o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1910	MATERIAL: 30051503
Descripció llarga: Baló per endoscòpia digestiva,Ø12,6mm x 21mm long.5ml,per dipositar aigua per transmetre ones ecogràfiques, per ecogastroscopia radi al, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscopis EG-580UR i EG-530UR2 de Fujifilm o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1920	MATERIAL: 30051504
Descripció llarga: Baló per a endoscòpia respiratòria,Ø5,9mmx12,4mm long, per dipositar aigua (1ml)per transmetre les ones ecogràfiques, per ecobroncos copia, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecobroncoscopis EB-530US de Fujifilm o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 25 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1930	MATERIAL: 30051505
Descripció llarga: Baló per endoscòpia digestiva,Ø12,6mm x 19mm per dipositar aigua per transmetre ones ecogràfiques, per ecogastroscoia terapèutica,e nvàs individual,d'un sol ús. Compatible amb ecogastroscois EG-580UT i EG-530UT2 de Fujifilm o equivalent. Ref: B20UT		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1940	MATERIAL: 30051509
Descripció llarga: Tap de goma per a endoscòpia digestiva, per a l'extrem distal del duodenoscopi, d'un sol ús. Compatible amb duodenoscopi ED-530XT8 d e FujiFilm o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1950	MATERIAL: 30051515
Descripció llarga: Tub protector a/baló p/enterosc en/digestiva,protec endosc,a/vàlv retenc.Mides:13,2mm Øext/10,8mmØint,16mmØext màx,40mmØext baló,50m m llarg baló,135-145cm long,lús.Comp/enteroscop EN-450T5,EN-450T5/W i control/baló ref:PB-20 (Fujifilm) o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1960	MATERIAL: 30051517
Descripció llarga: Vàlvula de canal de treball per a ecogastroscoia terapèutica, d'un sol ús. Compatible amb ecogastrocòpis EG-580UT de Fujifilm o equ ivalent. Ref: FOV-LL2		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1970	MATERIAL: 30051518
Descripció llarga: Baló per a enteroscòpia digestiva,Ø extern 35mm, longitud total 60mm,volum emplenat 35-50ml.,rang pressió 5,6-8,2 Kpa, amb aire, env às individual,n estèril, d'un sol ús. Compatible amb enteroscopis EN-580T de Fujifilm o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1980	MATERIAL: 30051519
Descripció llarga: Eina d'ajust del globus BS-2, per a endoscòpia digestiva, d'un sol ús. Compatible amb endoscopi EN-580T de FujiFilm o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 1990	MATERIAL: 30051521
Descripció llarga: Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva (biliar),de 4 filferros,p/extracció (pòlips-cossos estranys).Ø 2,5x5cm cistell a oberta ,beina 7F (2,33mm)x220-230cm llarg,mànc de maneguet giratori,canal de treball mínim 2,8mm,sense làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2000	MATERIAL: 30051522
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 10mm+/-2mm, diàmetre del fil ferro 0 ,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 26 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2010	MATERIAL: 30051630
Descripció llarga: Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 15.70mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GI-30/40/ES/Q160D/ ,H-180A,H180D/2T160, -Q230, -H160D.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2020	MATERIAL: 30051631
Descripció llarga: Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 12.40mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GI-Q140,H-180, -Q230, -Q240, - Q260,PCF-P240A, -Q260J.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2030	MATERIAL: 30051635
Descripció llarga: Nansa per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, monopolar, llaç de 10mm+/-2mm, tall en fred i amb diatermia, diàmetre catèter 2,3m m, longitud de treball 230cm+/-5cm, catèter de PTFE,estèril, d'un sol		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2040	MATERIAL: 30051691
Descripció llarga: Catèter baló d'endoscòpia respiratòria,mesura resistència i quantifica ventilació colateral,baló 3ml,canal treball 2,8mm,Øext 2,7mm, llarg útil 76cm i longitud total 169cm,de PEBAX, estèril,un sol ús.ref:CHR-CA-12.0-XLCompatible equip Chartis o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2050	MATERIAL: 30051692
Descripció llarga: Tub bomba d'injecció per subministrar aigua estèril pel canal auxiliar,0 ,75m de long,Ø6.4mm(intern),Ø1,6mm paret. Compatible amb end oscòpi gastrointestinal Olympus amb el tub auxiliar per aigua MAJ-855 Olympus o equiv. estèril, un sol ús,		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2060	MATERIAL: 30051739
Descripció llarga: Agulla d'ecobroncoescòpia per ultrasons,punció ecoendoscòpia,Ø22Gx 0-6cm long,beina Ø1,6mm,long treball 72-75cm,Ømin canal treball 2 .0mm,xeringa ,agulla Cr-Co,estilet nitinol a/fixació,beina polietilecetona,estèril.Compatible amb endoscòpi Olympus o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2070	MATERIAL: 30051746
Descripció llarga: Obreboques per a endoscòpia digestiva o respiratoria, per a ús adult, de 60Fr (20mm), amb 2 obertures laterals, corretja ajustable, protegeix les dents i les genives, no làtex, no estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2080	MATERIAL: 30051770
Descripció llarga: Contenedor/reservori de recanvi per a aspiració de mostres de 60 (+/-20)mL, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscopi associa t		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 27 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2090	MATERIAL: 30051826
Descripció llarga: Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 10mm ample premuntat en sobretub,fil pe r alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø17,5mm.Compatible amb esdoscops Ø10,5 a 12mm i 6mm profunditat.Estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2100	MATERIAL: 30051837
Descripció llarga: Clau end/respiratòria,perm/activar software"Fused-Fluoro" ,naveg/broncoscòpica virtual tèc/tunelitz BTPNA i vista fluoroscòp en viu p /tract/les/perifèriq n/adjacents v/aèria,p/superpoc/virtual vis/fluoroscòp,captant imatg/RX,lús.Comp/Sist/Archimedes o equ		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2110	MATERIAL: 30051880
Descripció llarga: Raspall de neteja per endoscopis flexibles, canal de treball de 2,0-3,2mm, longitud de treball 950mm+/-5cm, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2120	MATERIAL: 30051923
Descripció llarga: Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 9mm ample premuntat en sobretub,fil per alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø16,5mm.Compatible amb esdoscops Ø9,5 a 11mm i 6mm profunditat.Estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2130	MATERIAL: 30051924
Descripció llarga: Sistema endoscòpic per a sobreclip OTSC, pinça aplicadora tipus àncora/ ham de nitinol, longitud 220cm+/-5cm, per alinear el tap so bretub a la lesió, canal de treball de 3.2mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2140	MATERIAL: 30051978
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandíbula fixa,amb dents de cocodril i ratolí,obert ura boca de 8-9mm,catèterØ2,4mm x 230cm+/-5cm long,diàmetre mínim canal treball 2 ,8mm,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2150	MATERIAL: 30051980
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandíbula fixa,comb/a/dents de cocodril i de ratolí ,obertura boca de 8-9mm,catèter Ø2,3mmx230cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm ,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2160	MATERIAL: 30052310
Descripció llarga: Equip d'endoscòpia digestiva,mucosectomia tracte superior,inclou:catèter ,agulla,lnansa llaç 25mm,caputxó distal flexible,ampli i obl icu;llargària treball 165cm,diàmetre canal 2,8mm,estèril,lús.Compatible gastroscopics GIF-XX Olympus o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 28 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2170	MATERIAL: 30052453
Descripció llarga: Rinolaringoscopi flexible, LED, canal treball Ø int mig 2,2 a 3,2mm, palanca flexió punta distal # 130° amunt/#130° avall, camp visi ó# 85°, longitud treball min 300mm, botó/connexió aspiració, Compat monitor aView o eq.Est,ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2180	MATERIAL: 30052668
Descripció llarga: Criosonda flexible per a broncoscòpia,Ø2,4mm x 1150mm+/-50mm, compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent, estèril , un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2190	MATERIAL: 30052676
Descripció llarga: Caputxó protector de goma per a extrem distal, no esterilitzable,d'un sol ús. Compatible amb duodenoscopi ED-580XT Fujifilm o equ ivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2200	MATERIAL: 30052684
Descripció llarga: Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria, per recuperar cos estrany per via broncoescòpica,cistella 4 fils a/punta baix perfil i obertura de 16mm Ø,beina Øexterior de 1mm x 120cm+/-10cm long de treball, Øminim canal treball 2,8mm,s/làtex, est,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2210	MATERIAL: 30052696
Descripció llarga: Criosonda flexible per a broncoscòpia,Ø1.7mm x 1150mm+/-50mm, compatible amb connexió a equip ERBECRYO 2 Erbe o equivalent, estèril , un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2220	MATERIAL: 30052707
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,018"" x 480cm+/-10cm de longitud, de nitinol i cobalt amb recobrimnt hidr ofílic de PTFE, extrem distal punta recta flexible-floppy i recobrimnt d'or, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2230	MATERIAL: 30052729
Descripció llarga: Agulla d'ecobroncoescòpia p/ultrasons, per punció ecoendoscòpica transbronquial,Ø 19Gx 20-40mm,flexible fins a 84°, ecogènica,Ø mini m canal de treball 2,1mm, long.tr treball 70cm+/-5cm, inclou:mànc de seguretat ,est,1sol ús.Comp EBUS-TBNA d'Olympus o equi		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2240	MATERIAL: 30052735
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,de 0,025" x 260cm+/-10cm long,nitinol a/recobri ment PTFE de 2 colors (negre i groc),i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 29 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2250	MATERIAL: 30052737
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,de 0,025" x 450cm+/-10cm long,nitinol a/recobri ment PTFE de 2 colors (negre i groc),i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2260	MATERIAL: 30052738
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,de 0,025" x 450cm+/-10cm long,nitinol a/recobri ment PTFE de 2 colors (negre i groc),i tungstè, amb punta angulada radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2270	MATERIAL: 30052741
Descripció llarga: Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr (2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long ,punta Ø3,9Fr x5mm llarg,amb guia precarregada 0,025"x260cm long,Øminim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2280	MATERIAL: 30052850
Descripció llarga: Catèter aspersor d'endoscòpia digestiva (cromoendoscòpia), per a rentat tipus sprai per al tintat de teixits, punta radiopaca, diàme tre mínim de canal 2,8 mm, longitud útil 2400mm+/-50mm, de PTFE i Tàntal,amb estilet ,per a CPRE,estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2290	MATERIAL: 30052964
Descripció llarga: Duodenoscop radiopac comp p/mà nec,punt control i bloq amunt-avall esq-dret ,palanca,và l succió,vàlv aire-aigua,botó captura imatges,p ort,vàlv i connect p/biòpsia,tub i connect umbilic,elevador,estèril,lús,comp a/controlador EXALT o eq(caixa lu)		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2300	MATERIAL: 30053028
Descripció llarga: Sonda p/endoscòpia digestiva,p/colangiopancreatoscòpia,procediments endoscòpics de diagnòstic i tractament vies biliopancreàtiques,Ø sonda de 3,6mm x 65cm+/-10cm de llarg,Øcan/treball 1,2mm,no làtex,estèril ,individual,lús.Comp/processador SpyGlass o equiv		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2310	MATERIAL: 30053043
Descripció llarga: Caputxó protector per a extrem distal d'endoscòpis amb diàmetre entre 2 ,9-8,0mm, Mida S,estèril,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2320	MATERIAL: 30053044
Descripció llarga: Caputxó protector per a extrem distal d'endoscòpis amb diàmetre entre 8 ,6-14,75mm, Mida L,estèril,d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 30 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2330	MATERIAL: 30053126
Descripció llarga: Mossegador/obreboques d'endoscòpia, per a via bucal, estàndard, en pacient adult, obertura central 54Fr i forats laterals, amb protecció dental, amb subjecte tira adherent, de PVC lliure de làtex, No estèril, d'un sol ús,		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2340	MATERIAL: 30053130
Descripció llarga: Caputxó extrem distal per a endoscòpis, tipus curt, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi, diàmetre intern 8,0mm i diàmetre extern 11,8mm, 2 forats de drenatge. Estèril, d'un sol ús. no esterilitzable. Compatible amb duodenoscopi Fujifilm o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2350	MATERIAL: 30053131
Descripció llarga: Bisturi-Elèctrode de punta bola-llarg per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva), longitud elèctrode de 2,0mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 200±1cm, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2360	MATERIAL: 30053132
Descripció llarga: Bisturi-Elèctrode de punta bola-llarg per a ESD (dissecció mucosa i submucosa digestiva), longitud elèctrode de 2,5mm, diàmetre mínim canal 2,8mm, longitud treball 200±1cm, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2370	MATERIAL: 30053167
Descripció llarga: Baló d'endoscòpia respiratòria, de doble obertura, diàmetre de 3mm x 6mm de longitud, de làtex, d'un sol ús. Compatible amb ecobroncoscopi sectorial Pentax model EB19-J10U o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2380	MATERIAL: 30053384
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia flexible i rígida, cullera ovalada, diàmetre mínim canal de treball 3,3Fr, longitud de treball 115 ±5cm, volum de biòpsia 0,85mm3, d'acer inoxidable recobert de PTFE, no làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2390	MATERIAL: 30053567
Descripció llarga: Bisturi de punta tipus ganxo en forma L per a ESD (polipectomia i resecció submucosa digestiva), longitud ganxo 1,3mm rotatori, longitud ganiveta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,6mm, longitud treball 230cm+/-5cm, irrigació, estèril, un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2400	MATERIAL: 30053568
Descripció llarga: Bisturi amb punta triangular per a ESD (dissecció submucosa digestiva), placa de la punta triangular de 0,4mm, longitud ganiveta 4,5mm, diàmetre mínim canal 2,6mm, longitud de treball 165cm+/-5cm, irrigació, estèril, un sol ús. Compatible amb endoscòpis Olympus o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 31 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2410	MATERIAL: 30053617
Descripció llarga: Equip mucosectomia transmurals d'endoscòpia digestiva,tracte gastro-duodenal:sonda marcarØ1,9mmx220cm,pinça agafament,caputxó silico Ø10,5-12mmx23mm,nansaØ13-15mmx220cm,clip nitinol 12,3mm,funda clip a/fil ,funda,guia,balóØ20mm,canal min treb 3,7mm,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2420	MATERIAL: 30053628
Descripció llarga: Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva biliopancreàtica,de 8 filferros,diàmetre màxim cistella 15mm,diàmetre catèter 1,0mm,minim canal de treball 1,2mm,longitud de treball 286cm±10cm,punta atraumàtica i visible per RX,estèril,d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2430	MATERIAL: 30053629
Descripció llarga: Nansa de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva biliopancreàtica, 2filferros,Ø nansa 9,0mm,Ø catèter 1.0mm ,longitud de treball 286cm±5cm,punta atraumàtica i visible per RX,mimin canal de treball 1,2mm,estèril,d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2440	MATERIAL: 30053830
Descripció llarga: Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,longitud clip 7- 8mm precarregat, obertura 17mm,longitud de treball 235cm+/-5cm,catèter metal·lic.Compatible canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2450	MATERIAL: 30053837
Descripció llarga: Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Øext 15.00mmx4mm long,per a endoscòpia gastrointestinal sup i inf ,rebutjable comp endoscòpis GI:GIF-XTQ160/2T160/CF-V70/130/140/140L/Q140/Q160/Q160A7Q165/Q240/Q240a/.. o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2460	MATERIAL: 30053838
Descripció llarga: Caputxó extrem distal d'endoscòpis per a millorar la visibilitat,amb diàmetre intern de 9,8mm i diàmetre extern de 10,6mm,transparent .Estèril ,d'un sol ús.no esterilitzable.Compatible amb gastroscòpi Fujifilm o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2470	MATERIAL: 30054243
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb dents de cocodril, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2480	MATERIAL: 30054244
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscopia), mandíbula basculant oval amb finestra, sense dents, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, beina metàl·lica amb recobriment ,estèril, d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 32 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2490	MATERIAL: 30054418
Descripció llarga: Sistema endoscòpic de sobreclip (OTSC),compost per Clip de nitinol arrodonit (atraumàtic) de 8mm ample premuntat en sobretub,fil per alliberament i rodet.Caputxó de silicona Ø14,6mm.Compatible amb esdoscops Ø8,5 a 10mm i 7mm profunditat.Estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2500	MATERIAL: 30054490
Descripció llarga: Raspall de neteja per endoscopis flexibles,Ø7mm, longitud 2110mm+/-100mm, raspall de Ø11x66mm de llarg. Compatible amb endoscopis sè rie 8 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2510	MATERIAL: 30058646
Descripció llarga: Equip p/endoscòpia digestiva,p/aplicar sutures i aproximar teixits tous ,amb:braç ext/distal mecanisme tancament terminal,adapt/extr /endosc p/agafar sutura,extr/prox mànec-accionador agulla,acer inox ,PTFE,silicona,pebax,est,lús.Comp/Sist/OverStitch o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2520	MATERIAL: 30058675
Descripció llarga: Videorinolaringoscopi flexible direcció visual 0°, angle d'obertura 90°, longitud útil 30 cm, 3,5 mm Øexterior, deflexió dalt/baix 1 40°/140°, llum led. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb monitor C-MAC, TELEPACK+, C-HUB II o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2530	MATERIAL: 30058723
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de teixits per a endoscòpia digestiva ,mandibula combinada a/dents cocodril i ratolí,angle obertur a 100°,Øext2,3mmx220cm+/-5cm de long,Øminim canal treball 2,8mm,s/làtex,s/ DEHP,estèril,un ús.Comp/sist/ressec/transmural		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2540	MATERIAL: 30058871
Descripció llarga: Broncoscopi amb contenidor mostres rentat LB/LBA,canal DI2,0 a 2,2 mm/DE 4 ,9 a 5,4mm, botons mànec,pananca p. distal #195°amunt i a vall,Camp visió# 110°; Anella rotació dreta/esq,long treball min 600mm, comp. aView o eq. Est,lús únic pacient		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2550	MATERIAL: 30058872
Descripció llarga: Broncoscopi amb contenidor mostre rentat LB/LBA,canal DI2,6 a 2,8 mm/DE 5 ,6 a 6,0mm, botons mànec,pananca p. distal # 195°amunt i a baix,Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esq,long treball min 600mm,comp. aView o eq. Est,lús únic pacient		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2560	MATERIAL: 30058920
Descripció llarga: Rinolaringoscopi flexible, LED, Canal de treball DI 2,0 a 2,2mm /DE 4,9 a 5,0mm, palanca flexió punta distal # 130° amunt/ #130° a vall, camp visió #85°, longitud treball min 300mm, botó/connexió aspiració, Compat monitor aView o eq.Est,ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 33 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2570	MATERIAL: 30058940
Descripció llarga: Criosonda flexible per a broncoscòpia,Ø1.1mm x 1150mm+/-50mm,amb funda de 817mm de longitud.Estèril, un sol ús.Compatible amb connexió a equipERBECRYO 2 Erbe o equivalent,		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2580	MATERIAL: 30059521
Descripció llarga: Broncoscopi flexible,llum LED,canal treball Ø1,2mm,recol univ,màneg ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° c ap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, long treball 600mm+/-50mm.Est ,s/làtex/ftalats,lús.Comp a/monitor Exalt o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2590	MATERIAL: 30059522
Descripció llarga: Broncoscopi flexible,llum LED,canal treball Ø2,2mm,recol univ,màneg ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° c ap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°, long treball 600mm.+/-50mmEst ,s/làtex/ftalats,lús.Comp a/monitor Exalt o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2600	MATERIAL: 30059523
Descripció llarga: Broncoscopi flexible,llum LED,canal treball Ø2,8mm,recol univ,màneg ergonòmic, palanca d'inflexió per a moure la punta distal 180° c ap amunt i 180° cap a baix, camp de visió 90°,long treball 600mm+/-50mm.Est ,s/làtex/ftalats,lús.Comp a/monitor Exalt o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2610	MATERIAL: 30060103
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològiques, de nitinol, calibre de 19G,punta tipus Franseen,sist fix de l'estilet.Øminim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, màneg ergonòmic,s/làtex, est,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2620	MATERIAL: 30060235
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa,amb dents de cocodril,obertura boca de 9-10mm ,pala 5,85mm,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud,Ø mínim canal treball 2,8mm,d'acer i PVC,estèril,1 ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2630	MATERIAL: 30060236
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de pelicà, obertura boca de 15-16mm ,pala 11,5mm,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, Ømínim canal treball 2,8mm,d'acer i PVC,estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2640	MATERIAL: 30060586
Descripció llarga: Agulla d'ecobroncoscòpia,diàmetre 21Gx20mm-40mm llarg,a/bisell finestrat d'acer,beina i fiador metàl·lic,70mm+/-5cm long treball,Ømínim canal treball 2,0mm,inclou:màneg,adapt p/vàlv biòp,xer/buit 20ml bloq/a/clau pas ,estèr,lús.Comp/EBUS-TBNA Olympus o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 34 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2650	MATERIAL: 30060758
Descripció llarga: Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 11 ,35mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superio r iinferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GIF-XQ140/Q165/XQ230/XQ240-SP240/XQ260/V70/SIF-Q260/SIF-Q180		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2660	MATERIAL: 30060759
Descripció llarga: Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 4 filferros, Ø2x4cm cistella oberta,longitud de treball 180cm+/-5cm,marques p enetració,Ømini canal 3,2 mm,comp a guia de 0,035"",intercanvi ràpid,visible RX,sist.seguretat punta,estèril,1 sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2670	MATERIAL: 30061440
Descripció llarga: Caputxó extrem distal per a endoscòpis, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi,diàmetre intern 8,0mm i diàmetre extern 14,8mm,Ø màxim d istal de 18,4mm, 2 forats de drenatge.Estèril,d'un sol ús. no esterilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2680	MATERIAL: 30061513
Descripció llarga: Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 21Gx20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat ,Ømínim canal treball 2,0mm,longitud treball 70cm+/-5cm,in clou:mànc seguretat,adapt p/vàlv d/biòpsia,xeringa al buit 20ml a/clau pas,estèril,lús.Comp/EBUS-TBNA d'Olympus o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2690	MATERIAL: 30061521
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria, mandíbula basculant ovalpetita amb dents de ratolí,diàmetre 1,15mm,diàmetre mínim can al de treball 1,2mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús.Compatible amb canal de treball menys de 700mm		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2700	MATERIAL: 30061674
Descripció llarga: Tub bomba d'injecció per a subministrar aigua estèril pel canal auxiliar de l'endoscòpi,3350mm+/-50mm de llarg. Compatible amb bomba d'injeccióJW-3,DK2620JI i DK2623JI de Fijifilm o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2710	MATERIAL: 30061920
Descripció llarga: Dispositiu d'oclusió segment de colon,per a colonoscòpis estàndar Ø12,5a 14,3mm,2 balons poliuretà(Øprox 60mm/Ødist 60mm),pressió mà x 55mmHg,beina Øext 19,5mm/Øint 17mm,130cm+/-5cm de long/treball,a/sist/inflat i empenyer,s/làtex i s/fталatos.No estèril		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2720	MATERIAL: 30061923
Descripció llarga: Dispositiu electroquirúrgic per a ESD (dissecció submucosa digestiva) per RFK bipolar avançada i microones,catèter Ø2.35mm, Ømínim c anal 2.8mm, longitud treball 1.9m+/-10cm,longitud total 2.3m+/-10cm,estèril,un sol ús. Comp/generador Croma7-EMR-050 o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 35 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2730	MATERIAL: 30062021
Descripció llarga: Gastroscòp flexible,camp visió 140°, flexió de la punta distal 210°/90°/100°/100°, diàm punta 9,9mm, long de treball 1030mm+/-30mm, canal treball 2,8mm,canal auxiliar.Compatible amb unitat de visualització i processament aBox 2 o eq. Un sol ús. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2740	MATERIAL: 30062025
Descripció llarga: Tub bomba injecció per subministrar aigua estèril per a ganiveta de dissecció endoscòpia digestiva (ESD),port amb tap i vàlvula anti -reflux ,premuntat,amb tub peristàltic,estèril.Compatible amb bomba de rentat OFP-2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2750	MATERIAL: 30062170
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva,per accés biliar ipancreàtic,0,025"x270cm+/-10cm de llargària,amb punta recta f lexible hidrofilica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopagues, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2760	MATERIAL: 30062171
Descripció llarga: Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,0,025"x270cm+/-10cm de llargària,amb punta angula da flexible hidrofilica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopagues, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2770	MATERIAL: 30062238
Descripció llarga: Esfinterotom d'agulla de tall d'endoscòpia digestiva,3 llums ,sist/intercanvi ràpid,punta cònica precorbada,catèter Ø5Fr (1,67mm)x1700 mm+/-50mm long,agulla 5mm de llargària(3mm a/recobriment),permet pas guia 0,035",Øcanal treball 2,8mm,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2780	MATERIAL: 30062260
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina,per a mostres histològiques pulmonars, calibre de 22G (0,7mm) ,punta tipus Franseen,fix estilet,crom-cobalt,est,1 sol ús.Compatible amb tècnica EBUS eco-broncoscòpis Olympus o equ		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2790	MATERIAL: 30062370
Descripció llarga: Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 20mm, diàmetre del filferro 0,48mm/ri gid, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/- 5cm, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2800	MATERIAL: 30062530
Descripció llarga: Guia d'endoscòpia digestiva per a sistema de buit,extra-rígida ,p/atraumàtica hidrofilica 130mm llargària,marques endoscòpiques i rad ioopagues,nitinol a/recobriment,extrem distal 0,035",long total 260+/-10cm,estèril,un ús.Comp/a/pròtesi Vacstent GI o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 36 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2810	MATERIAL: 30062535
Descripció llarga: Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 8,5-9,5-10mmx6,5cm llarg ,marq/radiopaq, guia premunt,no làtex,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2820	MATERIAL: 30062583
Descripció llarga: Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina,per a mostres histològiques,agulla a/tres puntes,de nitinol,2 2G(0,7mm) i lon ajustable 0 a 4cm,Ø1,8mm i long beina ajustable,est,1 sol ús.Comp/ecobroncoscòpis Olympus/Fiji o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2830	MATERIAL: 30062669
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva i respiratòria, mandibula basculant amb cassoletes interior de goma, obertura boca de 4-5mm, catèter de 1900+/-50mm, diàmetre mínim canal treball 2,0mm,estèril,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2840	MATERIAL: 30062672
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandibula fixa, amb dents de ratolí, obertura boca de 7-8mm, 1620+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex ,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2850	MATERIAL: 30062775
Descripció llarga: Agulla d'injecció endoscòpia digestiva, per a esclerosi, agulla de 25G (0,5mm)x 5mm llarg i d'acer,beina recoberta tefló,beina Ø 2,5 mmx230cm+/-5cm long,mànc a/connector luer-lock,no làtex,estèril,lús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2860	MATERIAL: 30063676
Descripció llarga: Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 2,2mm/Øcanal 0,0mm,mànc ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotació axial 90° a dreta i 90° a esquerra,camp de visió 110°,long treball 600+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2870	MATERIAL: 30063677
Descripció llarga: Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 3,2mm/Øcanal 1,2mm,mànc ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotació axial 90° a dreta i 90° a esquerra,camp de visió 110°,long treball 600+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2880	MATERIAL: 30063679
Descripció llarga: Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 4,9mm/Øcanal 2,2mm,mànc ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotació axial 90° a dreta i 90° a esquerra,camp de visió 110°,long treball 600+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 37 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2890	MATERIAL: 30063770
Descripció llarga: Egu cistoenterostomia,p/end/digestiva,cistotom/papilotom p/agulla pre-tall ,cat/ext/anell diatèrmic 10Fr i estilet,amb:con/electrocoa g ,p/guia,cat/PTFE,a/ag/acer.Mides:cat/extern Ø10Fr x 165+/-5cm,cat/intern Ø5Fr x 190+/-5cm,per a guia 0,035",estèril,lús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2900	MATERIAL: 30063844
Descripció llarga: Caputxó extrem distal d'endoscòpis per a prova,per a verificar la compatibilitat del sistema de ressecció transmural,amb 36-37mm de llargària,Øext 21mm d'ample,transparent.Estèril,d'un sol ús.Compatible amb endoscòpis Ø11,5-13,2mm		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2910	MATERIAL: 30063873
Descripció llarga: Sonda d'electroporació per a endoscòpia digestiva gastrointestinal,de 250-255cm de longitud,estèril, un sol ús.Compatible amb genera dor d'electroporació ePORE o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2920	MATERIAL: 30064081
Descripció llarga: Guia d'endoscòpia digestiva, per a dilatadors esofàgics tipus Savary ,diàmetre 1,8mm i 210-220cm de longitud de treball,amb marques r adioopagues,guia de filferro Ø0,8mm,d'acer inoxidable, no estèril		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2930	MATERIAL: 30064119
Descripció llarga: Broncoscopi amb contenidor mostre rentat LB/LBA,canal DI2,0 a 2,2 mm/DE4,0 a 4,4mm,botons mànec,palanca p. distal # 210°amunt i aval l,Camp visió #110°; Anella rotació dreta/esq,long treball min 600mm,comp. aView o eq.Est,lús únic pacient		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2940	MATERIAL: 30065167
Descripció llarga: Broncoscopi Flexible, canal DI1,0 a 1,2 mm/DE2,6 a 3,2mm, botons mànec, sist fixació TET, palanca p. distal# 210°amunt i avall, Camp visió # 110°; Anella rotació dreta/esquerra, long treball min 600mm, compatible aView o eq. Est,lús únic pacient		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2950	MATERIAL: 30065189
Descripció llarga: Caputxó extrem distal per a endoscòpis, 7.0mm distància a punta d'endoscòpi,diàmetre intern 7,0mm i diàmetre extern 13,0mm,Ø màxim d istal de 16,5mm, 2 forats de drenatge.Estèril,d'un sol ús. no esterilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2960	MATERIAL: 30065958
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys(stent) per a endoscòpia digestiva, mandibula cocodrill, amb dents de ratolí, ob ertura boca de 7-8mm, 1745+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril,un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 38 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2970	MATERIAL: 30066149
Descripció llarga: Tisora per a endoscòpia digestiva, per a tallar fils, diàmetre canal mínim de treball 2,8mm, 230cm-235cm de llargària.Estèril, un so l ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2980	MATERIAL: 30066229
Descripció llarga: Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 6,2mm/Øcanal 3,2mm,màneg ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotac ió axial 90° a dreta i 90°a esquerra,camp de visió 110°,long treball 600+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 2990	MATERIAL: 30066240
Descripció llarga: Tub insuflador aigua/aire amb extensió de CO2 per procediments endoscopis gastrointestinals. Compatible amb endoscopis Olympus serie 140/160/180/190/240/260/290 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3000	MATERIAL: 30066241
Descripció llarga: Equip de vàlvules de biòpsia, succió i aire/aigua amb connexió injecció d'aigua, compatible amb endoscopis Olympus Serie 160/180/190 i duodenoscop Exalt D amb port d'aigua auxiliar		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3010	MATERIAL: 30066245
Descripció llarga: Pinça hemostàtica bipolar d'endoscòpica digestiva,obertura màxima de 5 ,8mm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, Ø2,6mm,longitud d e 220cm+/-5cm,d'acer amb recobriment,amb cable i connexió a generador,estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3020	MATERIAL: 30067812
Descripció llarga: Video broncoscopi flexible,llum LED, Øextern 4,0mm/Øcanal 2,0mm,màneg ergonòmic,deflexió punta distal 210° amunt i 210° a baix,rotac ió axial 90° a dreta i 90°a esquerra,camp de visió 110°,long treball 620+/-10mm.Est ,s/làtex,lús.Comp a/monitor DVM-B1 o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3030	MATERIAL: 30068109
Descripció llarga: Guia tensora de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, 235+/-5cm de llargària,amb màneg tipus tisora,ace inox,Lliure de làtex,estèril,lús.Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3040	MATERIAL: 30068110
Descripció llarga: Dispositiu de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, consta de 4 sutures tipus hèlix acer inox, 235+/-5cm de llargària,Lliure de làtex,estèril,lús.Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equival		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 39 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3050	MATERIAL: 30068118
Descripció llarga: Dispositiu de sutura p/endoscòpia digestiva,per a realitzar la sutures i aproximació de teixits, consta de 4 sutures tipus hèlix acer inox, 160+/-5cm de llargària, Lliure de làtex,estèril,lús.Compatible amb dispositiu X-Tack Sistema OverStitch o equival		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3060	MATERIAL: 30068127
Descripció llarga: Tisora per a endoscòpia flexible digestiva, per a tallar teixits i sutures, diàmetre canal mínim de treball 2,8mm,Ø2,6mm i 235cm-24 0cm de llargària de treball.Estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3070	MATERIAL: 30068150
Descripció llarga: Porta-agulla per a endoscòpia digestiva, sutura manual en tancament de mucosa d'estòmac,colon i recte,bloqueig d'agulla i del mànec, beina en espiral,estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3080	MATERIAL: 30068151
Descripció llarga: Pinça de rescament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, rotació 360°,mandíbula fixa,amb dents de pelicà,pa la de 10mm ,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,acer,estèril,s/làtex,un ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3090	MATERIAL: 30068207
Descripció llarga: Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,de titani,longitud de la pala 7,5 mm,angle mandíbula 90°. Codificació de color,Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3100	MATERIAL: 30068208
Descripció llarga: Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,de titani,longitud de la pala 9,0 mm,angle mandíbula 90°. Codificació de color,Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3110	MATERIAL: 30068210
Descripció llarga: Aplicador múltiple de clips per a hemostàsia endoscòpica digestiva ,diàmetre 2,75mm, longitud de treball 2300mm+/-50mm, rotatable.Compa tible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3120	MATERIAL: 30068224
Descripció llarga: Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 8mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PAGINA: 40 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3130	MATERIAL: 30068370
Descripció llarga: Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 20mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,1sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3140	MATERIAL: 30068394
Descripció llarga: Equ guia endos bronquial amb:beina/guia a/topall silicona ajustable ,raspall citologiaØ2,0mmx10mm llarg i pinça biòpsia oval fenestr ada,long treball 1050mm+/-10cm,Ømínim canal 2,0mm.lliure làtex,estèril,lús.Comp endosc i minisonda UM-S20-17S Olympus o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3150	MATERIAL: 30068407
Descripció llarga: Sobretub flexible p/gastroscòpia,punta cònica per a protegir la mucosa.Mides: Øextern 19,5mm i Ø intern 16,7mm,long treball 50m+/-10 mm ,lliure de làtex,estèril,lús.Compatible amb endoscòpis de Ø 10,0-11,7mm		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3160	MATERIAL: 30068448
Descripció llarga: Vàlvula per a port de biòpsia, per a endoscòpia flexible digestiva, amb irrigador rentat lateral, estèril,d'un sol ús. Compatible a mb endoscòpis Olympus/Fuji o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3170	MATERIAL: 30068646
Descripció llarga: Dispositiu amb clip/pinça ancoratge,hemostàsia i tracció,endoscòpica digestiva,radioopaca,obertura 11mm,235+/-5cm llarg,precarregat sist/introductor flex i giratori,catèter metal·lic.Comp/endoscòpis visió frontal canal mínim treball de 2,8mm.S/làtex.est		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3180	MATERIAL: 30068739
Descripció llarga: Sonda per a crioablació p/cirurgia via aèrea (endoscòpia respiratoria) ,utilitza N2O/CO2,amb doble funció (congelació/neuroestimulaci ó),sonda acerinox Ø 3mm i 500mm+/-50mm long ,reutilitzatble 12 usos. Comp/consola crioablació METRUM o eq		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3190	MATERIAL: 30068781
Descripció llarga: Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera basculant fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodril, longitud de treball 230cm+/-5cm ,diàmetre mínim canal de treball 3,7mm,codificació de color,estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3200	MATERIAL: 30069217
Descripció llarga: Dispositiu de bloqueig i tap de canal de biòpsia per a procediment intervencionista biliar (CPRE),d'intercanvi rapid (RX),estèril,lú s ,compatible amb duodenoscops Olympus FujiFilm G5 Series Brand Endoscope o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.09.2025 HORA: 13:05:31 PÀGINA: 41 / 41
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3210	MATERIAL: 30069218
Descripció llarga: Cànula d'intercanvi ràpid CPRE (RX) per mitjà contrast sistema biliar en procediments endoscòpia digestiva, triple llum, punta cónica Fr.7-5,5, longitud de treball 210cm+/-5cm, guia recomenada 0,035".marcador radiopac a la punta, Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3220	MATERIAL: 30069628
Descripció llarga: Sonda p/endoscòpia digestiva, p/colangiopancreatoscòpia diagnòstica i tractament vies biliopancreàtiques, doble canal, camp visió 120°, Øsonda de 3,7mm x 215cm+/-10cm llarg, Øcan/treball 2,0mm, no làtex, estèril, individual, ús. Comp/processador VedVision o equiv		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3230	MATERIAL: 30069868
Descripció llarga: Tub bomba injecció per subministrar aigua estèril per a ganiveta de dissecció endoscòpia digestiva (ESD), Øint 6,4mm, gruix 1,6m i 0,7 5m+/-0 ,10m ,estèril, un sol ús. Compatible amb bomba de rentat OFF-2 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101442397	POSICIÓ: 3240	MATERIAL: 30069869
Descripció llarga: Adaptador per a tub bomba injecció a canal auxiliar, endoscòpia digestiva. Compatible amb bomba de rentat OFF-2 o equivalent		