

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT)

SERVEIS RELATIUS AL MANTENIMENT D'EQUIPS DE LA CASA LIFE TECHNOLOGIES DE LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNICA BARCELONA – INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (FRCB-IDIBAPS)

EXP: F25.017NS

1. OBJECTE:

El servei de manteniment preventiu i correctiu de tots els elements dels equips relacionats a continuació (inclou l'Instrument, desplaçaments, mà d'obra i tots els seus perifèrics, segons s'indica en aquest PPT):

Equip i Model	S/N	Tipus de contracte
GCS3000 7G SCANNER		
GC30007G	50208310	AB Assurance 1PM+ Array Guarrantee
FS450	61108620	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
645	C0103670	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
FS450	FS1052	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
AUTO	A10810	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
SSYS	H917HQ2	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
STEPONEPLUS	272003461	Sup Plus site PM
STEPONEPLUS	272000404	Sup Plus site PM
QSPRO 7		
QUANTSTUDIO 7 PRO	2778721110058	AB Assurance 1PM
96-WELL FAST BLOCK	2778121020350	Addl TVOC with PM
TAC BLOCK	2778021110157	Addl TVOC with PM
384-WELL BLOCK	2778321121691	Addl TVOC with PM
QUANTSUDIO 3	272313437	AB Maintenance 1PM
QUANTSUTIO 5 BLOQUE DE 384	272533449	AB Assurance 1PM
QUANTSUTIO 5 BLOQUE DE 384	272533693	AB Assurance 1PM

Si algun dels equips inclosos en el contracte quedés obsolet i no fos possible reparar-lo o hi hagués falta de recanvis, l'adjudicatari informará la FRCB-IDIBAPS d'aquesta contingència i procedirà a

cancel·lar el contracte de l'equip afectat, abonant a la FRCB-IDIBAPS l'import corresponent al període de temps comprès entre la data de l'avaria i la data de venciment del contracte. De la mateixa manera,

si la FRCB-IDIBAPS decidís, amb criteris d'eficiència o eficàcia, no incloure un equip en el contracte de manteniment, ho comunicarà a l'adjudicatari per a la seva exclusió. En el supòsit que durant la durada del contracte o les seves pròrroques la FRCB-IDIBAPS disposés de nous equips susceptibles d'incorporació al contracte, s'incorporessin mitjançant modificació del contracte, aplicant el % de descompte que l'adjudicatari ofereixi en la proposta actual.

2. UBICACIONS DELS ELEMENTS A MANTENIR

Fundació de Recerca Clínica Barcelona – Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
C/ Rosselló, 149-153 (Edifici CEK)
Barcelona

3. DEFINICIONS

Manteniment Tècnic-Legal o Manteniment Normatiu: És el manteniment a realitzar perquè així ho estableix una normativa d'obligat compliment Estatal, autonòmica o municipal.

Manteniment Preventiu: Són el conjunt d'operacions de manteniment que es realitzen periòdicament sobre els equips, elements, sistemes o instal·lacions per garantir el seu bon estat i funcionament.

Manteniment Correctiu: És el manteniment puntual que es realitza quan es produeix un funcionament anòmal o parada d'un equip, element, sistema o instal·lació, per tornar a portar-los a les seves condicions normals de funcionament.

Acord de Nivell de Servei (ANS): són els indicadors que permeten avaluar la qualitat del servei.

Temps de resposta: és el temps transcorregut entre la comunicació d'un incident o avaria i la presència física d'un tècnic per resoldre-la.

Temps de resolució: és el temps transcorregut entre la comunicació d'un incident o avaria i la resolució de la mateixa.

Temps disponible d'un equip: És el temps durant el qual es pot utilitzar un equip.

3. CONDICIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT

El servei de manteniment preventiu, tecnicolegal i correctiu (amb les limitacions especificades en els apartats següents), així com tots els manteniments exigits per la legislació vigent, emetent els certificats corresponents, individualitzats, per a cada equip que ho requereixi.

Els recanvis necessaris per al correcte funcionament dels equips, conforme a l'Annex 3 del PPT. Els recanvis hauran de ser originals, i el seu cost haurà d'estar inclòs en el servei de manteniment, subjecte a les limitacions indicades en els apartats següents. També s'haurà d'incloure el cost dels materials utilitzats per al desenvolupament de les tasques de manteniment preventiu i correctiu.

L'actualització del programari dels equips, en cas de ser necessària.

La prestació del servei de manteniment es realitzarà en dies laborables, en horari de 9:00 a 17:30 hores.

Suport tècnic en l'adaptació a les normatives vigents en cada moment, així com la comunicació a la FRCB-IDIBAPS de les modificacions normatives que afectin els equips.

La comunicació de qualsevol defecte dels equips que disminueixi la seva funcionalitat o rendiment, incrementi el consum energètic o de consumibles, o pugui donar lloc a futures avaries o anomalies.

Per a tal efecte, s' hauran de presentar els informes tècnics i econòmics necessaris per realitzar les intervencions pertinents o per adoptar les decisions que corresponguin.

El manteniment preventiu i correctiu haurà d'estar garantit per un període mínim de 10 anys des de l'adquisició dels equips.

L'adjudicatari haurà de garantir la disponibilitat de totes les peces, recanvis, components i elements necessaris, indicant el temps màxim de compromís de subministrament, el qual no podrà superar els 7 dies naturals. Així mateix, haurà de garantir l'existència de peces de recanvi durant un període mínim de deu anys. Aquesta garantia de subministrament de peces i suport haurà d'estar certificada pel licitador o, si s'escau, per l'empresa fabricant.

Tots els elements de recanvi hauran de ser originals. L'empresa adjudicatària es compromet a disposar dels elements necessaris per realitzar els reemplaçaments en el termini establert, quedant subjecta a penalitats en cas de retard en la resolució d'una incidència.

En relació a l'obsolescència dels equips sota contracte de manteniment, el proveïdor informará formalment a la FRCB-IDIBAPS quan detecti que un equip és irreparable o no sigui convenient la seva reparació tenint en compte la vida útil i l'estat de l'equip. En aquest cas, la FRCB-IDIBAPS decidirà si continuar amb el contracte de manteniment de l'equip afectat o donar-lo de baixa amb la consegüent reducció del preu de forma proporcional al termini de vigència del contracte manteniment de l'equip afectat.

4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Garantir un temps mínim de funcionament dels equips subministrats del 96% del temps útil, descomptant el temps de parada per a revisions preventives o reglamentàries. En cas que el temps útil no assoleixi el 96%, es descomptarà un import de la facturació anual associada al contracte de manteniment de l' equip segons la següent proporció:

- Entre el 95% i el 98%, el 10% de l'import de l'any natural.
- Entre el 90% i el 95%, el 25% de l'import de l'any natural.
- Per sota del 90%, el 100% de l'import de l'any natural.

Garantir una alta qualitat tècnica en els treballs i serveis realitzats. Qualsevol perjudici causat a la FRCB-IDIBAPS o a un tercer com a conseqüència d'una deficient qualitat del servei de manteniment serà imputable a l'empresa adjudicatària.

Garantir el compliment de la normativa estatal i autonòmica aplicable al moment de realitzar les tasques de manteniment.

Proporcionar tot l'instrumental, eines, incloent els kits necessaris per als calibratges, equips de mesurament, mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei, assegurant que aquests comptin amb el seu corresponent Certificat de verificació i/o calibratge.

Estar en disposició d'acreditar la documentació necessària que doni suport a la formació tècnica del personal propi o subcontractat destinat a la prestació del servei de manteniment, en qualsevol moment durant la vigència del contracte.

Comunicar a la FRCB-IDIBAPS la intenció de cedir o subcontractar el servei de manteniment. La subcontractació o cessió haurà de ser autoritzada expressament per la FRCB-IDIBAPS.

Cobrir les vacants del seu personal per malaltia, vacances o altres circumstàncies similars amb personal d' igual o superior categoria i experiència el mateix dia o en jornades successives a la incidència, prèvia acceptació dels responsables del centre afectat. En aquest cas, no es generarà penalització.

Mantenir-se al corrent de les obligacions que, com a empresa, li corresponen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de seguretat i salut. L'empresa adjudicatària assumirà de manera exclusiva tota responsabilitat, sense cap càrrec per a la FRCB-IDIBAPS, en cas d'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

Complir amb totes les normatives, disposicions i regulacions legals o reglamentàries vigents en la data de formalització del contracte, o que entrin en vigor durant la vigència d'aquest, en matèria de prevenció de riscos laborals.

Canviar el personal destinat a prestar el servei de manteniment sempre que així ho demani la FRCB-IDIBAPS, amb un termini màxim per a l'esmentat canvi de tres setmanes des de la data de notificació.

Entre el personal assignat per realitzar el servei de manteniment i la FRCB-IDIBAPS no hi ha cap relació o vincle laboral. L'empresa adjudicatària tindrà exclusivament la condició d'ocupador respecte del personal esmentat, i no podrà generar-se cap reclamació laboral o econòmica per aquest motiu contra la FRCB-IDIBAPS, ni durant la vigència del contracte ni posteriorment. En cas que aquesta circumstància ocorri per una causa imputable a l'empresa adjudicatària, aquesta es compromet a assumir qualsevol cost que es derivi de l'extinció dels contractes, deutes i responsabilitats existents, així com qualsevol altra responsabilitat resultant de la prestació efectuada.

El licitador inclourà en la seva oferta el PVP del fungible necessari per a les reparacions, els kits de calibratge, així com el percentatge de descompte ofert durant la vigència del contracte i les seves possibles pròrrogues.

5. COORDINACIÓ

Per coordinar els treballs de manteniment entre la FRCB-IDIBAPS i l'empresa adjudicatària, ambdues parts designaran representants, havent de tenir l'interlocutor de l'adjudicatari competències vàlides per a decidir i prendre decisions; i sent l'interlocutor de la FRCB-IDIBAPS la persona responsable de l'equip.

Aquests seran els interlocutors habituals per a totes les qüestions que es presentin durant l'execució del contracte i s'encarregaran de resoldre les accions a dur a terme, així com la seva implementació tècnica i administrativa.

6. PROTOCOL D'ACTUACIÓ

Al final de cada operació de manteniment, es lliurarà un informe tècnic amb informació detallada sobre les incidències ocorregudes i el desenvolupament dels treballs realitzats.

6.1. MANTENIMENT CORRECTIU

L'empresa adjudicatària atindrà les trucades pel Manteniment Correctiu en cas d' AVARIA de l'equip d'acord amb els termes i limitacions específiques detallades a continuació:

Atenció telefònica de dilluns a divendres en horari d' oficina.

Quan la resolució de l'avaria així ho requereixi, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar la retirada total o parcial de l'equip per procedir a la seva reparació o posada a punt fora de les instal·lacions de la FRCB-IDIBAPS. Totes les despeses derivades d'aquesta intervenció estaran incloses en el preu del servei de Manteniment. En cas que la intervenció es prolongui més de 7 dies naturals, l'empresa adjudicatària haurà d'oferir un equip de substitució equivalent o superior sense cost addicional per a la FRCB-IDIBAPS.

Temps de resposta: veure clàusula 9 del PPT.

Temps de resolució: màxim de 72 hores, llevat que sigui necessari demanar una peça de recanvi, cas en el qual serà de 7 dies naturals.

Temps disponible d' un equip: 96%.

6.2. MANTENIMENT PREVENTIU

L'empresa adjudicatària es compromet que el personal del Servei Tècnic realitzi les visites del Contracte de Manteniment Preventiu conforme a les tasques indicades en els protocols de manteniment detallats en l'Annex 3 del PPT.

La mà d'obra, el temps i les despeses de desplaçament necessàries per realitzar les revisions estan incloses en la cobertura del servei.

En la cobertura de manteniment preventiu, els materials inclosos seran els especificats en l'Annex 3 del PPT i d'acord amb el protocol de manteniment específic de cada equip.

El nombre de Revisions Preventives per equip serà l'estipulat en les condicions detallades en el present plec.

Per a una adequada programació dels treballs que afavoreixi ambdues parts, l'empresa adjudicatària es compromet a notificar amb un mínim d'una setmana d'antelació abans de procedir a cada revisió.

7. ALTRES INTERVENCIONS

Per a les intervencions que no siguin correctives o preventives i que no estiguin incloses en el plec, es realitzaran proves de seguretat elèctrica o altres tipus de proves o intervencions de seguretat en funció de les necessitats de la FRCB-IDIBAPS, prèvia presentació i acceptació del pressupost corresponent.

Els materials utilitzats en les intervencions de manteniment hauran de ser idèntics o tenir les mateixes característiques que els materials originals a substituir. En cas que no siguin idèntics, caldrà adjuntar la documentació tècnica necessària que justifiqui que posseeixen les mateixes característiques que els originals.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de gestionar la sol·licitud d'ofertes per als recanvis dels equips i de presentar-les a la FRCB-IDIBAPS, sent responsable de dissenyar la previsió de recanvis habituals per assegurar la seva disponibilitat. Aquesta previsió s'haurà de presentar abans de l'inici del contracte.

8. INFORMES

L'empresa adjudicatària presentarà la documentació de les intervencions realitzades amb la següent freqüència i contingut:

- Una vegada realitzada la reparació, l'empresa adjudicatària lliurarà de forma immediata l'albarà a la FRCB-IDIBAPS, on constaran la causa de l'avaria, la solució aplicada, els materials utilitzats i la mà d'obra emprada.
- En relació amb el manteniment preventiu, una vegada efectuat, es lliurarà immediatament l'albarà corresponent, indicant el dia i el tipus de manteniment realitzat.
- Un informe sobre les característiques tècniques, elèctriques i de potència de l'equip en relació amb el seu consum, especificant els nivells de consum de l'equip i els seus components.
- A sol·licitud de la FRCB-IDIBAPS, s'haurà d'enviar un informe resumit de les avaries solucionades i pendents, juntament amb el càlcul del temps d'inactivitat de l'equip durant el període indicat.
- A l'inici del contracte i durant el primer mes de cada any, es presentarà el programa de manteniment preventiu i de seguretat programat per a cada equip. El licitador es comprometrà a proporcionar, en cas de sol·licitud de la FRCB-IDIBAPS, l'històric de reparacions i resolució d'incidències produïdes en els seus equips:
 - Històric de les avaries per model, nº d'avaries, tipus d'avaria (preventiu o correctiu).
 - Accés als reports de servei.
 - Control de les dates d' inici i finalització dels equips en contracte de manteniment.
 - Comunicar avaries per correu electrònic.
 - Dates de manteniment preventiu previstes en període del contracte.
 - Descarregar els pegats i les actualitzacions gratuïtes de programari que estiguin disponibles.

El licitador haurà de garantir la disponibilitat d'aquestes dades de contacte durant el període de temps en què estigui vigent el contracte. En cas de modificar-se alguna de les dades, s'hauran de notificar fefaentment a FRCB-IDIBAPS en un termini màxim de 24 hores, perquè el servei no es vegi interromput.

- L'empresa adjudicatària presentarà anualment i en finalitzar el contracte un informe que inclogui l'avaluació dels treballs realitzats durant aquest període, així com recomanacions i previsions de les accions significatives a realitzar en períodes posteriors, a més de propostes de millora. Tota aquesta informació s'haurà de presentar de manera clara i gràfica.

Tota la documentació destinada a la FRCB-IDIBAPS s'haurà de presentar en format digital, tipus PDF.

9. CLASSIFICACIÓ TEMPS DE RESPOSTA I RESOLUCIÓ

Es consideraran tres tipus d' avaries: urgents, preferents i ordinàries, definides de la següent manera:

- Urgents: es consideren avaries o incidències urgents aquelles que puguin implicar risc de pèrdua de mostres biològiques o, en general, aquelles la reparació de les quals es consideri de gran importància.
- Preferents: avaries que, encara que no impliquin la interrupció d'un servei, s' han de reparar al més aviat possible a causa dels perjudicis que poden causar en el funcionament del servei.
- Ordinàries: avaries que no es classifiquen com a preferents ni urgents.

El temps de resposta segons la classificació de les avaries serà el següent:

- Per a avaries Urgents: immediat, amb un màxim de 12 hores (presència física).
- Per a avaries Preferents: màxim de 24 hores (atenció telefònica i/o presencial).
- Per a avaries Ordinàries: màxim de 72 hores (presència física).

Els temps de resolució de les avaries hauran de complir les condicions següents:

- El 96% de les avaries haurà d'estar resolt en el mateix dia (24 hores), sempre que no sigui necessària la sol·licitud de material, la disponibilitat de la qual no sigui responsabilitat del contractista, per a la seva resolució.

10. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI I PENALITZACIÓ

D'acord amb el que s'especifica en la clàusula 25 del PCAP, referent a les penalitats aplicables durant l'execució del contracte.

El licitador haurà de garantir la disposició de peces i recanvis originals necessaris per al desenvolupament del servei durant la durada del contracte de manera que aquest no es vegi afectat o interromput per manca de recanvis. Qualsevol retard provocat per negligència del proveïdor comportarà les penalitats que es recullen en el PCAP.

El proveïdor garantirà l'ús de peces originals i certificades durant les intervencions tècniques, que oferiran una garantia mínima de 6 mesos una vegada instal·lades.

A Barcelona,

Rita Alvaro
Tècnica de la Unitat de Manteniment
FRCB-IDIBAPS

ANNEX 1

MODALITATS DE MANTENIMENT

EXP. F25.017NS

AB Assurance 1 PM:

Inclou total cobertura en mà d'obra, desplaçaments i peces en les avaries que puguin produir-se durant la durada del contracte.

Inclou una revisió de manteniment preventiu anual seguint el protocol de revisió lliurat al client en finalitzar la revisió.

Prioritat de resposta telefònica en Servei i Suport.

Temps de resposta telefònic en avaries serà inferior a 3 hores i el de visita dependrà de la urgència de la incidència de conformitat amb amb la clàusula 9 d'aquest PPT.

Per a la PCR Real Time inclou un kit de calibratge espectral.

AB Maintenance 1 PM:

Una revisió anual de l'equip. Consistirà en una visita in situ en els espais de la FRCB-IDIBAPS, incloent-hi una revisió completa. Es comprovarà i realitzarà els ajustaments necessaris per assegurar que l'equip funciona correctament, segons especificacions. Inclourà totes les tasques necessàries per assegurar que l'equip funciona al màxim de les seves possibilitats.

La programació de la visita per a la revisió preventiva s'acordarà de mutu acord per les parts. En aquest sentit, l'adjudicatari proposarà la data a la FRCB-IDIBAPS durant aquest període de temps.

Per als equips qPCR, el manteniment preventiu inclourà el kit de calibratge espectral.

Inclou una revisió de manteniment preventiva seguint un protocol de revisió lliurat al client en finalitzar la intervenció.

Temps de resposta telefònic en avaries durant la vigència del contracte serà inferior a 3 hores i el de visita dependrà de la urgència de la incidència (clàusula 9 PPT).

Suport telefònic correctiu:

S'atendran consultes telefòniques per avaria en aquests equips. El temps de resposta telefònic haurà de ser màxim de 3 hores.

Si generés una visita, aquesta s'haurà d'efectuar depenent de la urgència de la incidència (clàusula 9 PPT) amb una prèvia comanda FORMAL del Departament de Serveis Generals de la FCRB.

AB RC Support Plus Site PM :

Inclou manteniment preventiu i correctiu.

Una revisió anual de l'equip duta a terme per un Enginyer. Consistirà en una visita in situ en els espais de la FRCB-IDIBAPS, incloent-hi una revisió completa. Es comprovarà i realitzarà els ajustaments necessaris per assegurar que l'equip funciona correctament, segons especificacions. Inclourà totes les tasques necessàries per assegurar que l'equip funciona al màxim de les seves possibilitats.

La programació de la visita per a la revisió preventiva s'acordarà de mutu acord per les parts.

Manteniment correctiu: Inclou totes les possibles reparacions a efectuar en cas d'avaría de l'equip, inclòs l'ordinador de control del mateix. En el cas que l'equip s'hagi d'enviar a les instal·lacions de l'adjudicatari per a la seva reparació, s'enviarà en el termini màxim de 5 dies, una unitat de substitució durant el període de temps que es requereixi per efectuar la reparació de la unitat malmesa.

ARRAY GUARANTEE

Reposició de reactius i "arrays" inutilitzats pel mal funcionament de l'equip. Servei d'escaneig d'emergència: En el cas improbable que fos necessari es proveirà d'un servei d'escaneig amb un màxim de 3 per any.

ANNEX 2

EQUIPS I ELEMENTS OBJECTE DE MANTENIMENT

EXP. F25.017NS

Equip i Model	S/N	Tipus de contracte
GCS3000 7G SCANNER		
GC30007G	50208310	AB Assurance 1PM+ Array Guarrantee
FS450	61108620	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
645	C0103670	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
FS450	FS1052	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
AUTO	A10810	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
SSYS	H917HQ2	AB Assurance 1PM + Array Guarrantee
STEPONEPLUS	272003461	Sup Plus site PM
STEPONEPLUS	272000404	Sup Plus site PM
QSPRO 7		
QUANTSTUDIO 7 PRO	2778721110058	AB Assurance 1PM
96-WELL FAST BLOCK	2778121020350	Addl TVOC with PM
TAC BLOCK	2778021110157	Addl TVOC with PM
384-WELL BLOCK	2778321121691	Addl TVOC with PM
QUANTSUDIO 3	272313437	AB Maintenance 1PM
QUANTSUTIO 5 BLOQUE DE 384	272533449	AB Assurance 1PM
QUANTSUTIO 5 BLOQUE DE 384	272533693	AB Assurance 1PM

ANNEX 3

TASQUES ESSENCIALS DEL MANTENIMENT PREVENTIU

EXP. F25.017NS

Descripció de les tasques mínimes que cal efectuar durant el manteniment preventiu, segons equip:

StepOnePlus, quantstudios:

- Revisió, neteja i manteniment de l'ordinador.
- Actualitzacions gratuïtes del programari que corregeixin errors de les versions del client. No estan incloses actualitzacions a versions superiors de pagament, però si les actualitzacions de programari necessàries.
- Revisió, neteja i ajust del sistema òptic.
- Desmuntatge, neteja, lubricació, muntatge i alineament de les peces mecàniques pertinents.
- Revisió, neteja i comprovació de valors de calibratge i uniformitat de temperatures de bloc del termociclador amb termòmetre i sonda calibrada.
- Execució de programes de diagnòstic de l'equip per a verificació del correcte funcionament.
- Substitució de la làmpada d'excitació (7300/7500/7500 Fast).
- Comprovació de valors de calibratge del sistema.
- Calibratge de la roda de filtres (7X00).
- Realització de calibratges espectrals.
- Repàs amb usuari/a el manteniment de l'equip, dubtes de funcionament i necessitats.
- Documentació de tasques de manteniment i resultats de verificació.

GENE CHIP

Els procediments del manteniment preventiu per a l'instrument GCS3000, inclou l'estació de dades, el forn 645, les fluidiques FS450 i l'escàner GCS3000.

- Revisar la versió de l'AGCC Versió, actualitzar-la si cal.
- Inspeccionar i revisar el sistema òptic.
- Neteja de l'òptica.
- Revisar el calibratge òptica.
- Alinear òptica si cal.
- Calibrar si cal.
- Salvaguardar els paràmetres de l'escàner.
- Netejar els sensors.
- Verificar la posició d'inici dels sensors.
- Verificar la càrrega correcta dels xips.
- Verificar la temperatura i la rotació al forn 645. Calibrar si cal.
- Canviar els blocs de rentat i els tubs de la bomba peristàltica de les FS450.
- Executar els protocols de test: temperatura, vàlvula, bomba, protocol de rentat i marcatge.
- Verificar i calibrar si cal l'escàner (FCD, FOC, linealitat 2.5, 1.5, 1.09, 0.7, l'arc 2.5, 1.5, 1.09, 0.7, i el fotomultiplicador)
- Verificar i calibrar si cal l'autocarregador.

ANNEX 4

**DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DE REQUISITS TÈCNICS ESSENCIALS
ESTABLERTS AL PPT**

EXP. F25.017NS

El/la Sr./Sra. [REDACTED] amb NIF núm. [REDACTED], en representació de l'empresa [REDACTED], amb CIF núm. [REDACTED], amb domicili a efectes de notificacions a [REDACTED], carrer [REDACTED], núm. [REDACTED], DECLARA:

- Que l'empresa que representa disposa de les acreditacions reglamentàries per a manipular els equips objecte de contracte.
- Que es compromet a executar el contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulades en els plecs i en l'oferta presentada.

I per a que així consti, signo la present declaració responsable, a [REDACTED], en data [REDACTED] de 202[REDACTED].

Nom i signatura