

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'EQUIPAMENTS,
REACTIUS, CONTROLS, CALIBRADORS I MATERIAL
FUNGIBLE PER A REALITZAR LES PROVES
D'AUTOIMMUNITAT I ALTRES PROVES

CS/CC00/1101442436/26/AMUP



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD6O3

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 1 de 75

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	5
1.3. Tècnics	5
2. Requeriments obligatoris	6
2.1. Normativa aplicable	6
2.2. Especificacions tècniques generals	6
2.3. Requisits tècnics obligatoris	6
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	12
3. Com presentar l'oferta	12
3.1. Oferta tècnica	12
3.2. Model d'oferta tècnica	12
3.3. Presentació de mostres	15
3.4. Documentació confidencial	15
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	15
4.1. Prevenció de riscos laborals	16
4.2. Formació	16
4.3. Manual d'usuari	16
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	16
4.4.1. Condicions de subministrament	16
4.4.2. Condicions dels equipaments	16
4.4.3. Garantia de subministrament	17
4.4.3.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	17
4.4.3.2. Garanties durant l'execució del contracte	19
4.4.3.3. Termini de lliurament	19
4.4.3.4. Unitats mínimes de comanda	19
4.4.3.5. Lloc de lliurament de les comandes	19
4.4.4. Sistema EDI	20
4.5. Condicions de l'operador logístic	22
4.5.1. Embalatges	22
4.5.2. L'albarà	23
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	23



- 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 24
- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ... 24
- 4.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 26



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 3 de 75

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament agregat d'equipaments, reactius, controls, calibradors i material fungible necessari per a la realització de les proves d'autoimmunitat i altres proves en els Laboratoris de l'Institut Català de la Salut.

Aquesta solució ha d'incloure:

- El subministrament dels reactius, controls, calibradors, solucions, material fungible i tot el material necessari per a l'activitat que consta en els lots corresponents.
- La cessió i / o el lloguer i el seu manteniment, dels equipaments necessaris:

Partida 1	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència	Lloguer/Manteniment
Partida 2	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència, compacte amb pantalla integrada	Lloguer/Manteniment
Partida 3	Analitzador automàtic d'immunoassaig per tècnica d'ELISA monotest	Cessió per ús (inclou manteniment)
Partida 4	Processador automàtic microplaques per tècnica d'ELISA	Lloguer/Manteniment
Partida 5	Robot Immunoblot sense bombes hidràuliques	Cessió per ús (inclou manteniment)
Partida 6	Analitzador d'enzimmunoassaig en tires de nitrocel·lulosa automatitzat	Cessió per ús (inclou manteniment)
Partida 7	Sistema automàtic immunoassaig per Immunoblot	Lloguer/Manteniment
Partida 8	Processador automàtic de microplaques d'ELISA i portaobjectes d'Immunofluorescència indirecta (IFI) amb lector automàtic de portaobjectes	Lloguer/Manteniment
Partida 9	Processador semiautomàtic de microplaques ELISA - Portaobjectes d'immunofluorescència indirecta (IFI)	Lloguer/Manteniment
Partida 10	Equip d'immunoassaig multiparamètric automatitzat	Lloguer/Manteniment

En aquesta licitació les quantitats indicades fan referència a l'activitat anual que han tingut els laboratoris clínics de l'Institut Català de la Salut. Les empreses licitadores hauran de garantir que aquesta activitat és satisfeta amb la seva proposta. L'incompliment d'aquest requeriment podrà comportar la resolució del contracte.

Abast de la contractació:

LABORATORIS:

- Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge – AH02].
- Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron [AH01].
- Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol – AH03].
- Laboratori Clínic Territorial de Girona [Parc Hospitalari Martí i Julià - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta – AH04].
- Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII – AH05 i Hospital Verge de la Cinta – AH07].
- Laboratoris Clínics Territorial de Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova – AH06]



1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que composen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que composen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gamma de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació. Aquest punt no afecta als calibradors, controls i altre material complementari.

L'expedient s'estructura en els següents partides:

Partida 1	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència
Partida 2	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència, compacte amb pantalla integrada
Partida 3	Analitzador automàtic d'immunoassaig per tècnica d'ELISA monotest
Partida 4	Processador automàtic microplaques per tècnica d'ELISA
Partida 5	Robot Immunoblot sense bombes hidràuliques
Partida 6	Analitzador d'enzimmunoassaig en tires de nitrocel·lulosa automatitzat
Partida 7	Sistema automàtic immunoassaig per Immunoblot
Partida 8	Processador automàtic de microplaques d'ELISA i portaobjectes d'Immunofluorescència indirecta (IFI) amb lector automàtic de portaobjectes
Partida 9	Processador semiautomàtic de microplaques ELISA - Portaobjectes d'immunofluorescència indirecta (IFI)
Partida 10	Equip d'immunoassaig multiparamètric automatitzat

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.



2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits tècnics obligatoris

Tant la Normativa aplicable descrita en punt 2.1, com els requisits que es detallen a continuació, son d'aplicació segons les partides que s'especifiquin.

Els diferents tipus d'equips i la quantitat que s'ofereixen han de ser suficients per donar resposta a l'activitat indicada en el Pla de Necessitats.

Si durant l'execució del contracte es demostra la insuficiència dels equip oferts per realitzar la activitat originalment indicada, l'adjudicatari haurà de completar la dotació necessària per a la seva consecució al seu càrrec, sense cap cost addicional.

Criteris obligatoris de totes les partides:

- S'ha de presentar oferta **com a mínim al 90% dels codis agrupadors** de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
- S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
- Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.
- Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.)
- Certificació Norma UNE-EN- ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.
- Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.
- Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats. Compra de material de referència, controls de qualitat i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori, a més de garantir el compliment de la qualitat dels resultats al llarg de la durada del present expedient.



2.3.1. Condicions bàsiques per tots els equipaments:

- Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres/QR.
- Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
- Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
- L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.

2.3.2 Condicions específiques de les partides:

Criteris obligatoris Partida 1:

- Connexió Host Query.
- Equip de quimioluminescència amb reactius refrigerats amb identificació positiva de les mostres.
- L'equipament ha de tenir accés aleatori de mostres.

Criteris obligatoris Partida 2:

- Connexió Host Query.
- Equip de quimioluminescència amb reactius refrigerats.
- L'equipament ha de tenir càrrega contínua (no necessitat de parar l'equip) de reactius, mostres, cubetes i reactius comuns (diluents de mostra, substrat i solució de rentat).

Criteris obligatoris Partida 3:

- Connexió Host Query.
- Cada mostra s'analitza individualment i paral·lelament a la seva corba de calibració i control intern propi, inclosos en la mateixa tira reactiva.
- Sistema amb capacitat de càrrega contínua.
- Sistema que permeti l'anàlisi simultània de diferents mostres amb diferents paràmetres.
- L'equipament ha de tenir accés aleatori de mostres.

Criteris obligatoris Partida 4:

- Connexió Host Query.
- Capacitat d'incubar a 37°C.

Criteris obligatoris Partida 5:

- Connexió Host Query.
- L'instrument realitza tots els passos automàticament des de la incubació de la mostra fins a la lectura dels resultats.
- Instrument sense contenidors de reactius comuns ni bombes hidràuliques.
- Sistema amb lectura automàtica dels resultats i interpretació semiquantitativa.
- Lector de tires integrat a l'analitzador.

Criteris obligatoris Partida 6:

- Instrument sense contenidors de reactius comuns ni bombes hidràuliques.
- Sistema amb lectura automàtica dels resultats i interpretació semiquantitativa.



Criteris obligatoris Partida 7:

- Connexió Host Query.
- L'instrument realitza tots els passos automàticament des de la dispensació de la mostra fins la lectura dels resultats.
- Sistema amb lectura automàtica del codi de barres dels tubs de mostra i dispensació automàtica de les mostres.
- Sistema amb lectura automàtica dels resultats i interpretació semiquantitativa.

Criteris obligatoris Partida 8:

- Connexió Host Query.
- Lector Automàtic de portaobjectes d'IFI.
- Microscopi de fluorescència per a lectura manual de portaobjectes d'IFI.
- Disponibilitat d'una plataforma per a la visualització en remot dels resultats entre els laboratoris.

Criteris obligatoris Partida 9:

- Connexió Host Query.
- Automatització de tècniques d'ELISA, BLOT i IFI en el mateix equip.
- Capacitat per a dues plaques d'ELISA i 91 tubs de mostra.

Criteris obligatoris Partida 10:

- Connexió Host Query.
- Metodologia d'immunoassaig fluorimètric multianalit
- Fins a 150 tubs de mostra de càrrega simultània.
- Emissió de resultats per panell d'anticossos.

En el cas que les empreses licitadores no compleixin els criteris bàsics establerts en els punt 2.3., 2.3.1 i 2.3.2 la seva oferta no serà avaluada i per tant es rebutjarà.

2.3.3. Manteniment

2.3.2.1 Condicions del manteniment:

Garantir el manteniment dels equipaments i instal·lacions inclosos en aquesta licitació. L'adjudicatari tindrà cura permanent dels equipaments, sistemes i instal·lacions durant el període de vigència del contracte.

Garantir l'òptim funcionament permanent dels sistemes, instal·lacions i equipaments inclosos en la contractació, mitjançant l'òptim estat de conservació de cadascun dels elements, i la seva ràpida reposició segons les especificacions detallades.

Garantir el compliment de les normatives vigents sobre els sistemes, instal·lacions i equipaments, mantenint al dia les inspeccions i revisions normatives, i actualitzar qualsevol instal·lació a les modificacions que poguessin donar-se en qualsevol normativa o ordenança.

Ajustar-se al compliment de les normes de qualitat del laboratori.

2.3.2.2 Tipus de manteniment:



El manteniment a oferir és a tot risc i/o integral per a tots els àmbits de la contractació.

El servei de manteniment inclourà els costos de mà d'obra i tots els materials, la substitució de peces, recanvis i altres elements necessaris per garantir el correcte funcionament dels equipaments.

Els costos de mà d'obra i materials necessaris per reparar o finalitzar els treballs erronis, incomplets o executats incomplint la normativa vigent, seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.3.2.3. Tipus d'intervenció:

Les intervencions de manteniment a realitzar son de tres tipus: preventiu, normatiu, i correctiu.

El manteniment preventiu consta d'una sèrie d'accions sistemàtiques i necessàries, i d'obligat compliment, per conservar i garantir el bon funcionament de les instal·lacions i equipaments. El manteniment preventiu es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat pactat amb el laboratori i seguint les normes de qualitat.

El manteniment normatiu, també és realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat, segons indiquin els diferents organismes oficials i el propi laboratori. En el manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent. Les revisions normatives periòdiques aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, a l'igual que la contractació, quan sigui necessari, d'una empresa d'inspecció i control (EIC) per realitzar la inspecció d'acord amb la normativa vigent. L'adjudicatari del manteniment s'assegurarà també de fer arribar una còpia a la Direcció del Laboratori de l'acta de cadascuna de les inspeccions que es realitzin.

El manteniment correctiu comporta la solució i reparació de les avaries i disfuncions que sorgeixen en els diversos sistemes, instal·lacions, i equipaments, sota les següents condicions:

- Per als laboratoris amb activitat urgent. S'ha de garantir la seva continuïtat 24 hores els 365 dies de l'any mitjançant sistemes de suport hot-line i reparacions urgents presencials en cas que sigui necessari. El temps de resposta en cas d'avaries urgents ha de ser inferior a 2 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- Per als laboratoris amb activitat programada. S'ha de garantir la continuïtat del servei de 8 a 22 hores, els dies laborables, de dilluns a divendres, mitjançant hot-line i reparacions. El temps de resposta ha de ser inferior a 4 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- En cas que la previsió de l'aturada del sistema sigui de dues jornades o més, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec.
- L'adjudicatari haurà de proporcionar un informe amb la planificació de les intervencions que realitzaran respecte els manteniments preventius i normatius.

2.3.2.4. Característiques generals del manteniment:

Tant per a les tasques de manteniment preventiu com per a la resolució d'avaries, els equips humans estaran dotats dels mitjans tècnics i materials que calgui a fi de poder realitzar els treballs previstos.



Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les tasques pròpies del servei de laboratori clínic, i sempre amb el coneixement del responsable d'aquest. Aquelles operacions que representin molèsties per al personal del centre o bé per al públic s'hauran de programar d'acord amb el responsable del laboratori.

Una vegada acabada la intervenció, el tècnic romandrà a les instal·lacions fins que hi hagi plena constància del bon funcionament dels equips en condicions de rutina. Un cop realitzats els manteniments el sistema ha de quedar en posició de verificat.

2.3.3 Control de qualitat:

L'adjudicatari haurà de facilitar els materials de control intern i extern adients i necessaris per garantir la qualitat dels resultats:

- En cas que el laboratori ho requereixi, els controls **externs** s'escolliran tenint en compte que participin en un exercici de comparació inter-laboratori a nivell mundial. L'adjudicatari garantirà, i finançarà la participació en els programes d'avaluació externa de la qualitat escollits pels diferents laboratoris objecte d'aquesta licitació
- Les característiques metrològiques han d'estar en els límits establerts per la Unitat de Garantia de la Qualitat del Laboratori.
- Els resultats obtinguts per la Unitat de Garantia de la Qualitat de cada centre, es lliuraran en cas necessari a l'adjudicatari. En cas que s'incompleixin els criteris de la qualitat establerts, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec, en el termini màxim de 48 hores.

2.3.4 Connexió al Sistema Informàtic del Laboratori:

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de la integració amb el SIL corporatiu actual, Modulab de Werfen. Instal·lat en tots els laboratoris clínics de l'ICS.

Tanmateix, si durant la vigència del contracte es produeix una actualització, renovació tecnològica o s'instal·len més equips l'adjudicatari ha de fer-se càrrec d'aquesta integració.

En el cas que no es treballi amb SIL, facilitar una aplicació equivalent per la traçabilitat, gestió i validació de resultats.

Si es el cas que s'oferti una plataforma per la monitorització de l'equipament el licitador per poder desplegar la solució de monitorització haurà de complir els requeriments de seguretat estàndard de l'agència de ciberseguretat de Catalunya i complir les polítiques de seguretat regides per l'Institut Català de Salut.

L'adjudicatari aportarà la maquinària per poder hostejar la solució de monitorització i caldrà adoptar el mecanismes de seguretat que indiqui el centre en les seves polítiques de seguretat en les TIC.



L'adjudicatari aportarà en cas de requeriment, equipament per hostejar els SSII. Haurà de descriure els requeriments de hardware i software necessari per desplegar els components informàtics. Aquests seran desplegats en les infraestructures virtuals corporatives del centres sanitaris o CPD corporatius.

La proposta ha de clarificar els requeriments de la solució. Tanmateix, el proveïdor garantirà que el seu sistema sempre funcionarà sobre un software base (sistema operatiu, gestor de bases de dades) en suport de fabricant i assumirà els costos derivats de les actualitzacions quan aquests software quedin fora de suport.

2.3.5 Actualitzacions tècniques als equipaments actuals:

L'adjudicatari incorporarà les modificacions, millores, i actualitzacions tècniques i de software que es puguin desenvolupar durant la vigència del contracte, i que siguin d'interès per a l'ICS, previ acord amb la direcció dels laboratoris. I sense que aquesta actualització impliqui cap increment del preu del contracte ni cap modificació de la seva durada.

Els proveïdors queden obligats durant la vigència del contracte, i les seves eventuais pròrrogues, a:

- L'exercici de la tutoria tècnica de les instal·lacions i materials per assegurar el seu aprofitament al 100%.
- La informació de les millores tecnològiques, l'ampliació del catàleg de productes, l'aparició de nous instruments, noves versions d'equipament i de software, etc.

2.3.6 Característiques generals de la instal·lació:

Els equips s'han d'ubicar a l'espai que indiqui cada laboratori, incloent possibles trasllats durant la vigència del contracte. Les tasques d'adequació dels espais necessaris per a la instal·lació dels equips i els altres equipaments auxiliars, aniran a càrrec del proveïdor.

La instal·lació de l'equipament porta implícita la necessària adequació dels espais i tot allò relacionat amb garantir un correcte funcionament dels equips així com amb facilitar la funcionalitat dels espais i aconseguir un adequat entorn físic de treball i salut laboral.

Tots els equips ofertats disposaran d'un sistema d'alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI) que anirà a càrrec del proveïdor.

En cas dels equipaments que requereixin aigua desionitzada el proveïdor instal·larà i mantindrà els equips necessaris al seu càrrec.

Els licitadors donaran el servei de suport a la instal·lació, i la connectivitat al SIL propi de cada laboratori.

Els equips i sistemes s'entendran lliurats un cop instal·lats i en condicions de correcte funcionament i integració al sistema informàtic del laboratori. Les tasques d'adequació dels espais, transport, instal·lació, intercomunicació i posada en funcionament són a càrrec de l'adjudicatari, així com els trasllats de la maquinària per canvis d'ubicació.



2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar l'oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada, excepte aquella que justifiqui el compliment dels requisits obligatoris i aquella on es reflecteixin els ítems a valorar de criteris objectius i subjectius. Si és necessari, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de l'oferta. L'oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o



- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.



- **Fitxa tècnica d'equipaments - ANNEX D3:**

S'haurà d'omplir el full Excel anomenat Annex D3 Fitxa Tècnica Equipaments amb les dades que es demanen i indicar en quina carpeta o arxiu es troba la documentació de l'equipament ofertat.

La documentació tècnica pròpia dels equips, s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **Fitxa tècnica_equipos**.

Dins d'aquesta carpeta.ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques dels equips. El fitxer de cada una de les fitxes, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **EQUIP-Núm. de Lot**

- **Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació de criteris objectius**

S'haurà d'omplir el full Excel anomenat Annex D4_110XXXXX. El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública.

- **Criteris d'obligat compliment - ANNEX D5:**

S'ha d'omplir el full Excel anomenat Annex D5 Criteris obligat compliment per partida.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **Annex D5 Criteris obligat compliment**. Dins d'aquesta carpeta caldrà adjuntar la relació de documents que acreditin els criteris d'obligat compliment (PPT 2.3).

En el cas que la documentació del proveïdor no reflecteixi els requisits obligatoris sol·licitats (punt 2.3 del PPT) l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduït al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

- **Condicions bàsiques equipaments - ANNEX D6:**

S'ha d'omplir el full Excel anomenat Annex D6 Condicions bàsiques dels equipaments

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **Annex D6 Condicions bàsiques dels equipaments**. Dins d'aquesta carpeta caldrà adjuntar la relació de documents que acreditin les condicions bàsiques dels equipaments (PPT 2.3.1.).

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.



3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista



4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Condicions dels equipaments

Els responsables de cada centre lliuraran als adjudicataris **el calendari previst per a la instal·lació dels equips dins dels 60 dies posteriors a l'adjudicació.**

El proveïdor haurà d'obtenir les llicències, visats, certificats, permisos oficials, homologacions o qualsevol document necessari o convenient per a l'ús, consum o funcionament dels productes subministrats. El cap de servei li podrà sol·licitar la documentació acreditativa que li permeti garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de confidencialitat de la informació i la necessària per a l'assoliment de la certificació o acreditació segons la norma UNE-EN ISO vigent al laboratori.

El proveïdor lliurarà a cada laboratori:



- La documentació tècnica dels equipaments en la qual s'incorporaran en castellà i/o català els manuals de descripció tècnica, la programació del manteniment preventiu i el manual de procediment en cas d'avaries així com els manuals d'instruccions de funcionament i de manteniment dels instruments que ha de realitzar l'usuari, amb un esquema de funcionament i tota la documentació legal necessària per a la seva utilització.
- El manual d'usuari o protocol d'utilització del material.

La data i lloc de lliurament i instal·lació s'efectuarà en funció del cronograma establert per a cada laboratori per a la implantació de l'equipament adjudicat i d'acord amb les instruccions de la Direcció del laboratori.

Un cop instal·lats i en funcionament els equips, **els adjudicataris emetran un certificat** conforme compleixen els requisits especificats pel propi fabricant i que no han sofert cap deteriorament en el procés de transport i instal·lació.

Pels sistemes que ho permetin, es consideraran verificats quan s'acompleixin les prestacions del proveïdor. En el cas que l'equipament no compleixi les especificacions previstes l'empresa adjudicatària els substituirà de forma immediata.

L'adjudicatari s'haurà d'ajustar als requeriments de posada en marxa de cada equip analític segons les normes de qualitat establertes en el laboratori.

L'empresa adjudicatària retirarà i substituirà els equipaments defectuosos segons les especificacions de l'equip, o amb disfuncions detectades pels tècnics dels laboratoris, per altres de nous en les condicions tècniques adequades sense cap càrrec en un termini màxim d' 1 mes.

4.4.3. Garantia de subministrament

4.4.3.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats



- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '**Sol·licitud d'alta de nou usuari**', a l'apartat '**Alta per a nous usuaris**'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

- b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	



Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.3.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.3.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.3.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.3.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.



El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.4. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:



Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis i fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda



- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat



- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.



En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.- La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.- La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.- Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. **Identifiqueu-vos** quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).



2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:



7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D3 - Fitxes tècniques equipaments
ANNEX D4 - Model i guia de l'annex D4
ANNEX D5 - Criteris obligat compliment
ANNEX D6 - Condicions bàsiques equipament
ANNEX E - Presentació de mostres



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 27 de 75

ANNEX A – Característiques de la Licitació



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 28 de 75

S/ Institut Català de la Salut
ANNEX A_ CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

Partida 1	Descripció de la Partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	Partida Obligatòria
1	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència	999104444	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgG, reactiu (CLIA)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104445	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)	
		999104446	A-Anticossos anti-cardiolipina IgG, reactiu (CLIA)	
		999104448	A-Anticossos anti-col-lagen tipus IV (cadena Alfa-3), reactiu (CLIA)	
		999104450	A-Anticossos anti-ADNs quantificació, reactiu (CLIA)	
		999104451	A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)	
		999104452	A-Anticossos anti-MPO,reactiu, (CLIA)	
		999104453	A-Anticossos anti-peptíds citrul·linats, reactiu, (CLIA)	
		999104454	A-Anticossos anti-PDC,reactiu (CLIA)	
		999104455	A-Anticossos anti-PR3 IgG, reactiu (CLIA)	
		999104456	A-Anticossos anti-transglutaminasa IgA, reactiu (CLIA)	
		999104457	A-Anticossos anti-transglutaminasa IgG, reactiu (CLIA)	
		999104459	A-Anticossos anti-RNP (U1),reactiu (CLIA)	
		999104460	A-Anticossos anti-Scl-70,reactiu (CLIA)	
		999104461	A-Anticossos anti-Sm,reactiu (CLIA)	
		999104462	A-Anticossos anti-SS-A (Ro),reactiu (CLIA)	
		999104463	A-Anticossos anti-SS-B (La),reactiu (CLIA)	
		999104464	A-Anticossos anti-SS-A (Ro52),reactiu (CLIA)	
		999104465	A-Anticossos anti-Jo1,reactiu (CLIA)	
		999104466	A-Anticossos anti-ENA, cribatge amb mescla d'antigens, reactiu(CLIA)	
		999104467	A-Anticossos anti-DFS70 (LEDGF),reactiu (CLIA)	
		999104468	A-Anticossos anti-3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa (HMGCR),reactiu (CLIA)	
		999104469	A-Anticossos anti-immunoglobulina A anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)	
		999104470	A-Anticossos anti-immunoglobulina G anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)	
		999104471	A-Anticossos anti-factor de von Willebrand (FVW) (cofactor de la ristocetina) (RCO), reactiu	
		999104472	A-Anticossos anti-calprotectina-Femta, reactiu (CLIA)	
		999104473	A-Anticossos anti-calprotectina en sèrum,reactiu (CLIA)	
		999104474	A- Control(CLIA)	
		999104475	A-Calibrador(CLIA)	
		999104476	A-Altres material fungible(CLIA)	
		999104609	A-Anticossos anti-cardiolipina IgM, reactiu, (CLIA)	
		999104635	A-Anticossos anti-ENA, reactiu (CLIA)	
		999104636	A-Anticossos antigènic factor de von Willebrand (FVW:Ag), reactiu	
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratori	
		902000003	LI. Aparells laboratori	
2	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència, compacte amb pantalla integrada	999104447	A-Anticossos anti-cardiolipina IgM, reactiu (CLIA)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104451	A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)	
		999104474	A- Control(CLIA)	
		999104475	A-Calibrador(CLIA)	
		999104476	A-Altres material fungible(CLIA)	
		999104478	A-Anticossos anti-cardiolipina IgA, reactiu, (CLIA)	
		999104480	A-Anticossos anti-GAD65, reactiu (ELISA)	
		999104481	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgG,reactiu (CLIA)	
		999104482	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)	
		999104483	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna, cribatge, reactiu (CLIA)	
		999104484	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgA, reactiu (CLIA)	
3	Anàlitzador automàtic d'immunoassaig per tècnica d'ELISA monotest	999104608	A-Anticossos anti-cardiolipina IgG, reactiu, (CLIA)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104652	A-Anticossos anti-Cardiolipina, cribatge, reactiu (CLIA)	
		999104488	A-Anticossos anti-complement C1q, reactiu, (ELISA)	
		999104489	A-Anticossos anti-histones, reactiu, (ELISA)	
		999104491	A-Anticossos anti-nucleosomes, reactiu, (ELISA)	
		999104494	A-Anticossos anti-ANCA-catepsina G, reactiu, (ELISA)	
4	Processador automàtic microplaques per tècnica d'ELISA	999104495	A-Anticossos anti-ANCA-lactoferrina, reactiu, (ELISA)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104593	A-Altres material fungible(ELISA)	
		999104648	A-Anticossos anti-ANCA-lisozima, reactiu, (ELISA)	
		999104649	A-Anticossos anti-proteïna de aumento de la permeabilidad/bactericida (BPI), reactiu, (ELISA)	
		999104480	A-Anticossos anti-GAD65, reactiu (ELISA)	
		999104548	A-Anticossos anti-Zn 8 (ZnT8A) (ELISA), reactiu	
		999104583	A-Anticossos anti-gangliòsids IgG/IgM, cribatge, reactiu, (ELISA)	
		999104584	A-Anticossos anti-IA2, reactiu, (ELISA)	
		999104585	A-Anticossos anti-receptor d'acetilcolina, reactiu, (ELISA)	
5	Robot Immunoblot sense bombes hidràuliques	999104586	A-Anticossos anti-receptor de TSH, reactiu, (ELISA)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104587	A-Anticossos anti-MuSK, reactiu, (ELISA)	
		999104590	A-Anticossos anti-DM-I (GAD, IA, Zn8T), reactiu, (ELISA)	
		999104593	A-Altres material fungible(ELISA)	
		999104499	A-Anticossos anti-gangliòsids IgM, perfil, reactiu (BLOT)	
		999104500	A-Anticossos anti-gangliòsids IgG, perfil, reactiu(BLOT)	
6	Anàlitzador d'enzimmunoassaig en tires de nitrocel·lulosa automatitzat	999104501	A-Anticossos miositis, perfil, reactiu, (BLOT)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104502	A-Anticossos anti-HAI, perfil, reactiu (BLOT)	
		999104517	A- Control(BLOT)	
		999104519	A-Altres material fungible(BLOT)	
		999104506	A-Anticossos anti-Miositis, perfil, reactiu, (BLOT)	
		999104507	A-Anticossos anti-Hepatopatia immunològica, perfil, reactiu (BLOT)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104517	A- Control(BLOT)	
		999104519	A-Altres material fungible(BLOT)	



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

S/ Institut Català de la Salut
ANNEX A_ CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

Partida 1	Descripció de la Partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	Partida Obligatòria
7	Sistema automàtic immunoassaig per Immunoblot	999104493	A-Anticossos anti-HAI,+ F.Actina reactiu, (BLOT)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104511	A-Anticossos anti-neuronals, cribratge, reactiu (BLOT)	
		999104512	A-Anticossos anti-gangliòsids IgG, cribratge, reactiu (BLOT)	
		999104513	A-Anticossos anti-gangliòsids IgM ,cribratge, reactiu, (BLOT)	
		999104514	A-Anticossos anti-ANA, perfil, reactiu (BLOT)	
		999104517	A- Control(BLOT)	
		999104519	A-Altres material fungible(BLOT)	
		999104611	A-Anticossos anti-esclerodèrmia, perfil, reactiu (BLOT)	
		999104612	A-Anticossos anti-Miositis,perfil, reactiu (BLOT)	
		999104650	A-Anticossos anti-ANCA, perfil, reactiu, (BLOT)	
8	Processador automàtic de microplaques d'ELISA i portaobjectes d'Immunofluorescència indirecta (IFI) amb lector automàtic de portaobjectes	901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratori	mínim al 90% dels codis agrupadors
		902000003	LI. Aparells laboratori	
		999104449	A-Anticossos anti-ADNss, quantificació, reactiu (ELISA)	
		999104492	A- Anticossos anti-pANCA (anti-MPO) , anti cANCA (anti-PR3) i xANCA, reactiu (IFI)	
		999104523	A-Anticossos anti-desmogleina-1, IgG, reactiu,(IFI)	
		999104524	A-Anticossos anti-desmogleina 3, IgG, reactiu,(IFI)	
		999104525	A-Anticossos anti-ADNn (Cithidia lucilliae), reactiu, (IFI)	
		999104526	A-Anticossos anti-endomisi IgA, reactiu, (IFI)	
		999104527	A-Anticossos anti-endomisi IgG, reactiu, (IFI)	
		999104528	A-Anticossos anti-epidermis, cribratge, reactiu, (IFI)	
		999104529	A-Anticossos anti-ICA (qualitatiu),reactiu (IFI)	
		999104530	A-Anticossos anti-LKM, reactiu, (IFI)	
		999104533	A-Anticossos múscul estriat, reactiu, (IFI)	
		999104535	A-Anticossos anti-nuclears (ANA) reactiu, (IFI)	
		999104536	A-Anticossos anti-ASCAs, reactiu, (IFI)	
		999104537	A-Anticossos anti-cèl·lules suprarenals, reactiu, (IFI)	
		999104538	A-Anticossos anti-MOG (glicoproteïna d'oligodendrocits de Mielina) i anti-aquaporina 4 (NMO), reactiu, (IFI)	
		999104540	A-Anticossos anti-actina F (cèl·lula VSM47 en triple teixit), reactiu, (IFI)	
		999104541	A-Anticossos anti-neuronals,reactiu,(IFI)	
		999104542	A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), reactiu, (IFI)	
		999104543	A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), perfil, reactiu, (IFI)	
		999104544	A-Anticossos anti-IgG ON5 reactiu, (IFI)	
		999104545	A-Anticossos anti-THSD7A, reactiu, (IFI)	
		999104547	A-Anticossos anti-Laminina 332 MMP, reactiu (IFI)	
		999104549	A-Anticossos anti-cANCA (citoplasmàtic ANCA) i pANCA (perinuclear ANCA), reactiu, (IFI)	
		999104550	A-Anticossos anti-IgG humana FITC, reactiu,(IFI)	
		999104551	A-Anticossos anti-AKS (Adenilato Kinasa 5), reactiu, (IFI)	
		999104553	A-Anticossos anti-KLHL11(Kelch-like 11), reactiu, (IFI)	
		999104554	A-Anticossos anti-Nodals / Paranodals, reactiu, (IFI)	
		999104556	A-Anticossos anti-LC1 (Cytosolicleier antigen tipus 1), reactiu, (IFI)	
		999104557	A-Anticossos anti-AMA (Ac. anti-mitochondrials), ANA (Ac. anti-nuclears), ASMA (ac. Anti-Múscul Llís), reactiu, (IFI)	
		999104558	A-Anticossos anti-ANA-HEp-2, reactiu, (IFI)	
		999104559	A- Control(IFI)	
		999104561	A-Altres material fungible(IFI)	
		999104588	A-Anticossos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IgG4), reactiu, (ELISA)	
		999104593	A-Altres material fungible(ELISA)	
		999104594	A-Anticossos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IgG4),reactiu, (IFI)	
		999104602	A- Anticossos anti-quinasa específica del múscul (MuSK)	
		999104637	A- Anticossos anti-F-actina (IFI)	
		999104646	A-Anticossos anti-neuronals,cribratge, reactiu, (IFI)	
		999104647	A-Anticossos anti-transportador de zinc 8 (ZnT8A), reactiu,(ELISA)	
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratori	
		902000003	LI. Aparells laboratori	
9	Processador semiautomàtic de microplaques ELISA - Portaobjectes d'immunofluorescència indirecta (IFI)	999100148	A-17-Hidroxiprogesterona, reactiu, (ELISA)	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104563	A-Anticossos anti-Cromogranina A(ELISA)	
		999104566	A-Altres material fungible(ELISA)	
		999104610	A-Anticossos anti-àcid Glutàmic Decarboxilasa (GAD65) quantitatiu, reactiu, (ELISA)	
		999104616	A-Anticossos anti-anti-tirosina fosfatasa (IA2), reactiu, (ELISA)	
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratori	
10	Equip d'immunoassaig multiparamètric automatitzat	902000003	LI. Aparells laboratori	mínim al 90% dels codis agrupadors
		999104603	A-Síndrome Antifosfolipid (APS), IgG, perfil, reactiu, (PMAT)	
		999104604	A-Síndrome Antifosfolipid (APS), IgM, perfil, reactiu, (PMAT)	
		999104615	A-Ac.anti-transglutaminasa IgA, reactiu, (PMAT)	
		999104617	A-Ac.anti-connectivopatia, reactiu, (PMAT)	
		999104653	A- Control (PMAT)	
		999104654	A-Altres Material Fungible (PMAT)	
		999104655	A-Calibrador (PMAT)	
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratori	
		902000003	LI. Aparells laboratori	



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 30 de 75

S/ Institut Català
de la Salut
ANNEX A. Addenda

Partida 1	Descripció de la Partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total general
1	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència	999104444	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgG, reactiu (CLIA)		4.279			966			5.245
		999104445	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)		4.153			876			5.029
		999104446	A-Anticossos anti-cardiolipina IgG, reactiu (CLIA)		4.310			1.768			6.078
		999104448	A-Anticossos anti-col-lagen tipus IV (cadena Alfa-3), reactiu (CLIA)	503	1.027	126	360	625			2.641
		999104450	A-Anticossos anti-ADNds quantificació, reactiu (CLIA)		2.660			1.560			4.220
		999104451	A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)					687			687
		999104452	A-Anticossos anti-MPO,reactiu, (CLIA)	1.575	3.570	430	3.396	2.051			11.022
		999104453	A-Anticossos anti-peptíds citrul·linats, reactiu, (CLIA)	6.103	4.920	2.922	2.635				16.580
		999104454	A-Anticossos anti-PDC,reactiu (CLIA)					500			500
		999104455	A-Anticossos anti-PR3 IgG, reactiu (CLIA)	1.551	3.173	430	3.448	1.801			10.403
		999104456	A-Anticossos anti-transglutaminasa IgA, reactiu (CLIA)			17.500			12.305		29.805
		999104457	A-Anticossos anti-transglutaminasa IgG, reactiu (CLIA)			167	398	118			683
		999104459	A-Anticossos anti-RNP (U1),reactiu (CLIA)					100			100
		999104460	A-Anticossos anti-Scl-70,reactiu (CLIA)					50			50
		999104461	A-Anticossos anti-Sm,reactiu (CLIA)					100			100
		999104462	A-Anticossos anti-SS-A (Ro),reactiu (CLIA)					200			200
		999104463	A-Anticossos anti-SS-B (La),reactiu (CLIA)					200			200
		999104464	A-Anticossos anti-SS-A (Ro52),reactiu (CLIA)					200			200
		999104465	A-Anticossos anti-Jo1,reactiu (CLIA)					100			100
		999104466	A-Anticossos anti-ENA, cribratge amb mescla d'antígens, reactiu(CLIA)					3.192			3.193
		999104467	A-Anticossos anti-DPS70 (LEDGF),reactiu (CLIA)					184			184
		999104468	A-Anticossos anti-3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa (HMGCR),reactiu (CLIA)	145							145
		999104469	A-Anticossos anti-immunoglobulina A anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)			633					633
		999104470	A-Anticossos anti-immunoglobulina G anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)			124					124
		999104471	A-Anticossos anti-factor de von Willebrand (FvW) (cofactor de la ristocetina) (RCo), reactiu				156				156
		999104472	A-Anticossos anti-calprotectina-femta, reactiu (CLIA)			3.677		4.390			8.067
		999104473	A-Anticossos anti-calprotectina en sèrum,reactiu (CLIA)		800						800
		999104474	A- Control(CLIA)	6.103	36	23	139	47			6.348
		999104475	A-Calibrador(CLIA)	100	26	38	128	55			347
		999104476	A-Altres material fungible(CLIA)	100	360	312	296	157			1.225
		999104609	A-Anticossos anti-cardiolipina IgM, reactiu, (CLIA)		4.253			1.771			6.024
		999104635	A-Anticossos anti-ENA, reactiu (CLIA)			1.866					1.866
		999104636	A-Anticossos antigènics factor de von Willebrand (FvW:Ag), reactiu				157				157
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratori	1	2	2	2	2			9
		902000003	LI. Aparells laboratori	1	2	2	2	2			9
2	Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència, compacte amb pantalla integrada	999104447	A-Anticossos anti-cardiolipina IgM, reactiu (CLIA)	5.500		1.443					6.943
		999104451	A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)	2.375		1.489					3.864
		999104474	A- Control(CLIA)	100		100					200
		999104475	A-Calibrador(CLIA)	100		100					200
		999104476	A-Altres material fungible(CLIA)	100		100					200
		999104478	A-Anticossos anti-cardiolipina IgA, reactiu, (CLIA)	1.350		72					1.422
		999104480	A-Anticossos anti-GAD65, reactiu (ELISA)	1.763							1.763
		999104481	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgG,reactiu (CLIA)	11.281		2.886					14.167
		999104482	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)	7.894		1.515					9.409
		999104483	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna, cribratge, reactiu (CLIA)	6.000		1.443					7.443
		999104484	A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgA, reactiu (CLIA)	5.000		1.443					6.443
		999104608	A-Anticossos anti-cardiolipina IgG, reactiu, (CLIA)	5.597		1.443					7.040
		999104652	A-Anticossos anti-Cardiolipina, cribratge, reactiu (CLIA)	6.000							6.000
3	Anàlitzador automàtic d'immunoassaig per tècnica d'ELISA monostest	999104488	A-Anticossos anti-complement C1q, reactiu, (ELISA)								125
		999104489	A-Anticossos anti-histones, reactiu, (ELISA)					250			250
		999104491	A-Anticossos anti-nucleosomes, reactiu, (ELISA)					250			250
		999104494	A-Anticossos anti-ANCA-catepsina G, reactiu, (ELISA)					40			40
		999104495	A-Anticossos anti-ANCA-lactoferrina, reactiu, (ELISA)					40			40
		999104593	A-Altres material fungible(ELISA)					100			100
		999104648	A-Anticossos anti-ANCA-Isozima, reactiu, (ELISA)					40			40
		999104649	A-Anticossos anti-proteïna de aumento de la permeabilitat/bactericida (BPI), reactiu, (ELISA)					40			40
		999104480	A-Anticossos anti-GAD65, reactiu (ELISA)			516			1.483		1.999
		999104548	A-Anticossos anti-Zn 8 (ZnT8A) (ELISA), reactiu			316			1.400		1.716
4	Processador automàtic microplaques per tècnica d'ELISA	999104583	A-Anticossos anti-gangliòsids IgG/IgM, cribratge, reactiu, (ELISA)			224					224
		999104584	A-Anticossos anti-IA2, reactiu, (ELISA)	1.119		513			1.413		3.045
		999104585	A-Anticossos anti-receptor d'acetilcolina, reactiu, (ELISA)	721		153			250		1.124
		999104586	A-Anticossos anti-receptor de TSH, reactiu, (ELISA)			2.106					2.106
		999104587	A-Anticossos anti-MuSK, reactiu, (ELISA)			25					25
		999104590	A-Anticossos anti-IDA 1 (IGAD, IA, ZnBT), reactiu, (ELISA)					800			800
		999104593	A-Altres material fungible(ELISA)	100		100			100		300
5	Robot Immunoblot sense bombes hidràuliques	999104499	A-Anticossos anti-gangliòsid IgM, perfil, reactiu (BLOT)		351						351
		999104500	A-Anticossos anti-gangliòsid IgG, perfil, reactiu(BLOT)		351						351
		999104501	A-Anticossos miositis, perfil, reactiu, (BLOT)			938					938
		999104502	A-Anticossos anti-HA1, perfil, reactiu (BLOT)			295					295
		999104517	A- Control(BLOT)		100						100
		999104519	A-Altres material fungible(BLOT)		100						100
6	Anàlitzador d'ensimmoassaig en tires de nitrocel·lulosa automatitzat	999104506	A-Anticossos anti-Miositis, perfil, reactiu, (BLOT)			482					482
		999104507	A-Anticossos anti-Hepatopatia immunològica, perfil, reactiu (BLOT)			210					210
		999104517	A- Control(BLOT)			100					100
		999104519	A-Altres material fungible(BLOT)			100					100



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 31 de 75

S/ Institut Català
de la Salut

ANNEX A_ Addenda

Partida 1	Descripció de la Partida	Codi Agrupador	Descripció del codi agrupador	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total General
7	Sistema automàtic immunoassaig per Immunoblot	999104493	A-Anticossos anti-HA1+ F-Actina reactiu, (BLOT)	1.267			972	540	300	171	3.250
		999104511	A-Anticossos anti-neuronals, cribratge, reactiu (BLOT)	570	696	272		166	387	95	2.186
		999104512	A-Anticossos anti-gangliòsids IgG, cribratge, reactiu (BLOT)				108		146		254
		999104513	A-Anticossos anti-gangliòsids IgM, cribratge, reactiu, (BLOT)				108		146		254
		999104514	A-Anticossos anti-ANA, perfil, reactiu (BLOT)	120		520	767	530		375	2.312
		999104517	A- Control(BLOT)							7	7
		999104519	A-Altre material fungible(BLOT)	100	100	103	137	100	100	100	740
		999104611	A-Anticossos anti-esclerodèrmia, perfil, reactiu (BLOT)	442	1.010	159	154	212	155	108	2.240
		999104612	A-Anticossos anti-Mixidis, perfil, reactiu (BLOT)	799			129	438	170	183	1.719
		999104650	A-Anticossos anti-ANCA, perfil, reactiu, (BLOT)	198							198
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratoris	1	1	1	1	1	1	1	7
		902000003	LI. Aparells laboratoris	1	1	1	1	1	1	1	7
		999104449	A-Anticossos anti-ADNss, quantificació, reactiu (ELISA)					500			500
		999104492	A- Anticossos anti-pANCA (anti-MPO) , anti cANCA (anti-PR3) i xANCA, reactiu (IFI)	4.399	49	1.550	50		2.775		8.823
		999104523	A-Anticossos anti-desmogleina-1, IgG, reactiu,(IFI)								50
		999104524	A-Anticossos anti-desmogleina 3, IgG, reactiu,(IFI)								50
8	Processador automàtic de microplaques d'ELISA i portaobjectes d'immunofluorescència indirecta (IFI) amb lector automàtic de portaobjectes	999104525	A-Anticossos anti-ADNn (Crithidia lucillae), reactiu, (IFI)	273	10	103			56	600	1.042
		999104526	A-Anticossos anti-endomisí IgA, reactiu, (IFI)	299	161	321	32		90		903
		999104527	A-Anticossos anti-endomisí IgG, reactiu, (IFI)	34	7	12					53
		999104528	A-Anticossos anti-epidermis, cribratge, reactiu, (IFI)	121	109	195					425
		999104529	A-Anticossos anti-ICA (qualitatiu),reactiu (IFI)	542							542
		999104530	A-Anticossos anti-IRM, reactiu, (IFI)		11.030	4.428	3.653	7.344	6.553	1.410	34.418
		999104533	A-Anticossos múscul estriat, reactiu, (IFI)	67							67
		999104535	A-Anticossos anti-nuclears (ANA) reactiu, (IFI)		19.431	13.643	12.352	10.000	12.012	4.022	71.460
		999104536	A-Anticossos anti-ASCAs, reactiu, (IFI)			266					266
		999104537	A-Anticossos anti-cèl·lules supranuclears, reactiu, (IFI)	57							57
		999104538	A-Anticossos anti-MOG (glicoproteïna d'oligodendrocits de Mielina) i anti-aquaporina 4 (NMO), reactiu, (IFI)		825	126	99		178		1.228
		999104540	A-Anticossos anti-actina F (cèl·lula VSM47 en triple teixit), reactiu, (IFI)	30							30
		999104541	A-Anticossos anti-neuronals,reactiu,(IFI)	33		60					93
		999104542	A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), reactiu, (IFI)	465							465
		999104543	A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), perfil, reactiu, (IFI)		480	87					567
		999104544	A-Anticossos anti-IgG ON5 reactiu, (IFI)	24	32	42			50		148
		999104545	A-Anticossos anti-THSD7A, reactiu, (IFI)		89				140		229
		999104547	A-Anticossos anti-Lamina 332 MMP, reactiu (IFI)	24		10					34
		999104549	A-Anticossos anti-cANCA (citoplasmàtic ANCA) i pANCA (perinuclear ANCA), reactiu, (IFI)				349				349
		999104550	A-Anticossos anti-IgG humana FITC, reactiu,(IFI)			4					4
		999104551	A-Anticossos anti-AKS (Adenilato Kinasa 5), reactiu, (IFI)	24		50					74
		999104553	A-Anticossos anti-KLHL11(Kelch-like 11), reactiu, (IFI)	24		50					74
		999104554	A-Anticossos anti-Nodals / Paranodals, reactiu, (IFI)	9		50					59
		999104556	A-Anticossos anti-LC1 (Cytoxicoleer antigen tipus 1), reactiu, (IFI)	132							132
		999104557	A-Anticossos anti-AMA (Ac. anti-mitochondrials), ANA (Ac. anti-nuclears), ASMA (ac. Anti-Múscul Llís), reactiu, (IFI)	29.518							29.518
		999104558	A-Anticossos anti-ANA-Hep-2, reactiu, (IFI)	24.573							24.573
		999104559	A- Control(IFI)				11	26			37
		999104561	A-Altre material fungible(IFI)				6	137	480	547	1.187
		999104588	A-Anticossos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IgG4), reactiu, (ELISA)	984			72	368		228	1.652
		999104593	A-Altre material fungible(ELISA)	100	100	100	100	100	100	100	700
		999104594	A-Anticossos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IgG4),reactiu, (IFI)	69			258				327
		999104602	A- Anticossos anti-quinasa específica del múscul (MuSK)						150		150
		999104637	A- Anticossos anti-F-actina (IFI)				123				123
		999104646	A-Anticossos anti-neuronals,cribratge, reactiu, (IFI)		30				60		90
		999104647	A-Anticossos anti-transportador de zinc 8 (ZnT8A), reactiu,(ELISA)	50							50
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratoris	1	1	1	1	1	1	1	7
		902000003	LI. Aparells laboratoris	1	1	1	1	1	1	1	7
9	Processador semiautomàtic de microplaques ELISA - Portaobjectes d'immunofluorescència indirecta (IFI)	999100148	A-17-Hidroprogesterona, reactiu, (ELISA)				2.374				2.374
		999104563	A-Anticossos anti-Cromogranina A(ELISA)				617				617
		999104566	A-Altre material fungible(ELISA)				12				12
		999104610	A-Anticossos anti-Àcid Glutàmic Descarboxilasa (GAD65) quantitatiu, reactiu, (ELISA)				715				715
		999104616	A-Anticossos anti-anti-tirosina fosfatasa (IA2), reactiu, (ELISA)				464				464
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratoris				1				1
		902000003	LI. Aparells laboratoris				1				1
10	Equip d'immunoassaig multiparamètric automatitzat	999104603	A-Síndrome Antifosfolípids (APS), IgG, perfil, reactiu, (PMAT)				2.793				2.793
		999104604	A-Síndrome Antifosfolípids (APS), IgM, perfil, reactiu, (PMAT)				2.793				2.793
		999104615	A-Ac.anti-transglutaminasa IgA, reactiu, (PMAT)				13.675				13.675
		999104617	A-Ac.anti-connectivopatia, reactiu, (PMAT)	7.087			2.776				9.863
		999104633	A- Control (PMAT)		100		100				200
		999104654	A-Altre Material Fungible (PMAT)		200		200				400
		999104655	A-Calibrador (PMAT)		100		100				200
		901000010	CM. Equips i instal·lacions laboratoris	1			1				2
		902000003	LI. Aparells laboratoris	1			1				2



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 32 de 75

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 33 de 75

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 1 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 901000010
Descripció llarga: Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 901000010
Descripció llarga: Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 901000010
Descripció llarga: Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 901000010
Descripció llarga: Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 901000010
Descripció llarga: Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 902000003
Descripció llarga: Lloguer Aparells laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 902000003
Descripció llarga: Lloguer Aparells laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 902000003
Descripció llarga: Lloguer Aparells laboratori		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 902000003
Descripció llarga: Lloguer Aparells laboratori		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 2 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 902000003
Descripció llarga: Lloguer Aparells laborator		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 999100148
Descripció llarga: A-17-Hidroxiprogesterona, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 999104444
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgG, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 999104445
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 999104446
Descripció llarga: A-Anticossos anti-cardiolipina IgG, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 999104447
Descripció llarga: A-Anticossos anti-cardiolipina IgM, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 999104448
Descripció llarga: A-Anticossos anti-col·lagen tipus IV (cadena Alfa-3), reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 999104449
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ADNs, quantificació, reactiu (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 999104450
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ADNs quantificació, reactiu (CLIA)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 3 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 999104451
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 999104451
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 999104452
Descripció llarga: A-Anticossos anti-MPO,reactiu, (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 999104453
Descripció llarga: A-Anticossos anti-peptids citrul·linats, reactiu, (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 999104454
Descripció llarga: A-Anticossos anti-PDC,reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 999104455
Descripció llarga: A-Anticossos anti-PR3 IgG, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 999104456
Descripció llarga: A-Anticossos anti-transglutaminasa IgA, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 999104457
Descripció llarga: A-Anticossos anti-transglutaminasa IgG, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 999104459
Descripció llarga: A-Anticossos anti-RNP (U1),reactiu (CLIA)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 4 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 999104460
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Scl-70,reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 999104461
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Sm,reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 999104462
Descripció llarga: A-Anticossos anti-SS-A (Ro),reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 999104463
Descripció llarga: A-Anticossos anti-SS-B (La),reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 999104464
Descripció llarga: A-Anticossos anti-SS-A (Ro52),reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 999104465
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Jo1,reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 999104466
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ENA, cribratge amb mescla d'antigens, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 999104467
Descripció llarga: A-Anticossos anti-DFS70 (LEDGF),reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 999104468
Descripció llarga: A-Anticossos anti-3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa (HMGCR),reactiu (CLIA)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 5 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 999104469
Descripció llarga: A-Anticossos anti-immunoglobulina A anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 999104470
Descripció llarga: A-Anticossos anti-immunoglobulina G anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 999104471
Descripció llarga: A-Anticossos anti-factor de von Willebrand (FVW) (cofactor de la ristocetina) (RCo), reactiu		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 999104472
Descripció llarga: A-Anticossos anti-calprotectina-Femta, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 999104473
Descripció llarga: A-Anticossos anti-calprotectina en sèrum,reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 999104474
Descripció llarga: A- Control (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 999104474
Descripció llarga: A- Control (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 999104475
Descripció llarga: A-Calibrador (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 999104475
Descripció llarga: A-Calibrador (CLIA)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 6 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 999104476
Descripció llarga: A-Altres materials fungibles (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 999104476
Descripció llarga: A-Altres materials fungibles (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 999104478
Descripció llarga: A-Anticòsos anti-cardiolipina IgA, reactiu, (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 999104480
Descripció llarga: A-Anticòsos anti-GAD65, reactiu (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 999104480
Descripció llarga: A-Anticòsos anti-GAD65, reactiu (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 999104481
Descripció llarga: A-Anticòsos anti-Beta2-glicoproteïna IgG, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 999104482
Descripció llarga: A-Anticòsos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 999104483
Descripció llarga: A-Anticòsos anti-Beta2-glicoproteïna, cribratge, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 999104484
Descripció llarga: A-Anticòsos anti-Beta2-glicoproteïna IgA, reactiu (CLIA)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 7 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 999104488
Descripció llarga: A-Anticossos anti-complement Clq, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 999104489
Descripció llarga: A-Anticossos anti-histones, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 999104491
Descripció llarga: A-Anticossos anti-nucleosomes, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 999104492
Descripció llarga: A- Anticossos anti-pANCA (anti-MPO) , anti cANCA (anti-PR3) i xANCA, reactiu (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 999104493
Descripció llarga: A-Anticossos anti-HAI,+ F.Actina reactiu, (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 999104494
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ANCA-catepsina G, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 999104495
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ANCA-lactoferrina, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 999104499
Descripció llarga: A-Anticossos anti-gangliòsid IgM, perfil, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 999104500
Descripció llarga: A-Anticossos anti-gangliòsid IgG, perfil, reactiu (BLOT)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 8 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 999104501
Descripció llarga: A-Anticossos miositis, perfil, reactiu, (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 999104502
Descripció llarga: A-Anticossos anti-HAI, perfil, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 999104506
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Miositis, perfil, reactiu, (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 999104507
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Hepatopatia immunològica, perfil, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 999104511
Descripció llarga: A-Anticossos anti-neuronals, cribratge, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 999104512
Descripció llarga: A-Anticossos anti-gangliòsids IgG, cribratge, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 999104513
Descripció llarga: A-Anticossos anti-gangliòsids IgM ,cribratge, reactiu, (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 999104514
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ANA, perfil, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 999104517
Descripció llarga: A- Control (BLOT)		

Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 41 de 75

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 9 / 16
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 999104517
Descripció llarga: A- Control (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 999104517
Descripció llarga: A- Control (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 999104519
Descripció llarga: A-Altres material fungible (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 999104519
Descripció llarga: A-Altres material fungible (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 999104519
Descripció llarga: A-Altres material fungible (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 999104523
Descripció llarga: A-Anticossos anti-desmogleïna-1, IgG, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 999104524
Descripció llarga: A-Anticossos anti-desmogleïna 3, IgG, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 999104525
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ADNn (Crithidia lucilliae), reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 999104526
Descripció llarga: A-Anticossos anti-endomisi IgA, reactiu, (IFI)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 10 / 16		
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999104527								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-endomisi IgG, reactiu, (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 999104528								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-epidermis, cribratge, reactiu, (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 999104529								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ICA (qualitatiu),reactiu (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 999104530								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-LKM, reactiu, (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 999104533								
Descripció llarga: A-Anticossos múscul estriat, reactiu, (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 999104535								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-nuclears (ANA) reactiu, (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 999104536								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ASCAs, reactiu, (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 999104537								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-cèl·lules suprarenals, reactiu, (IFI)								
SOL.COMANDA: 1101442436 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 999104538								
Descripció llarga: A-Anticossos anti-MOG (glicoproteïna d'oligodendrocits de Mielina) i anti-aquaporina 4 (NMO), reactiu, (IFI)								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 11 / 16
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 999104540
Descripció llarga: A-Anticossos anti-actina F (cèl.lula VSM47 en triple teixit), reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 999104541
Descripció llarga: A-Anticossos anti-neuronals,reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 999104542
Descripció llarga: A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 999104543
Descripció llarga: A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), perfil, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 999104544
Descripció llarga: A-Anticossos anti-IgLON5 reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 999104545
Descripció llarga: A-Anticossos anti-THSD7A, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 999104547
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Laminina 332 MMP, reactiu (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 999104548
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Zn 8 (ZnT8A) (ELISA), reactiu		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 999104549
Descripció llarga: A-Anticossos anti-cANCA (citoplasmàtic ANCA) i pANCA (perinuclear ANCA), reactiu, (IFI)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 12 / 16
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 999104550
Descripció llarga: A-Anticossos anti-IgG humana FITC, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 999104551
Descripció llarga: A-Anticossos anti-AK5 (Adenilato Kinasa 5), reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 999104553
Descripció llarga: A-Anticossos anti-KLHL11 (Kelch-like 11), reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 999104554
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Nodals / Paranodals, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 999104556
Descripció llarga: A-Anticossos anti-LC1 (Cytosoliclieer antigen tipus 1), reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 999104557
Descripció llarga: A-Anticossos anti-AMA (Ac. anti-mitochondrials), ANA (Ac. anti-nuclears), ASMA (ac. Anti-Múscul Llis), reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 999104558
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ANA-HEp-2, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 999104559
Descripció llarga: A- Control (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 999104561
Descripció llarga: A-Altres materials fungibles (IFI)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 13 / 16
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 999104563
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Cromogranina A (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 999104566
Descripció llarga: A-Altres material fungible (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 999104583
Descripció llarga: A-Anticossos anti-gangliòsids IgG/IgM, cribratge, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 999104584
Descripció llarga: A-Anticossos anti-IA2, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 999104585
Descripció llarga: A-Anticossos anti-receptor d'acetilcolina, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 999104586
Descripció llarga: A-Anticossos anti-receptor de TSH, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 999104587
Descripció llarga: A-Anticossos anti-MuSK, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 999104588
Descripció llarga: A-Anticossos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IgG4), reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 999104590
Descripció llarga: A-Anticossos anti-DM-I (GAD, IA, Zn8T), reactiu, (ELISA)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 14 / 16
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 999104593
Descripció llarga: A-Altres material fungible(ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 999104593
Descripció llarga: A-Altres material fungible(ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 999104593
Descripció llarga: A-Altres material fungible(ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 999104594
Descripció llarga: A-Anticòssos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IGg4),reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 999104602
Descripció llarga: A- Anticòssos anti-quinasa específica del múscul (MuSK)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 999104603
Descripció llarga: A-Síndrome Antifosfolípide (APS), IgG, perfil, reactiu, (PMAT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 999104604
Descripció llarga: A-Síndrome Antifosfolípide (APS), IgM, perfil, reactiu, (PMAT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 999104608
Descripció llarga: A-Anticòssos anti-cardiolipina IgG, reactiu, (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 999104609
Descripció llarga: A-Anticòssos anti-cardiolipina IgM, reactiu, (CLIA)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 15 / 16
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 999104610
Descripció llarga: A-Anticossos anti-àcid Glutàmic Decarboxilasa (GAD65) quantitatiu, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 999104611
Descripció llarga: A-Anticossos anti-esclerodèrmia, perfil, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 999104612
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Miositis,perfil, reactiu (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 999104615
Descripció llarga: A-Ac.anti-transglutaminasa IgA, reactiu, (PMAT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 999104616
Descripció llarga: A-Anticossos anti-anti-tirosina fosfatasa (IA2), reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 999104617
Descripció llarga: A-Ac.anti-connectivopatia, reactiu, (PMAT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 999104635
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ENA, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 999104636
Descripció llarga: A-Anticossos antigènic factor de von Willebrand (FVW:Ag), reactiu		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 999104637
Descripció llarga: A- Anticossos anti-F-actina (IFI)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 40344232R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.07.2025 HORA: 08:29:28 PÀGINA: 16 / 16
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 999104646
Descripció llarga: A-Anticossos anti-neuronals,cribratge, reactiu, (IFI)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 999104647
Descripció llarga: A-Anticossos anti-transportador de zinc 8 (ZnT8A), reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 999104648
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ANCA-lisozima, reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 999104649
Descripció llarga: A-Anticossos anti-proteïna de aumento de la permeabilidad/bactericida (BPI), reactiu, (ELISA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 999104650
Descripció llarga: A-Anticossos anti-ANCA, perfil, reactiu, (BLOT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 999104652
Descripció llarga: A-Anticossos anti-Cardiolipina, cribratge, reactiu (CLIA)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 999104653
Descripció llarga: A- Control (PMAT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 999104654
Descripció llarga: A-Altres Material Fungible (PMAT)		
SOL.COMANDA: 1101442436	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 999104655
Descripció llarga: A-Calibrador (PMAT)		

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 50 de 75



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD6O3

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 51 de 75

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)Àrea **DADES DEL LICITADOR**

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 53 de 75

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 54 de 75

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecIndv_pag1_cat_180718



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 55 de 75

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció ampliada del producte			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecIndv_pag2_cat_180718



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 56 de 75

ANNEX D3 - Fitxa tècnica dels equipaments



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 57 de 75



ANNEX D3 - Resum fitxa tècnica dels equipaments

Nom proveïdor:

NIF:

[illegible]

Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD6O3

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 58 de 75

ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD6O3

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 59 de 75

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Proveïdor*

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Proveïdor*

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 60 de 75

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions:

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar i indicar l'opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, més declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurg, TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sense cosí, zona crítica. Mida M, llarg 115cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1 ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurg, TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella s/cosí, zona crítica. Mida LL, llarg 142cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1 ús.	SI	SI	SI	No

En els lots en què NO es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
	Emulsió amb àcid
Proveïdor	LOT 27 LOT 28



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 61 de 75

ANNEX D5 – Criteris obligat compliment



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 62 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminiscència

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
Equip de quimioluminiscència amb reactius refrigerats amb identificació positiva de les mostres.		
L'equipament ha de tenir accés aleatori de mostres.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 63 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Partida	2

Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència, compacte amb pantalla integrada

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.)		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
Equip de quimioluminescència amb reactius refrigerats.		
L'equipament ha de tenir càrrega contínua (no necessitat de parar l'equip) de reactius, mostres, cubetes i reactius comuns (diluents de mostra, substrat i solució de rentat).		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 64 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Analitzador automàtic d'immunoassaig per tècnica d'ELISA monotest

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.)		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
Cada mostra s'analitza individualment i paral·lelament a la seva corba de calibració i control intern propi, inclosos en la mateixa tira reactiva.		
Sistema amb capacitat de càrrega contínua.		
Sistema que permeti l'anàlisi simultània de diferents mostres amb diferents paràmetres.		
L'equipament ha de tenir accés aleatori de mostres.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 65 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Processador automàtic microplaques per tècnica d'ELISA

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
Capacitat d'incubar a 37° C.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 66 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Robot Immunoblot sense bombes hidràuliques

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
L'instrument realitza tots els passos automàticament des de la incubació de la mostra fins la lectura dels resultats.		
Instrument sense contenidors de reactius comuns ni bombes hidràuliques.		
Sistema amb lectura automàtica dels resultats i interpretació semiquantitativa.		
Lector de tires integrat a l'analitzador.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 67 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Analitzador d'enzimmunoassaig en tires de nitrocel·lulosa automatitzat

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Instrument sense contenidors de reactius comuns ni bombes hidràuliques.		
Sistema amb lectura automàtica dels resultats i interpretació semiquantitativa.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 68 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Sistema automàtic immunoassaig per Immunoblot

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
L'instrument realitza tots els passos automàticament des de la dispensació de la mostra fins la lectura dels resultats.		
Sistema amb lectura automàtica del codi de barres dels tubs de mostra i dispensació automàtica de les mostres.		
Sistema amb lectura automàtica dels resultats i interpretació semiquantitativa.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 69 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

Partida

Processador automàtic de microplaques d'ELISA i portaobjectes d'Immunofluorescència Indirecte (IFI) amb lector automàtic de portaobjectes

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
Lector Automàtic de portaobjectes d'IFI.		
Microscopi de fluorescència per a lectura manual de portaobjectes d'IFI.		
Disponibilitat d'una plataforma per a la visualització en remot dels resultats entre els laboratoris.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 70 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Processador semiautomàtic de microplaques ELISA - Portaobjectes d'Immunofluorescència indirecta (IFI)

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
Automatització de tècniques d'ELISA, BLOT i IFI en el mateix equip.		
Capacitat per a dues plaques d'ELISA i 91 tubs de mostra.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 71 de 75

Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 i 2.3.2 PPT)

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Equip d'immunoassaig multiparamètric automatitzat

Criteris Obligatoris:	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
S'ha de presentar oferta com a mínim al 90% dels codis agrupadors de les proves definits com a obligatoris en cada partida. L'oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.		
S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.		
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l'adjudicatari.		
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).		
Certificació Norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant.		
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.		
Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.		
Connexió Host Query.		
Metodologia d'immunoassaig fluorimètric multianalit.		
Fins a 150 tubs de mostra de càrrega simultània.		
Emissió de resultats per panell d'anticossos.		



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 72 de 75

ANNEX D6 – Condicions bàsiques equipament



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD6O3

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 73 de 75

CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101442436/26/AMUP

Subministrament agregat d'equipaments, reactius, controls, calibradors i material fungible per a realitzar les proves d'autoimmunitat i altres proves

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Partida

Relació de condicions bàsiques dels equipaments:

Número	Condicció bàsica	Justificació assoliment:
1.	Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres / QR.	
2.	Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.	
3.	Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.	
4.	L'equip analitzador ha de tenir la capacitat d'emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.	



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD6O3

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 74 de 75



ANNEX E – Presentació de mostres

No hi ha mostres.



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
23/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0D832JFGCE5MCKXFRDYHLJVZFU3HD603

Data creació còpia:
30/07/2025 09:31:42

Pàgina 75 de 75