

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL RECOLLIDA DE MOSTRES, PUERICULTURA
I ALTRE MATERIAL DIVERS AMB LA FINALITAT DE
GARANTIR-NE LA DISPONIBILITAT PERMANENT, LA
SEGURETAT I LA CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL,
TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 25/06

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS MATERIAL RECOLLIDA DE MOSTRES, PUERICULTURA I ALTRE MATERIAL DIVERS AMB LA FINALITAT DE GARANTIR-NE LA DISPONIBILITAT PERMANENT, LA SEGURETAT I LA CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2024 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 3 dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta. No és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

4. Palets

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palet o sense palet, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palet, el palet que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800 x 1200 mm, que corresponen a un palet europeu o europalet. Addicionalment, els centres podran requerir una

alçada de palet entre 1,05 i 2,4 m (alçada resultant del sumatori de palet i càrrega) segons necessitat del centre i característiques dels productes.

5. Normativa MDR / IVDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR IVDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 o IVDR (UE) 2017/746 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, si s'escau indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

6. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

7. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat). És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

8. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

9. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges pels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

10. Formació

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

11. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

12. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

13. Requisits mínims dels productes

- En general, certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Que els productes que s'ofereixen en el procediment de contractació de referència compleixen les prescripcions establertes en el Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris i en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix la Directiva sobre productes sanitaris esmentada (93/42/CEE).
- **Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro.**
- Certificat de la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, si s'escau.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 i Reglament (UE) 2025-40 referent a residus i envasos.
- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant. El marcatge CE també ha de ser present al producte, RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.

- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.

Quedaran **excloses** de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

14. Productes estèrils

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa d'aquest. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

15. Inspecció i anàlisi

L'ens contractant podrà comprovar el bon estat i l'adequació dels productes subministrats en els termes establerts a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). A tal efecte, l'entitat destinatària podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat dels materials de subministrament amb càrrec a l'adjudicatari fins a l'1% del pressupost de licitació en un laboratori extern acreditat. En aquest sentit, es recorda que d'acord amb l'establert a la clàusula dotzena del PCAP, *"la qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència de l'acord marc i dels contractes basats. En conseqüència, serà causa de resolució dels contractes corresponents la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l'alteració de les seves característiques"*.

TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT
--

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografies del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte: composició, característiques, funcionalitat... Aquesta informació ha de ser específica per cada codi CSC. El licitador haurà d'informar amb la seva referència corresponent per cada línia en la que presenti oferta.
- Classificació CE MDR/IVDR

- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article.
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat.

Les fitxes tècniques s'hauran de presentar segons model, si s'escau. En tots els casos, les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi – Nom proveïdor – Referència – Lot - Descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc.).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI o IVDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació
 - MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III.
 - IVR/CE: Classe A, Classe Ae, Classe B, Classe C, Classe D.

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran

d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides són exactes. S'acceptaran ofertes en que les mides dels productes siguin +/- 10% (com a màxim) de les especificades al PPT

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CCAS	CHVIC	CSA	CsDM	CSMS	CST	FHAG	FUSSMON	HCAMP	HSJR	LRC	PHV	TOTAL CONSUM LICITACIÓ	
G.01	SGG0103000060	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	60 ML	0,06300	50.005	33.400	0	0	0	35.000	39.000	0	0	0	116.250	7.200	280.855	
G.01	SGG0103000120	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	120 ML	0,13997	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	2.100	0	7.100	
G.01	SGG0103000150	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	150 ML	0,09555	0	0	0	0	0	9.500	7.100	0	0	0	4.000	0	20.600	
G.01	SGG0103001000	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	1000 ML	1,25970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	360	
G.01	SGG0103002000	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	2000 ML	2,72935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
G.01	SGG0103004500	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	4500 ML	3,44760	0	0	0	250	0	0	0	0	0	60	0	0	310	
G.01	SGG0103006000	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	6000 ML	3,04980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	
G.01	SGG0103011000	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	11000 ML	6,99465	0	0	0	20	0	0	0	0	0	25	0	0	45	
G.01	SGG0103030000	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA AMB TAPA I OBTURADOR . NO ESTÈRIL	CONTENIDOR MOSTRES BOCA AMPLA. POLIETILE O SIMILAR AMB TAPA A ROSCA I OBTURADOR. NO ESTÈRIL.	30000 ML	8,70450	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
G.01	SGG0124002000	CONTENIDOR RECOLLIDA URINA 24 H.	CONTENIDOR RECOLLIDA URINA 24 H. OPAC/TRASLLÚT. TANCAMENT A ROSCA, GRADUAT.	2 L	0,99750	0	0	0	2.800	390	0	2.983	0	350	0	0	3.400	9.923	
G.01	SGG0124003000	CONTENIDOR RECOLLIDA URINA 24 H.	CONTENIDOR RECOLLIDA URINA 24 H. OPAC/TRASLLÚT. TANCAMENT A ROSCA, GRADUAT.	3 L	1,04737	120	540	0	0	0	4.000	0	0	200	0	0	0	4.860	
G.01	SGG0124502000	CONTENIDOR RECOLLIDA URINA 24 H PER BUIT	CONTENIDOR RECOLLIDA URINA 24 H. OPAC/TRASLLÚT. TANCAMENT A ROSCA, GRADUAT. AMB POSSIBILITAT PER REALITZAR TRANSFERÈNCIES A TUB DE BUIT.	2 L	0,74550	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	8.136	0	20.136	
G.01	SGG0133000500	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT	POT PLÀSTIC. BOCA AMPLA. TANCAMENT HERMÈTIC DE SEGURETAT A ROSCA PER A LA RECOLLIDA MOSTRES	500 ML	1,17600	0	0	0	0	600	200	0	0	0	0	0	0	800	
G.01	SGG0133001000	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT	POT PLÀSTIC. BOCA AMPLA. TANCAMENT HERMÈTIC DE SEGURETAT A ROSCA PER A LA RECOLLIDA MOSTRES	1000 ML	1,23480	0	0	0	0	300	1.200	968	0	0	0	0	0	2.468	
G.01	SGG0135000120	CONTENIDOR MOSTRES TRANSVASAMENT PER BUIT	CONTENIDOR , TAPA A ROSCA, ESTÈRIL, AMB SISTEMA DE TRANSVASAMENT PER BUIT EN TAPA. ESCALA GRADUADA	120 ML	0,16800	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	
G.01	SGG0141000250	CONTENIDOR MOSTRES AMB TAPA ROSCA I OBTURADOR PER XERINGA	AMPOLLA OPAÇA DE PLÀSTIC AMB TAPA ROSCA AMB OBTURADOR PER XERINGA	250 ML	1,22245	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
G.01	SGG0141000500	CONTENIDOR MOSTRES AMB TAPA ROSCA I OBTURADOR PER XERINGA	AMPOLLA OPAÇA DE PLÀSTIC AMB TAPA ROSCA AMB OBTURADOR PER XERINGA	500 ML	1,31250	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
G.01	SGG0143000500	CONTENIDOR HISTOLÒGIC PER FORMALDEHID	CONTENIDOR HISTOLÒGIC 500MI PER FORMALDEHID AMB TAPA PERFORADA	500 ML	1,02900	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
G.01	SGG0143001000	CONTENIDOR HISTOLÒGIC PER FORMALDEHID	CONTENIDOR HISTOLÒGIC 500MI PER FORMALDEHID AMB TAPA PERFORADA	1.000 ML	1,22430	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
G.01	SGG0143003000	CONTENIDOR HISTOLÒGIC PER FORMALDEHID	CONTENIDOR HISTOLÒGIC 500MI PER FORMALDEHID AMB TAPA PERFORADA	3.000 ML	2,20500	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	
G.01	SGG0143005000	CONTENIDOR HISTOLÒGIC PER FORMALDEHID	CONTENIDOR HISTOLÒGIC 500MI PER FORMALDEHID AMB TAPA PERFORADA	5.000 ML	2,64600	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
G.01	SGG0144000010	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	10 ML	2,89800	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
G.01	SGG0144000020	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	20 ML	1,98000	0	10.556	8.000	13.400	0	0	0	0	0	0	19.000	0	4.200	55.156
G.01	SGG0144000025	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	90 ML	2,10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	
G.01	SGG0144000090	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	60 ML	3,04900	0	1.633	1.700	900	0	0	0	0	0	2.500	0	0	6.733	
G.01	SGG0144000150	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	125 ML	0,59755	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	930	
G.01	SGG0144000200	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	250 ML	0,66645	0	0	60	570	0	0	0	0	300	0	0	500	1.430	
G.01	SGG0144000500	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	500 ML	0,91875	0	0	0	240	0	70	0	0	0	0	0	0	310	
G.01	SGG0144001000	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	1000 ML	1,10418	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	400	600	
G.01	SGG0144001250	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	1250 ML	8,27400	0	0	400	0	0	360	0	0	0	0	0	0	760	
G.01	SGG0144002000	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	2000 ML	9,10140	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	
G.01	SGG0144003000	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	3000 ML	17,67150	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	45	

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CCAS	CHVIC	CSA	CsDm	CSMS	CST	FHAG	FUSSMON	HCAMP	HSJR	LRC	PHV	TOTAL CONSUM LICITACIÓ
G.01	SGG0144005000	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4%	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID.	5000 ML	18,31200	0	0	150	0	0	50	0	0	0	0	0	50	250
G.01	SGG0147011000	CONTENIDOR MOSTRES SEGURETAT FORMALDEHID 4% + BARRERA PROTECTORA	DISPOSITIU PRECARREGAT AMB FORMALDEHID AL 4%. POT DE SEGURETAT QUE IMPEDEIX EL CONTACTE DIRECTE O INDIRECTE (VAPORS) AMB EL FORMALDEHID AMB SOLUCIÓ BARRERA PROTECTORA	11000 ML	0,89250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
G.01	SGG0151001000	FORMALDEHID 3,7%-4,0%, TAMPONAT I ESTABILITZAT AMB METANOL.	FORMALDEHID PER HISTOLOGIA 3,7%-4,0%, TAMPONAT I ESTABILITZAT AMB METANOL PER DIAGNÒSTIC CLÍNIC.	1.000 ML	7,01400	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
G.01	SGG0151005000	FORMALDEHID 3,7%-4,0%, TAMPONAT I ESTABILITZAT AMB METANOL.	FORMALDEHID PER HISTOLOGIA 3,7%-4,0%, TAMPONAT I ESTABILITZAT AMB METANOL PER DIAGNÒSTIC CLÍNIC.	5.000 ML	13,20900	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
G.01	SGG0151010000	FORMALDEHID 3,7%-4,0%, TAMPONAT I ESTABILITZAT AMB METANOL.	FORMALDEHID PER HISTOLOGIA 3,7%-4,0%, TAMPONAT I ESTABILITZAT AMB METANOL PER DIAGNÒSTIC CLÍNIC.	10.000 ML	46,54650	0	0	30	0	0	45	0	0	0	0	0	0	75
G.01	SGG0155010035	MIF PARÀSITS	CONSERVANT PARASITOLÒGIC	3.5 ML	1,39125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	0	13.400
G.01	SGG0161000250	FLASCÓ BUIT VIDRE	FLASCÓ DE BUIT DE VIDRE, ESTÈRIL PER LA PREPARACIÓ DE SOLUCIONS INTRAVENOSES	250 ML	5,25000	0	0	0	50	0	0	100	0	0	0	0	0	150
G.01	SGG0161000500	FLASCÓ BUIT VIDRE	FLASCÓ DE BUIT DE VIDRE, ESTÈRIL PER LA PREPARACIÓ DE SOLUCIONS INTRAVENOSES	500 ML	5,77500	0	78	0	300	0	0	48	0	0	0	0	930	1.356
G.01	SGG0161001000	FLASCÓ BUIT VIDRE	FLASCÓ DE BUIT DE VIDRE, ESTÈRIL PER LA PREPARACIÓ DE SOLUCIONS INTRAVENOSES	1000 ML	7,35000	0	175	0	1.040	0	0	984	0	0	0	0	0	2.199
G.01	SGG0163001005	FLASCÓ MITJÀ TRANSPORT + XERINGA	FLASCÓ PRESA DE MOSTRA I TRANSPORT PER AEROBIS I ANAERÒBICS AMB XERINGA	10 X 5 ML	4,82475	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
G.01	SGG0165000060	FLASCÓ DE PLÀSTIC SEDIMENT SENSE MITJA DE TRANSPORT	POT DE PLÀSTIC SEDIMENT RÍGID O SEMIRÍGID TRANSPARENT I SENSE MITJA DE TRANSPORT AMB TANCA HERMÈTICA I GRADUAT.	60 ML	0,09408	0	0	0	36.170	0	0	0	0	0	0	0	0	36.170
G.01	SGG0167000100	FLASCÓ DE PLÀSTIC ORINA AL BUIT	POT DE PLÀSTIC SEDIMENT SEMIRÍGID. TRANSPARENT. IMPERMEABLE. AMB TANCA HERMÈTICA PER INSERIR TUB DE BUIT. GRADUAT.	Capacitat nominal 100 ML	0,13335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.600	0	45.600
G.01	SGG0169100150	SET D'ORINA DE PLÀSTIC TRANSPARENT. PER LA RECOLLIDA DE MOSTRES.	SET D'ORINA DE PLÀSTIC TRANSPARENT, PER LA RECOLLIDA DE MOSTRES, MIDA DE 10ML, INCLOU 2 TUBS + 2 TAPS VERMELLS + GOT	2 TUBS x 10 ML + GOT 150 ML	0,27386	0	0	0	20.000	0	0	0	0	8.500	0	0	0	28.500
G.01	SGG0175169910	TUB ORINA SENSE ADDITIUS. TAP VERD. FONDS RODÓ	TUB PER ORINA I ALTRES MOSTRES MICROBIOLÒGIQUES. AMB TAP VERD. FONDS RODÓ. SENSE ADDITIUS.	16x95 mm. 9-11 ml	0,08221	0	0	0	8.090	0	9.200	0	0	0	0	483.800	0	501.090
G.01	SGG0181169910	TUB BUIT ORINA SENSE ADDITIUS. TAP. FONDS RODÓ	TUB DE BUIT PER MOSTRES D'ORINA MICROBIOLÒGIQUES. AMB TAP. FONDS RODÓ. SENSE ADDITIUS.	16x100 mm. 9-11 ml	0,11550	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100
G.01	SGG0183169910	TUB BUIT ORINA SENSE ADDITIUS. TAP SEGURETAT, FONDS RODÓ	TUB DE BUIT PER MOSTRES D'ORINA MICROBIOLÒGIQUES. TAP DE SEGURETAT DE POLIETILÈ/POLIPROPILEN GROC/BEIX DE SEGURETAT AMB STOPPER DE GOMA LLIURE DE LÀTEX. FONDS RODÓ. SENSE ADDITIUS.	16x100 mm. 9-11 ml	0,09450	0	0	0	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	121.000
G.02	SGG0201030103	ESCOVILLÓ SENSE MITJA DE CULTIU. NO ESTÈRIL	ESCOVILLÓ SENSE MITJA DE CULTIU. NO ESTÈRIL.	--	2,94000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	6.000	0	0	9.000
G.02	SGG0205030100	ESCOVILLÓ SENSE MITJA DE CULTIU. ESTÈRIL PEEL-PACK UNITARI	ESCOVILLÓ COTO PAL FUSTA. PRESENTACIÓ PEELPACK ESTÈRIL (BOSSA 1 UNITAT)	--	0,12253	0	19.725	0	2.500	0	0	0	0	0	0	34.000	0	56.225
G.02	SGG0205030200	ESCOVILLÓ SENSE MITJA DE CULTIU. ESTÈRIL PEEL-PACK 2UNITATS	ESCOVILLÓ COTO PAL FUSTA. PRESENTACIÓ PEELPACK ESTÈRIL (BOSSA 2 UNITATS)	--	0,37283	0	0	0	7.670	0	0	0	0	0	0	0	0	7.670
G.02	SGG0207030100	ESCOVILLÓ NASOFARINGIC	ESCOVILLÓ NASOFARINGIC DE PA66 (POLIAMIDA 66) DE GRAU MÈDIC O SIMILAR.	--	0,27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0	39.000
G.02	SGG0209030100	ESCOVILLÓ SENSE MITJA DE CULTIU AMB TUB ESTÈRIL I PAL PS	ESCOVILLÓ SENSE MITJA DE CULTIU AMB TUB ESTÈRIL I PAL PS (POLIESTIRÈ)	16 x 108 mm.	0,12348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	0	41.500
G.02	SGG0211050100	ESCOVILLÓ AMB MITJA DE CULTIU ÀMIES LÍQUID. ESTÈRIL	ESCOVILLÓ AMB TUB ESTÈRIL AMB TURUNDA I AMB MITJA DE CULTIU ÀMIES LÍQUID PER RECOLLIDA DE MOSTRES MICROBIOLÒGIQUES I LA SEVA CONSERVACIÓ DURANT EL TRANSPORT EVITANT VARIACIONS DE CÀRREGA MICROBIANA.	--	0,48510	600	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	2.100
G.02	SGG0231170100	ESCOVILLÓ FLOCAT AMB MITJA DE CULTIU ÀMIES LÍQUID. ESTÈRIL	ESCOVILLÓ FLOCAT AMB TUB ESTÈRIL AMB TURUNDA I AMB MITJA DE CULTIU ÀMIES LÍQUID PER RECOLLIDA DE MOSTRES MICROBIOLÒGIQUES I LA SEVA CONSERVACIÓ DURANT EL TRANSPORT EVITANT VARIACIONS DE CÀRREGA MICROBIANA.	--	1,03000	0	2.000	0	0	0	2.100	14.400	0	0	0	0	0	18.500
G.02	SGG025170100	ESCOVILLÓ FLOCAT NASOFARINGIE. ESTÈRIL	ESCOVILLÓ FLOCAT AMB TUB ESTÈRIL PER RECOLLIDA DE MOSTRES MICROBIOLÒGIQUES I LA SEVA CONSERVACIÓ DURANT EL TRANSPORT EVITANT VARIACIONS DE CÀRREGA MICROBIANA.	TUB DE 13 x 165 mm.	0,43995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500
G.02	SGG0273010303	ESCOVILLÓ FLOCAT NASOFARINGE AMB MITJÀ CULTIU P/VIRUS. ESTÈRIL.	ESCOVILLÓ FLOCAT NASOFARINGE AMB TUB AMB MITJÀ CULTIU P/VIRUS. ESTÈRIL.	3 ML VIRUS	1,99500	150	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	650
G.02	SGG0290101030	VIAL AMB MITJÀ TRANSPORT P/VIRUS	VIAL DE POLIPROPILEN AMB MITJÀ TRANSPORT P/VIRUS PER TORUNDA	3 ML VIRUS	0,76562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.024	0	39.024
G.03	SGG0301104410	TUB BUIT CITRAT TAP VERD	TUB DE PLÀSTIC AMB CITRAT I TAP PER EXTRACCIÓ DE SANG, PER ESTUDIS DE COAGULACIÓ EN PLASMA, TAP DE COLOR VERD I TUB TRANSPARENT. FONDS CÒNIC AMB FALDÓ. ESTÈRIL	TUB DE 10,8 x 044 mm. VOLUM DE BUIT 1.0 ml.	0,16800	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
G.03	SGG0301310090	TUB BUIT ORINA	TUB DE PET (POLIETILÈTERFALATO) TRANSPARENT. PER EXTRACCIÓ D'ORINA. TAP DE COLOR GROC. FONDS CÒNIC. ESTÈRIL	TUB DE 16 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 9,0 ml.	0,07665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.450	0	250.450
G.03	SGG0301507518	TUB BUIT CITRAT TAP BLAU CEL	TUB DE PLÀSTIC AMB CITRAT I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER ESTUDIS DE COAGULACIÓ EN PLASMA, TAP DE COLOR BLAU CLAR TRANSPARENT. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 1.8 ml.	0,06856	0	45.638	0	1.020	0	6.200	0	0	30	0	83.600	0	136.488
G.03	SGG0301507527	TUB BUIT CITRAT TAP BLAU CEL	TUB DE PLÀSTIC AMB CITRAT I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER ESTUDIS DE COAGULACIÓ EN PLASMA, TAP DE COLOR BLAU CEL. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 2.7 ml.	0,06856	0	0	0	40.440	0	75.000	0	0	4.500	0	346.700	0	466.640

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CCAS	CHVIC	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FUSSMON	HCAMP	HSJR	LRC	PHV	TOTAL CONSUM LICITACIÓ	
G.03	SGG03*01507545	TUB BUIT CITRAT TAP BLAU CEL	TUB DE VIDRE AMB CITRAT I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER ESTUDIS DE COAGULACIÓ EN PLASMA, TAP DE COLOR BLAU CEL, TUB AMB RECORRIMENT INTERIOR DE SILICONA. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 4.5 ml.	0,13000	2.500	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.300
G.03	SGG0310207520	TUB BUIT EDTA K2 TAP MALVA	TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER DETERMINACIONS D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 2.0 ml.	0,05806	0	0	0	3.670	0	14.500	0	0	30	0	113.500	0	0	131.700
G.03	SGG0310207530	TUB BUIT EDTA K2 TAP MALVA	TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER DETERMINACIONS D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 3.0 ml.	0,14364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0	0	7.300
G.03	SGG0310207540	TUB BUIT EDTA K2 TAP MALVA	TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER DETERMINACIONS D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 4.0 ml.	0,05806	15.000	4.097	0	0	0	0	0	0	0	0	551.000	0	0	570.097
G.03	SGG0310210060	TUB BUIT EDTA K2 TAP MALVA	TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER DETERMINACIONS D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 6.0 ml.	0,06814	0	7.355	0	1.000	0	0	0	0	0	0	7.700	0	0	16.055
G.03	SGG0310210099	TUB BUIT EDTA K2 TAP MALVA	TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K2 I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER DETERMINACIONS D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA. ESTÈRIL	TUB DE 16 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 10.0 ml.	0,06615	0	200	0	5.570	0	6.100	0	0	800	0	18.200	0	0	30.870
G.03	SGG0310307530	TUB BUIT EDTA K3 TAP MALVA CLAR	TUB DE PLÀSTIC AMB EDTA K3 I TAP DE SEGURETAT PER EXTRACCIÓ DE SANG AL BUIT, PER DETERMINACIONS D'HEMATOLOGIA, TAP DE COLOR MALVA CLAR. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 3.0 ml.	0,05817	0	80.036	0	67.840	0	207.000	0	0	12.000	0	0	0	0	366.876
G.03	SGG0330107520	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL TAP VERMELL	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR VERMELL. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 2.0 ml.	0,18028	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
G.03	SGG0330107540	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL TAP VERMELL	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR VERMELL. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 4.0 ml.	0,06709	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.200	0	0	22.500
G.03	SGG0330110085	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL TAP VERMELL	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR VERMELL. ESTÈRIL	TUB DE 16 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 8.5 ml.	0,10395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643.900	0	0	643.900
G.03	SGG0330110099	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL TAP VERMELL	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR VERMELL. ESTÈRIL	TUB DE 16 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 10.0 ml.	0,09387	14.000	0	0	1.500	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	20.300
G.03	SGG0340507525	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP GROC	TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓ I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES EN SÈRUM, TAP DE COLOR GROC. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 2.5 ml.	0,12600	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
G.03	SGG0340507535	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP GROC	TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓ I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES EN SÈRUM, TAP DE COLOR GROC. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 3.5 ml.	0,17062	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
G.03	SGG0340510050	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP GROC	TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓ I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES EN SÈRUM, TAP DE COLOR GROC. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 5.0 ml.	0,11000	0	88.429	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	142.429
G.03	SGG0340510085	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP GROC	TUB DE PLÀSTIC AMB GEL SEPARADOR ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓ I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES EN SÈRUM, TAP DE COLOR GROC. ESTÈRIL	TUB DE 16 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 8.5 ml.	0,06615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	2.400
G.03	SGG0341307535	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP VERMELL	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR I GEL SEPARADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR VERMELL. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 3.5 ml.	0,09124	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	528.000	0	0	540.000
G.03	SGG0341310050	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP VERMELL	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR I GEL SEPARADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR VERMELL. ESTÈRIL	TUB DE 16 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 5.0 ml.	0,09124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.600	0	0	34.600
G.03	SGG0341310085	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP VERMELL	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR I GEL SEPARADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR VERMELL. ESTÈRIL	TUB DE 16 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 8.5-9 ml.	0,10500	3.000	0	0	70.500	0	173.000	0	0	0	0	0	0	0	246.500
G.03	SGG0343507535	TUB BUIT ACTIVADOR COÀGUL I GEL SEPARADOR. TAP MARRÓ	TUB DE PLÀSTIC AMB ACTIVADOR I GEL SEPARADOR. TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGIA, SEROLOGIA, IMMUNOLOGIA I TDM. TAP DE COLOR MARRÓ. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 3.5 ml.	0,13125	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
G.03	SGG0350107520	TUB BUIT HEPARINA DE LITI TAP VERD	TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA DE LITI I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA EN LES QUE S'ANALITZI EL PLASMA, TAP DE COLOR VERD. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 2.0 ml.	0,07969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0	5.300
G.03	SGG0350107540	TUB BUIT HEPARINA DE LITI TAP VERD	TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA DE LITI I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA EN LES QUE S'ANALITZI EL PLASMA, TAP DE COLOR VERD. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 4.0 ml.	0,07759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.800	0	0	69.800
G.03	SGG0353107540	TUB BUIT HEPARINA DE SODI TAP VERD	TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA DE SODI I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA EN LES QUE S'ANALITZI EL PLASMA, TAP DE COLOR VERD. ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 4.0 ml.	0,09334	0	550	0	1.000	0	400	0	0	0	0	3.000	0	0	4.950

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CCAS	CHVIC	CSA	CsM	CSMS	CST	FHAG	FUSSMON	HCAMP	HSJR	LRC	PHV	TOTAL CONSUM LICITACIÓ
G.03	SGG0353110060	TUB BUIT HEPARINA DE SODI TAP VERD	TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA DE SODI I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA EN LES QUE S'ANALITZI EL PLASMA, TAP DE COLOR VERD, ESTÈRIL	TUB DE 13 x 100 mm. VOLUM DE BUIT 6.0 ml.	0,08368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
G.03	SGG0354307550	TUB BUIT HEPARINA DE SODI TAP VERD	TUB DE PLÀSTIC AMB HEPARINA DE LITI I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE BIOQUÍMICA EN LES QUE S'ANALITZI EL PLASMA, TAP DE COLOR VERD, TUB DE 13 x 75 mm, VOLUM DE BUIT 5 ml, ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 5.0 ml.	0,07770	0	0	0	4.000	0	150	0	0	800	0	0	0	4.950
G.03	SGG0360107520	TUB BUIT FLUORUR DE SODI + OXALAT DE POTASSI TAP GRIS	TUB DE PLÀSTIC AMB FLUORUR DE SODI + OXALAT DE POTASSI I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE GLUCOSA, TAP DE COLOR GRIS, ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 2.0 ml.	0,08295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.100	0	72.100
G.03	SGG0360107540	TUB BUIT FLUORUR DE SODI + OXALAT DE POTASSI TAP GRIS	TUB DE PLÀSTIC AMB FLUORUR DE SODI + OXALAT DE POTASSI I TAP DE SEGURETAT, PER PROVES DE GLUCOSA, TAP DE COLOR GRIS, ESTÈRIL	TUB DE 13 x 075 mm. VOLUM DE BUIT 4.0 ml.	0,11000	0	500	0	0	0	2.000	0	0	400	0	0	0	2.900
G.03	SGG0370207505	TUB BUIT PEDIÀTRIC EDTA K2 + TUB TRANSPORT	TUB DE POLIPROPILÈ O SIMILAR AMB EDTA K2 PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL-LAR DE NENS O PACIENTS AMB VENES DE DIFÍCIL ACCÉS. TAP DE GOMA SINTÈTICA I POLIETILÈ O SIMILAR DE COLOR MALVA. + TUB DE TRANSPORT PER ANALITZADORS I CENTRIFUGUES ESTÀNDARDS. ESTÈRILS.	EDTA K2 0.25/0.50 ml TUB TRANSPORTADOR 13 X 75 mm	0,17535	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	5.800	0	9.000
G.03	SGG0380107510	TUB BUIT PEDIÀTRIC SÈRUM + TUB TRANSPORT	TUB DE POLIPROPILÈ O SIMILAR AMB SÈRUM PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL-LAR DE NENS O PACIENTS AMB VENES DE DIFÍCIL ACCÉS. TAP DE GOMA SINTÈTICA I POLIETILÈ O SIMILAR DE COLOR VERMELL. + TUB DE TRANSPORT PER ANALITZADORS I CENTRIFUGUES ESTÀNDARDS. ESTÈRILS.	SÈRUM 0.50/1.00 ml TUB TRANSPORTADOR 13 X 75 mm	0,39900	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
G.03	SGG0380507506	TUB BUIT PEDIÀTRIC SÈRUM I GEL + TUB TRANSPORT	TUB DE POLIPROPILÈ O SIMILAR AMB SÈRUM I GEL PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL-LAR DE NENS O PACIENTS AMB VENES DE DIFÍCIL ACCÉS. TAP DE GOMA SINTÈTICA I POLIETILÈ O SIMILAR DE COLOR GROC. + TUB DE TRANSPORT PER ANALITZADORS I CENTRIFUGUES ESTÀNDARDS. ESTÈRILS.	SÈRUM I GEL 0.40/0.60 ml TUB TRANSPORTADOR 13 X 75 mm	0,17535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.050	0	8.050
G.03	SGG0380507508	TUB BUIT PEDIÀTRIC SÈRUM I GEL + TUB TRANSPORT	TUB DE POLIPROPILÈ O SIMILAR AMB SÈRUM I GEL PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL-LAR DE NENS O PACIENTS AMB VENES DE DIFÍCIL ACCÉS. TAP DE GOMA SINTÈTICA I POLIETILÈ O SIMILAR DE COLOR GROC. + TUB DE TRANSPORT PER ANALITZADORS I CENTRIFUGUES ESTÀNDARDS. ESTÈRILS.	SÈRUM I GEL 0.50/0.80 ml TUB TRANSPORTADOR 13 X 75 mm	0,30450	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
G.03	SGG0390107505	TUB BUIT PEDIÀTRIC HEPARINA DE LITI + TUB TRANSPORT	TUB DE POLIPROPILÈ O SIMILAR AMB SÈRUM PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL-LAR DE NENS O PACIENTS AMB VENES DE DIFÍCIL ACCÉS. TAP DE GOMA SINTÈTICA I POLIETILÈ O SIMILAR DE COLOR VERD. + TUB DE TRANSPORT PER ANALITZADORS I CENTRIFUGUES ESTÀNDARDS. ESTÈRILS.	HEPARINA DE LITI 0.50 ml TUB TRANSPORTADOR 13 X 75 mm	0,17535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
G.03	SGG0393107505	TUB BUIT PEDIÀTRIC FLUORUR SÒDIC + TUB TRANSPORT	TUB DE POLIPROPILÈ O SIMILAR AMB FLUORUR SÒDIC PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL-LAR DE NENS O PACIENTS AMB VENES DE DIFÍCIL ACCÉS. TAP DE GOMA SINTÈTICA I POLIETILÈ O SIMILAR DE COLOR GRIS. + TUB DE TRANSPORT PER ANALITZADORS I CENTRIFUGUES ESTÀNDARDS. ESTÈRILS.	0.50 ml TUB TRANSPORTADOR 13 X 75 mm	0,18480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
G.03	SGG0393107510	TUB BUIT PEDIÀTRIC CITRAT SÒDIC + TUB TRANSPORT	TUB DE POLIPROPILÈ O SIMILAR AMB CITRAT SÒDIC PER EXTRACCIÓ DE SANG CAPIL-LAR DE NENS O PACIENTS AMB VENES DE DIFÍCIL ACCÉS. TAP DE GOMA SINTÈTICA I POLIETILÈ O SIMILAR DE COLOR BLAU. + TUB DE TRANSPORT PER ANALITZADORS I CENTRIFUGUES ESTÀNDARDS. ESTÈRILS.	1.00 ml TUB TRANSPORTADOR 13 X 75 mm	0,17661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
G.04	SGG0403000030	XERINGA GASOMETRIA S/AGUJA	XERINGA GASOMETRIA S/AGUJA	3 ML	0,30345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.600	0	36.600
G.04	SGG0410301610	XERINGA GASOMETRIA A/AGULLA	XERINGA GASOMETRIA A/AGULLA	1 ML 25G X 16 MM	0,49644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800
G.04	SGG0413302530	XERINGA GASOMETRIA A/AGULLA SEGURETAT	XERINGA GASOMETRIA A/AGULLA SEGURETAT	3 ML 22G X 25 MM	0,40320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
G.05	SGG0503050301	ADAPTADOR AGULLA LUER, ESTÈRIL	ADAPTADOR D'AGULLA I CONNECTOR CONNEXIÓ LUER	--	0,12600	0	0	0	14.750	0	8.000	0	0	0	0	0	0	22.750
G.05	SGG0503051301	ADAPTADOR EXTRACCIÓ HEMOCULTIUS FEMELLA (LUER)	ADAPTADOR EXTRACCIÓ HEMOCULTIUS FEMELLA (LUER)	--	0,06814	0	5.797	0	0	0	0	0	0	0	500	233.400	0	239.697
G.05	SGG0503052501	ADAPTADOR TUBS PEDIATRICS EXTRACCIÓ BUIT DE ML AMB TAP.	ADAPTADOR TUBS PEDIATRICS EXTRACCIÓ BUIT DE ML AMB TAP.	10 mm DIAMETRE	0,03176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.800	0	36.800
G.05	SGG0515150505	PORTA TUBS EXTRACCIÓ DE SANG PER AGULLES	PORTA TUBS DE PLÀSTIC PER AGULLES D'EXTRACCIÓ DE DOBLE PUNTA O ADAPTADORS LUER PER L'OBTENCIÓ DE MOSTRES AMB SISTEMA DE BUIT, SISTEMA DE FIXACIÓ DE ROSCA, NO ESTÈRIL	--	0,05100	15.000	107.095	0	13.580	0	136.000	0	0	12.000	0	0	0	283.675
G.05	SGG0515331316	PORTA TUBS EXTRACCIÓ DE SANG PER TUBS	PORTA TUBS DE PLÀSTIC AMB SISTEMA DE SEGURETAT PER AGULLES D'EXTRACCIÓ DE DOBLE PUNTA O ADAPTADORS LUER PER L'OBTENCIÓ DE MOSTRES AMB SISTEMA DE BUIT, SISTEMA DE FIXACIÓ DE ROSCA, NO ESTÈRIL	TUBS DE 13 MM I 16 MM	0,05355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.250	0	739.250
G.05	SGG0531332025	AGULLA EXTRACCIÓ DE SANG PER SISTEMA DE BUIT	PER A EXTRACCIÓ DE SANG EN BUIT, ADAPTABLE A PORTA TUBS AMB CONNEXIÓ A ROSCA, AGULLA DE DOBLE PUNTA PER A EXTRACCIÓ DE SANG, ENVÀS UNITARI ESTÈRIL	20Gx25 MM	0,08400	0	12.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.541
G.05	SGG0531332038	AGULLA EXTRACCIÓ DE SANG PER SISTEMA DE BUIT	PER A EXTRACCIÓ DE SANG EN BUIT, ADAPTABLE A PORTA TUBS AMB CONNEXIÓ A ROSCA, AGULLA DE DOBLE PUNTA PER A EXTRACCIÓ DE SANG, ENVÀS UNITARI ESTÈRIL	20Gx38 MM	0,68880	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260
G.05	SGG0531332125	AGULLA EXTRACCIÓ DE SANG PER SISTEMA DE BUIT	PER A EXTRACCIÓ DE SANG EN BUIT, ADAPTABLE A PORTA TUBS AMB CONNEXIÓ A ROSCA, AGULLA DE DOBLE PUNTA PER A EXTRACCIÓ DE SANG, ENVÀS UNITARI ESTÈRIL	21Gx25 MM	0,35462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	2.400
G.05	SGG0531332132	AGULLA EXTRACCIÓ DE SANG PER SISTEMA DE BUIT	PER A EXTRACCIÓ DE SANG EN BUIT, ADAPTABLE A PORTA TUBS AMB CONNEXIÓ A ROSCA, AGULLA DE DOBLE PUNTA PER A EXTRACCIÓ DE SANG, ENVÀS UNITARI ESTÈRIL	21Gx32 MM	0,07350	0	0	0	0	0	111.000	0	0	0	0	273.024	0	384.024
G.05	SGG0561032119	PALOMETA EXTRACCIÓ SANG VENOSA SEGURETAT	PALOMETA AMB ALETES FLEXIBLES. PER EXTRACCIÓ SANG VENOSA PER UTILITZAR AMB PORTATUBS. AMB SISTEMA DE SEGURETAT ANTI-PUNXADES. AGULLA D'ACER INOXIDABLE. AMB ALLARGADERA 15-30 CM AMB CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL	21GX19 MM	0,50000	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	283.800	0	283.830

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CCAS	CHVIC	CSA	CsM	CSMS	CST	FHAG	FUSSMON	HCAMP	HSJR	LRC	PHV	TOTAL CONSUM LICITACIÓ
G.05	SGG0561032319	PALOMETA EXTRACCIÓ SANG VENOSA SEGURETAT	PALOMETA AMB ALETES FLEXIBLES. PER EXTRACCIÓ SANG VENOSA PER UTILITZAR AMB PORTATUBS. AMB SISTEMA DE SEGURETAT ANTI-PUNXADES. AGULLA D'ACER INOXIDABLE. AMB ALLARGADERA 15-30 CM AMB CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL.	23GX19 MM	0,50000	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	60.400	0	60.740
G.05	SGG0561252119	PALOMETA EXTRACCIÓ SANG VENOSA SEGURETAT AMB PORTATUBS	PALOMETA AMB ALETES FLEXIBLES. PER EXTRACCIÓ SANG VENOSA AMB PORTATUBS. AMB SISTEMA DE SEGURETAT ANTI-PUNXADES. AGULLA D'ACER INOXIDABLE. AMB ALLARGADERA 15-30 CM AMB CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL.	21GX19 MM	0,75684	0	0	0	25.170	0	0	0	0	0	0	0	0	25.170
G.05	SGG0561252319	PALOMETA EXTRACCIÓ SANG VENOSA SEGURETAT AMB PORTATUBS	PALOMETA AMB ALETES FLEXIBLES. PER EXTRACCIÓ SANG VENOSA AMB PORTATUBS. AMB SISTEMA DE SEGURETAT ANTI-PUNXADES. AGULLA D'ACER INOXIDABLE. AMB ALLARGADERA 15-30 CM AMB CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL.	23GX19 MM	0,75684	0	0	0	8.560	0	0	0	0	0	0	0	0	8.560
G.05	SGG0561332519	PALOMETA EXTRACCIÓ SANG VENOSA SEGURETAT AMB PORTATUBS PER HEMOCULTIUS	PALOMETA AMB ALETES FLEXIBLES. PER EXTRACCIÓ SANG VENOSA AMB PORTATUBS PER HEMOCULTIUS. AMB SISTEMA DE SEGURETAT ANTI-PUNXADES. AGULLA D'ACER INOXIDABLE. AMB ALLARGADERA 15-30 CM. DIÀMETRE DEL TAP DE LES AMPOLLES 14-20 MM I DEL COLL ENTRE 17-32 MM.	--	0,05187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.440	0	5.440
G.05	SGG0571032519	CANULA TRANSFERENCIA ORINA PER SISTEMA EXTRACCIÓ DE BUIT	CANULA TRANSFERENCIA ORINA PER SISTEMA EXTRACCIÓ DE BUIT DE POLIPROPILE O SIMILAR I AGULLA D'ACER INOXIDABLE	10 CM	0,08274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	3.600
G.05	SGG0581252318	LLANCETA SEGURETAT EXTRACCIÓ SANG CAPILAR	LLANCETA SEGURETAT EXTRACCIÓ SANG CAPILAR	23Gx 1.8 MM	0,03300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
G.06	SGG0603010060	CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	CONTENIDOR RESIDUS TIPUS SEGURETAT PER RESIDUS TIPUS II I III	0.6 L	1,96350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350
G.06	SGG0603010101	CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	CONTENIDOR RESIDUS TIPUS SEGURETAT PER RESIDUS TIPUS II I III. RODÓ	1.0 L	1,13400	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300
G.06	SGG0603010103	CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	CONTENIDOR RESIDUS TIPUS SEGURETAT PER RESIDUS TIPUS II I III. QUADRAT	1.0 L	1,13400	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
G.06	SGG0603010150	CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	CONTENIDOR RESIDUS TIPUS SEGURETAT PER RESIDUS TIPUS II I III	1.5 L	1,36080	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	350
G.06	SGG0603010400	CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	CONTENIDOR RESIDUS TIPUS SEGURETAT PER RESIDUS TIPUS II I III	4.0 L	1,83750	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
G.06	SGG0603010500	CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	CONTENIDOR RESIDUS TIPUS SEGURETAT PER RESIDUS TIPUS II I III	5.0 L	2,49900	0	0	0	0	0	0	3.852	0	1.000	0	0	0	4.852
G.06	SGG0603010700	CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	CONTENIDOR RESIDUS TIPUS SEGURETAT PER RESIDUS TIPUS II I III	7.0 L	2,26800	0	0	0	0	0	4.500	66	0	0	0	0	0	4.566
G.06	SGG0653010101	SAFATA CONTENIDOR RESIDUS SEGURETAT	SAFATA PER A CONTENIDORS DE RESIDUS RODONS PVC	1.0 L	1,03950	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
G.07	SGG0701030503	FUNDES HIGIÈNIQUES CUNYA	BOSSA ABSORBENT PER COBRIR CUNYA, REBUTJABLE PER EVITAR PROBLEMES DE NETEJA I TRANSPORT	--	0,53550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0	31.000
G.07	SGG0705030503	FUNDES HIGIÈNIQUES EMESIS	BOSSA ABSORBENT PER VÒMITS, REBUTJABLE PER EVITAR PROBLEMES DE NETEJA I TRANSPORT	--	0,51000	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200	0	15.363
G.07	SGG0725030525	GOT MEDICACIÓ DE PLÀSTIC GRADUAT	GOT MEDICACIÓ DE PLÀSTIC GRADUAT	25 ML.	0,01830	0	176.976	0	65.260	0	0	0	37.000	0	24.000	0	140.000	443.236
G.08	SGG0725230525	TAPA GOT MEDICACIÓ DE PLÀSTIC GRADUAT	TAPA GOT MEDICACIÓ DE PLÀSTIC GRADUAT	25 ML.	0,01964	0	41.750	0	65.260	0	0	0	37.000	0	0	0	140.000	284.010
G.08	SGP0801030501	XUMETS LÀTEX	XUMETS LÀTEX	PREMATURS	0,32550	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
G.08	SGP0801050501	XUMETS SILICONA	XUMETS SILICONA	PREMATURS	1,31495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
G.09	SGP0901030125	BIBERÓ DE VIDRE AMB ROSCA	BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT A LA CALOR. ESCALA GRADUADA I BOCA ADAPTABLE A TETINES AMB ROSCA.	125 ML	3,00000	0	242	0	200	0	300	0	0	0	0	0	20	762
G.09	SGP0901030230	BIBERÓ DE VIDRE AMB ROSCA	BIBERÓ DE VIDRE RESISTENT A LA CALOR. ESCALA GRADUADA I BOCA ADAPTABLE A TETINES AMB ROSCA.	230 - 250 ML	3,00000	0	8	0	125	0	100	0	0	0	0	0	10	243
G.09	SGP0901130130	BIBERÓ REBUTJABLE AMB TAPA ESTÈRIL	BIBERÓ REBUTJABLE AMB TAPA ESTÈRIL	130 - 140 ML	0,54600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.600	0	0	27.600
G.10	SGP1001030501	TETINA BIBERÓ A ROSCA LÀTEX ESTERILITZABLE	TETINA DE CAUTXÚ AMB UN SOL FORAT PETIT. COMPATIBLE AMB BIBERONS A ROSCA DE 125 ml I 250 ml. ESTERILITZABLE.	PREMATURS	1,00800	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
G.10	SGP1001030503	TETINA BIBERÓ A ROSCA LÀTEX ESTERILITZABLE	TETINA DE CAUTXÚ AMB UN SOL FORAT PETIT. COMPATIBLE AMB BIBERONS A ROSCA DE 125 ml I 250 ml. ESTERILITZABLE.	PEDIÀTRIQUES T1	0,27384	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	60	5.060
G.10	SGP1001030505	TETINA BIBERÓ A ROSCA LÀTEX ESTERILITZABLE	TETINA DE CAUTXÚ AMB UN SOL FORAT PETIT. COMPATIBLE AMB BIBERONS A ROSCA DE 125 ml I 250 ml. ESTERILITZABLE.	PEDIÀTRIQUES T2	0,27384	0	0	0	800	0	700	0	0	0	0	0	0	1.500
G.10	SGP1005030501	TETINA BIBERÓ A ROSCA SILICONA UN SOL US	TETINA BIBERÓ A ROSCA SILICONA. UN SOL US. ESTÈRIL	PREMATURS	0,49000	0	165	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0	2.265
G.10	SGP1005030505	TETINA BIBERÓ A ROSCA SILICONA UN SOL US	TETINA BIBERÓ A ROSCA SILICONA. UN SOL US. ESTÈRIL	LACTANTS	0,49000	0	125	0	0	0	3.900	0	0	0	14.000	0	0	18.025
G.11	SGP1101010501	TAPA BIBERÓ ROSCA	TAPA DE PP O SIMILAR AMB ROSCA. TRANSPARENT I ESTÈRIL	--	0,13650	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
G.11	SGP1101030501	SET RASPALLS PER BIBERONS I TETINES	SET RASPALLS PER BIBERONS I TETINES	--	3,46239	0	17	0	10	0	0	0	0	0	6	0	0	33
G.11	SGP1103050180	AMPOLLA PREESTERILITZADA PER LA CONSERVACIÓ DE LLET MATERNA.	AMPOLLA PREESTERILITZADA PER LA CONSERVACIÓ DE LLET MATERNA. D'UN SOL ÚS.	80 ML	0,47676	0	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600
G.11	SGP1115010105	TIRALLETES MANUAUS AMB BIBERÓ	DISPOSITIU MANUAL PER A TREURE LLET EN EL PERÍODE PUERPERAL	--	8,83177	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.11	SGP1115010305	DISPOSITIU LLEVA LLET EN EL PERÍODE PUERPERAL. PER CONNEXIÓ A BUIT.	DISPOSITIU LLEVA LLET EN EL PERÍODE PUERPERAL. PER CONNEXIÓ A BUIT.	--	2,75100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	650
G.11	SGP1121030507	RECANVI LLEVA LLET	RECANVI EXTRACTOR DE LLET: EMBUT I CONECTOR DE POLIPROPILE O SIMILAR TRANSPARENT AMB VÀLVULA I PAS DE ROSCA EUROPEU. TUB CONECTOR DE POLYVINYLCHLORIDE O SIMILAR TRANSPARENT. BIBERÓ GRADUAT DE POLIPROPILE O SIMILAR TRANSPARENT AMB TAPA AMB PAS DE ROSCA	--	2,75100	0	482	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342
G.11	SGP1135050709	MUGRONERA SILICONA ESTERILITZABLE	MUGRONERA SILICONA 100% TRANSPARENT. ESTERILITZABLE PER EBULLICIÓ I FRED.	--	1,31250	0	512	0	470	0	0	0	0	0	150	0	70	1.202
G.12	SGP1201010500	TUB HEPARINA SODICA MONODOSI	TUB HEPARINA SODICA MONODOSI PER EL MANTENIMENT DE CATETERS	5 ML	0,99165	0	0	0	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	5.750
G.13	SGT4103050101	LLANCETA PUNCIÓ MEMBRANA AMNIOTICA	LLANCETA PUNCIÓ MEMBRANA AMNIOTICA	--	0,27000	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
G.14	SPC910101010501	SET PICC PORT	Segons consta al plec de prescripcions tècniques	--	194,67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
G.14	SPC980533070905	KIT ECOGRAF	KIT ECOGRAF CONTE 1 GEL CONDUCTOR ESTÈRIL, TIRES ADHESIVES DE SUBJECCIÓ I 1 FUNDA PER LA SONDA, ESTÈRIL.	Funda 122 x 14 cm	4,73550	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000