

Exp.: 2025/14

Tipus: Subministrament

Procediment: Acord marc amb un únic proveïdor mitjançant procediment obert

Objecte: Subministrament de material fungible per a radioteràpia oncologia amb destí a l'Institut del Càncer i Malalties de la Sang de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Promotor: Institut del Càncer i Malalties de la Sang

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

I.- En data 18 d'agost de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació per al "Subministrament de material fungible per a radioteràpia oncologia amb destí a l'Institut del Càncer i Malalties de la Sang de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB)", així com els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen aquest procediment.

II.- En data 01 de setembre es va publicar l'anunci de licitació al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona i es va trametre al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), que es va publicar el 03 de setembre de 2025. Es va fixar com a data límit de presentació d'ofertes el dia 01 d'octubre de 2025, a les 14:00:00 hores.

III.- D'acord amb els principis de transparència, igualtat de tracte i proporcionalitat establerts als articles 1 i 28 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), i tenint present que la subscripció dels contractes ha de respondre de manera ajustada i adequada a les necessitats reals de l'òrgan de contractació, la unitat promotora de l'expedient ha constatat, arran d'un parell de consultes formulades a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic, que en alguns lots del procediment de licitació les característiques tècniques mínimes fixades al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) no responen de manera òptima als requeriments funcionals i assistencials de l'Hospital i podien generar restricció a la concurrència.

Aquesta circumstància posa de manifest la necessitat de modificar determinades especificacions tècniques per tal d'adequar-les a l'objecte real del contracte, assegurar una competència efectiva entre licitadors i garantir que els productes subministrats compleixin les exigències de qualitat i seguretat pròpies de l'àmbit sanitari. L'objectiu de la modificació és, doncs, corregir les incongruències detectades i assegurar que el contracte satisfà amb precisió les necessitats del servei assistencial al qual es destina.

IV.- Aquesta modificació suposa una modificació dels plecs de conformitat amb l'article 136.2 de la LCSP, la qual cosa comporta l'obligació de prorrogar el termini de presentació d'ofertes, d'acord amb el que estableix l'article 124.2 de la mateixa norma. Aquesta ampliació es farà pública mitjançant l'anunci corresponent al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona i al Diari Oficial de la Unió Europea, per tal de respectar plenament els principis de publicitat i concurrència.

És per tot això que,

RESOLC

PRIMER.- Modificar de l'apartat denominació i requeriment tècnics de l'Annex ACO 1 del PPT el següent:

Lot 1(article 1)

On diu:

1	1	220195	Conjunt d'agulles calibre 18G (o superior) amb marcadors fiducials, per pacient, per a realitzar seguiment intrafracció mitjançant AutoBeamHold en pacients tractats amb radioteràpia estereotàctica de pròstata. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
---	---	--------	--

Ha de dir:

1	1	220195	Conjunt d'agulles calibre 18G (o superior) amb marcadors fiducials, per pacient, per a realitzar seguiment intrafracció mitjançant AutoBeamHold en pacients tractats amb radioteràpia estereotàctica de pròstata. La compatibilitat s'ha d'acreditar mitjançant fitxa tècnica, instruccions d'ús o referències d'ús clínic. El kit ha de ser estèril, un sol ús, sense làtex, i ha d'incloure tots els accessoris necessaris per a la implantació d'almenys 3 marcadors per pacient. La presentació pot ser precargada o mitjançant un sistema que permeti la càrrega estèril del marcador.
---	---	--------	--

Lot 3 (article 3)

On diu:

3	3	186151	Màscara termoplàstica de baixa temperatura, transparent quan s'escalfa (tipus Aquaplast o equivalent), per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, estàndard, emmarcada en "U", grossor aprox. 2,4mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.
---	---	--------	---

Ha de dir:

3	3	186151	Màscara termoplàstica de baixa temperatura, transparent quan s'escalfa (tipus Aquaplast o equivalent), per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, estàndard, emmarcada en "U", grossor aprox. 2,4mm. Mida curta. Sense làtex.
---	---	--------	--

Lot 3 (articles 6,7,8,9 i 10)

On diu:

3	6	186154	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast o equivalent), per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, finestra zona ulls, perforació variable, estàndard, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.
3	7	186156	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast o equivalent), per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, perforació variable, estàndard, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.
3	8	186157	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast o equivalent), per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, perforació variable, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida llarga. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.
3	9	201215	Màscara termoplàstica doble rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast o equivalent), per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, estesa, emmarcada en "U", grossor aprox. 4mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb immobilitzador Encompass SRS.
3	10	186158	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast o equivalent), per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, finestra zona d'ulls, perforació variable, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida llarga. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.

Ha de dir:

3	6	186154	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent , per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, finestra zona ulls, perforació variable, estàndard, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.
3	7	186156	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent , per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, perforació variable, estàndard, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.

3	8	186157	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent , per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, perforació variable, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida llarga. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.
3	9	201215	Màscara termoplàstica doble rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent , per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, estesa, emmarcada en "U", grossor aprox. 3,2mm . Mida curta. Sense làtex. Compatible amb immobilitzador Encompass SRS.
3	10	186158	Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent , per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, finestra zona d'ulls, perforació variable, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida llarga. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX.

SEGON.- Incloure en l'apartat 2.B, de documentació obligatòria a incloure en els sobres, del Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), en concret en el contingut del sobre B, en cas que es presenti oberta al lot 1, article 1, s'ha de presentar fitxa tècnica, instruccions d'ús, o referències d'ús clínic, que acreditin la compatibilitat amb AutoBeamHold en acceleradores TrueBeamHold (no serà suficient presentar declaració del fabricant).

TERCER.- Aprovar els nous annexos de la licitació i el PCAP i publicar aquesta resolució de modificació al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona, i comunicar, en el mateix, el nou termini de presentació d'ofertes, que quedarà degudament indicat en l'anunci corresponent, de conformitat amb el que disposa la LCSP.

Barcelona,

Josep M^a Campistol i Plana
 Director General
 (Per delegació,
 Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)