

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Expedient número - 25SM0159Q - PROTEINOGRAMES I IMMUNOFIXACIONS MITJANÇANT ELECTROFORESIS AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

		Empreses presentades
Lot	Descripció	Sebia Hispania
PG02	REACTIUS PROTEINOGRAMES I IMMUNOFIXACIONS	V

Dra. Maria Luz Muñoz Marín
Direcció del Servei de Laboratoris Clínics

Sabadell, datat i signat digitalment

Expedient número	26SM0159Q - PROTEINOGRAMES I IMMUNOFIXACIONS MITJANÇANT ELECTROFORESIS AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS
Lot	PG02 - REACTIUS PROTEINOGRAMES I IMMUNOFIXACIONS

		Empreses presentades	Motivació
		Sebia Hispania	
Criteris de valoració		Puntuació	
EN QUANT A L'EQUIP ELECTROFORESIS CAPIL·LAR (màxim 35 punts)	1. Sistema de termostatitzats per efecte Peltier sòlid/sòlid per els capil·lars - Si el sistema de termostatitzats és per efecte Peltier sòlid /sòlid per els capil·lars 5 punts - Si el sistema de termostatitzats no és per efecte Peltier sòlid /sòlid per els capil·lars 0 punts	5,00	
	2. Compartiment de reactius a bord amb temperatura controlada - Si disposa d'un compartiment de reactius a bord amb temperatura controlada 5 punts - Si no disposa d'un compartiment de reactius a bord amb temperatura controlada 0 punts	5,00	
	3. Enviament al SIL dels resultats dels controls de qualitat interns diferenciat per capil·lar de forma automàtica - Si l'equip permet l'enviament al SIL dels resultats dels controls de qualitat interns diferenciat per capil·lar de forma automàtica 5 punts - Si l'equip no permet l'enviament al SIL dels resultats dels controls de qualitat interns diferenciat per capil·lar de forma automàtica 0 punts	5,00	
	4. Absència de lipoproteïnes en les fraccions alfa2, beta i gamma per evitar falsos positius - Si permet l'absència de lipoproteïnes en les fraccions alfa2, beta i gamma per evitar falsos positius 5 punts - Si no permet l'absència de lipoproteïnes en les fraccions alfa2, beta i gamma per evitar falsos positius 0 punts	5,00	
	5. Identificació per radiofreqüència (RFID) per tots els reactius, amb importació automàtica de la informació: tipus de reactiu, numero de lot, data de caducitat, volum. - Identificació per radiofreqüència (RFID) per tots els reactius, amb importació automàtica de informació: tipus de reactiu, numero de lot, data de caducitat, volum. 5 punts - El sistema d'identificació no és per radiofreqüència o no disposa de sistema d'identificació automàtic de la informació: tipus de reactiu, numero de lot, data de caducitat, volum. 0 punts	5,00	
	6. Rendiment en la anàlisi d'hemoglobines (proves/hora) - Si el rendiment en la anàlisi d'hemoglobines és superior a 40 proves/hora 5 punts - Si el rendiment en la anàlisi d'hemoglobines és inferior o igual a 40 proves/hora 0 punts	5,00	
	7. Agitació automàtica de les mostres per inversió per l'electroforesi d'hemoglobines - Si l'equip per a realitzar l'electroforesi d'hemoglobines agita les mostres per inversió automàticament 5 punts - Si l'equip per a realitzar l'electroforesi d'hemoglobines no agita les mostres per inversió automàticament 0 punts	5,00	
EN QUANT A L'EQUIP	1. Sistema de termotostatitzats per efecte Peltier - Si el sistema de termotostatitzats és per efecte Peltier 5 punts - Si el sistema de termotostatitzats no és per efecte Peltier 0 punts	5,00	

		Empreses presentades	
		Sebia Hispania	
	Criteris de valoració	Puntuació	Motivació
D'ELECTROFORESIS DE GEL D'AGAROSA (màxim 10 punts)	2. Inclusió d'un mòdul d'imatges (escaneig del gel) amb un software d'interpretació amb la possibilitat d'enviar les imatges al SIL. - Si l'equip disposa d'un mòdul d'imatges (escaneig del gel) amb un software d'interpretació amb la possibilitat d'enviar les imatges al SIL 5 punts - Si l'equip no disposa d'un mòdul d'imatges (escaneig del gel) amb un software d'interpretació amb la possibilitat d'enviar les imatges al SIL 0 punts	5,00	
ALTRES (màxim 15 punts)	1. Valoració de l'eficiència en relació a l'espai 5 punts Solució d'equipament amb les menors necessitats d'espai (es valorarà que l'oferta tecnològica presentada donat el reduït espai que disposem) Es donarà la màxima puntuació a la oferta, que, la suma de les àrees de tots els equips necessaris (analitzadors + PC+ auxiliars) sigui menor. A la resta de proveïdors se'ls hi atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: $P = \text{Amp} \times 5 / \text{Av}$ Amp – Àrea més petita (Suma de les àrees de l'equipament) AV – Suma de les àrees de l'equipament a valorar Imprescindible que a la fitxa tècnica de l'equipament hi constin les mesures de tota la tecnologia oferta (analitzadors + PC + auxiliars)	5,00	
	2. Valoració de la qualitat i experiència en centres 5 punts Major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional de proteïnogrames Es donarà la màxima puntuació al proveïdor que tingui el major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional de proteïnogrames; a la resta de proveïdors se'ls hi donarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: $P = T_{\text{partv}} \times 5 / M_{\text{tpart}}$ Tpartv – total participacions a valorar Mtpart – Major número de participacions Per poder ser valorats és imprescindible que el proveïdor presenti el certificat de la SEQC amb el nombre de participants de cada control que utilitzen la seva tecnologia	5,00	

		Empreses presentades	
		Sebia Hispania	
	Criteris de valoració	Puntuació	Motivació
	3. Valoració de la qualitat i experiència en centres 5 punts Major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional d'electroforesi d'hemoglobines Es donarà la màxima puntuació al proveïdor que tingui el major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional d'electroforesi d'hemoglobines; a la resta de proveïdors se'ls hi donarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: $P = T_{partv} \times 5 / M_{tpart}$ T_{partv} – total participacions a valorar M_{tpar} – Major número de participacions Per poder ser valorats és imprescindible que el proveïdor presenti el certificat de la SEQC amb el nombre de participants de cada control que utilitzen la seva tecnologia	5,00	
	Criteri econòmic (fins a 38 punts)	38,00	Sebia Hispania - 65.023,50 €
	2. Criteri mediambiental - 2 punts El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció: - o No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus. - o Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut. - o Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó). - o No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries SÍ – 2 punts NO – 0 punts Per a poder ser valorat és necessari que el proveïdor aportï un certificat amb un compromís de compliment. Durant la vigència del concurs es tindrà en compte que les entregues arribin en les condicions d'aquest criteri, en el supòsit que el proveïdor adjudicatari hagi obtingut els punts en aquest apartat i l'incompleixi se'l penalitzarà segons s'indica en el PPT	2,00	
	Valoració global (màxim 100 punts)	100,00	