

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'UN EQUIP DE CROMATOGRAFIA SCF DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Es contracta la prestació del servei de manteniment preventiu d'un equip de cromatografia SCF instal·lat als laboratoris de recerca del grup QBIS-CAT de la Universitat de Girona, en concret el manteniment preventiu de l'equip SCF (Supercritical CO2 fluid)

El servei de manteniment preventiu, ha d'incloure:

- Resposta prioritària per resoldre les necessitats de servei.
- Visites de reparació in situ: la cobertura inclou viatges i treball.
- Peces necessàries per a reparacions: les peces de recanvi siguin genuïnes d'Agilent.
- Manteniment preventiu anual in situ.
- Si durant la durada del contracte no es fa cap intervenció, cal fer una visita de manteniment preventiu anual que inclogui les peces corresponents.
- Suport de hardware i software telefònic.
- En el cas que l'equip tingui una avaria irreparable es rescindirà el contracte, sense dret a indemnització a l'empresa contractista.