

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	SUBMINISTRAMENT DEL FUNGIBLE PER A PROCEDIMENTS D'HISTEROSCOPIA DEL SERVEI DE GINECOLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	21_CSA_2025

NOM LICITADOR:	
DOMICILI: C/.	
LOCALITAT:	
TELÉFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

Nº CSA	PRODUCTE	DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEIX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
4802000	HISTEROSCOPI PER POLIPS	Histeroscopi d'un sol ús amb eix d'acer inoxidable i amb lent integrada. De 4,6mm (+/-0,2 mm) de diàmetre, amb canal de treball de 3mm (+/-0,5 mm) i una longitud de 200mm (+/-10 mm). Amb òptica amb camp de visió de mínim 120°, i amb entrada i sortida de canal d'irrigació. Estèril i lliure de làtex.		
4802005	RESSECTOR PER POLIPS	Ressector d'un sol ús per pòlips endometrials. Amb punta de tall d'acer inoxidable, eix d'acer inoxidable i mànec amb motor i cable. Amb diàmetre de 2,9 mm (+/-0,1mm), finestra de tall de 7mm (+/-1mm) i longitud de 315 mm (+/-10mm). Amb rotació de 360° de finestra de tall, i col·lector de teixit. Estèril i lliure de làtex.		
4802010	HISTEROSCOPI PER MIOMES	Histeroscopi d'un sol ús per la ressecció de miomes superiors a 3cm, amb eix d'acer inoxidable i lent integrada. Amb diàmetre de 5,5mm (+/- 0,3mm), canal de treball de 4mm (+/- 0,5mm) i longitud de 210mm (+/-10 mm). Estèril i lliure de làtex.		
4802015	RESSECTOR PER MIOMES	Ressector d'un sol ús per miomes superiors a 3cm. Amb punta de tall d'acer inoxidable, eix d'acer inoxidable i mànec amb motor i cable. Amb diàmetre de 3,9mm (+/-0,1mm), finestra de tall de 8mm (+/-1mm) i longitud de 330mm (+/-10mm) amb peça de mà inclosa. Amb rotació de 360° de finestra de tall. Estèril i lliure de làtex.		
4802020	SET TUBS DE FLUIDS	Tubs d'entrada i sortida compatibles amb el sistema de bomba per irrigació/aspiració. Amb cassette, tub de PVC i membrana de silicona. D'un sol ús. Estèril i lliure de làtex.		
4802025	SET TUBS + BOSSA RECOLLIDA MOSTRA	Kit per la gestió de residus format per un set de tubs de silicona amb bossa recolectora i filtre. No estèril, d'un sol ús i lliure de làtex.		
T4100004	CABLE PER IMATGE	Cable reutilitzable per la connexió d'imatge per l'histeroscopi. No estèril i lliure de làtex.		
	EQUIPAMENT EN CESSIÓ	Equipament compost per Monitor de mínim de 21", unitat de control del sistema, suport rodable amb bomba de fluids i cable per a imatge. Monitor per a visualització d'imatges d'endoscopia de gama alta, amb refrigeració sense ventiladors i compatible amb senyals analògiques i digitals compatibles amb PACS i amb el sistema de documentació d'ENDOBASE (Olympus). Cal que el monitor disposi de suport per a ser instal·lat en suport rodable. Unitat de control amb botonera per accions requerides, amb pictogrames o altres senyals identificatives de les accions. Suport rodable amb bomba de fluids amb bona estabilitat i rodes amb sistema de frens i que permetin el seu transport.		