

ANNEX 2 PCAP OFERTA ECONÒMICA I ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA													
TÍTOL EXPEDIENT:		SERVEI DE REPROCESSAMENT D'ENDOSCOPIS PER AL SERVEI DE DIGESTIU DEL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA											
NÚMERO D'EXPEDIENT:		19_CSA_2025											
NOM LICITADOR:													
DOMICILI:													
LOCALITAT:													
TELÈFON:													
CORREU ELECTRÒNIC:													
DADES DEL SIGNANT:													
NOM I COGNOMS:													
DNI:													
CÀRREC:													
SIGNAT I SEGELLAT:													
DATA:													
OFERTA ECONÒMICA													
NºCSA	Definició	Consum estimat anual	Consum TOTAL estimat durada AM	Preu unitari màxim de licitació s/iva	IVA	Preu unitari màxim de licitació amb IVA	Import màxim de licitació s/iva	Import màxim de licitació amb IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA s/IVA	IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA amb IVA	PREU TOTAL DE L'OFERTA s/IVA	PREU TOTAL DE L'OFERTA amb IVA
T4610050	SERVEI REPROCESSAMENT ENDOSCOPIS	4.000	20.000	15,40 €	21%	18,63 €	308.000,00 €	372.680,00 €		21%	- €	- €	- €
ALTRES ASPECTES QUATIFICABLES AUTOMÀTICAMENT													
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS		VALOR REQUERIT			VALOR OFERT		Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació						
Durada rentat - S'atorgaran 12 punts en cas de disposar de cicle complet de desinfecció d'entre 20 i 25 minuts que compleixi amb els estàndards de qualitat, s'atorgaran 6 punts en cas de disposar de cicle complet de desinfecció de més de 25 minuts però menys de 30 minuts que compleixi amb els estàndards de qualitat, i s'atorgaran 0 punts en cas de que tots els cicles complets de desinfecció que permet realitzar la rentadora ofertada siguin de 30 minuts o més, o que el cicle complet de desinfecció menor de 30 minuts no compleixi amb els estàndards estipulats per aquest tipus de cicles de reprocessament d'endoscopis. (màxim 12 punts)		Si en disposa o no											
Traçabilitat automàtica - S'atorgaran 12 punts en cas de disposar de sistema de traçabilitat automàtica i s'atorgaran 0 punts en cas contrari. Cal que aquesta traçabilitat es boliqui de forma automàtica al software ENDOBASE, actualment instal·lat al CSA. En cas de no disposar de sistema de traçabilitat compatible amb ENDOBASE caldrà el subministrament i manteniment, sense cost addicional pel CSA, d'un programari complet similar a ENDOBASE que ofereixi com a mínim les prestacions que ofereix aquest mateix pel seguiment, documentació i anàlisis de dades dels processos d'endoscòpia del centre. S'haurà d'incloure solució de targeta gràfica/capturadora d'imatges. El Sistema ofertat si no és compatible amb ENDOBASE ha de suportar l'estàndard DICOM Worklist i DICOM Send per poder rebre la llista de treball i enviar al PACS del CSA si així es configura. Igualment el sistema ofertat ha de permetre l'execució des d'almenys 4 estacions de treball per poder consultar i completar els informes des de l'eina. Totes les tasques d'integració necessàries han d'estar incloses dins aquest contracte. (màxim 12 punts)		Si en disposa o no											