

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	SERVEI DE REPROCESSAMENT D'ENDOSCOPIS PER AL SERVEI DE DIGESTIU DEL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	19_CSA_2025

NOM LICITADOR:	
DOMICILI: CI:	
LOCALITAT:	
TELÈFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

EQUIP	CONCEPTES	DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Rentadores	Definició	Rentadora/desinfectadora de càrrega individual amb sistema de processat, basat en àcid peracètic, de rentat automàtic per a tubs flexibles d'endoscopia de conformitat amb les indicacions del fabricant dels actuals endoscopis del CSA, marca OLYMPUS models H190L i H190. Cal aportar documentació que verifiqui la conformitat per part d'OLYMPUS, dels processos de rentat que realitza el model de rentadora ofert.		
	Altres característiques bàsiques	Test de fuites tant a l'inici com de forma continuada durant tot el cicle de rentat.		
		Rentat i desinfecció per dins i per fora dels tubs.		
		Pantalla tàctil		
		Tapa de la càmara transparent que permeti visualitzar el procés de neteja/desinfecció.		
		Temperatura del procés de 25° +/-5° per allargar la vida útil dels endoscopis		
		Temps del cicle habitual per a una desinfecció completa inferior o igual a 30 minuts.		
		Filtres adequats i fàcilment extraïbles pel seu manteniment i/o la seva reposició en cas de ser necessari.		
		Connexions compatibles amb tota la gamma d'endoscopis Olympus.		
		Sistema de dosificació dels líquids que garanteixi la correcta dosificació dels químics.		
		Connexió ethernet o similar		
		Part inferior d'emmagatzematge dels productes químics utilitzats, amb sistema de tancament estanc de dosificació.		
		Dimensions màximes de 700mm d'ample i 650mm de fons.		
		Sistema d'assecat actiu al final del cicle per assecar l'interior dels canals de l'endoscopi.		
		Amb possibilitat de registre informàtic de cada cicle que assegurï la seva traçabilitat.		
	Accessoris	Amb rodes o suport rodable que permeti moure l'equip en tasques de neteja de l'espai.		
		Lector de codi de barres per a identificar l'endoscopi previ a la seva introducció dins la rentadora (1 lector per a cada rentadora a subministrar)		
Líquids químics	Definició	Conjunt de líquids químics necessaris per a realitzar els cicles complets de desinfecció amb el model de rentadores ofert. Cal que com a mínim disposin de detergent i desinfectant, i pot disposar d'altres referències necessàries que siguin requerides pel cicle complet de desinfecció. Els líquids a utilitzar han de garantir la total desinfecció dels equips d'endoscòpia.		
	Altres característiques bàsiques	Detergent no abrasiu per endoscopis a netejar i desinfectar en rentadora desinfectadora automàtica. Compost de tensioactius no iònics.		
		Desinfectant d'alt nivell per endoscopis a rentadora desinfectadora automàtica, lliure d'aldehids, compost d'àcid peracètic amb una concentració no superior al 5%. Espectre microbiològic: bactericida, microbactericida, fungicida, virucida i esporicida.		
		Tots ells en format garrafa		
Sistema de traçabilitat	Definició	Sistema documental de traçabilitat de cada endoscopi. Cal que permeti incorporar la traçabilitat de la neteja de l'endoscopi, el seu emmagatzematge i el seu ús, incloent el nom de la persona responsable de cada etapa.		
		Amb sistema de captura compatible amb el programari (software) ENDOBASE, disponible al CSA per a la captació d'imatges, o en cas contrari, caldrà el subministrament i manteniment, sense cost adicional pel CSA, d'un programari complet similar a ENDOBASE que ofereixi com a mínim les prestacions que ofereix aquest mateix pel seguiment, documentació i anàlisis de dades dels processos d'endoscòpia del centre. S'haurà d'incloure solució de tarjeta gràfica/capturadora d'imatges. El Sistema ofertat si no és compatible amb ENDOBASE ha de suportar l'estandard DICOM Worklist i DICOM Send per poder rebre la llista de treball i enviar al PACS del CSA si així es configura. Igualment el sistema ofertat ha de permetre l'execució des d'almenys 4 estacions de treball per poder consultar i completar els informes des de l'eina. Totes les tasques d'integració necessàries han d'estar incloses dins aquest contracte.		
4100352 NANSA POLIPECTOMIA HEXAGONAL 10MM	Definició	Nansa de polipectomia hexagonal per a tall fred i/o calent, d'un sol ús.		
	Altres característiques bàsiques	Longitud de treball de 2300mm (+/- 50mm), diàmetre del llaç de 10mm i diàmetre del canal de 2'8mm.		
4100353 NANSA POLIPECTOMIA HEXAGONAL 15MM	Definició	Nansa de polipectomia hexagonal per a tall fred i/o calent, d'un sol ús.		
	Altres característiques bàsiques	Longitud de treball de 2300mm (+/- 50mm), diàmetre del llaç de 15mm i diàmetre del canal de 2'8mm.		
T4100515 FORCEPS BIOPSIA	Definició	Pinça de biòpsia per canal de biòpsia de 2,8mm, d'un sol ús.		
	Altres característiques bàsiques	Amb cassoletes fenestrades i oscil.lants. Sense agulla i longitud de treball de la pinça de 2300mm.		
4100339 LLAÇ PER POLIPS	Definició	Dispositiu de lligadura, d'un sol ús, per la lligadura de polips previa a la polipectomia.		
	Altres característiques bàsiques	Amb llaç precarregat. Per a canal de biòpsia de 2,8mm, amb longitud de treball de 2300mm, i diàmetre del llaç de 30mm.		