

Memòria justificativa del contracte

1.- Objecte complet del contracte

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (endavant, CLILAB Diagnòstics) realitza activitat d'anàlisis clíniques i d'anatomia patològica, pels seus socis i clients.

El CLILAB Diagnòstics està format pels següents centres:

- Laboratori Central, a les dependències de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf), situat al Carrer Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès.
- Laboratori bàsic, a les dependències de l'Hospital Universitari d'Igualada (Consorci Sanitari de l'Anoia), situat a l'Avinguda de Catalunya, 11, 08700 Igualada.
- Laboratori bàsic, a les dependències de l'Hospital Residència Sant Camil (Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf), situat a la Ronda de Sant Camil, s/n, 08810 Sant Pere de Ribes. És a on està situat el Laboratori Central d'Anatomia Patològica.
- Laboratori bàsic i d'anatomia patològica, a les dependències de l'Hospital de Dos de Maig (Consorci Sanitari Integral), situat al Carrer Dos de Maig, 301, 08025 Barcelona.
- Laboratori bàsic i d'anatomia patològica, a les dependències de l'Hospital General de l'Hospitalet (Consorci Sanitari Integral), situat a l'Avinguda Josep Molins, 29 – 41, 08906 l'Hospitalet de Llobregat.
- Laboratori bàsic i d'anatomia patològica, a les dependències de l'Hospital Sant Joan Despí al Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi (Consorci Sanitari Integral), situat al Carrer Oriol Martorell, 90, 08970 Sant Joan Despí.
- Laboratori d'anatomia patològica, a les dependències de Sant Joan de Deu Hospital de Sant Boi al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, situat al Carrer Camí Vell de la Colònia, 25, 08830 Sant Boi de Llobregat.
- Laboratori d'anatomia patològica, a les dependències de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, situat a l'Avinguda Mancomunitats Comarcals, 1-3, 08760, Martorell.

L'objecte d'aquest contracte és la del subministrament, manteniment i reparació, si escau, d'un criòstat amb destí al laboratori d'Anatomia Patològica situat a les dependències de l'Hospital General de l'Hospitalet. Cal fer esment en aquest punt de l'error tipogràfic succeït en l'anterior expedient de licitació **CLILAB SS_2025-02** en el qual per error es va indicar que es sol·licitava un criòstat pel laboratori de l'Hospital General de l'Hospitalet, però aquest era pel Laboratori de l'Hospital Sant Joan Despí al Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi.

Totes les despeses generades per al lliurament del criòstat, l'embalatge, manipulació, assegurança, enviament, etc, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. Així mateix, l'empresa adjudicatària serà responsable del correcte transport, lliurament fins al lloc indicat i correcte posada en funcionament de l'equip.

L'abast i desenvolupament del subministrament i servei objecte del present contracte, ha d'incloure la corresponent instal·lació, posada en funcionament de forma efectiva, tots els manteniments i reparacions i/o reposicions, si escau, i materials associats a aquests així com el programari específic per al correcte funcionament del criòstat i que aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Així mateix, en línia amb els criteris de sostenibilitat i eficiència de recursos del CLILAB Diagnòstics, es valorarà positivament la compatibilitat del nou criòstat amb determinats elements del model anterior que es troben en bon estat i susceptibles de ser reutilitzats, com ara el porta-ganivetes, l'antiol i les platines. Aquesta compatibilitat permetrà aprofitar recursos existents, reduint l'impacte ambiental i l'excedent de residus tecnològics, alhora que contribueix a una gestió més responsable del pressupost públic. Es justifica aquesta necessitat per motius ambientals i econòmics, evitant la generació innecessària de residus i permetent una integració més eficient del nou equip en l'ecosistema tecnològic existent al laboratori.

El criòstat, ha de permetre el processament d'una mostra mitjançant un sistema de congelació d'entre 20 i 35° C, per ser tallada entre 5 i 40 micres, per a la seva posterior tinció i diagnòstic d'una manera ràpida i eficaç.

L'adjudicatari haurà de subministrar, instal·lar i realitzar la formació adient al personal per poder posar en funcionament l'equip. Les empreses licitadores es comprometran a oferir l'última tecnologia disponible en el moment, sense que aquests equips es trobin discontinuats al mercat o en situació d'anunci de discontinuïtat en un futur proper.

Les empreses licitadores han de presentar una memòria tècnica que especifiqui el compliment dels requisits exigits en aquest plec, així com el detall de les característiques del criòstat.

Els requisits mínims que ha de complir el criòstat són els següents:

- Equipat amb un micròtom d'acer inoxidable amb capacitat de funcionament a baixa temperatura.
- Pantalla tàctil.
- Descongelació automàtica programable.
- Sistema de desinfecció ultraviolada. Elimina els fongs, bacteries i virus sense necessitat de modificar la temperatura normal de treball i no deixa residus a les parets de la criocàmera.
- Bona retirada de la mostra i nivells de talls amplis en micres (mínim fins a 100 micres) al costat d'un desbastat també ampli amb la possibilitat de tallar mostres més grans del que és habitual.
- Congelació fins a -35°C, compressió per gas.
- Congelació ràpida amb regleta i element Peltier fins a -60°C i amb capacitat per 10 platines portamostres.
- Sistema de protecció de dits davant de possibles talls accidentals dels usuaris.
- Orientació del capçal tridimensional.
- Ampli emmagatzematge de mostra a platina (mínim 15 platines).

- Il·luminació tipus LED.
- Guia antiroll (dispositiu que evita que el tall no s'enrotlli sobre si mateix).
- Disseny ergonòmic i estable.

Al finalitzar el contracte, el criòstat serà propietat de CLILAB Diagnòstics.

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament i prèviament al CLILAB Diagnòstics de qualsevol modificació i/o canvi que afecti al subministrament objecte de contracte.

Es cobreixen els següents subministraments, reparacions i/o reposicions (corrent a càrrec de l'empresa adjudicatària):

- Subministrar tot l'equipament principal i auxiliar necessari per a una correcta posada en funcionament de l'equip.
- Instal·lar i mantenir íntegrament l'equip, la substitució de les peces necessàries per a la conservació, reparació i/o reposició i manteniments, recanvis i altres elements necessaris que garanteixin el correcte funcionament del mateix, corrent a compte de l'adjudicatari qualsevol tipus de despesa en aquest sentit al llarg de tota la vigència del contracte.
- Garantia de 3 anys a partir de la data de posada en funcionament efectiva de l'equip, i ha de cobrir peces de recanvi i assistència tècnica, entenent com a tal el subministrament de qualsevol dels components de l'equip, la seva instal·lació, comprovació de funcionament i reparació en cas d'avaría, desplaçament, i mà d'obra.
- Manteniment de 2 anys a partir del venciment del tercer any de garantia. Ha de cobrir peces de recanvi i assistència tècnica, entenent com a tal, el subministrament de qualsevol dels components de l'equip, la seva instal·lació, comprovació de funcionament i reparació en cas d'avaría, desplaçament, i mà d'obra.

Tanmateix, en el cas que es produeixin 3 avaries del mateix caire o tipologia durant el transcurs d'un mateix any, ja sigui des de l'inici de l'execució del contracte i fins l'últim any, en el període d'instal·lació, de garantia o de manteniment, CLILAB Diagnòstics, podrà exigir que es canviï l'equip per un de nou de les mateixes característiques o superior, en cap cas, inferior.

Són per compte de l'empresa adjudicatària, totes les despeses relacionades al personal emprat, els materials i estris que utilitzi, despeses de comunicacions que requereixi i en general totes les despeses directes i indirectes associades al subministrament objecte del procediment.

L'empresa adjudicatària s'haurà d'adaptar adequadament a tots els canvis organitzatius i de funcionament que es puguin produir, durant la vigència del contracte al CLILAB Diagnòstics amb la finalitat de millorar la prestació dels seus serveis.

La naturalesa jurídica del contracte és la pròpia del contracte administratiu en la modalitat de contracte mixt de subministrament (subministrament d'equip amb programari específic i material associat) i serveis (corresponent a la instal·lació de l'equip, posada en marxa i la corresponent

formació del personal, l'extensió de garantia, el servei de manteniment i reparació, si escau, de l'equip), on la prestació principal és el subministrament. La licitació es regeix per la normativa pròpia d'un contracte de subministrament d'acord amb allò que regula l'article 18.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l'article 16 de la mateixa llei, i els efectes i extinció de cada prestació es regeix per la normativa de la LCSP que li resulta aplicable, donat que té per objecte el subministrament d'un criòstat i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, així com llurs manteniments i reparacions, si escau, pilar fonamental en la diagnosi, el de les tècniques histològiques, permetent als serveis d'Anatomia Patològica ser més àgils i segurs en l'elaboració dels diagnòstics.

D'acord amb l'article 99.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de la LCSP, no s'ha fraccionat el contracte per tal d'evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació.

2.- Elecció del procediment

Es tramita un procediment obert simplificat abreujat d'acord al disposat a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3.- Vigència del contracte

La vigència inicial del contracte és de 5 anys a partir de la data de formalització del contracte (mitjançant la signatura de la resolució d'adjudicació a mode d'acceptació per part del contractista).

4.- Classificació que s'exigeix als participants i justificació

El present procediment no és preceptiu de classificació empresarial.

5.- Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació

D'acord amb el que estableix l'article 159.6.b) de la LCSP, no es requereix l'acreditació de solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

6.- Criteris d'adjudicació i justificació

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu, amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat conforme als criteris definits en la LCSP .

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació avaluables automàticament és de 100 punts.

a) Criteris avaluables de forma automàtica:

- 1. Ofeta econòmica:** en primer lloc, el criteri econòmic s'ha establert en funció de l'establert a la *Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública sobre l'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica* i se'l puntua amb **55 punts**.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

El que es pretén amb aquest criteri és aconseguir el millor preu possible, tot acomplint tots els requeriments establerts en el Plec Tècnic. Pel que fa la formula de valoració, s'empra una proporcional inversa per tal que el millor preu sempre sigui el més ben puntuat. Així mateix, la formula incorpora un factor de ponderació per tal d'aplanar la corba, en aquelles licitacions on les baixes econòmiques poden suposar un detriment en la qualitat de la prestació contractada. En el present cas, es considera suficient un factor de ponderació 1.

2. Altres criteris avaluables de manera automàtica:

- En segon lloc, **es valora amb 15 punts**, que l'equip aportí un sistema de seguretat externa que minimitza el creixement bacterià, ja que permet garantir la seguretat del personal donat que redueix el risc de contaminació de l'operador.
- En tercer lloc, **es valora amb 15 punts**, que el sistema de desinfecció tingui un certificat d'inactivació de virus i altres patògens per radiació UV C, emès per una entitat externa, ja que d'aquesta manera s'avalua la qualitat de la desinfecció per radiació UV.
- En quart lloc, **es valora amb fins a 15 punts**, la compatibilitat d'alguns elements de l'equip anterior (Leica CM1850UV): porta-ganivetes, antirol i/o platines. L'equip actual ha anat quedant obsolet i necessita reparacions constants, fet que en redueix la disponibilitat, i pateix una avaria que el Servei d'Electromedicina de l'hospital ja ha certificat d'irreparable. El model d'aquest equip és el Leica CM1850UV. D'aquesta manera es permet el reciclatge de peces per a una major sostenibilitat i l'òptima assignació i gestió dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

A continuació, es detallen els criteris avaluables de forma automàtica (valoració econòmica i criteris tècnics) que s'apliquen:

Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts		PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA	Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: $P_s = \left[1 - \left(\frac{O_s - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ P_s = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Puntuació criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_s = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1	55
	L'equip aporta un sistema de seguretat externa que minimitza el creixement bacterià. Si: 15 punts No: 0 punts	15
VALORACIÓ TÈCNICA	El sistema de desinfecció té un certificat d'inactivació de virus i altres patògens per radiació UV C, emès per una entitat externa. Si: 15 punts NO: 0 punts	15
	Compatibilitat d'alguns elements de l'equip anterior (Leica CM1850UV): porta-ganivetes, antirol i/o platines. 3 elements: 15 punts 2 elements: 10 punts 1 element: 5 punts Cap element: 0 punts	15
		100

7.- Condicions especials d'execució amb la justificació i obligacions essencials del contracte i la seva justificació.

I. Obligacions contractuals essencials

SI ☒ NO ☐

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques i les següents:

L'obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

El compliment dels criteris d'adjudicació ofertats pel contractista, entenent que aquests han resultat determinants per a l'adjudicació del contracte al seu favor.

El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s'hauran de validar les mesures a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals competent de l'entitat contractat i acatar les instruccions impartides per aquest i pel responsable del contracte.

El contractista haurà d'utilitzar embalatges de cartró reciclable en l'enviament del criòstat.

II. Condicions especials d'execució

 SI ☒ NO ☐

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques, així com les condicions especials d'execució relatives a criteris socials i ambientals que estan regulades al present document.

S'han considerat les següents condicions especials d'execució del contracte:

1. Tots els embalatges utilitzats en el subministrament i la instal·lació del criòstat hauran de ser reciclables o reutilitzables, evitant l'ús de plàstics d'un sol ús.
2. Durant el procés d'instal·lació, el contractista haurà de garantir que es minimitzen les emissions contaminants, prioritzant l'ús de vehicles elèctrics o de baixes emissions.
3. Les condicions laborals del personal assignat hauran de complir estrictament amb el conveni col·lectiu sectorial i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
4. El contractista haurà d'assumir la recollida i gestió dels residus generats durant la instal·lació del criòstat, complint amb la normativa mediambiental aplicable.

8.- Pressupost base de licitació desglossat

Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 42.800,00 euros sense IVA

EXPD. CLILAB SS_2025-03	SUBMINISTRAMENT, MANTENIMENT I REPARACIÓ D'UN CRIÒSTAT AMB PROGRAMARI ESPECÍFIC I MATERIAL ASSOCIAT A AQUEST, PER AL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF (CLILAB Diagnòstics)		
----------------------------	--	--	--

Empresa			
NIF		Durada contracte	5 anys
		Pròrroga	0 anys

	Codi	Descripció	Preu unitari màxim licitació (sense IVA)	Quantitat Estimada (unitats)	Mensualitats	Preu total ANUAL LICITACIÓ (sense IVA)	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	% IVA	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS)
SUBMINISTRAMENT	1	CRIÒSTAT	33.000,00 €	1 UN	3	33.000,00 €	33.000,00 €	21%	39.930,00 €
	2	EXTENSIÓ DE GARANTIA I SERVEI DE MANTENIMENT	4.900,00 €	2 UN	24	4.900,00 €	9.800,00 €	21%	11.858,00 €
SERVEI									
VALOR MÀXIM DE LA LICITACIÓ						37.900,00 €	42.800,00 €		51.788,00 €

Concepte SUBMINISTRAMENT	Import € (sense IVA)
Import cost base	27.720,00 €
Despeses generals (10%)	3.300,00 €
Benefici industrial (6%)	1.980,00 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	33.000,00 €

Concepte SERVEI	Import € (sense IVA)
Import cost base	8.232,00 €
Despeses generals (10%)	980,00 €
Benefici industrial (6%)	588,00 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	9.800,00 €

Els preus unitaris seran els següents:

Oferta Econòmica per la INVERSIÓ						
Ordre	Equip	Núm. Unitats	Unitat Mesura (UM)	MAXIM LICITACIO Preu Unitari (sense IVA)	MAXIM LICITACIO Preu Anual (sense IVA)	MAXIM LICITACIO Preu Licitació (sense IVA)
1	CRIÒSTAT	1	UN	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Camps a complir pel licitador					VALOR MÀXIM LICITACIO	33.000,00 €

Oferta Econòmica per EXTENSIO DE GARANTIA i SERVEI DE MANTENIMENT							
Ordre	Concepte	Any	Núm. Unitats	Unitat Mesura (UM)	MAXIM LICITACIO Preu Unitari (sense IVA)	MAXIM LICITACIO Preu Anual (sense IVA)	MAXIM LICITACIO Preu Licitació (sense IVA)
1	EXTENSIO DE GARANTIA i SERVEI DE MANTENIMENT	Any 1 ⁽¹⁾	1	UN	- €	- €	- €
		Any 2 ⁽¹⁾	1	UN	- €	- €	- €
		Any 3 ⁽¹⁾	1	UN	- €	- €	- €
		Any 4	1	UN	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
		Any 5	1	UN	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
	Camps a complir pel licitador	VALOR MÀXIM LICITACIO					9.800,00 €

⁽¹⁾ Cobert per la garantia de compra de l'equip.

En cap cas CLILAB restarà obligat a executar i gastar tot el pressupost base de licitació. Es facturarà en relació als conceptes efectivament subministrats o serveis prestats.

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent els costos laborals, si existeixen

El valor estimat del contracte detalla tots els conceptes definits a l'art.101 de la LCSP, d'acord amb la tipologia del contracte i es concreta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

S'ha tingut en compte, en allò que li sigui d'aplicació al contracte, els següents conceptes: import estimat amb IVA, els preus habituals en el mercat, la duració del contracte, les modificacions previstes pel contracte, costos derivats de l'aplicació de les normatives laborals diferents, altres costos que es derivin de l'execució material dels subministraments, despeses generals d'estructura i el benefici industrial, beneficis per l'adjudicatari, àdhuc, els que no siguin repercutits per l'entitat contractant, etc.

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 51.360,00 euros sense IVA (anualitats i possibles modificacions). Desglossament:

- Pressupost base de licitació: **42.800,00 euros** sense IVA
 - Import equip: **33.000,00 euros** (anualitat 1)
 - Import Manteniments: - € (anualitat 1 Cobert per la garantia de compra de l'equip)
 - Import Manteniments: - € (anualitat 2 Cobert per la garantia de compra de l'equip)
 - Import Manteniments: - € (anualitat 3 Cobert per la garantia de compra de l'equip)
 - Import Manteniments: **4.900 euros** (anualitat 4)
 - Import Manteniments: **4.900 euros** (anualitat 5)

- Import possibles modificacions de la vigència inicial del contracte: **8.560,00 euros** sense IVA
- Import possibles pròrroques: **-€** sense IVA
- Import possibles modificacions de les pròrroques: **-€** sense IVA

Imports anuals desglossats:

- Import anual 2025-26: **33.000,00 € sense IVA** (anualitat 1 Equip + Manteniment cobert per la garantia de compra de l'equip)
- Import anual 2026-27: **-€ sense IVA** (anualitat 2 Manteniment cobert per la garantia de compra de l'equip)
- Import anual 2027-28: **-€ sense IVA** (anualitat 3 Manteniment cobert per la garantia de compra de l'equip)
- Import anual 2028-29: **4.900 € sense IVA** (anualitat 4 Manteniment)
- Import anual 2029-30: **4.900 € sense IVA** (anualitat 5 Manteniment)
- Pressupost base de licitació (IVA inclòs): **51.788,00 €**

EXPD. CLILAB SS_2025-03		SUBMINISTRAMENT, MANTENIMENT I REPARACIÓ D'UN CRIÒSTAT AMB PROGRAMARI ESPECÍFIC I MATERIAL ASSOCIAT A AQUEST, PER AL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF (CLILAB Diagnòstics)													
sense IVA										sense IVA					
Durada Contracte															
Any 1		Any 2		Any 3		Any 4		Any 5							
Import Anual previst	Modific. 20%	Import Anual previst	Modific. 20%	Import Anual previst	Modific. 20%	Import Anual previst	Modific. 20%	Import Anual previst	Modific. 20%	Pressupost Base de Licitació (PBL)	Modific. PBL (20%)	Import Anual Pròrroga	Modific. Pròrroga (20%)	Valor Estimat del Contracte	% IVA
33.000,00 €	- €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	4.900,00 €	- €	4.900,00 €	8.560,00 €	42.800,00 €	8.560,00 €	- €	- €	51.360,00 €	21%
										Pressupost Base de Licitació (PBL)		Valor Estimat del Contracte		IVA inclòs	
														51.788,00 €	62.145,60 €

En el moment de redactar aquests plecs, CLILAB Diagnòstics no pot preveure en quin moment durant la vigència del contracte, necessitarà tramitar un expedient de modificació contractual (si fos el cas). Per aquest motiu, el valor estimat del contracte (VEC) s'ha calculat prenent com a referència l'import màxim respectant el límit per la modificació de l'article 204 LCSP, d'acord amb el que estableix la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Informe 2/2020)

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l'objecte del contracte.

La necessitat és la de contractar el subministrament, manteniment i reparació d'un criòstat amb programari específic i material associat a aquest, per al Servei d'Anatomia Patològica. Les tècniques histològiques són un pilar fonamental en la diagnosi d'un servei d'Anatomia Patològica amb la qual cosa, permet ser més àgils i segurs en l'elaboració d'un diagnòstic. En l'actualitat, l'Hospital General de l'Hospitalet, del qual CLILAB Diagnòstics en gestiona el servei d'Anatomia Patològica, disposa d'un criòstat, un aparell de laboratori destinat a refredar ràpidament un element de teixit humà procedent d'una biòpsia amb l'objectiu d'examinar-lo sense retards, preparant un tall al micròtom per a l'examen al microscopi. Aquest equip, ha anat quedant obsolet i necessita reparacions constants, fet que en redueix la disponibilitat i, el qual pateix una avaria que el Servei d'Electromedicina de l'hospital, ja ha certificat d'irreparable. Actualment s'està treballant amb un equip de demostració fins que no es pugui adquirir un nou criòstat, el qual és necessari per al compliment dels fins institucionals, i així justificant la necessitat i la idoneïtat d'aquest contracte projectat d'acord amb l'art. 28 de la LCSP.

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans, únicament en contractes de serveis

No procedeix ja que es tracta d'un subministrament com a prestació principal.

12.- Decisió de no dividir en lot l'objecte del contracte amb la seva justificació

S'adjunta com a Annex l'informe de no divisió en lots.

13.- L'execució del contracte requereix tractament de dades per part de l'empresa contractista:

☐ SÍ

☐ NO

☒ El que hagi establert el licitador en la Declaració responsable tractament de dades personals a presentar dins del Sobre A/Únic (Annex I).

14. Compliment defectuós, incompliment de compromisos i demora en l'execució: penalitats

Tal i com s'estableix en el punt 6. INCIDÈNCIES I PENALITZACIONS ADMINISTRATIVES del plec de prescripcions tècniques (pàgines 6-8), en el cas que es produïssin incidències per causes imputables a l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de posar tots els mitjans necessaris amb el fi de resoldre i solucionar la incidència comesa.

CLILAB Diagnòstics queda exonerat de tota responsabilitat que pugui provenir d'accidents, successos o esdeveniments que es poguessin produir.

Als articles 192 i 193 de la LCSP es regulen de manera general l'incompliment parcial o compliment defectuós del contracte i la demora en l'execució d'aquest, respectivament, i s'estableix per a tots els contractes la possibilitat d'imposició de penalitats.

Aquesta, preveu que en els plecs o el document descriptiu es puguin preveure penalitats:

- Pel cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, o
- Per l'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució del contracte

Tanmateix, en el plec de prescripcions tècniques s'estableixen una sèrie de penalitzacions aplicables en cas d'incompliment d'alguns requisits mínims d'obligat compliment. CLILAB Diagnòstics farà un seguiment i control de qualitat mensual i el règim de penalitzacions es desenvoluparà a través del sistema documental d'incidències que derivin en no conformitats, que tindran una penalització segons la classificació següent:

Incidències relacionades amb el subministrament de l'equip:

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar amb antelació suficient l'existència de problemes que li impedeixin complir amb el subministrament de l'equip. En cas de desproveïment, l'empresa adjudicatària haurà de proposar una alternativa que haurà de ser validada pel responsable designat per CLILAB Diagnòstics, complint en tot moment amb els dies d'entrega màxims que consten en el

plec de prescripcions tècniques. En cas que l'alternativa proposada no permeti assegurar la realització de l'activitat assistencial, el proveïdor es farà càrrec de totes les despeses que es deriven d'aquest incompliment de servei i/o subministrament.

En cas de retard injustificat respecte al compliment del termini d'inici en el subministrament i prestació del servei per part del contractista per causes imputables a aquest o de l'incompliment d'algun dels terminis expressament detallats en els plecs, CLILAB Diagnòstics categoritzarà les incidències en:

- Retard en el subministrament, instal·lació i posada en funcionament de forma efectiva superior a 3 mesos

RETARD	PENALITZACIÓ
Imposició d'una penalitat del:	
Fins a 7 dies	1% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 14 dies	2% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 21 dies	3% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 28 dies	4% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 35 dies	5% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 42 dies	6% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 49 dies	7% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 56 dies	8% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 63 dies	9% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 70 dies	10% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
Fins a 77 dies	11% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió

Fins a 84 dies	12% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió
I així successivament	

És a dir, seguint el detall del quadre, cada setmana que es produeixi de retard suposarà un increment d'1% sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica per la inversió o subministrament de l'equip.

Les penalitats s'aplicaran via descompte en el pagament de factura corresponent a la compra de l'equip.

Incidències relacionades amb el servei del manteniment:

En cas d'incidències relacionades amb el servei de manteniment i prestació del servei per part del contractista per causes imputables a aquest o de l'incompliment d'alguns dels terminis expressament detallats en els plecs, CLILAB Diagnòstics categoritzarà les incidències en:

- No reparació del criòstat en les 48h posteriors a la seva avaria
- No reposició del criòstat
- Retard en la realització del manteniment preventiu anual

RETARD	PENALITZACIÓ
Imposició d'una penalitat del:	
Fins a 7 dies	1% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 14 dies	2% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 21 dies	3% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 28 dies	4% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 35 dies	5% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 42 dies	6% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment

Fins a 49 dies	7% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 56 dies	8% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 63 dies	9% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 70 dies	10% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 77 dies	11% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
Fins a 84 dies	12% de l'import sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment
I així successivament	

És a dir, seguint el detall del quadre, cada setmana que es produeixi de retard suposarà un increment d'1% sobre l'import de la factura corresponent al concepte de l'oferta econòmica pel servei de manteniment. El procediment a seguir serà el següent: es notificarà en cada cas a l'empresa adjudicatària, es mantindrà un registre de cada cas concret i s'acumularà, tot facturant-se en les factures corresponents al 4rt o 5è any, segons correspongui, per aquest concepte).

CLILAB Diagnòstics pot exigir la reposició de l'equip en el cas que es produeixin 3 avaries del mateix tipus dins del mateix any.

En el cas d'haver d'aplicar penalitats per algun dels motius d'aquest apartat, CLILAB Diagnòstics les aplicarà via descompte en el pagament de les factures corresponents al manteniment.