

## **ANNEX 5**

### **CONDICIONS ESPECÍFIQUES (CESSIONS, ACCESSORIS, COMPLEMENTS, MOSTRES, DEMOSTRACIONS, ETC)**

#### **Especificacions tècniques generals**

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentant una fitxa tècnica

on s'indiquin aquestes, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, qualsevol canvi en les característiques del producte inicialment adjudicat que es pugués produir durant la vigència del contracte.

#### **Requisits tècnics específics d'obligat compliment**

Els licitadors hauran d'aportar informació detallada sobre l'acompliment d'aquests requisits tècnics.

Aquí s'indiquen aquells requisits tècnics que s'han de complir obligatòriament, El no compliment d'algun d'aquests requisits, deixarà l'oferta fora del procés de licitació. Aquests requisits no es podran valorar dintre dels criteris d'adjudicació.

Els requisits són els següents:

- Els implants han de permetre l'osteointegració tant de fèmur com de tibia en un temps, i en una única cirurgia s'ha d'implantarla pròtesi d'osteointegració i s'ha de realitzar l'externalització a través de l'estoma.
- Les tiges femorals han d'estar disponibles en diferents mides: 120 mm, 140 mm i 160 mm