

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Av. Tibidabo, 21
08022 Barcelona
consorci@consorci.org
www.consorci.org

Expedient CSC M 25/06

Acord Marc del subministrament de DE MATERIAL RECOLLIDA DE MOSTRES, PUERICULTURA I ALTRE MATERIAL DIVERS AMB LA FINALITAT DE GARANTIR-NE LA DISPONIBILITAT PERMANENT, LA SEGURETAT I LA CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL

Resolució d'esmena de l'expedient

Atès que en data 2 de juliol de 2025 es va incoar l'expedient contractació **CSC M 25/06** del subministrament de **MATERIAL RECOLLIDA DE MOSTRES, PUERICULTURA I ALTRE MATERIAL DIVERS AMB LA FINALITAT DE GARANTIR-NE LA DISPONIBILITAT PERMANENT, LA SEGURETAT I LA CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL** i es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la referida contractació;

Atès que s'han detectat a l'annex al plec tècnic en concret a la descripció llarga del producte SPC910101010501 SET PICC PORT.

Atès el que disposa l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

RESOLC:

PRIMER.- Modificar el plec de prescripcions tècnics de l'expedient CSC M 25/06.

Per l'anteriorment exposat, es realitza la següent esmena:

1. Esmenar el plec de prescripcions tècnics de l'expedient CSC M 25/06 i fer constar la descripció llarga del producte SPC910101010501 SET PICC PORT fent constar:

SET PER A LA INSERCIÓ D'UN PICC-PORT. CONTÉ: KIT QUIRÚRGIC POLYSITE, UN MICRORESERVORI VENÓS IMPLANTABLE DE TITANI I POLIOXIMETILÈ PER A ADULTS O PEDIATRIA AMB MEMBRANA DE SILICONA, UN CATÈTER DE POLIURETÀ DE 5FR, LONGITUD DE 60 CM, AMB GRADUACIÓ CADA CM I AMB UNA MARCA NUMERADA CADA 5 CM DES DE 5 FINS A 40 CM. DOS ANELLS DE CONNEXIÓ AMB UN FIL PHYNOX QUE CONTÉ NÍQUEL O SIMILAR. UNA AGULLA HUBER RECTA (22G) I LONGITUD 25 MM. UNA AGULLA DE VENA. UN CONNECTOR DE PURGA PRECONNECTAT AL CATÈTER. KIT PER A LA INSERCIÓ DE CATÈTER VENÓS PER A LA TÈCNICA MST (TÈCNICA MICRO SELDINGER MODIFICADA).

KIT DE MICROINTRODUCCIÓ. ÉS UN INTRODUTOR AMB BEINA DE PTFE DISSENYAT PER A LA INTRODUCCIÓ PERCUTÀNIA DE CATÈTERS INTRAVASCULARS EN EL SISTEMA VENÓS MITJANÇANT EL MÈTODE SELDINGER MODIFICAT. AQUEST INTRODUTOR ES SUBMINISTRA AMB DOS TIPUS D'AGULLA, DE 4 CM I DE 7 CM, SEGONS EL TIPUS DE PACIENT. AQUEST KIT CONTÉ: 1 INTRODUTOR PELABLE – 7 CM – 5FR. 1 GUIA RECTA DE NITINOL – 40 CM. 1 AGULLA ECOGÈNICA DE SEGURETAT – 21G, L. 7 CM. 1 AGULLA ECOGÈNICA – 21G, L. 4 CM. 1 XERINGA LUER SLIP DE 10 ML. 1 BISTURÍ DE SEGURETAT NÚM. 11.

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Av. Tibidabo, 21
08022 Barcelona

consorci@consorci.org
www.consorci.org

GUIA EN J DE NITINOL (SENSE RECOBRIMENT DE TEFLÓ) AMB AVANÇ DE GUIA TIPUS THUMBFEED. Ø 0,96 MM – LONGITUD: 585 MM. MARQUES A 10 I 20 CM DE CADA EXTREM I MARCA CENTRAL A 29 CM DE CADA EXTREM. DISPOSITIU DE TUNELITZACIÓ PER A CATÈTERS INTRAVENOSOS.. AGULLA METÀL·LICA PER A LA TUNELITZACIÓ DE CATÈTERS DE SILICONA O POLIURETÀ. LONGITUD: 24 CM

SEGON.- Publicar el següent document esmenat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:

- Plec de prescripcions tècniques

TERCER.- Ordenar la publicació de la present resolució.

Sr. Francesc José María Sánchez
Director General del
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Signat digitalment