

Unitat d'Enginyeria Biomèdica

Informe de valoració tècnica de l'expedient CS/AH03/1101443848/25/PSS per al Subministrament de tres electrobisturís amb mòdul d'argó per al servei d'Endoscòpies de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

A la tramitació de l'expedient han concorregut els següents proveïdors i ofertes:

Area Medica SL
Erbe España Soluciones Medicas, SL
Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A

Valoració dels criteris mínims

L'empresa Area Medica SL compleix amb els requeriments tècnics mínims exigits.

L'empresa Erbe España Soluciones Medicas, SL compleix amb els requeriments tècnics mínims exigits.

L'empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A compleix amb els requeriments tècnics mínims exigits.

Valoració dels criteris automàtics

A l'annex A d'aquest informe s'indiquen les valoracions obtingudes dels criteris sotmesos a judici de valor per a cadascun dels licitadors.

L'empresa Area Medica SL. ha obtingut 7,08 dels 40 punts possibles.

L'empresa Erbe España Soluciones Medicas, SL ha obtingut 40 dels 40 punts possibles.

L'empresa Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A ha obtingut 9,09 dels 40 punts possibles.

Nil Baqués Garcia
Unitat d'Enginyeria Biomèdica
Badalona, setembre de 2025

Annex A: Valoració dels criteris automàtics

Prestacions tècniques i funcionals		Obligat Compliment	Puntuació màxima	Característiques específiques (Descripció breu)	Índex documental	Area Medica	Valoració	Erbe España Soluciones Medicas	Valoració	Sistemas Técnicos Endoscópicos	Valoració
Característiques tècniques			40				7,08		40		9,09
1. Electrocirurgia per endoscòpia											
19	Dimensions de la pantalla		6			7"	4,15	10,1"	6	10"	5,94
20	Capacitat de generar presets. Quantitat de presets que es poden emmagatzemar		6			100 memòries	0,4	1500 programass	6	105 programes	0,42
21	Capacitat d'ajustar el mode de tall fraccionat per endoscòpia. Especificar opcions d'ajust del temps de tall, l'interval entre polsos, nivell de coagulació, potència...		6			4 modes de tall i coagulació	1,33	Opcions 4 temps de tall 4 nivells de coagulació 10 temps entre talls TOTAL: 18 punts modificables	6	No especifica configuracions disponibles o rangs modificables, pel que es considera un únic mode	0,33
22	Mode de tall fraccionat per endoscòpia dissenyat per a treballar "underwater" en tècniques de resecció de la mucosa. Incloure documentació que ho justifiqui		4			No, s'especifiquen modes de treball underwater però no el mode de tall fraccionat	0	Sí	4	No, el mode preparat per treballar underwater es el tall monopolar, no el fraccionat	0
23	Mòduls addicionals que es poden incorporar. Especificar quins i prestacions principals		6			Evacuador de fums	1,2	Segellador de vasos Hidrodissector Evacuador de fums Aspirador de fluids Bomba d'irrigació	6	Evacuador de fums Segellador de vasos	2,4
2. Coagulador per plasma d'Argó											
Característiques a valorar											
37	Mòdul d'argó i electrobisturís separats en mòduls independents per augmentar la polivalència del servei en front a possibles averies.		6			No	0	Sí	6	No	0
38	Modes de coagulació avançats per a tractaments bariàtrics. Especificar prestacions i avantatges amb els modes convencionals		6			No especifica mòdul específic ni les seves prestacions i avantatges	0	Modo moveAPD. Ús de la tècnica GMA (Ablació de la Mucosa Gàstrica)	6	No	0