

SUBMINISTRAMENT D'UN ESTERILITZADOR DE VAPOR  
CS/AH05/1101447194/25/PS

Model d'oferta tècnica (Sobre 2) CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA	Puntuació màxima	Valor ofertat	Pagina on es documenta	Característiques del valor a introduir i fórmula d'avaluació
Criteris Valorables automàtics (49 PUNTS )				
Control i registre independents amb doble sensor de temperatura i pressió de cambra per garantir la seguretat del procés. (5p)	5			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Pressurització de la junta de porta amb aire comprimit per més seguretat del procés i utilització de l'equip. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Sistema d'accionament pneumàtic de la porta de la cambra de l'esterilitzador. (5p)	5			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Capacitat d'emmagatzematge (memòria interna) superior a 1.000 cicles. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Dipòsit d'aigua per al sistema de buit amb doble control de nivell d'aigua i amb un volum d'emmagatzematge superior a 25 litres. (5p)	5			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Dipòsit d'aigua per al farciment del generador de vapor amb sistema de preescalfament d'aigua per reduir el consum elèctric i el % de gasos no condensables. Volum mínim de 10 litres. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Panell informatiu al frontal de l'esterilitzador, independent de la pantalla, amb sistemes de senyalització/indicació de l'estat de l'equip. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Sistema de control del generador amb resistències independents i ajust automàtic de la pressió de treball en funció del cicle d'esterilització seleccionat. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Sistema de buit per ejector amb dipòsit de recirculació d'aigua, amb control de nivell i temperatura. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Garantia de per vida per a l'ejector del sistema de buit. (5p)	5			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Garantia de per vida per a la cambra i la recambra. (5p)	5			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Alçada de les pantalles, respecte al terra, no superior a 1,5 metres per a una millor visibilitat dels menús i major usabilitat de l'esterilitzador. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Funció d'engegada automàtica amb possibilitat de configuracions diferents en funció del dia de la setmana. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Funció d'aturada automàtica amb diferents configuracions d'interval de temps. (1p)	1			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
Compatibilitat amb els carros de càrrega existents. És una característica important donat l'espai disponible. (15p)	15			Puntuació d'acord ANNEX B. Fitxa tècnica. Requisits mínim i criteris objectius de PTT
TOTAL PUNTUACIÓ TÈCNICA	49			

**ÉS OBLIGATORI COMPLIMENTAR AQUEST MODEL I ENVIAR-LO TELEMÀTICAMENT MITJANÇANT L'EINA "SOBRE DIGITAL 2.0" JUNTAMENT AMB LA MEMÒRIA DELS CRITERIS AUTOMÀTICS QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DELS REQUISITS ESTABLERTS EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. NO S'ADMETRAN OFERTES PRESENTADES PER QUALSEVOL ALTRA VIA. SI HI HAGUES ALGUN DOCUMENT QUE PER LA SEVA GRANDÀRIA NO ES POGUES LLIURAR ELECTRONICAMENT L'EMPRESA LICITADORA PRESENTARÀ ELECTRONICAMENT UN RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ I LLIURARÀ A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ (Parc Sanitari Joan XXIII, C/ Dr Mallafré Guasch 4, edifici D primera planta, 43005 TARRAGONA) LA RESTA DE LA DOCUMENTACIÓ EN UN PEN DRIVE SENSE ENCRIPtar ABANS DE LA DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES. INCOMPLIR AQUESTA NORMA COMPORTARÀ QUE L'EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ**

Nom de l'empresa  
NIF  
Persona de contacte  
Data i segell