

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CROMATÒGRAF DE GASOS PER A L'ANÀLISI D'EPICLORHIDRINA I COV's PEL LABORATORI DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA) (Expedient C036_25)

Prèvia la publicació del corresponent enllaç al perfil del contractant de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), el dia 9 de setembre de 2025, a les 11:00 hores, es constitueix, de forma telemàtica i pública, la Mesa de contractació corresponent a l'expedient indicat a l'encapçalament, integrada pels membres següents:

President: Sr. Juan José Blanco Gómez
Vocals: Sr. Carles Forment Escoda
Sra. Nuria García Grau
Sra. Laura Vicente Calvo
Secretària: Sra. Ester Leal Salvà

L'acte es desenvolupa segons es fa constar tot seguit:

En primer lloc, es fa constar que, finalitzat el termini de presentació de proposicions, s'ha rebut una única proposició per part de l'empresa:

- AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL

Així mateix, es constata que l'empresa licitadora ha tramés les paraules clau que han de permetre l'obertura de la seva proposició.

Així, el passat dia 3 de setembre de 2025 es va obrir el sobre A, que conté la documentació administrativa, en aquest cas el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), constatant que aquest es troba degudament complimentat.

Pertoca ara obrir el sobre B, que conté la documentació avaluable d'acord amb criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules, fent constar que la proposició econòmica presentada és de 129.431,90 euros (més l'IVA corresponent), i, així mateix, que el licitador ofereix les millores sense cost afegit següents:

1. Que els injectors *split/splitless* siguin de caràcter inert i que disposin, de sèrie, d'un sistema de segellat amb tancament basculant per a facilitar el canvi ràpid del "liner" de l'injector per part de l'usuari, sense necessitat d'eines.
2. Que tinguin la funció de congelació de temps de retenció, programable en el software i compatible amb la base de dades que permeti la identificació de compostos desconeguts per temps de retenció absolut i espectre de masses. Aquest bloqueig s'ha de poder realitzar utilitzant, almenys, un dels analits inclosos al mètode cromatogràfic, evitant tècniques d'interpolació basades en l'índex de retenció (Kovats).
3. Que permeti realitzar, almenys, els següents diagnòstics sense necessitat de bloquejar manualment les sortides de purga de *septum* o de *split*:

- Test de flux previ a l'anàlisi per a verificar el flux total en front al flux de columna calculat.
- Test periòdic de restricció de venteig de *split*, cada 100 anàlisis.
- Test de pressió previ a la seqüència, per a determinar la pressió màxima de l'injector necessària per a executar la seqüència, per a una optimització automàtica de les condicions de la injecció en assegurar una transferència eficient de la mostra a la columna.
- Revisió del nivell de soroll de fons de la columna, amb la finalitat de conèixer l'estat de degradació de la columna cromatogràfica.

Aquests tests de diagnòstic s'han de poder introduir de manera autònoma als paràmetres de l'instrument, mètodes o seqüències.

4. Que l'equip disposi d'un sistema d'estalvi d'Heli, que permeti canviar el gas portador d'Heli a Nitrogen o Hidrogen durant els períodes d'inactivitat del sistema, amb el consegüent estalvi econòmic. Aquest mòdul d'estalvi d'Heli no pot ocupar cap posició d'injector o detector.
5. Que el detector de masses incorpori un filtre de masses quadrupolar amb geometria hiperbòlica, monolític, de quars i recobert d'or, que permeti el seu escalfament fins a 200 °C, per a realitzar un manteniment constant del mateix, evitant la pèrdua d'eficiència amb la deposició de material orgànic.
6. Que el software disposi de la funció "snapshot" que permeti processar dades abans que finalitzi l'anàlisi i de forma simultània amb l'adquisició de dades.
7. Que la bomba externa de buit sigui lliure d'oli.

Així mateix, ofereix una ampliació del termini de garantia de dos anys més.

En conseqüència, atès que en la present licitació s'ha presentat una única proposició i que el preu ofert es inferior al preu màxim de licitació, la Mesa de contractació considera innecessari l'atorgament de la puntuació que pogués resultar dels criteris de valoració indicats al plec de clàusules administratives particulars regulador de la present contractació, i acorda:

1. Requerir a l'empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la tramesa del requeriment, aporti la documentació indicada a la clàusula 14a del plec de clàusules administratives i econòmiques regulador de la present contractació, i constitueixi la garantia definitiva prevista a la clàusula 15a de l'esmentat plec, per import de 6.471,60 EUR.
2. Proposar a l'òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats, adjudiqui el contracte del subministrament i instal·lació d'un cromatògraf de gasos per a l'anàlisi d'epiclorhidrina i COV's pel laboratori de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA, (EMATSA) (Exp. C036_25), a l'empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL per un preu de 129.431,90 euros (més l'IVA corresponent), i resta de condicions i millores ofertes, tot citant-lo per a formalitzar el corresponent document contractual.

Es transcriu a continuació l'informe generat per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya amb el detall de les accions de l'obertura de proposicions (sobre digital):



Registre d'obertura de sobre

Licitació: C036_25

Sobre: Sobre 2

Data	Acció
31/08/2025 08:00:49	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 31/08/2025 08:00:49.
31/08/2025 12:28:53	L'empresa Agilent Technologies Spain SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 31/08/2025 12:28:53.
09/09/2025 11:00:02	El custodi i membre de la mesa Núria Garcia Grau ha aplicat les credencials al sobre Sobre 2, a data i hora 09/09/2025 11:00:02 (Credencials aplicades: 1/2).
09/09/2025 11:01:09	El custodi i membre de la mesa Ester Leal Salvà ha aplicat les credencials al sobre Sobre 2, a data i hora 09/09/2025 11:01:09 (Credencials aplicades: 2/2).
09/09/2025 11:02:04	El custodi i membre de la mesa Ester Leal Salvà ha obert el sobre Sobre B, a data i hora 09/09/2025 11:02:04.
09/09/2025 11:02:14	L'usuari amb rol validador Ester Leal Salvà - Validador - Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA ha descarregat el fitxer OFERTA DE CRITERIS FORMULES.pdf de l'oferta 200,434,841, a data i hora 09/09/2025 11:02:14
09/09/2025 11:02:46	L'usuari amb rol validador Ester Leal Salvà - Validador - Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA ha descarregat el fitxer MEMORIA TECNICA EMATSA.pdf de l'oferta 200,434,841, a data i hora 09/09/2025 11:02:46
09/09/2025 11:06:53	L'usuari amb rol validador Ester Leal Salvà - Validador - Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA ha descarregat el fitxer MEMORIA TECNICA EMATSA.pdf de l'oferta 200,434,841, a data i hora 09/09/2025 11:06:53

Per a que així consti, s'estén la present acta que signen a continuació els membres de la Mesa.