

**INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ**
**Expedient número - 25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT**

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

Lot	Descripció	Empreses presentades																											
		Merit Medical Spain, SLU	Leleman, SL	LeMaitre Vascular Spain, SL	Medicina Analítica Consumibles MAC, SAU	Biotronik Spain, SA	Philips Ibérica SAU	Intersurgical España, SLU	World Médica, SLU	Biogen Diagnòstica, SL	Izasa Hospital, SLU	Logsa Endomedical, SL	Pallex Medical, SA	Terumo Europe España, SL	Cardiva 2, SL	Medtronic Ibérica, SA	Edwards Lifesciences, SL	Abbott Medical España, SA	Mermaid Medical Iberia, SL	Becton Dickinson, SAU	Boston Scientific Iberica, SA	Cook España, SL	Cordis Medical Spain, SLU	Teleflex Medical SAU	Hospidis, SL	Prim, SA	Vygon, SAU	Mercé V. Electrom, SL	
BY01	CATÈTERS NO HIDROFÍLICS	v											v	v							v								
BY02	DRENATGE	v			v								v						v										
BY03	CATÈTERS HIDROFÍLICS	v											v	v									v						
BY04	SET BIOPSIA HEPÀTICA																					v							
BY05	CATÈTER LLAÇ																												
BY06	TANCAMENT PERCUTANI 1																	v					v						
BY07	TANCAMENT PERCUTANI 2													v															
BY08	CLAU EN "Y" AMB VÀLVULA	v						v	v	v		v															v		
BY09	SET COMPLET PUNCIÓ BILIAR	v	v																v		v	v							
BY10	FILTRE CARÒTIDA								v							v		v			v	v		v					
BY11	KIT DE GUIA D'AGULLA				v																								
BY12	GUIA 190 CM 0.014" PUNTA "ESTERABLE"																	v		v	v	v		v					
BY13	GUIA 0.18 80 CM.															v						v				v			
BY14	GUIA TEFLONADA																												
BY15	MICROCATÈTER II	v									v																		
BY16	GUIES HIDROFÍLQUES	v																											
BY17	INTRODUCTORS VASCULARS I													v															
BY18	CLAU EN Y NEUROINTERVENCIIONISME	v								v																			
BY19	CATÈTER CENTRAL IMPLANTACIÓ PERIFÈRICA																	v								v			
BY20	SET MICROPUNCIÓ																	v										v	
BY21	CATÈTER CENTRAL PUNTA OBERTA																			v									
BY22	CATÈTER DIGITAL								v																			v	
BY23	CATÈTER BALÓ VASOS PETITS							v								v													
BY24	DISPOSITIU TROMBECTOMIA MECÀNICA I FARMACOMECÀNICA																												
BY25	CATÈTER BALÓ VASOS GRANS																												
BY26	SISTEMA DE TROMBECTOMIA ASPIRATIVA																												
BY27	CATÈTER FOGARTY				v																								v
BY28	MICROCATÈTER AMB GUIA ACCÉS RADIAL										v																		
BY29	MICROCATÈTER I																												
BY30	GUIA SUPER STIFF 180CM	v																											

 Dr. Nicolás Augusto Romero Florez  
 Cap de Secció Radiologia Vasculat Intervencionista

Sabadell, datat i signat digitalment

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY01 - CATÈTERS NO HIDROFÍLICS

Criteris de valoració	Empreses presentades					Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Merit Medical Spain, SLU	Terumo Europe España, SL	Cardiva 2, SL	Boston Scientific Iberica, SA	Cordis Medical Spain, SLU	
	Puntuació					
Flexibilitat (fins a 10 punts) – Es valorarà que la flexibilitat del catèter afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions)		10,00	5,00		10,00	Cardiva-dificultat en el pas d'anatomies tortuoses
Suport (fins a 10 punts) Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització suprselectiva	-	10,00	5,00	-	10,00	Cardiva-pèrdua d el'accés si l'anatomia no és favorable
Capacitat de transmissió torque (fins a 10 punts) A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat per transmetre els moviments que realitza l'operador	-	10,00	5,00	-	10,00	Cardiva-no es tradueix internament el moviment de l mà de l'operador
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima (fins a 10 punts)	-	10,00	10,00	-	10,00	
Perfil d'entrada de la beina (fins a 10 punts) De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions	-	10,00	6,00	-	10,00	Cardiva-Tendeix a adherir-se a les plaques calcificades
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	-	<b>50,00</b>	<b>31,00</b>	-	<b>50,00</b>	

\***Boston Scientific** - Sol·licitem catèters de 4 i 5 Fr. i presenten només catèters de 5Fr. Per aquest motiu es desestima

\***Merit** - Presenta catèters amb puntes per cardiologia, no específiques per body. Per aquest motiu es desestima

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY02 - DRENATGE

Criteris de valoració	Empreses presentades					Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Merit Medical Spain, SLU	Medicina Analítica Consumibles MAC, SAU	Palex Medical, SA	Boston Scientific Iberica, SA	Mermaid Medical Iberia, SL	
	Puntuació					
Òptima transició de la punta <b>(fins a 10 punts)</b> - canvi en la posició, correcta ubicació...	-	-	10,00	-	-	
Suport <b>(fins a 10 punts)</b> - Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització supraseductiva	-	-	10,00	-	-	
Recobriments hidrofílics <b>(fins a 10 punts)</b> - Es valorarà que no perdi la part hidrofílica durant el procediment quirúrgic.	-	-	10,00	-	-	
Amplia gama de longituds i calibres <b>(fins a 5 punts)</b> – es valorarà que s'ofereixin més referències a part de les obligades pel PPT. Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que contingui més referències a part de les obligades pel PPT i la resta d'ofertes es donarà la puntuació proporcional que resulti.	-	-	5,00	-	-	
Possibilitat de diferents diàmetres de PIG TAIL <b>(fins a 5 punts)</b> SÍ – 5 PUNTS NO – 0 PUNTS	-	-	5,00	-	-	
Capacitat de drenar i limitar l'oclusió dels orificis laterals <b>(fins a 10 punts)</b>	-	-	10,00	-	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	-	-	<b>50,00</b>	-	-	

\***Mermaid Medical** - Pel codi 11267 sol·licitem que hi hagi diàmetres de 6 fins a 16 Fr. amb longituds des de 15 i fins a 60 cm. La longitud màxima que presenta Mermaid és de 40cm. Per aquest motiu es desestima.

\***Merit Medical** - Pel codi 11266 sol·licitem que els diàmetres vagin des de 8Fr. fins a 12 Fr. i presenten diàmetres a partir de 8,5 Fr. Per aquest motiu es desestima.

\***Medicina Analítica** - Pel codi 11267 sol·licitem que diàmetres de 6 fins a 16 Fr. amb longituds des de 15 i fins a 60 cm. La longitud màxima que presenta Medicina Analítica és de 50cm. Per aquest motiu es desestima.

\***Boston** - Pel codi 11266 sol·licitem una longitud de 42cm (+/-2) i presenten una longitud de 35cm. Per aquest motiu es desestima.

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY03 - CATÈTERS HIDROFÍLICS

	Empreses presentades				
	Merit Medical Spain, SLU	Terumo Europe España, SL	Cardiva 2, SL	Cordis Medical Spain, SLU	
Críteris de valoració	Puntuació				Motius, si la puntuació no és la màxima.
Flexibilitat ( <b>fins a 10 punts</b> ) – Es valorarà que la flexibilitat del catèter afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions)	7,00	10,00	7,00	10,00	<b>Cardiva i Merit</b> -dificultat en el pas d'anatomies tortuoses
Suport ( <b>fins a 10 punts</b> ) Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització supraselectiva	2,00	10,00	6,00	10,00	<b>Cardiva</b> -pèrdua d el'accés si l'anatomia no és favorable <b>Merit</b> -Pèrdua d'accés en anatomia normal
Capacitat de transmissió torque ( <b>fins a 10 punts</b> ) A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat per transmetre els moviments que realitza l'operador	5,00	10,00	5,00	10,00	<b>Cardiva i Merit</b> -no es tradueix internament el moviment de l mà de l'operador
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	10,00	10,00	10,00	
Perfil d'entrada de la beina ( <b>fins a 10 punts</b> ) De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions	6,00	10,00	6,00	10,00	<b>Cardiva i Merit</b> -Tendeix a adherir-se a les plaques calcificades
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>34,00</b>	<b>50,00</b>	

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY04 - SET BIOPSIA HEPÀTICA

	Empreses presentades		
	Palex Medical, SA	Cook España, SL	
Críteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Flexibilitat <b>(fins a 10 punts)</b> Flexibilitat del catèter que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions)	5,00	10,00	<b>Palex Medical</b> - Poc flexible, perd suport
Suport <b>(fins a 10 punts)</b> Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització.	8,00	10,00	<b>Palex Medical</b> - Presenta certa dificultat en mantenir la posició durant la cateterització
Visibilitat radioscòpica <b>(fins a 10 punts)</b> - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima	10,00	10,00	
Qualitat de la mostra obtinguda <b>(fins a 10 punts)</b> – es valorarà que no es fragmenti i que el cilindre mantingui les característiques biològiques del teixit	7,00	10,00	<b>Palex Medical</b> - Requereix més trucuts per obtenir mostra suficient
Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. <b>(fins a 10 punts)</b> .	6,00	10,00	<b>Palex medical</b> - Més dolorós pel pacient per la seva rigidesa
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>36,00</b>	<b>50,00</b>	

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY05 - CATÈTER LLAÇ

No ha licitat cap proveïdor

Aquest lot queda **DESERT**

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY06 - TANCAMENT PERCUTANI 1

Criteris de valoració	Empreses presentades		Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Abbott Medical Espanya, SA	Cordis Medical Spain, SLU	
	Puntuació		
Facilitat d'ús i comoditat en la manipulació (fins a 10 punts)	-	-	
Desplegament a través del mateix introductor fet servir en el procediment (fins a 10 punts)	-	-	
Desplegament ràpid. Es valorarà positivament que sigui en el menor temps possible (fins a 10 punts)	-	-	
Indicadors visuals pel desplegament del tap (fins a 10 punts)	-	-	
Tap bioabsorbible (fins a 10 punts)	-	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	-	-	

Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració

**Aquest lot queda ANUL·LAT**

La descripció que es va publicar del material en el plec tècnic no es correspon amb els criteris de valoració, per tant aquest lot queda ANUL·LAT

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY07 - TANCAMENT PERCUTANI 2

		Empreses presentades
		Terumo Europe España, SL
Criteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Facilitat d'ús i comoditat en la manipulació (fins a 10 punts)	10,00	
Desplegament ràpid. Es valorarà positivament que sigui en el menor temps possible (fins a 10 punts)	10,00	
Indicadors de pressió pel correcte desplegament del segell (fins a 10 punts)	10,00	
Suport de la guia (fins a 10 punts) - Capacitat em mantenir la pressió en la introducció del catèter introductor específic	10,00	
Flexibilitat de la guia (10 punts) - Capacitat per transitar l'eix arterial.	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	



Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY08 - CLAU EN "Y" AMB VÀLVULA

		Empreses presentades						Motius, si la puntuació no és la màxima.
		Merit Medical Spain, SLU	Intersurgical España, SLU	World Médica, SLU	Biogen Diagnóstica, SL	Logsa Endomedical, SL	Prim, SA	
Criteris de valoració		Puntuació						
Sistema d'obertura i tancament (fins a 20 punts)	Que la manipulació per obrir i tancar es dugui a terme sense força i de manera àgil (fins a 10 punts)	5,00	10,00	7,00	2,00	2,00	3,00	<b>Logsa i Biogen</b> - El sistema d'apertura és molt rígid, no permet obrir i tancar sense força i de manera àgil <b>Merit Medical</b> - El sistema d'apertura és rígid, no permet obrir i tancar sense força i de manera àgil <b>World Médica</b> - El sistema d'apertura és una mica rígid, la força que cal fer per no permet que la maniobra sigui del tot àgil <b>Prim</b> - té una pestanya que cal apretar per obrir i tancar, no permetent obrir i tancar de manera àgil
	Tancament efectiu, sense mínima pèrdua (fins a 10 punts)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Control de torque ( fins a 10 punts) - Es valorarà que permeti un control precís del torque.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	2,00	<b>Prim</b> - no hi ha rotació 1:1 en el control del torque
La clau manté la integritat dels stens, guies i catèters i els seus recobriments (fins a 10 punts)		5,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	<b>Merit Medical</b> - La connexió clau amb catèter és molt estreta i queda menys espai <b>World Médica</b> - La connexió clau amb catèter és estreta i queda menys espai
Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. (fins a 10 punts)		6,00	10,00	8,00	3,00	3,00	2,00	<b>Logsa i Biogen</b> - majoritàriament es necessiten ambdues mans per manipular-la <b>Merit Medical</b> - Algunes vegades es necessiten les dues mans per manipular-la <b>World Médica</b> - Puntualment cal fer servir les dues mans per poder fer la manipulació de la clau <b>Prim</b> - Dificultat per orientar el catèter cap el vas d'interès
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>		<b>36,00</b>	<b>50,00</b>	<b>43,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>27,00</b>	

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY09 - SET COMPLET PUNCIÓ BILIAR

Criteris de valoració	Empreses presentades						Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Merit Medical Spain, SLU	Leleman, SL	Cardiva 2, SL	Mermaid Medical Iberia, SL	Boston Scientific Iberica, SA	Cook España, SL	
Navegabilitat (fins a 10 punts) A més navegabilitat , més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per navegar a través de l'arbre biliar, com a l'hora de creuar lesions severes.	10,00		6,00	6,00	8,00	7,00	<b>Mermaid i Cardiva</b> -Guia massa rígida que no permet creuar lesions severes <b>Boston</b> - Extrem intern que creua lesions moderades i no severes <b>Cook</b> -Guia rígida que creua lesions moderades però no severes
Suport (10 punts) Capacitat del catèter en mantenir-se en posició durant la cateterització supraseductiva	10,00	-	7,00	7,00	7,00	7,00	<b>Mermaid, Boston, Cardiva i Cook</b> - el catèter és poc rígid per mantenir la posició en el moment de creuar l'estenosi amb la guia
Capacitat de transmissió torque (fins a 10 punts) A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat per transmetre els moviments que realitza l'operador	10,00	-	5,00	5,00	7,00	5,00	<b>Mermaid, Cardiva i Cook</b> - El floppy tip de la microguia presenta mala transmissió de torque <b>Boston</b> - El floppy tip de la microguia no transmet tots els moviments de l'operador
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui optima (fins a 10 punts)	10,00	-	6,00	5,00	10,00	6,00	<b>Mermaid</b> -dificultat de visualització de l'extrem intern de l'apunta d'el'agulla <b>Cardiva i Cook</b> - presenten certa dificultat de visualització ecogràfica de l'extrem intern de l'agulla
Perfil d'entrada de la beina (fins a 10 punts) De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.	10,00	-	6,00	6,00	8,00	6,00	<b>Mermaid, Cardiva i Cook</b> - mala transició de l'introducció/dilatador plàstic <b>Boston</b> -la transició de l'introducció/dilatador plàstic presenta cert decalatge
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	-	<b>30,00</b>	<b>29,00</b>	<b>40,00</b>	<b>31,00</b>	

\***Leleman** - No ha presentat les mostres dins el període establert. Per aquest motiu es desestima.

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY10 - FILTRE CARÒTIDA

Criteris de valoració	Empreses presentades				Motius, si la puntuació no és la màxima.
	World Médica, SLU	Medtronic Ibérica, SA	Abbott Medical España, SA	Cordis Medical Spain, SLU	
Visualització (fins a 8 punts) – Es valorarà que la visualització radioscòpica del dispositiu sigui òptima	4,00	8,00	8,00	4,00	World Médica i Cordis - El filtre és radiopac però no s'aconsegueix una excelente visualització
Compatibilitat – Que sigui compatible amb guia de 0.014” (fins a 6 punts)	6,00	6,00	6,00	6,00	
Idoneïtat (fins a 6 punts) El productes que es presenten als procediments de RVI, ha d'estar aprovat per l'ús a intervencionisme en caròtides	6,00	6,00	6,00	6,00	
Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	1,00	10,00	10,00	4,00	World Medica - La guia és rígida no preformable dificultant la manipulació del filtre Cordis - Dificultat en el purgat del filtre i manipulació per poder montar el dispositiu
Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que facilitin en el moment d'ús del stent així com l'absència de possibles efectes desfavorables (fins a 10 punts)	1,00	10,00	10,00	10,00	World Medica - Facilitat en la presència de vasoespasme en la utilització del filtre
Ergonomia – es valorarà la capacitat d'adaptabilitat a les diferents tipus d'anatomies vasculars segons la densitat de l'agent embolitzant (fins a 10 punts)	1,00	10,00	10,00	10,00	Worl Medica - Punta no preformable per ús en segments molt corbs o allargats
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>19,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40,00</b>	

\*Tal i com indica en els criteris d'adjudicació (Annex IV), per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 26 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Es troba en aquesta situació **World Médica, SLU**

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY11 - KIT DE GUIA D'AGULLA

Criteris de valoració	Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Medicina Analítica Consumibles MAC, SAU	Mermaid Medical Iberia, SL	Becton Dickinson, SAU	
	Puntuació			
Facilitat en la introducció del transductor ecogràfic dins de la funda (fins a 10 punts)	10,00	10,00	-	
Adaptabilitat al capçal de cristalls del transductor (fins a 10 punts)	10,00	10,00	-	
Rapidesa en inserta la guia d'agulla en el transductor (fins a 10 punts)	10,00	10,00	-	
Flexibilitat de les gomes i adaptació en el coll del transductor (fins a 10 punts)	10,00	10,00	-	
Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. (fins a 10 punts)	10,00	10,00	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	-	

\*Becton Dickinson - les peces no s'adapten a la sonda de l'ecògraf. Per aquest motiu es desestima

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY12 - GUIA 190 CM 0.014" PUNTA "ESTERABLE"

Criteris de valoració	Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Abbott Medical España, SA	Boston Scientific Iberica, SA	Cordis Medical Spain, SLU	
	Puntuació			
Navegabilitat – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	10,00	-	
Capacitat de creuament – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	10,00	-	
Torque – Capacitat de transmissió de l'extrem proximal al distal. <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	10,00	-	
Flexibilitat – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) <b>(fins a 10 punts)</b> A més flexibilitat més puntuació.	10,00	10,00	-	
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	10,00	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	-	

\*Cordis Medical - pel codi 100001164 sol·licitem una guia de 190 cm de longitud i presenten guia de 180 cm. Per aquest motiu es desestima.

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY13 - GUIA 0.18 80 CM

Criteris de valoració	Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Medtronic Ibérica, SA	Cook España, SL	Hospidis, SL	
	Puntuació			
Navegabilitat – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions (fins a 10 punts)	10,00	5,00	-	Cook - floppy tip amb dificultat de navegar en anatomies no favorables
Capacitat de creuament – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques (fins a 10 punts)	10,00	5,00	-	Cook - transmissió floppy tip/stiff massa rígida
Torque – Capacitat de transmissió de l'extrem proximal al distal. (fins a 10 punts)	10,00	5,00	-	Cook - no es transmet en totes les ocasions el moviment de l'operador en el floppy tip
Flexibilitat – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) (fins a 10 punts) A més flexibilitat més puntuació.	10,00	5,00	-	Cook - massa rigidesa de la part stiff de la guia
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima (fins a 10 punts)	10,00	7,00	-	Cook - la part stiff és poc radiopaca
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	<b>27,00</b>	-	

\*Hospidis - Sol·licitem una guia de 80cm i presenten una guia de 65cm o 125cm. Per aquest motiu es desestima

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY14 - GUIA TEFLONADA</b>

		<b>Empreses presentades</b>
		<b>Boston Scientific Iberica, SA</b>
<b>Criteris de valoració</b>	<b>Puntuació</b>	<b>Motius, si la puntuació no és la màxima.</b>
Navegabilitat – Capacitat per navegar a través d’anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
Capacitat de creuament – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d’oclusions totals cròniques <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
Torque – Capacitat de transmissió de l’extrem proximal al distal. <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
Flexibilitat – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) <b>(fins a 10 punts)</b> A més flexibilitat més puntuació.	10,00	
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY15 - MICROCATÈTER II</b>

	Empreses presentades			Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Merit Medical Spain, SLU	Izasa Hospital, SLU	Boston Scientific Iberica, SA	
Críteris de valoració	Puntuació			
Flexibilitat ( <b>fins a 10 punts</b> ) A més flexibilitat, més puntuació. Es valorarà la flexibilitat del microcatèter sense perdre el seu suport (força per passar el material a través de les lesions)	-	10,00	-	
Navegabilitat ( <b>fins a 10 punts</b> ) A mes navegabilitat , mes puntuació. Es valorarà la capacitat del microcatèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions	-	10,00	-	
Capacitat de transmissió torque ( <b>fins a 10 punts</b> ), A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per transmetre els moviments que realitza l'operador, fins a la punta de la guia.	-	10,00	-	
Múltiples corbes dels extrems distals ( <b>fins a 10 punts</b> ), A més varietat de corbes més puntuació	-	10,00	-	
Punta no traumàtica ( <b>fins a 10 punts</b> ) - Es valoraran les característiques de la punta del microcatèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del microcatèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions	-	10,00	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	-	<b>50,00</b>	-	

\***Merit Medical** - Sol·licitem uns microcatèters amb un diàmetre intern a partir de 1.7 FR i fins a 2.7 FR i presenten a partir de 2.0 FR. Per aquest motiu es desestima.

\***Boston Scientific Ibérica** - Sol·licitem uns microcatèters amb un diàmetre intern a partir de 1.7 FR i fins a 2.7 FR i presenten 2.4 FR i 2.8 FR. Per aquest motiu es desestima



Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY16 - GUIES HIDROFÍLIQUES

	Empreses presentades			
	Merit Medical Spain, SLU	Terumo Europe España, SL	Boston Scientific Iberica, SA	
Criteris de valoració	Puntuació			Motius, si la puntuació no és la màxima.
Navegabilitat – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions <b>(fins a 10 punts)</b>	5,00	10,00	5,00	<b>Merit i Boston</b> - capacitat limitad per navegar a través d'anatomies tortuoses
Capacitat de creuament – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques <b>(fins a 10 punts)</b>	5,00	10,00	5,00	<b>Merit i Boston</b> - capacitat de creuament limitada per pèrdua de la capa hidrofílica
Torque – Capacitat de transmissió de l'extrem proximal al distal. <b>(fins a 10 punts)</b>	5,00	10,00	5,00	<b>Merit i Boston</b> - no es transmet en totes les ocasions el moviment de l'operador en el floppy tip
Flexibilitat – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) <b>(fins a 10 punts)</b> A més flexibilitat més puntuació.	5,00	10,00	5,00	<b>Merit i Boston</b> - capacitat limitada per disminució del lliscament dela catèter sobre la guia
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	10,00	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY17 - INTRODUCTORS VASCULARS I</b>

	Empreses presentades		
	Terumo Europe España, SL	Cordis Medical Spain, SLU	
<b>Criteris de valoració</b>	<b>Puntuació</b>		<b>Motius, si la puntuació no és la màxima.</b>
Guia ( <b>fins a 10 punts</b> ) – Qualitat de la guia, que tingui una bona navegabilitat i no sigui traumàtica, per afavorir el pas a través de l'agulla i l'artèria	10,00	8,00	<b>Cordis</b> - moderada transmissió de torque de la guia en anatomies complexes
Felxibilitat ( <b>fins a 10 punts</b> ) – La flexibilitat de l'introductor afavoreix el pas a través dels teixits i a l'entrada de l'artèria, especialment per anatomies tortuoses.	10,00	8,00	<b>Cordis</b> -s'observa certa dificultat en artèries amb arteriopaties severes
Vàlvula amb absència de pèrdues ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	10,00	
Punta no traumàtica ( <b>fins a 10 punts</b> ) – La punta de l'introductor no traumàtica és molt important per disminuir el risc de complicacions a l'artèria	10,00	10,00	
Navegabilitat – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	7,00	<b>Cordis</b> - presenta dificultat de navegació associada a la navegabilitat de la guia
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	<b>43,00</b>	

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY18 - CLAU EN Y NEUROINTERVENCIONISME

	Empreses presentades				
	Merit Medical Spain, SLU	World Médica, SLU	Teleflex Medical, SAU	Prim, SA	
Críteris de valoració	Puntuació				Motius, si la puntuació no és la màxima.
Facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació (fins 10 punts)	1,00	10,00	10,00	-	<b>Merit</b> - Al girar el segment amb ressort es desacobla la clau
Facilitat en el sistema de purgat de la clau. (fins a 10 punts)	3,00	10,00	10,00	-	<b>Merit</b> - L'apertura mitjançant el segment de ressort es molt dura pel purgat
Reflux dins de la vàlvula amb sistema d'alta pressió (fins 10 punts)	10,00	10,00	10,00	-	
Adaptabilitat de la clau als diferents tipus de catèters sense que presentin fuites en sistemes d'alta pressió. (fins 10 punts)	10,00	10,00	10,00	-	
Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos (fins a 10 punts).	1,00	5,00	10,00	-	<b>Merit</b> - La manipulació de la clau no facilita el pas ràpid dels catèters <b>World Medica</b> - En el pas dels catèters algunes vegades permet el pas de bombolles d'aire amb microcatèters, implicant que s'hagi de purgar de nou
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>25,00</b>	<b>45,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	

\***Prim** - La clau que presenten no té dos tancaments independents tal i com es descriu en el plec tècnic. Per aquest motiu es desestima.

\*Tal i com indica en els criteris d'adjudicació (Annex IV), per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 26 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Es troba en aquesta situació **World Médica, SLU**

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY19 - CATÈTER CENTRAL IMPLANTACIÓ PERIFÈRICA

	Empreses presentades		
	Palex Medical, SA	Vygon, SAU	
Críteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Navegabilitat – Capacitat del catèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	8,00	Vygon - certa dificultat quan trobem bifurcacions
Guia <b>(fins a 10 punts)</b> – Qualitat de la guia, que tingui una bona navegabilitat i no sigui traumàtica, per afavorir el pas a través de l'agulla.	10,00	10,00	
Punta no traumàtica <b>(fins a 10 punts)</b> – La punta de l'introduïdor i del catèter no traumàtica és molt important per disminuir el risc de complicacions	10,00	10,00	
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	2,00	Vygon- marques centimetrades molt poc visibles
Perfil d'entrada de la beina <b>(fins a 10 punts)</b> De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.	10,00	7,00	Vygon - la transició dificulta alguns casos i obliga a fer tall amb el bisturí
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	<b>37,00</b>	

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY20 - SET MICROPUNCIÓ

		Empreses presentades
		Palex Medical, SA
Críteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Guia ( <b>fins a 10 punts</b> ) – Qualitat de la guia, que tingui una bona navegabilitat i no sigui traumàtica, per afavorir el pas a través de l'agulla.	10,00	
Punta no traumàtica ( <b>fins a 10 punts</b> ) – La punta de l'introduïdor i del catèter no traumàtica és molt important per disminuir el risc de complicacions	10,00	
Visibilitat radioscòpica de la guia - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica de la guia sigui òptima ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	
Visibilitat ecogràfica de l'agulla - Es valorarà que la visibilitat ecogràfica de l'agulla sigui òptima ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	
Navegabilitat – Capacitat de la guia per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY21 - CATÈTER CENTRAL PUNTA OBERTA</b>

	Empreses presentades		
	Becton Dickinson, SAU	Vygon, SAU	
Críteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Navegabilitat – Capacitat del catèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	-	
Guia <b>(fins a 10 punts)</b> – Qualitat de la guia, que tingui una bona navegabilitat i no sigui traumàtica, per afavorir el pas a través de l'agulla.	10,00	-	
Punta no traumàtica <b>(fins a 10 punts)</b> – La punta de l'introduïdor i del catèter no traumàtica és molt important per disminuir el risc de complicacions	10,00	-	
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	-	
Perfil d'entrada de la beina <b>(fins a 10 punts)</b> De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.	10,00	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	-	

\*Vygon, SAU - sol·licitem guia de 70cm i presenten guia de 50cm. Per aquest motiu es desestima.

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY22 - CATÈTER DIGITAL</b>

		<b>Empreses presentades</b>
		<b>Philips Ibérica, SAU</b>
<b>Criteris de valoració</b>	<b>Puntuació</b>	<b>Motius, si la puntuació no és la màxima.</b>
Navegabilitat – Capacitat per navegar a través d’anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
Capacitat de creuament – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d’oclusions totals cròniques <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
Capacitat de visualització sonogràfica – es valorarà la qualitat d’imatge ecogràfica que genera el catèter. <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
Flexibilitat – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) <b>(fins a 10 punts)</b> A més flexibilitat més puntuació.	10,00	
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENZIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY23 - CATÈTER BALÓ VASOS PETITS</b>

	Empreses presentades			
	Biotronik Spain, SA	World Médica, SLU	Medtronic Ibérica, SA	
Críteris de valoració	Puntuació			Motius, si la puntuació no és la màxima.
Navegabilitat ( <b>fins a 10 punts</b> ) –Es valorarà la capacitat de transmissió del catèter dins el sistema vascular així com la capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions.	10,00	-	-	
Facilitat de col·lapse ( <b>fins a 10 punts</b> ) – es valorarà la rapidesa a l'hora de desinflar el baló i la seva capacitat de plegament	10,00	-	-	
Perfil d'entrada ( <b>fins a 10 punts</b> ) – De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.	10,00	-	-	
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà la visibilitat de les marques radiopaques ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	-	-	
Pressions màximes de trencament ( <b>fins a 10 punts</b> ) – Capacitat del baló de suportar altes pressions d'inflat i també de transmetre aquesta pressió sobre la lesió (especialment en lesions cròniques i calcificades), sense trancar-se	10,00	-	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	-	-	

\***Medtronic Iberica, SA** - Pel codi 10332 sol·licitem unes longituds de portador de 90, 130 i 170cm i presenta unes longituds de 80, 130 i 150 cm.- Per aquest motiu es desestima

\***World Medica, SLU** - Pel codi 10332 sol·licitem unes longituds de portador de 90, 130 i 170cm. World Medica presenta diferents models de baló, però cap té la longitud de 170 cm. Per aquest motiu es desestima.



Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY24 - DISPOSITIU TROMBECTOMIA MECÀNICA I FARMACOMECÀNICA

Criteris de valoració	Empreses presentades	
	Boston Scientific Iberica, SA	
Criteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Capacitat de creuament <b>(fins a 10 punts)</b> , A mes capacitat de creuament , més puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals agudes	10,00	
Navegabilitat <b>(fins a 10 punts)</b> A mes navegabilitat , mes puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions.	10,00	
Capacitat de reolisi <b>(fins a 10 punts)</b> – Es valorarà la capacitat del catèter per segmentar el trombo i aspiració del mateix disminuint el risc d'embòlia distal	10,00	
Punta no traumàtica <b>(fins a 10 punts)</b> - Es valoraran les característiques de la punta del catèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del catèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions	10,00	
Capacitat de lisar el trombo de forma fàrmaco-mecànica i/o mecànica <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY25 - CATÈTER BALÓ VASOS GRANS

No ha licitat cap proveïdor

Aquest lot queda **DESERT**

Expedient número	25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT
Lot	BY26 - SISTEMA DE TROMBECTOMIA ASPIRATIVA

Empreses presentades
<b>Mercé V. Electrom, SL</b>

Críteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Capacitat de creuament <b>(fins a 10 punts)</b> , A mes capacitat de creuament , més puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals agudes	10,00	
Navegabilitat <b>(fins a 10 punts)</b> A mes navegabilitat , mes puntuació. Es valorarà la capacitat del catèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions	10,00	
Capacitat d'aspiració <b>(fins a 10 punts)</b> – Es valorarà la capacitat de l'extractor per aspirar la major quantitat de trombo possible, disminuint el risc d'embòlia distal	10,00	
Punta no traumàtica <b>(fins a 10 punts)</b> - Es valoraran les característiques de la punta del catèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del catèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions	10,00	
Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY27 - CATÈTER FOGARTY</b>

	Empreses presentades		
	LeMaitre Vascular Spain, SL	Edwards Lifesciences, SL	
Críteris de valoració	Puntuació		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Navegabilitat ( <b>fins a 10 punts</b> ) –Es valorarà la capacitat de transmissió del catèter dins el sistema vascular així com la capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions.	10,00	10,00	
Facilitat de col·lapse ( <b>fins a 10 punts</b> ) – es valorarà la rapidesa a l'hora de desinflar el baló i la seva capacitat de plegament	10,00	10,00	
Perfil d'entrada ( <b>fins a 10 punts</b> ) – De bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions.	10,00	10,00	
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà la visibilitat de les marques radiopaques ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	10,00	
Adequació del producte als procediments assistencials: es valoraran aspectes i elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes desfavorables. ( <b>fins a 10 punts</b> )	10,00	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY28 - MICROCATÈTER AMB GUIA ACCÉS RADIAL</b>

	<b>Empreses presentades</b>	
	<b>World Médica, SLU</b>	
<b>Criteris de valoració</b>	<b>Puntuació</b>	<b>Motius, si la puntuació no és la màxima.</b>
Flexibilitat <b>(fins a 10 punts)</b> A més flexibilitat, més puntuació. Es valorarà la flexibilitat del microcatèter sense perdre el seu suport (força per passar el material a través de les lesions)	10,00	
Navegabilitat <b>(fins a 10 punts)</b> A mes navegabilitat , mes puntuació. Es valorarà la capacitat del microcatèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions	10,00	
Capacitat de transmissió torque <b>(fins a 10 punts)</b> , A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per transmetre els moviments que realitza l'operador, fins a la punta de la guia.	10,00	
Múltiples corbes dels extrems distals <b>(fins a 10 punts)</b> , A més varietat de corbes més puntuació	10,00	
Punta no traumàtica <b>(fins a 10 punts)</b> - Es valoraran les característiques de la punta del microcatèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del microcatèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>50,00</b>	

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY29 - MICROCATÈTER I</b>

	Empreses presentades		
	Merit Medical Spain, SLU	Terumo Europe España, SL	
<b>Criteris de valoració</b>	<b>Puntuació</b>		<b>Motius, si la puntuació no és la màxima.</b>
Flexibilitat <b>(fins a 10 punts)</b> A més flexibilitat, més puntuació. Es valorarà la flexibilitat del microcatèter sense perdre el seu suport (força per passar el material a través de les lesions)	-	10,00	
Navegabilitat <b>(fins a 10 punts)</b> A més navegabilitat, més puntuació. Es valorarà la capacitat del microcatèter per navegar a través d'anatomies tortuoses, artèries ectàsiques, vasos petits, bifurcacions.	-	10,00	
Capacitat de transmissió torque <b>(fins a 10 punts)</b> , A més capacitat de transmissió de torque més puntuació. Es valorarà la capacitat de les guies per transmetre els moviments que realitza l'operador, fins a la punta de la guia.	-	10,00	
Capacitat de creuament <b>(fins a 10 punts)</b> , A més capacitat de creuament, més puntuació. Es valorarà la capacitat del microcatèter per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques	-	10,00	
Punta no traumàtica <b>(fins a 10 punts)</b> - Es valoraran les característiques de la punta del microcatèter, ja que és la part més important a l'hora de navegar i creuar lesions, La punta del microcatèter ha de ser de bon perfil (petit calibre i no traumàtica) per afavorir el creuament de les lesions, així com per evitar complicacions	-	10,00	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	-	<b>50,00</b>	

\*Merit Medical - Pel codi 100001157 sol·licitem OD 2.0 FR (DISTAL) i el presentem de 2.1 FR. Per aquest motiu es desestima.

<b>Expedient número</b>	<b>25SM0068P - CATÈTERS I GUIES PER RADIOLOGIA INTERVENCIIONISTA AMB CESSIÓ D'EQUIPAMENT</b>
<b>Lot</b>	<b>BY30 - GUIA SUPER STIFF 180CM</b>

	Empreses presentades					Motius, si la puntuació no és la màxima.
	Merit Medical Spain, SLU	Palex Medical, SA	Boston Scientific Iberica, SA	Cook España, SL	Cordis Medical Spain, SLU	
Críteris de valoració	Puntuació					
Navegabilitat – Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions <b>(fins a 10 punts)</b>	7,00	-	10,00	10,00	-	<b>Merit</b> - Si l'anatomia és tortuosa perd la localització
Capacitat de creuament – Capacitat per creuar lesions severes i calcificades, així com per creuar a través d'oclusions totals cròniques <b>(fins a 10 punts)</b>	7,00	-	10,00	10,00	-	<b>Merit</b> -extrem intern d'alta rigidesa
Torque – Capacitat de transmissió de l'extrem proximal al distal. <b>(fins a 10 punts)</b>	7,00	-	10,00	10,00	-	<b>Merit</b> - no es transmet en totes les ocasions el moviment de l'operador en el floppy tip
Flexibilitat – Flexibilitat que afavoreixi el pas per anatomies tortuoses sense perdre el suport (força per passar el material a través de les lesions) <b>(fins a 10 punts)</b> A més flexibilitat més puntuació.	7,00	-	10,00	10,00	-	<b>Merit</b> - pèrdua de suport quan l'anatomia és tortuosa
Visibilitat radioscòpica - Es valorarà que la visibilitat radioscòpica sigui òptima <b>(fins a 10 punts)</b>	10,00	-	10,00	10,00	-	
<b>Valoració Global (màxim 50 punts)</b>	<b>38,00</b>	-	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	-	

\***Cordis** - Sol·licitem guia entre 80 i 180 cm de longitud i presenten a partir de 150 cm. Per aquest motiu es desestima.

\***Palex** - Sol·licitem guia amb múltiples morfologies a la punta distal i no tenen guia angulada. Per aquest motiu es desestima.