



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MANTES
NORMOTÈRMiques D'AIRE CALENT PER AL CONSORCI
SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF**

Exp: CSAPG OB 2025/19

INDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA.....	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MATERIAL FUNGIBLE.....	3
4. CONSUMS PREVISTOS	4
5. EQUIPS EN CESSIÓ	4
6. FORMACIÓ.....	5
7. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE MOSTRES.....	6
8. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	7
9. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS	8
10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	8
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	9

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT DE MANTES NORMOTÈRMQUES D'AIRE CALENT PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDEÀS I GARRAF

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és subministrament de mantes normotèrmiques d'aire calent d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG), segons les condicions i característiques tècniques definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

L'adjudicació serà a lot complert, amb el que és obligatori presentar ofertes per tot el lot. No es contempla l'adjudicació compartida.

El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA

El material s'haurà d'entregar al magatzem de l'adreça que figuri a la comanda; principalment seran:

- **Hospital Comarcal de l'Alt Penedès**

Carrer Espirall 61

08720 - Vilafranca del Penedès

- **Hospital Residència Sant Camil**

Ronda Sant Camil, s/n

08810 – Sant Pere de Ribes

L'horari de recepció de mercaderies és de dilluns a divendres (no festius) de 8 a 13:30h.

El CSAPG, durant el contracte i pròrrogues, podrà sol·licitar que el material s'entregui en qualsevol altre centre o ubicació del CSAPG, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu d'adjudicació.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MATERIAL FUNGIBLE

Les característiques mínimes tècniques que han de complir el material fungible i s'indiquen a l'**annex 1**, del present PPT.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

El material haurà de complir amb els següents requisits:

- Marcat CE i certificat MDR.
- Exempt de comanda mínima.
- Subministrament amb 48 hores des de la comanda.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes, incloses les mides, determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

4. CONSUMS PREVISTOS

Les quantitats indicades són estimades. CSAPG no s'obliga, en cap cas, a consumir una quantitat determinada d'aquests productes.

	Codi	Breu descripció	Quantitat anual	Preu unitari màxim	Preu màxim licitació S/IVA
1	100233	Manta mig cos adult	800	5,50 €	4.400,00 €
2	102553	Manta sota pacient, cos sencer multiaccés adult	1.300	17,00 €	22.100,00 €
3	102554	Manta sota pacient amb perneres (posició litotomia) adult	1.600	17,00 €	27.200,00 €
5	100232	Manta sobre pacient, cos sencer mides aproximades 213 x 91 cm, amb panells d'accés a pacient des de diferents punts,	800	8,50 €	6.800,00 €
6	102555	Manta sota pacient, cos sencer pediàtric	500	15,00 €	7.500,00 €

5. EQUIPS EN CESSIÓ

L'empresa adjudicatària haurà d'oferir els següents equips en cessió:

Necessitat d'unitats d'escalfament en cessió	Núm. equips
Àrea de Parts	2
Quiròfan Alt Penedès	6
Quiròfan Sant Antoni	1
Quiròfan Sant Camil	5
Reanimació Alt Penedès	6
Reanimació Sant Antoni	1

Reanimació Sant Camil	10
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés Alt Penedès	2
Unitat de Cures Intensives Sant Camil	4
Urgències Alt Penedès	1
Urgències Sant Camil	1

Aquests aparells seran propietat de l'adjudicatari. Durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució de l'equip per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces. Actualitzacions de software.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos. Equips de préstec en 24 hores al centre que ho requereixi.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material a subministrar adjudicat sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte, sense que això comporti cap despesa addicional al CSAPG.

Els equips s'hauran d'entregar al CSAPG en un termini màxim de 6 setmanes a comptar des de que es signa el contracte.

En cas d'increment d'activitat el CSAPG podrà requerir l'entrega de més equips sense que això representi cap cost addicional.

6. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar formació completa sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig del material al personal assistencial i d'electromedicina del CSAPG que ho requereixi. L'objectiu de la formació és que el personal adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat i òptim ús de l'equipament i el material fungible, tant a nivell operatiu com funcional.

Quan es produeixi qualsevol modificació, canvi de tècnica del material o el CSAPG així ho requereixi, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal del CSAPG, en els mateixos termes senyalats més amunt.

El personal susceptible a rebre formació serà aquell que designi el CSAPG. Aquesta formació s'haurà de realitzar pel personal de tots els torns (diürn i nocturn), en horari de matí i tarda, en cas que sigui necessari.

7. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE MOSTRES

Cada licitadora haurà de realitzar un taller pràctic d'una durada aproximada d'una hora al personal assistencial del CSAPG. En aquest taller les empreses hauran de presentar el material fungible i l'equipament. La finalitat és que els professionals puguin conèixer i manipular tots els elements per tal de poder realitzar les valoracions subjectives.

Arribat el moment de la seva valoració, el CSAPG indicarà a les empreses licitadores la data i lloc per realitzar el taller.

Els licitadors admesos a participar en el concurs hauran de presentar les següents mostres:

	Codi CSAPG	Descripció	Qtt CSAPG
1	100233	Manta mig cos adult	9
2	102553	Manta sota pacient, cos sencer multiaccés adult	9
3	102554	Manta sota pacient amb perneres (posició litotomia) adult	9
5	100232	Manta sobre pacient, cos sencer mides aproximades 213 x 91 cm, amb pànels d'accés a pacient des de diferents punts, adult	9
6	102555	Manta sota pacient, cos sencer pediàtric	9
		Unitats d'escalfament amb carro transportador	3

Totes les mostres hauran d'anar identificades amb el codi propi del CSAPG i el nom de l'empresa licitadora a l'embolcall unitari de cada producte.

A part d'aquestes mostres, que serà per fer la valoració subjecta a judici de valor, el CSAPG requereix les següents mostres:

	Codi CSAPG	Descripció	Qtt CSAPG
1	100233	Manta mig cos adult	1
2	102553	Manta sota pacient, cos sencer multiaccés adult	1
3	102554	Manta sota pacient amb perneres (posició litotomia) adult	1
5	100232	Manta sobre pacient, cos sencer mides aproximades 213 x 91 cm, amb pànels d'accés a pacient des de diferents punts,	1
6	102555	Manta sota pacient, cos sencer pediàtric	1

Aquestes mostres hauran d'anar totes juntes en un mateix paquet (caixa). Igual que les mostres subjectes a judici de valor també hauran d'anar identificades amb el codi del CSAPG i el nom de l'empresa licitadora a l'embolcall de cada producte.

Els licitadors admesos a participar en el procediment hauran de presentar mostra de tots els productes en el termini que indiqui el requeriment per part del CSAPG i que es preveu es realitzi dintre dels cinc (5) dies hàbils següents a l'acta d'obertura del sobre B. Les mostres s'hauran de presentar a l'adreça de l'Hospital Residència Sant Camil, a l'atenció de la cap de compres, identificant proveïdor, codi de producte del CSAPG i l'expedient de contractació, i seran objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor indicats al Quadre de Característiques. Es comprovarà el compliment dels requeriments tècnics fixats.

A més de ser un dels criteris d'avaluació subjecte a judici de valor, la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

El CSAPG podrà demanar una segona demostració en cas de ser necessari. En cas de no ser suficient les mostres per realitzar les proves es sol·licitaran més mostres als licitadors; sense que representi cap cost addicional.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida aniran a càrrec de l'empresa licitadora.

8. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà de garantir les següents condicions:

- Subministrament exempt de comanda mínima.
- Subministrament en 48h com a màxim des de la data de comanda (aproximadament es realitzaran comandes cada 15 dies). Si aquesta no es pot complir s'haurà de comunicar al CSAPG mitjançant correu electrònic.
- L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - El codi intern del CSAPG de l'article
 - Número de comanda
 - Número d'albarà

- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor.
- Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anul·lar les identificacions del proveïdor.
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.
- La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal del magatzem del CSAPG

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

9. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, el CSAPG podran aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	2% de l'import de la comanda, per cada dia de demora
Incompliment de la comunicació de ruptura d'estoc i subministrament de producte alternatiu en termini	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: el CSAPG retornarà els productes lliurats que no compleixin amb les característiques mínimes i/o ofertades per l'adjudicatari, i aplicarà una penalització del 10% de l'import de la factura afectada per l'incompliment.

En cas que durant la vigència del contracte, l'adjudicatari hagi estat penalitzat 2 o més vegades, el CSAPG podrà resoldre el contracte.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre

de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

11.DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SOBRE A

- Documentació que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del contracte.

SOBRE B

- Annex 1 Característiques Mínimes Tècniques del present Plec de Prescripcions Tècniques, degudament complimentat i signat.
- Fitxa tècnica

SOBRE C

- Annex 2 al Plec de Clàusules Administratives del contracte, que inclourà l'import de l'oferta econòmica i els criteris tècnics de valoració automàtica.

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Característiques comuns a tots els tipus de mantes
No estèril
Envàs unitari
Un sol ús
Exempt de làtex
Material de polipropilè
Distribució uniforme del calor
Radiotransparents
Sistema de dispersió de la calor des del sistema d'escalfament a la manta mitjançant impulsio d'aire per convecció
Perforacions termosegellades per evitar desprendiments de partícules
1. Manta mig cos adult
Manta tèrmica sobrepacient d'adult multiposicionable (supí/lateral/prono/litotomia)
Dos ports de connexió
Mida manta: 198x61cm $\pm$ 5%
2. Manta sota pacient, cos sencer multiaccés adult
Sistema de fixació per a mantenir la posició de la manta i evitar lliscaments
Dos ports de connexió que es poden obrir i tancar segons necessitat
Mida manta: 221x91cm $\pm$ 5%
3. Manta sota pacient amb perneres (posició litotomia) adult
Sistema de fixació per a mantenir la posició de la manta i evitar lliscaments
Port de connexio a l'extrem superior
Tires de subjecció integrades a nivell de les extremitats inferiors
Mida manta: 160x91cm $\pm$ 5%

4. Manta sobre pacient, cos sencer mides aproximades 213 x 91 cm adult.
Solapes de fixació per assegurar el seu ajustament al cos del pacient
Zona no inflable als peus i a la part inferior de les cames
Port de connexió a l'extrem inferior
Mida manta: 213x91cm ±5%
5. Manta sobre pacient, cos sencer mides aproximades 213 x 91 cm, amb panells d'accés a pacient des de diferents punts, adult
Zona no inflable als peus i a la part inferior de les cames
Port de connexió a l'extrem inferior
Mida manta: 213x91cm ±5%
6. Manta sota pacient, cos sencer pediàtric
Sistema de fixació per a mantenir la posició de la manta i evitar lliscaments
Dos ports de connexió que es poden obrir i tancar segons necessitat
Mida manta: 152x81cm ±5%
Unitat d'escalfament
Inclou carro de transport amb rodes
Únic model per totes les mantes
Selecció mínima 4 nivells de temperatura
Selecció de mínim 2 nivells de flux d'aire forçat
Sensor de temperatura per l'aire impulsat en l'extrem distal del tub
Nivell de soroll inferior a 55dB en qualsevol dels modes de funcionament del sistema
Alarma visual i sonora de seguretat de temperatura (alta o baixa)
Incorpora filtre de partícules

Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de presentar les mostres i dur a terme un taller pràctic corresponents un cop realitzada l'obertura del Sobre B.

L'adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de l'entrega de les mostres és:

-

I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,

(data, signatura i segell de l'empresa)