

RESOLUCIÓ – Modificació dels requeriments tècnics

Núm. d'expedient: CS/AH03/1101446467/25/PO

Òrgan de contractació: Gerent de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Objecte: Subministrament d'un sistema holter per a l'enregistrament electrocardiogràfic perllongat de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

Tipus: Subministraments

Procediment d'adjudicació: Obert

Antecedents

En data 26 de setembre de 2025 es va incoar i aprovar l'expedient CS/AH03/1101446467/25/PO corresponent a la contractació del subministrament d'un sistema holter per a l'enregistrament electrocardiogràfic perllongat de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

En data 29 de setembre de 2025 es va publicar l'expedient de contractació al Perfil de contractant.

En data 21 d'octubre de 2025 finalitza el termini de presentació de propostes.

Atès que els serveis que assessoren a l'òrgan de contractació proposen modificar requeriments de la fitxa tècnica de l'equipament amb l'objectiu d'adaptar els dispositius a les necessitats reals, millorant l'eficiència clínica i operativa, evitant la infrautilització i optimitzant el temps del personal, d'acord amb l'informe adjunt.

Fonaments de dret

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

La modificació del plec tècnic s'ajusta als principis de llibertat d'accés, igualtat de tracte i lliure concurrència recollits a l'article 1 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, evitant requisits tècnics desproporcionats que podrien limitar la competència. Així, es garanteix una contractació més oberta, eficient i ajustada a les necessitats reals.

Resolc

Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

Segon. Modificar els punts 2, 3, 5 i 17 de la fitxa tècnica, concretament:

On diu:

- *17 gravadores Holter de 24 hores*
- *3 gravadores Holter de 7 dies*

Ha de dir:

- *17 gravadores Holter amb possibilitat de registre flexible de 24 hores i fins a 7 dies, amb muntatge senzill*
- *3 gravadores Holter de 12 derivacions per a estudis diagnòstics complets, inclòs el diagnòstic d'extrasístoles*

Tercer. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l'ICS ubicat a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Josep M. Mòdol Deltell
Gerent i Òrgan de contractació
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol