

Resum Esmenes exp. 19 CSA 2025 SERVEI DE REPROCESSAMENT D'ENDOSCOPIES PER AL SERVEI DE DIGESTIU DEL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

Modificacions al PPT

4t paràgraf de la pàgina 3:

ON DEIA:

subministrament de 4 referències de fungible útils en procediments d'endoscòpia

HA DE DIR:

subministrament de 3 referències de fungible útils en procediments d'endoscòpia

5è paràgraf de la pàgina 3:

ON DEIA:

Les empreses adjudicatàries es comprometen a facturar el nombre de procediments que el CSA necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'annex 2 del PCAP_ Oferta econòmica, suposin un compromís de contractació per part del CSA, que podran incrementar o reduir les necessitats expressades, sense que l'empresa adjudicatària pugui reclamar cap indemnització o compensació per aquest fet.

HA DE DIR:

S'entendrà per "procediment" cada acció de reprocessament realitzat per unitat d'endoscopi.

L'empresa adjudicatària es compromet a facturar el nombre de procediments que el CSA necessiti en cada moment, tenint com a previsió anual l'estimació expressada a l'annex 2 del PCAP_ Oferta econòmica de 4.000 procediments cada any. El CSA es compromet a realitzar com a mínim un total de 20.000 procediments durant tot el període de vigència del contracte. En cas de superar aquest nombre de procediments, abans de la finalització del període de vigència, el contracte es donaria per exhaurit pel valor estimat del contracte. En cas de ser inferior el nombre de procediments efectuats durant el període de vigència de 5 anys, el CSA ho regularitzarà en finalitzar la vigència del contracte.

Apartat 2.1.1 pàgina 5:

Es modifica la paraula "estimat" del consum a "màxim" i s'elimina del llistat el producte N° T4100515 Pinça de biòpsia.

ON DEIA:

- Líquids químics necessaris per l'ús de les rentadores (consum estimat per a 4.000 cicles/any)

- Nº 4100352 Nansa de polipectomia petita (consum estimat de 12 unitats/any)
- Nº 4100353 Nansa de polipectomia gran (consum estimat de 12 unitats/any)
- Nº T4100515 Pinça de biòpsia (consum estimat de 2 unitats/any)
- Nº 4100339 Dispositiu de lligadura (consum estimat de 8 unitats/any)

HA DE DIR:

- Líquids químics necessaris per l'ús de les rentadores (consum estimat per a 4.000 cicles/any)
- Nº 4100352 Nansa de polipectomia petita (consum màxim de 12 unitats/any)
- Nº 4100353 Nansa de polipectomia gran (consum màxim de 12 unitats/any)
- Nº 4100339 Dispositiu de lligadura (consum màxim de 8 unitats/any)

Modificacions a l'Annex 1 PPT - Oferta tècnica

Cel.la C24:

ON DEIA:

Temperatura del procés de 25° +/-5° per allargar la vida útil dels endoscopis

HA DE DIR:

Temperatura del procés de màxim 40° per allargar la vida útil dels endoscopis

Fila 47 i 48:

S'elimina T4100515 FORCEPS BIOPSIA, tant el concepte com els requisits mínims.

Modificacions a l'Annex 2 PPT - Albarà mostres

Fila 18:

S'elimina T4100515 FORCEPS BIOPSIA