

LOT 3 ROTLLOS DE PAPER KRAFT

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts		
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL,S.L.U.	
DIMENSIONS	10	VARIACIÓ DE COTES $\leq \pm 2\%$ 10 $\pm 2\% < \text{VARIACIÓ DE COTES} \leq \pm 5\%$ 6 $\pm 5\% < \text{VARIACIÓ DE COTES} \leq \pm 10\%$ 4 VARIACIÓ DE COTES $> \pm 10\%$ 0	10	Correcte
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	10	SI/NO	10	Correcte
INDICACIÓ SENTIT APERTURA	10	SI/NO	10	Correcte
PUNTUACIÓ	30		30	
Valoració de la mostra				
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	7	Valoració Maxima	7	Correcte
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	6	Valoració Maxima	6	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6	Valoració Maxima	6	
PUNTUACIÓ	19		19	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		49	

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM i equipament CSI (representant comissió tècnica)

LOT 11 TEST EFICÀCIA RENTAT AUTOMÀTIC D'INSTRUMENTAL

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts			
Valoració de la Fitxa Tècnica				PERGUT MEDICAL,S.L.U.	
DISPOSITIU SENSE MANIPULACIÓ, D'UNA SOLA PEÇA	8	SI/NO	8	8	Correcte
REBUTJABLE	8	SI/NO	8	8	Correcte
ENVASAT UNITARI	6	SI/NO	6	6	Correcte
PUNTUACIÓ	22			22	
Valoració de la mostra					
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	Valoració Maxima	9	9	Correcte
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DESPRÉS DEL PROCÉS	9	Valoració Maxima	9	9	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DEL RESULTAT DESPRÉS DEL PROCÉS	9	Valoració Maxima	9	9	
PUNTUACIÓ	27			27	
TOTAL PUNTUACIÓ	49			49	

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM i equipament CSI (representant comissió tècnica)