

ACTA de la Mesa d'aprovació de l'informe de valoració del sobre núm. 2 bis

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101434775/26/AMUP

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut

Objecte: subministrament agregat d'implants quirúrgics neurològics per als centres de l'Institut Català de la Salut

Tipus: Subministraments

Procediment d'adjudicació: Acord marc, per procediment obert

Convocatòria

En data 28.07.2025 i a les 09:00 hores, s'ha celebrat la sessió per aprovar l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

President/a: Maria Blanco. Gerent de compres i polítiques de distribució

President/a suplent: Blanca Olmo. Responsable de contractacions.

Vocals:

Un membre de l'Assessoria Jurídica: Jordi Salvadó

Director de gestió de l'ICS: Miquel Arrufat

Gerència de Compres: Mònica Gómez

Gerència de Compres: Lina Boscà

Secretària: Rosa Redón. Gerència de compres de l'ICS

Ordre del dia

Aprovar l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis presentat en l'expedient de contractació CS/CC00/1101434775/26/AMUP per a la contractació d'implants quirúrgics neurològics per als centres de l'Institut Català de la Salut.

Desenvolupament de la sessió

Es constitueix la mesa de contractació designada en l'expedient de referència, integrada pels membres indicats anteriorment, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació.

S'inicia la sessió i es procedeix a l'anàlisi de l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis i de la valoració que s'ha fet d'aquest, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars, informes els quals han estat elaborats pel comitè de valoració designat a tal efecte.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta els següents

Acord/s

1. Aprovar l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis.
2. Publicar l'informe de valoració del sobre 2 bis en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta.

Contra aquest acte de la mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

EL/LA SECRETARI/A

Vist-i-plau
EL/LA PRESIDENT/A suplent

**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR**

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101434775/26/AMUP

Implants quirúrgics Neurològics

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- B.BRAUN SURGICAL, SA
- BIO IMPLANTS MEDICAL, SL
- OSTEOPAC INNOVATIONS, SLU
- PRIM, SA
- STRYKER IBERIA, SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-6-26).

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (la capacitat d'estanqueïtat, la resistència a la pressió, l'adaptabilitat i l'elasticitat de l'implant), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

Els criteris sotmesos a judici de valor seran ponderats per un grup d'experts facultatius i/o especialistes de producte, designats pels centres assistencial de l'ICS.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, serà d'obligat compliment l'obtenció de un mínim del 50% a la puntuació tècnica de la suma total dels criteris subjectes a judici de valor, per cada lot. En el cas que no es compleixi, l'oferta tècnica presentada quedarà exclosa de la valoració tècnica i econòmica.

Consideracions tècniques i avaluació dels criteris sotmesos a judici de valor :

El procediment seguit en l'avaluació de tots els desglossaments ha estat:

1. Comprovar el compliment de les característiques bàsiques sol·licitades. Les ofertes que incomplien els requeriments bàsics han estat desestimades, quedant fora de la ponderació de la resta de criteris de valoració
2. Aplicació dels criteris subjectes a les puntuacions previstes de judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes:
Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores i les mostres sol·licitades.

Conclusió:

S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits. El resultat de la valoració de les ofertes presentades ha estat el següent:

Totes les ofertes han estat valorades amb la màxima puntuació. La Comissió tècnica valora que l'oferta presentada per OSTEOPAC INNOVATIONS SLU, presenta una bona estanqueïtat i resistència de l'implant i rep la màxima puntuació, però considera que l'adaptabilitat i la resistència no són bones, per tant obté 0 punts.

Totes les ofertes passen a la següent fase.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS JUDICI DE VALOR – CS/CC00/1101434775/26/AMUP
S'indica el desglossament de puntuacions dels criteris sotmesos a judici de valor, les consideracions tècniques i les ofertes validades tècnicament.

ANNEX 1

Base de ponderacions

CS/CC00/1101434775/26/AMUP				LOT 19 – Implants biològic per a la duramàter per a suturar								5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions Tècniques	ESTANQUEÏTAT IMPLAN	RESISTÈNCIA PRESSIÓ IMPLANT	ADAPTABILITAT IMPLANT	ELASTICITAT IMPLANT	Passa / No passa
19	20	20000018	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I altament purificat. Mida 6,0 x 14,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Lyoplant o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066021	AESCULAP	LYOPLANT 6X14CM	21	342,050000		5	5	5	5	SI
19	20	20000018	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I altament purificat. Mida 6,0 x 14,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Lyoplant o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDP-9	Medprin	NeoDura	21	342,050000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	30	20000019	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 4,0 x 10,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066048	AESCULAP	LYOPLANT 4X10CM	47	235,000000		5	5	5	5	SI
19	30	20000019	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 4,0 x 10,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68352	TUTOPATCH	4 x 10 cm.	47	235,000000		5	5	5	5	SI
19	30	20000019	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 4,0 x 10,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDP-4	Medprin	NeoDura	47	235,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	40	20000562	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 8,0 x 11,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066030	AESCULAP	LYOPLANT 8X9CM	163	580,000000		5	5	5	5	SI
19	40	20000562	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 8,0 x 11,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68367	TUTOPATCH	8 x 11 cm.	163	580,000000		5	5	5	5	SI
19	40	20000562	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 8,0 x 11,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDP-10	Medprin	NeoDura	163	580,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	220	20020160	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 1,5 x 2,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68356	TUTOPATCH	1,5 x 2 cm.	9	80,000000		5	5	5	5	SI
19	220	20020160	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 1,5 x 2,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-1	Medprin	ReDura	9	80,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	230	20020161	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 2,0 x 3,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066102	AESCULAP	LYOPLANT 1,5X3CM	10	145,000000		5	5	5	5	SI
19	230	20020161	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 2,0 x 3,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68350	TUTOPATCH	2 x 3 cm.	10	145,000000		5	5	5	5	SI
19	230	20020161	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 2,0 x 3,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-2	Medprin	ReDura	10	145,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI

CS/CC00/1101434775/26/AMUP			LOT 19 – Implants biològic per a la duramàter per a suturar								5 (SUBJECTIU)					Passa / No passa
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions Tècniques	ESTANQUEÏTAT IMPLAN	RESISTÈNCIA PRESSIÓ IMPLANT	ADAPTABILITAT IMPLANT	ELASTICITAT IMPLANT	
19	330	20028602	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 12,0 x 16,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDP-12	Medprin	NeoDura	97	1170,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	330	20028602	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 12,0 x 16,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68355	TUTOPATCH	12 x 16 cm.	97	1170,000000		5	5	5	5	SI
19	380	20037216	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·làgen Tipus I altament purificada. Mida: 7,5 x 7,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-8	Medprin	ReDura	15	600,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	380	20037216	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·làgen Tipus I altament purificada. Mida: 7,5 x 7,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	CDSL33	STRYKER	DURAMATRIX ONLAY	15	600,000000		5	5	5	5	SI
19	400	20052804	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·làgen. Mida: 6 x 8 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	A28165587	PRIM,S.A.	DG-0608CE	SINOVIS	DURA-GUARD 6X8 CM	2	398,000000		5	5	5	5	SI
19	400	20052804	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·làgen. Mida: 6 x 8 cm, gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-6	Medprin	ReDura	2	398,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	410	20052805	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·làgen. Mida: 8 x 14 cm., gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	A28165587	PRIM,S.A.	DG-0814CE	SINOVIS	DURA-GUARD 8X14 CM	4	502,000000		5	5	5	5	SI
19	410	20052805	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·làgen. Mida: 8 x 14 cm., gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-7	Medprin	ReDura	4	502,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	420	20052806	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·làgen. Mida: 10 x 16 cm., gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	A28165587	PRIM,S.A.	DG-1016CE	SINOVIS	DURA-GUARD 10X16 CM	4	655,000000		5	5	5	5	SI
19	420	20052806	Implant de membrana biològic no absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de una làmina compacta de col·làgen. Mida: 10 x 16 cm., gruix 0,4mm. Duraguard o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-10	Medprin	ReDura	4	655,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	600	20074457	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 5,0 x 5,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1066064	AESCLAP	LYOPLANT 4X5CM	90	230,000000		5	5	5	5	SI
19	600	20074457	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 5,0 x 5,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B59932111	BIO IMPLANTS MEDICAL SL	68436	TUTOPATCH	5 x 5 cm.	90	230,000000		5	5	5	5	SI

CS/CC00/1101434775/26/AMUP			LOT 19 – Implants biològic per a la duramàter per a suturar								5 (SUBJECTIU)					Passa / No passa
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions Tècniques	ESTANQUEÏTAT IMPLAN	RESISTÈNCIA PRESSIÓ IMPLANT	ADAPTABILITAT IMPLANT	ELASTICITAT IMPLANT	
19	600	20074457	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, de pericardi d'origen boví, compost de fibres de col·làgen tipus I. Mida 5,0 x 5,0 cm, gruix 0,45/0,50mm. Tutopath o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-4	Medprin	ReDura	90	230,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	1620	20148070	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·làgen Tipus I altament purificada. Mida: 10 x 12,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	B75233726	OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU	RDS-11	Medprin	ReDura	15	1300,000000	La comissió tècnica valida com òptima la capacitat d'estanqueïtat i la resistència a la pressió i com no apta l'adaptabilitat i elasticitat de l'implant.	5	5	0	0	SI
19	1620	20148070	Implant de membrana biològic absorbible per a la substitució de la duramàter, d'origen tendó d'Aquiles d'origen boví, compost de fibres de col·làgen Tipus I altament purificada. Mida: 10 x 12,5 cm. DuraMatrix Onlay o equivalent. Estèril.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	CDSLM45	STRYKER	DURAMATRIX ONLAY	15	1300,000000		5	5	5	5	SI