

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PER AL
SUBMINISTRAMENT D'UN VÍDEOGASTROSCOPI PEDIÀTRIC PER AL SERVEI
D'ENDOSCÒPIA DIGESTIVA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

Expedient número CS/AH06/1101448081/25/PNSP



Vídeogastroscoopi pediàtric

a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris

Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.	
Índex documental	Definició
	Vídeoendoscopi flexible específicament dissenyat per a l'exploració del tracte gastrointestinal superior en pacients pediàtrics i proporcionar-ne imatges clares i detallades, facilitant procediments precisos i eficients.
Cal incloure el Datasheet	

És causa d'exclusió	Índex	Prestacions tècniques i funcionals
		1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
		1.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:
SI	1	Compatibilitat amb el processador existent a la unitat CV-1500 del fabricant Olympus
SI	2	Disseny flexible, ergonòmic i fàcil de maniobrar.
SI	3	4 modes d'angulació: aproximadament 200° amunt, 90° avall, 100° dreta i 100° esquerra.
SI	4	Zoom electrònic de fins aproximadament 1,5x (70x)
SI	5	Imatge d'Alta definició HD
		Sistema òptic
SI	6	Camp de visió d'aproximadament 140°.
SI	7	Direcció visual frontal
SI	8	Profunditat de camp d'entre 3 i 100 mm aproximadament
		Tub d'inserció
SI	9	Diàmetre extern d'aproximadament 5,5 mm.
SI	10	Diàmetre exterior de l'extrem distal d'aproximadament 5,5 mm.
SI	11	Longitud de treball mínima de 1050 mm
		Canal de treball
SI	12	Diàmetre intern superior a 2 mm.
		1.3. NORMATIVA APLICABLE
SI	13	ISO 13485
SI	14	IEC 60601
SI	15	ISO 17664
SI	16	I altres normatives aplicables
		2. Garantia
SI	17	La garantia del procediment, equip i instal·lacions contra possible mal funcionament serà d'un període de DOS ANYS, que es comptarà a partir de l'entrega i posada en marxa de l'equipament.
		3. Servei tènic i manteniment postventa
SI	18	Proposta detallada de les actuacions i els procediments d'actuació davant qualsevol incidència tècnica que es produeixi durant el contracte, incloent terminis de resposta i actuació.
SI	19	Descripció detallada relativa a les tasques de verificació i cal·libracció periòdica durant la vigència del contracte, amb planificació de les intervencions programades i comprovacions de funcionament. Caldrà considerar l'adaptació horària per maximitzar la disponibilitat de l'equipament.
SI	20	Cost anual del manteniment a tot risc durant el període de garantia i un cop finalitzat aquest, fins als 6 anys de la vida útil estimada (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge).
		4. Formació
SI	21	S'ha d'aportar un pla de formació detallat pels diferents perfils de professionals a que va adreçat l'equipament.
		5. Termini màxim d'entrega i facturació
SI	22	Cal indicar termini de lliurament. L'equipament haurà d'estar entregat i en condicions de funcionament abans del dia 31/12/2025.