

Informe de necessitats i memòria justificativa per la contractació del subministrament de material divers per aerosolteràpia amb nebulitzador de malla vibratòria per a l'Institut Català d'Oncologia

a) Necessitat de l'ICO que es vol satisfer mitjançant la contractació de les prestacions, subministraments o obres corresponents:

Unitats promotores: Infermeria Corporativa de Recursos Clínics, i
 Unitat de Compres i Logística

L'Institut Català d'Oncologia necessita adquirir material fungible per aerosolteràpia amb nebulitzador de malla vibratòria.

Aquest tipus de nebulitzadors es valoren com els més òptims i eficients per a la administració inhalada de fàrmacs en els pacients ingressats al centre que necessiten de forma continuada aquest tipus de teràpia respiratòria en comparació amb altres aparells existents al mercat.

Les característiques i requeriments tècnics dels articles objectes d'aquesta licitació estan descrites de manera detallada al plec de prescripcions tècniques.

Atès que el material fungible objecte de licitació requereix d'uns dispositius (controladors o generadors) específics per al seu funcionament, les ofertes presentades han d'incloure la cessió d'ús dels controladors o generadors necessaris, dins dels límits i previsions regulades a la documentació contractual que regeix la licitació.

b) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.

No procedeix per tractar-se d'un subministrament.

c) **Pressupost base de licitació i Valor estimat del contracte** amb una indicació de tots els conceptes que l'integren, inclosos sempre els costos laborals si n'hi ha.

El pressupost base de licitació es determina en base **preus unitaris**, atenent a preus de mercat.

El preus unitaris indicats tenen el caràcter de màxims, atenent a preus de mercat, a igualar o millorar pels licitadors.

D'acord amb el previst a l'apartat 1.b del plec de prescripcions tècniques, l'adjudicatari haurà de cedir l'ús dels controladors o generadors de vibració necessaris per a la utilització dels dispositius de nebulització, durant tota la vigència del contracte, sense cap cost econòmic addicional al del subministrament del material fungible objecte de licitació.



Càlcul de necessitats:

Codi ICO	Descripció	Estimació consum màxim 12 mesos	Preu Unitari licitació (IVA Exclòs)	Import Total (IVA Exclòs)
510002792	Cassoleta per nebulització de malla vibratòria per aerosolteràpia	1.500	42 €	63.000,00 €
510002791	Kit mascareta adult per nebulitzador de malla vibratòria per aerosolteràpia per nebulització espontània	2.500	7,5 €	18.750,00 €
Import anual:				81.750,00 €
Import total 2 anys				163.500,00 €
Tipus d'IVA 21%				34.335,00 €
Import total:				197.835,00 €

Es obligatori presentar oferta a tots dos articles, per qüestions de compatibilitat i complementarietat de tots dos materials, entre ells mateixos i amb els controladors o generadors necessaris per fer funcionar el conjunt.

La previsió del consum anual en unitats s'ha calculat segons l'històric de tractaments de nebulització administrats a les diferents unitats assistencials del centre en pacients ingressats.

Al tractar-se aquesta licitació d'un subministrament de tracte successiu, no assolir les previsions de consum no genera cap dret a favor de la empresa adjudicatària. En cas de variació de quantitats, l'adjudicatari no tindrà dret a percebre cap indemnització per la variació. Es facturarà per preu unitari i comanda efectivament realitzada.

Cessió d'ús de controladors o generadors: S'estableix un número màxim de 40 controladors o generadors de vibració a cedir en ús durant la vigència del contracte. Es retornaran al proveïdor a la finalització del contracte.

El cost de la cessió d'ús dels controladors o generadors es troba inclòs en el pressupost base de licitació. S'estima que cost de la cessió d'ús dels controladors o generadors representa un 9% de l'import total per als dos anys del consum previst, i què està inclòs en el preu unitari del cost de cada article.

En aquest sentit, es **garanteix un consum mínim dels articles licitats per import del 60% pressupost de licitació**, atenent a les previsions de consums i en funció de l'activitat assistencial.

En tot cas, aquest pressupost té caràcter d'estimatiu i màxim, sense compromís de compra més enllà del consum mínim garantit anteriorment indicat, ja que dependrà de les necessitats de l'ICO.



Pressupost base licitació (PBL):

Import base:	163.500,00 €
IVA 21%:	34.335,00 €
Import total:	197.835,00 €

S'estimen uns costos directes per import de 158.268,00 € uns costos indirectes (inclòs el benefici industrial) per import de 39.567,00 € (IVA inclòs).

El Valor estimat del contracte (VEC) :

Pressupost licitació	163.500,00 €
Modificació (art. 204 LCSP)	16.350,00 €
Pròrroques anuals (2 anys)	163.500,00 €
VEC	343.350,00 €

Modificació del contracte (art. 204 LCSP): es preveu la possibilitat de modificar el contracte fins a un màxim de 16.350,00 € IVA exclòs, que correspon al 10% del pressupost inicial de licitació, per les següents raons: increment d'activitat de dispensació de tractaments de medicació de quimioteràpia per augment del nombre de pacients o de visites successives (pacient d'alta complexitat i amb millors tractaments que augmenten la expectativa de vida, però amb incrementen de visites successives de control i seguiment), ampliació de llits, o reorganització de procediments o d'espais.

La modificació requerirà informe justificatiu del responsable del contracte i l'aprovació per part de l'òrgan de contractació, previ tràmit d'audiència al/s contractista/es.

El preu de la modificació o modificacions serà el resultant d'aplicar els preus unitaris oferts pel licitador adjudicatari al nombre d'unitats necessàries.

Tramitació anticipada de despesa: SI X NO

d) Durada del contracte i pròrroques:

Durada inicial del contracte: Dos (2) anys

Pròrroques: Dos (2) pròrroques anuals, potestatives per l'ICO i obligatòria pel contractista.

S'estableix un termini mínim de caducitat de tres (3) anys (36 mesos) a comptar des del subministrament dels materials.

El termini màxim pel subministrament de cada unitat (material fungible) serà de 5 dies naturals a partir de l'enviament de la corresponent comanda.

e) L'elecció del procediment de licitació.

Procediment obert amb tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, per garantir màxima concurrència de licitadors.

f) La classificació empresarial que s'exigeixi als participants, si s'escau.



No procedeix.

g) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.

Solvència econòmica i financera:

- Volum anual de negocis, referent al millor dels darrers 3 exercicis disponibles, amb un mínim idèntic a l'import de licitació present contracte, acreditat mitjançant declaració responsable.
- Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals.

La solvència econòmica i financera declarada s'acreditarà, en cas de resultar adjudicatari o a requeriment de la Mesa de Contractació, amb els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o registre oficial en què hagi d'estar inscrit el licitador.

Solvència tècnica:

- Relació de principals subministraments de característiques similars (subministraments de material fungible similar) per una quantia mínima del 50% del pressupost de licitació, al millor dels darrers tres últims anys, acreditada mitjançant certificats emesos per l'òrgan competent, quan el titular sigui un ens del sector públic, o per declaració de l'empresari licitador, quan es tracti d'empreses privades

h) Criteris d'ADJUDICACIÓ del contracte, així com les condicions especials de la seva execució.

1. Criteris d'adjudicació subjectes a valoració automàtica (Sobre C) (fins a 65 punts).

1.1 Oferta econòmica (fins a 55 punts).

A efectes de comparació d'ofertes, es valorarà **el preu total ofert durant els dos anys de vigència del contracte**, el qual haurà de ser igual o inferior a l'import inicial 163.500,00 € (sense IVA):

La puntuació s'assignarà a cada oferta d'acord amb la següent fórmula:

Per al càlcul de la puntuació s'aplicarà la següent fórmula:

$$P_v = (1 - ((O_v - O_m) / I_L) \times (1 / V_P)) \times P$$

On:

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

I_L = Import de Licitació

V_P = Valor de ponderació : 1.

P = Punts criteri econòmic : 55



Es consideraran, en principi, desproporcionades o presumptament anormals les ofertes que es trobin en els següents supòsits, segons el que disposa l'article 149.2.b) de la LCSP:

- Les ofertes que hagin obtingut una puntuació entre el 76% i el 100% de la puntuació dels criteris subjectes a judici de valor quan presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 15% de la mitjana del total de les ofertes.
- Les ofertes que hagin obtingut una puntuació entre el 66% i el 75'99% de la puntuació dels criteris subjectes a judici de valor, quan presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 20% de la mitjana del total de les ofertes.
- Les ofertes que hagin obtingut una puntuació fins el 65'99% dels criteris subjectes a judici de valor quan presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la mitjana del total de les ofertes

1.2 Altres criteris d'adjudicació subjectes a valoració automàtica (puntuació màxima fins a 10 punts).

En aquest apartat es valoraran en els següents una sèrie de prestacions i serveis addicionals del proveïdor que faciliten la gestió de comandes i aprovisionament més àgil, així com criteris relacionats amb la sostenibilitat i mediambientals:

1.2.1 Menor termini de lliurament del material fungible (fins a 5 punts).

Al plec de prescripcions tècniques es demana un termini màxim de 5 dies hàbils per al lliurament dels subministraments des de que es fa la comanda.

L'ús intensiu i continuat d'aquests fungibles en l'activitat assistencial pot ocasionar increments de necessitat de disponibilitat dels mateixos, per incidents amb l'administració o increments d'activitats. Es valorarà positivament, i per tant s'assignarà puntuació addicional (de fins a 5 punts) si el proveïdor garanteix que pot donar un termini de lliurament inferior al màxim requerit al plec tècnic.

- Si el termini màxim de lliurament màxim és igual a 5 dies naturals:.....0 punts.
- Si el termini màxim de lliurament ofert és igual a 4 dies naturals:.....1 punt.
- Si el termini màxim de lliurament ofert és igual a 3 dies naturals:.....3 punts.
- Si el termini màxim de lliurament ofert és igual a 2 dies naturals:.....5 punts.

S'oferiran dies naturals complets.



1.2.2 Ambientalització del vehicle per al lliurament de l'equip (fins a 3 punts).

Es valorarà la qualitat ambiental del vehicle destinat a la distribució i lliurament de l'equip, des del magatzem de la empresa licitadora fins al punt de lliurament, a partir de la classificació del vehicle segons el registre del Distintiu Ambiental de la DGT.

Les empreses licitadores hauran de presentar les següents dades del vehicle: marca i model, tipus de motor (elèctric / híbrid endollable / híbrid no endollable / gas natural / GLP / gasolina / gasoil) , matrícula -si es disposa- i classificació ambiental DGT.

El model/s del/s vehicle/s proposats han de ser aptes i específicament destinats al transport de mercaderies, i no són admissibles a efectes de la puntuació d'aquest criteri els vehicles de representació (directius o comercials, etc.).

En cas d'utilitzar un vehicle aliè (mitjançant subcontractació d'empresa externa), caldrà incloure també l'empresa subcontractada i l'acreditació del compromís contret entre ambdues parts.

Es considera un vehicle aliè el del servei del transportista (tercer) que es contracta per fer el lliurament.

Un vehicle propi del licitador, és un vehicle sobre el qual el mateix licitador té plena disposició ordinària per prestar el servei sense haver de recórrer a un tercer per realitzar el lliurament (objecte del contracte), ja sigui com a mitjà propi mitjançant una compra (propietat del licitador) o contractat en règim de renting o leasing, etc. sense ser-ne el propietari (sí el titular de l'ús). No es podrà realitzar cap lliurament dels articles amb un vehicle que no hagi estat inclòs en aquesta informació. No es podrà adscriure a la distribució dels articles un vehicle que no disposi de Distintiu Ambiental de la DGT.

Es puntuarà el/s vehicle/s aportat/s (puntuant només el de superior categoria segons l'ordre de prelación indicada) segons els seu distintiu ambiental de la següent manera:

- a. Si s'aporta algun vehicle amb Distintiu ambiental Zero emissions.....3 punts
- b. Si s'aporta algun vehicle amb Distintiu Ambiental Eco.....2 punts
- c. Si s'aporta algun vehicle amb Distintiu Ambiental C.....1 punt
- d. Si s'aporta Vehicle amb Distintiu Ambiental B.....0 punts

1.2.3 Embalatge elaborat amb matèries primeres renovables (fins a 2 punts).

Es valorarà la procedència del paper, cartró o plàstics de l'embalatge del material , en què com a mínim el 70% del material procedeixi d'explotacions forestals sostenibles o bé que siguin de materials reciclats.

Així mateix, es valorarà que el material sigui reciclable.

- a) 2 punts l'oferta que acrediti que el material d'embalatge de l'equipament a emprar s'ha elaborat a partir de materials reciclats.
- b) 1 punt l'oferta que acrediti que els materials de l'embalatge són renovables
- c) 0 punts l'oferta que no ho acrediti.

En cas de que l'empresa acrediti més d'un subcriteri, només computarà el subcriteri amb més puntuació.

Per a la justificació d'aquest criteri s'hauran de presentar certificats emesos pels fabricants dels embalatges indicant que la identificació del material de l'embalatge i les dades d'elaboració amb matèries primeres reciclades. I també s'haurà d'indicar els materials, la seva composició i la indicació de ser renovables.



(P.ex. Certificat de cadena de custòdia (FSC, PEFC) (100%, mixt o reciclada, o certificat d'ecoetiqueta, etiqueta ecològica de la Unió Europea o equivalent.

2. Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (Sobre B) (puntuació màxima de 35 punts).

En aquest apartat es valoraran una sèrie de característiques i prestacions que valoren la qualitat del producte proposat en relació a la seva manipulació, ús, composició i materials.

La revisió i valoració de tots aquests criteris i aspectes tècnics han de permetre donar valor a la proposta tècnicament més completa de totes les presentades i es farà en base al resultat de les proves efectuades amb les mostres sol·licitades a cada proveïdor.

Els criteris i prestacions valorats a l'apartat 2.3 tenen caràcter automàtic, però al tractar-se d'aspectes tècnics s'han inclòs en aquest apartat per evitar errors en la presentació de la informació corresponent a cada sobre de la oferta per part dels proveïdors.

2.1 Valoració de les característiques, prestacions addicionals i millores dels dispositius presentats (fins a 15 punts).

En aquest criteri es valoraran aspectes comuns dels dos materials però de manera diferenciada segons les característiques de dissenys, funcionalitat i ús de cada dispositiu.

- **Cassoleta per nebulització de malla vibratòria per aerosolteràpia:**
 - o **Facilitat d'ús:** Es valorarà en aquest apartat el disseny del dispositiu que en permeti una manipulació i ús de forma fàcil e intuïtiva (fins a 2 punts).
 - o **Facilitat per a la connexió i desconexió del controlador, càmera i altres elements:** Es valorarà en aquest apartat que la cassoleta es pugui connectar i desconectar de forma fàcil i ràpida del controlador i la càmera de nebulització (fins a 2 punts).
 - o **Facilitat de neteja i manteniment :** Es valorarà en aquest apartat la facilitat de neteja del dispositiu entre ús i ús, en base al seu disseny i les instruccions de neteja facilitades pel proveïdor (fins a 2 punts).
 - o **Característiques del embalatge i facilitat d'obertura del mateix:** Es valorarà en aquest apartat els materials i presentació del dispositiu, si és de fàcil obertura, així com la claredat e utilitat de la informació que porti incorporada (fins a 1,5 punts).
- **Kit mascareta adult per nebulitzador de malla vibratòria per aerosolteràpia per nebulització espontània:**
 - o **Facilitat d'ús i confort :** Es valorarà en aquest apartat el disseny de la càmera, la mascareta i altre elements incorporats al kit, que en permeti una manipulació i ús de forma fàcil e intuïtiva. I addicionalment, en el cas de la mascareta, es valorarà la comoditat i ajust de la mateixa a la fisonomia del pacient (fins a 2 punts).



- o **Facilitat per a la connexió i desconnexió de la càmera i mascareta amb la cassoleta de tractament:** Es valorarà en aquest apartat que la connexió i desconnexió de la mascareta i la càmera entre elles i amb la cassoleta de nebulització es pugui fer de forma fàcil i ràpida (fins a 2 punts).
- o **Facilitat de neteja i manteniment :** Es valorarà en aquest apartat la facilitat de neteja dels elements incorporats al kit, principalment mascareta i càmera, entre ús i ús, en base a la informació proporcionada pel proveïdor i la valoració feta dels dispositius (fins a 2 punts).
- o **Característiques del embalatge i facilitat d'obertura del mateix:** Es valorarà en aquest apartat els materials i presentació del dispositiu, si és de fàcil obertura, així com la claredat e utilitat de la informació que porti incorporada (fins a 1,5 punts).

2.2 Aportació i qualitat d'estudi del dispositiu presentat que acredita la qualitat i la seva eficàcia en teràpia en nebulització amb respiració espontània, i que està publicat en revistes d'alt impacte (Q1 i/o Q2) (fins a 6 punts).

Amb aquest criteri es valora la qualitat de l'estudi presentat i que està relacionat amb aspectes o paràmetres que permeten comprovar o validar la utilitat i eficiència del dispositiu (com per exemple, la quantitat o percentatge de fàrmac administrat que li arriba al pacient amb el nebulitzador).

Es valorarà la presentació i la qualitat de l'estudi, o estudis, que estigui publicat en revistes d'evidència Q1 i/o Q2 i que específicament analitzin prestacions del dispositiu per a la realització d'aquestes teràpies.

2.3 Valoració de prestacions addicionals amb caràcter automàtic (fins a 14 punts).

Els criteris i prestacions valorats a l'apartat 2.3 tenen caràcter automàtic, però al tractar-se d'aspectes tècnics s'han inclòs en aquest apartat per evitar errors en la presentació de la informació corresponent a cada sobre de la oferta per part dels proveïdors.

Atès que els criteris qualitatius que s'indiquen a continuació, tot i que la seva valoració es realitza de manera automàtica, estan directament vinculats amb les característiques dels articles a subministrar, que s'inclouen els mateixos al sobre B.

2.3.1 La cassoleta per nebulització incorpora el Pal·ladi com a material component de la malla vibratòria (fins a 8 punts).

El Pal·ladi és un material amb característiques d'alta resistència i durabilitat. Es valora que la composició amb aquest material del dispositiu de malla vibratòria disminueix el risc de trencament accidental d'aquest component i la potencial inhalació per part del pacient de fragments o restes trencades.

Per aquest motiu es valorarà de forma addicional amb 8 punts les ofertes que presentin cassoletes de nebulització amb malla vibratòria de Pal·ladi.

Caldrà acreditar aquest compliment amb la informació tècnica del dispositiu presentat on consti expressament i es pugui validar la composició del mateix.

- Si el proveïdor es compromet a aportar el nebulitzador de malla vibratòria de Pal·ladi.....8 punts.



- Si el proveïdor **no** es compromet a aportar el nebulitzador de malla vibratòria de Pal·ladi.....0 punts.

2.3.2 Disponibilitat de dispositiu o suport per a la fixació del generador o controlador a pal de sèrum o barra tècnica (fins a 3 punts).

Es valorarà si el proveïdor disposa d'alguna solució que permeti la fixació del model de generador presentat a un pal de sèrum o barra tècnica.

Tot i no ser obligatori presentar aquesta opció dins la oferta es valorarà amb una puntuació addicional de 3 punts disposar d'aquesta solució per necessitats futures que es puguin generar.

- Si incorpora accessoris per la fixació del generador a pal de sèrum o barra tècnica...3 punts.
- Si no incorpora aquest accessori.....0 punts.

2.3.3 Disponibilitat de bateria o solució alternativa que permeti el funcionament del generador o controlador sense alimentació (fins a 3 punts).

Es valorarà l'aportació d'alguna solució que permeti l'ús del model de generador presentat sense alimentació.

Tot i no ser obligatori presentar aquesta opció dins la oferta es valorarà amb una puntuació addicional de 3 punts disposar d'aquesta solució per necessitats futures que es puguin generar.

- Si s'aporta una solució que permeti el funcionament del nebulitzador/controlador sense connexió a alimentació.....3 punts.
- Si no s'aporta aquesta solució.....0 punts.

Llindar de puntuació mínima als criteris subjectes a judici de valor:

S'estableix un llindar de puntuació mínima a obtenir pels licitadors **del 60% de la puntuació total assignada als criteris subjectes a judici de valor**, resultant excloses aquelles ofertes tècniques que obtinguin una puntuació inferior, per manca de qualitat tècnica, d'acord amb el previst a l'art. 146.3 LCSP.

Sistema de puntuació dels criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor:

Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats, en cas que una o varies ofertes superin el llindar del 80 % de la puntuació prevista per a cada criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s'aplicarà la següent fórmula a cada una de les ofertes a efectes de determinació de la seva puntuació:

$$Pop = P \times V_{Top} / V_{Tmv}$$

On:

Pop= Puntuació d'oferta a puntuar

P= Puntuació del criteri o subcriteri

V_{Top}= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua.

V_{Tmv}=Valoració tècnica de l'oferta Millor Valorada.



Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i subcriteris el 80 % de puntuació prevista, no s'aplicarà la fórmula indicada i les ofertes obtindran la puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.

Els licitadors inclouran al sobre B una memòria amb la informació detallada de la seva proposta per facilitar la verificació del compliment dels requeriments bàsics obligatoris del plec tècnics i criteris susceptibles de judici de valor, on les empreses licitadores informaran les característiques i prestacions del producte i amb indicació de la documentació acreditativa de cadascuna així com la resta de dades adients per a cada requeriment i criteri.

La valoració del compliment dels requeriments bàsics obligatoris del plec tècnic i criteris susceptibles de judici de valor es realitzarà en base a la documentació justificativa aportada al sobre B, les fitxes tècniques dels materials i a la mostra presentada (si és requerida per l'ICO).

No s'inclourà a la documentació relativa al sobre B cap documentació que faci referència als criteris d'adjudicació subjectes a valoració automàtica (Sobre C). Serà motiu d'exclusió.

i) La decisió de **no divisió en LOTS** l'objecte del contracte, si s'escau.

La present licitació s'agrupa en únic lot per què constitueixen una unitat funcional per a la realització de tractaments de teràpia amb aerosols, que s'utilitzen de manera conjunta, per la necessària complementarietat, encaix i compatibilitat de tots dos materials, entre ells mateixos i també amb els dispositius controladors o generadors necessaris per fer funcionar el conjunt. La introducció de materials o solucions de diferents proveïdors pot donar lloc incompatibilitats o impossibilitat d'ús i seguretat en l'aplicació del tractament que són desproporcionades.

j) **Contingut del SOBRE B i/o C**

Sobre B:

- Memòria tècnica descriptiva del subministrament on s'especifiquin totes les característiques demanades tant com a requeriments tècnics essencials com criteris a valorar, la seva solució i la indicació d'on trobar la informació a la memòria i documents acreditatius del compliment de requeriments tècnics.
- Certificat CE de l'equip.
- Fitxes tècniques: imatges del producte, descripció bàsica del producte i de les seves característiques (materials, dimensions, colors, utilitats, etc.), catàlegs i descripció de l'embalatge i etiquetat (sense avançar informació de sobre C).

Sobre C:

- Annex núm. 1
- Documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació de valoració automàtica.



k) Tècnics que:

- **Elabora el PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:** Marc Garcia Casellas (Cap d'infermeria corporatiu de recursos clínics ICO)
- **Elabora l'INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES:** Toni Tena (Cap d'Unitat de Compres i Logística ICO)
- **MESA DE CONTRACTACIÓ,** Cristina Iglesias, Cristina Sánchez, Anna Duran
- **RESPONSABLE del seguiment DEL CONTRACTE:** Marc Garcia Casellas ((Cap d'infermeria corporatiu de recursos clínics ICO).

l) Mostres:

L'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar mostres de les diferents propostes presentades per cada proveïdor, per verificar-ne les prestacions, qualitat e idoneïtat a les necessitats explicitades.

En el cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar cinc (5) unitats de cada referència de material fungible (cassoleta i kit de nebulització) i una (1) mostra del controlador o generador al ICO en un termini màxim de 72 hores.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

Quan s'enviïn les mostres hauran d'estar clarament referenciades amb l'expedient i lot que correspon.

La no presentació de mostres comportarà l'exclusió del licitador.

Els costos d'enviament d'aquestes mostres aniran a càrrec del licitador.

