



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 134 MATALASSOS I 5 GRUES QUICK RAISER I -II , O SIMILAR, I ACCESSORIS (CINGLES, BATERIES I COMANDAMENTS) PER A LA RESIDÈNCIA TERESA DURAN DE LA FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, AIXÍ COM LA RETIRADA DELS ELEMENTS QUE ES SUBSTITUEIXEN

Expedient: 04/2025

DILIGÈNCIA:-

Aquest plec de condicions tècniques ha estat aprovat per la resolució número 12/2025 de data 16 d'octubre de 2025, per la Presidència del Patronat de la Fundació.

Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura.

El Secretari del Patronat



1. Objecte

L'objecte del contracte és la contractació del subministrament de 134 matalassos, 5 grues Quick Raiser I – II , o similar, i accessoris (cingles, bateries i comandaments) per a la Residència Teresa Duran de la Fundació per a l'atenció a persones dependents, així com la retirada dels elements actuals que es substitueixen

Aquest plec té com a finalitat definir l'àmbit de desenvolupament del subministrament a realitzar i les condicions que s'han d'acomplir, complementant allò especificat al plec de clàusules administratives. El subministrament es defineix a la relació que s'acompanya i a les característiques indicades en aquest plec.

El contracte inclourà totes les tasques necessàries pel subministrament dels matalassos i les grues i els seus accessoris, és a dir, transport, accés al lloc, acopi, desembalatge i la retirada adequada dels embalatges, de les restes de materials i dels elements actuals que siguin substituïts, a criteri de la Direcció de la Residència.

En tot allò què no s'especifiqui al plec de clàusules administratives particular que regirà la contractació del subministrament, el contractista haurà d'acomplir allò especificat en el present plec de condicions tècniques, així com en les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la prevenció de riscos laborals.

L'adjudicatari serà el responsable del subministrament i de tots els treballs de modificació necessaris. Es considera aquest un projecte tipus "claus en mà".

2. Descripció dels lots

D'acord amb el que disposa l'article 99.3 de la LCSP racionalització de les intervencions, no es creen lots.

3. Lliurament, muntatge i col·locació

L'adjudicatari, abans del lliurament contactarà amb la persona designada prèviament per la Fundació per a l'atenció a persones dependents i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.

El lliurament de l'objecte d'aquest plec haurà d'efectuar-se dins de l'horari d'atenció al públic (de 8:00 a 14:00 h.) a la Residència Teresa Duran, tot i que la col·locació dels nous matalassos i la retirada dels elements substituïts podrà fer-se fins a les 18 hores.

Els subministrament dels matalassos es realitzarà sota la supervisió d'una persona designada per la Fundació per a l'atenció a persones dependents.

El transport, descàrrega i trasllat fins al punt d'ubicació final serà a càrrec de l'adjudicatari. Aquest facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

Els matalassos i grues hauran de transportar-se degudament embalat i protegit sobre palet o amb el mitjà que es consideri convenient. El deteriorament com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari.

Aquest es compromet a reposar el material malmès en un termini no superior a 20 dies.

Si per necessitats dels serveis prestats a la residència no es pogués col·locar el mateix dia i hora acordat amb el contractista, l'empresa adjudicatària serà l'encarregada d'emmagatzemar els articles adjudicats per a procedir al seu subministrament, distribució d'acord amb les instruccions dictaminades per la Fundació per a l'atenció a persones dependents.



L'abassegament serà sempre sota cobert i protegit de les inclemències del temps, ja sigui a la residència (si hi ha possibilitat) o en les instal·lacions de l'adjudicatari.

Igualment, de forma simultània a l'entrega definitiva de cada element i a criteri de la persona designada per la Fundació, l'adjudicatari retirarà l'element preexistent i procedirà al seu reciclatge, mitjançant el seu dipòsit en deixalleria autoritzada, i aportarà els certificats corresponents.

Quantitat a subministrar

Les quantitats a subministrar són les determinades a l'annex 1 del present plec.

Qualitat del subministrament.

El contingut haurà d'ajustar-se exactament a l'oferta que resulti adjudicatària. No s'admetran cap mena de canvis dels productes oferts i que no hagin estat prèviament i expressament autoritzades per escrit per la Fundació per a l'atenció a persones dependents.

4. Característiques tècniques dels productes

Els tipus de matalassos, grues i accessoris proposats hauran de ser de models descrits a l'annex 1.

Totes les unitats han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a la destinació prevista.

5. Normativa d'aplicació

Les empreses licitadores aportaran totes les certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i, en aplicació de normes UNE, ISO, etc, que considerin que acrediten la qualitat, valor tècnic i funcionalitat dels articles.

Valors mínims de qualitat

Es requereix acreditar certificació d'haver superat favorablement les proves de les normes següents:

- Per als matalassos: UNE EN 597-1 i EN 597-2 / BS 5852:2 CRIB5.
- Per a les grues i accessoris: ISO 10535, ISO 14971

Condicions de les ofertes

L'oferta s'ajustarà a la composició i característiques descrites.

La Fundació per a l'atenció a persones dependents valorarà positivament les ofertes que s'ajustin a la composició i característiques descrites a l'annex 1 i podrà desestimar o valorar negativament les ofertes que el modifiquin.

Els oferents lliuraran, conjuntament amb la seva oferta econòmica, la documentació suficient per tal que la Fundació per a l'atenció a persones dependents pugui avaluar la qualitat dels productes oferts (catàlegs, referències comparatives de qualitat, preus comparatius, dades del sector, fotografies etc.).

Les ofertes han d'incloure totes les despeses d'embalatge, transport, distribució i els mitjans necessaris, tant humans com d'estris per a la càrrega, descàrrega i posterior instal·lació a les dependències de la residència, així com la retirada i reciclatge dels elements reemplaçats.

ANNEX 1

DENOMINACIÓ	DESCRIPCIÓ	UNITATS	Referència model o equivalent
MATALÀS	<p>Matalàs density400: 90 x 200 Viscoelàstic, termosensible i escuma Freefoam amb funda Cugar (blava)</p> <p>Composició matalàs: Una capa inferior de 9 cm, d'escuma de poliuretà ignífuga d'alta densitat (30kg/m3)HR Capa superficial de 5 cm d'escuma viscolàstica ThermoFoam (termosensitives) de lenta Altura total matalàs: 14 cm Sistemes de canals a tota la superfície interior. Escuma de poliuretà ignífuga d' acord a la normativa UNE EN 597-1 i EN 597-2 / BS 5852:2 CRIB5. Escumes amb certificat Oeko-Tex classe I i REACH</p>	134	
GRUA	<p>Grua Quick Raiser I -II o similar</p> <p>Diseny compacte i excel.lent maniobrabilitat fins i tot en espais reduïts. Potes fixes de 7 cm d'alçada des del terra. El pal de la grua està inclinat Plataforma per suport de peus és plana i segura, amb protecció antilliscant Suports de genolls tous i confortables Asideros ergonòmics Dos tipus de forma de penjador: en V(estàndar) i en U (opcional) Sistema únic de rodament amb rodes addicionals per millor estabilitat Aturada d'emergència (electrica i manual) Elèctrica accionada mitjançant comandament amb cable Capacitat de carga 160Kg. Normativa ISO10535,ISO 14971 Motor de elevació 12V CC. Columna elevadora de alumini Chasis i suspensió en acer amb formes sense cantos vius 4 rodes davanteres de 50mm, 2 posteriors de 115mm de goma con freno y 2 ruedas de 100mm Protecció: IPX4 Diàmetre de gir: 1.100mm Dimensions generals: Amplada: 610mm - Alçada: 1070mm Equipada amb cingla, bateria, comandament i carregador de bateria</p>	5	
CINGLA	Cingla Molirt RgoSling StandUp para grues QUICK RAISER o similar	5	
BATERIA	Bateria Molift: Bateria recargable para grues Molift (Quick Raiser 1 i 2 , Smart 150, Mover 180) NiMH 14,4V - 2,6 Ah. HRH 23/43. Només recarregable al seu carregador. Marca Etac Molift	5	
COMANDAMENT	Comandament amb dos botons Molift per a Quick Raiser I -II o similar	5	
BATERIA	Bateria extra grua Partner 230/255 y Mover 205/300	1	
CARREGADOR	Carregador grues QUICK, MOVER, SMART I PARTNER 205/300	1	

