

Exp.: 2025/101

Tipus: SUBMINISTRAMENT

Procediment: Acord marc amb un únic proveïdor mitjançant procediment obert

Objecte: Subministrament de pròtesis per a endoscòpia digestiva amb destí a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques de l'Hospital Clínic de Barcelona

Promotor: Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM)

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

I.- En data 30 de setembre de 2025 es va aprovar l'expedient de contractació per al "Subministrament de pròtesis per a endoscòpia digestiva amb destí a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques de l'Hospital Clínic de Barcelona", així com els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen aquest procediment.

II.- En data 02 d'octubre de 2025 es va publicar l'anunci de licitació al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona i prèviament es va trametre al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Es va fixar com a data límit de presentació d'ofertes el dia 04 de novembre de 2025, a les 14:00:00 hores.

III.- D'acord amb els principis de transparència, igualtat de tracte i proporcionalitat establerts als articles 1 i 28 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), i tenint present que la subscripció dels contractes ha de respondre de manera ajustada i adequada a les necessitats reals de l'òrgan de contractació, la unitat promotora de l'expedient ha constatat que en alguns lots del procediment de licitació les característiques tècniques mínimes fixades al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) no responen de manera òptima als requeriments funcionals i assistencials de l'Hospital i podien generar restricció a la concurrència.

Aquesta circumstància posa de manifest la necessitat de modificar determinades especificacions tècniques per tal d'adequar-les a l'objecte real del contracte, assegurar una competència efectiva entre licitadors i garantir que els productes subministrats compleixin les exigències de qualitat i seguretat pròpies de l'àmbit sanitari. L'objectiu de la modificació és, doncs, corregir les incongruències detectades i assegurar que el contracte satisfà amb precisió les necessitats del servei assistencial al qual es destina.

IV.- Aquesta modificació suposa una modificació dels plecs de conformitat amb l'article 136.2 de la LCSP, la qual cosa comporta l'obligació de prorrogar el termini de presentació d'ofertes, d'acord amb el que estableix l'article 124.2 de la mateixa norma. Aquesta ampliació es farà pública mitjançant l'anunci corresponent al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona i al Diari Oficial de la Unió Europea, per tal de respectar plenament els principis de publicitat i concurrència.

És per tot això que,

RESOLC

PRIMER.- Modificar de l'apartat denominació i requeriment tècnics de l'Annex ACO 1 i EAN del PPT i de l'annex ACO 3 del PCAP, el següent:

LOT 3 (ARTICLE 6)

On diu:

Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. Parcialment recoberta amb cel·les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5Fr, fet d'un sol fil per facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex.

Ha de dir:

Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80mm. Parcialment recoberta amb cel·les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5F, fet d'un sol fil per facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex.

LOT 3 (ARTICLE 7)

Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. Totalment recoberta amb cel·les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5Fr, reposicionable, fet d'un sol fil per a facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia benigna. Retirada fins 1 any, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex.

Ha de dir:

Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80-100-120mm. Totalment recoberta amb cel·les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5F i/o 9Fr, reposicionable, fet d'un sol fil per a facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia benigna. Retirada fins 1 any, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex.

LOT 5 (ARTICLE 10)

On diu:

Endopròtesi duodenal de nitinol, autoexpandible, no recoberta, recta amb extrem proximal eixamplat. Marcadors radiopacs, amb sistema d'intercanvi ràpid i zona transició transparente. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Diàmetre endopròtesis 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm i 22/27mm x 60-90-120mm de llargària. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

Ha de dir:

Endopròtesi duodenal de nitinol, autoexpandible, no recoberta, recta amb extrem proximal eixamplat. Marcadors radiopacs amb zona transició transparente. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa:

normal i suau. Diàmetre endopròtesis 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm i 22/27mm x 60-90-120mm de llargària. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

LOT 6 (ARTICLE 11)

On diu:

Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, no recoberta ,recta amb extrem eixamplat. Diàmetres endopròtesi 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm, 25/30mm a 25/35mm, 22/27mm a 22/32mm x 60-90-120 mm de llargària. Marcadors radiopacs, sistema d'intercanvi ràpid i zona transició transparent. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable fins el 70%. Llargàries del sistema introductor 135cm i/o 230cm. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

Ha de dir:

Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, no recoberta ,recta amb extrem eixamplat. Diàmetres endopròtesi 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm, 25/30mm, 22/27mm x 60-90-120 mm de llargària. Marcadors radiopacs amb zona de transició transparent. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable fins el 70%. Llargàries del sistema introductor 135cm i/o 230cm. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

SEGON.- Aquesta Resolució és vinculant, per tant, les empreses que presenten oferta a aquests lots han de complir amb les prescripcions tècniques modificades mitjançant aquesta Resolució.

TERCER.- Publicar aquesta Resolució de modificació al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona, així com els annexos indicats, i comunicar, en el mateix, el nou termini de presentació d'ofertes, que quedarà degudament indicat en l'anunci corresponent, de conformitat amb el que disposa la LCSP.

Barcelona,

Josep M^a Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)