

INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT. PEL SUBMINISTRAMENT DE TERBOLÍMETRES PER DIPÒSITS I ETAPS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, S.A.

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT DE LICITACIÓ NÚM. 11628
MANRESA, OCTUBRE 2025

ÍNDEX

1	EMPRESAS LICITADORES	3
2	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA OBLIGATÒRIA	3
	EMPRESA LICITADORA 2: TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA.....	3
	EMPRESA LICITADORA 3: TECNICAL MANRESA, SA	3

1 EMPRESAS LICITADORES

Han presentat oferta les següents empreses:

PROPOSTA NÚMERO 1: HIDROMEJORAS, SL

PROPOSTA NÚMERO 2: TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA

PROPOSTA NÚMERO 3: TECNICAL MANRESA, SA

2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA OBLIGATÒRIA

Tal i com s'indicava a la clàusula 14 del PCP, la documentació obligatòria i no puntuable a presentar en el Sobre B era la següent:

- Fitxes tècniques del material ofertat amb les característiques definides al PPT
- Lliurament del manual d'usuari en Català i/o Castellà
- Certificat del Marcatge CE de l'equip
- Certificacions UNE/EN/CE
- Especejament dels equips, així com recanvis recomanats.
- Manual de configuració del protocol Modbus i el llistat d'adreces Modbus detallat.

Un cop revisada la documentació per part del departament tècnic, s'ha detectat que algunes de les propostes presentades per les empreses licitadores no compleixen amb els requisits tècnics demanats.

EMPRESA LICITADORA 2: TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA

Segons la documentació presentada, el sensor no compleix els requisits tècnics requerits en els següents punts:

- L'alimentació del sensor que es demana es: 3,5 a 5 Vcc 75mW màxim de consum, i el que s'ofereix es de 22 – 26 V CC, consum de energia: 1,5 W, es considera per sobre del sol·licitat donat que es connecta a un datalogger.

EMPRESA LICITADORA 3: TECNICAL MANRESA, SA

Segons la documentació presentada, el sensor no compleix els requisits tècnics requerits en els següents punts:

- L'alimentació del sensor que es demana es: 3,5 a 5 Vcc 75mW màxim de consum, i el que s'ofereix per una banda es de 9..30Vdc(12Vdc recomanat) i en un altre document 12..24 Vdc, es considera per sobre del sol·licitat donat que es connecta a un datalogger.

INFORME VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

EXPEDIENT 11628

En conclusió, les propostes de les empreses licitadores TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA, i TECHNICAL MANRESA, SA quedarien excloses del procés licitador en considerar-se que no compleixen les especificacions tècniques mínimes requerides al PPT.

D'altra banda, l'empresa licitadora HIDROMEJORAS, SL, compleix amb tots els requisits tècnics demanats al PPT i segueix en el procés de licitació.

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Sr. Josep Maria Zaragoza Bueso
Sotsdirector d'Infraestructures