

CSI2025097 Subministrament del material necessari per al correcte tractament de la insuficiència venosa amb adhesiu mèdic per a l'Hospital Dos de Maig

Nom del licitador

Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	
		Adaptació a les necessitats i protocols dels centre	
52032	Kit pel tractament de la insuficiència venosa amb adhesiu mèdic	Es valorarà amb un màxim de 4 punts la polimerització del producte. És necessari que l'adhesiu tingui una polimerització immediata objectivable ecogràficament.	4 punts
		Es valorarà amb un màxim de 4 punts la viscositat del producte. Aquesta ha de ser la suficient per a que no hi hagi migració i no hi hagi risc d'embolització.	4 punts
		Es valorarà amb un màxim de 6 punts la aportació d'un protocol d'administració del producte que garanteix la seguretat del pacient i la seva eficàcia	6 punts
		Es valorarà amb un màxim de 6 punts la aportació de documentació rellevant per la valoració (estudis, evidència científica) per la valoració de la qualitat, composició o comportament del producte	6 punts
		Presentació	
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts el tipus d'embalatge. Puntuació màxima si l'embalatge es únic per facilitar la feina dels professionals sanitaris	5 punts
		Es valorarà amb un màxim de 4 punts la forma de presentació del material (disposició del fungible, comoditat per agafar-lo) important per a la preparació de la tècnica	4 punts
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts la visibilitat i claretat de les dades del embolcall, aspecte important per facilitar la seva adequada utilització	5 punts
		Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació	
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts la facilitat en la utilització amb un únic vial per a tota la tècnica	5 punts
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts que el catèter estigui marcat, graduat, per a saber en tot moment la posició del catèter introduït	5 punts
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una correcta actuació en el moment d'ús. Una única dispensació d'adhesiu per pulsació es l'adequat i no una dispensació continua, ja que d'aquesta manera se sap quina quantitat d'adhesiu s'administra	5 punts
		Total Puntuació	49 punts

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en el material necessari per al correcte tractament de la insuficiència venosa amb adhesiu mèdic, tant per la seva eficàcia en la cura dels pacients com per la seva ergonomia i facilitat en l'ús per als professionals, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts sobre el màxim de 49 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya