

CRITERIS DE VALORACIÓ CB 2025 CSI SCS-2021-371 Contracte Basat Acord Marc per a l'adquisició d'equipament de radiologia per al Consorci Sanitari Integral.

LOT 3 - Unitat Radiològica Digital amb telemetries

1. Puntuació obtinguda en la valoració de l'acord Marc	40
1 Puntuació obtinguda en la valoració de l'Acord Marc. La puntuació es calcularà a partir de la puntuació obtinguda en l'apartat de <i>Prestacions tècniques i funcionals</i> de la fitxa tècnica corresponent de l'annex B de l'Acord Marc, mitjançant la següent fórmula: $PAM = Ctl \times \left(\frac{PAMv}{PtAMm} \right)$ PAM: puntuació obtinguda en la valoració de l'Acord Marc Ctl: Pes del criteri en qüestió (en aquest cas pot anar entre el 20 i el 40%) PAMv: Puntuació tècnica obtinguda en la fitxa tècnica de l'annex B de l'Acord Marc de l'equip a valorar. PtAMm: Puntuació tècnica obtinguda en la fitxa tècnica de l'annex B de l'Acord Marc de l'equip de màxima valoració de les proposicions presentades al procediment basat.	40
Criteris que depenen d'un judici de valor	10
Configuració específica dels equips d'acord amb les necessitats assistencials concretes del centre: programari i aplicacions clíniques, prestacions tècniques, prestacions funcionals, accessoris inclosos, etc.	
Programació - Es valorarà que l'ús dels equip sigui intuïtiu i que s'identifiquen clarament els diferents paràmetres sense dur a confusió.	10
Criteris d'apreciació subjectiva	10
Criteris d'apreciació objectiva i avaluable de manera automàtica	50
Oferta econòmica. En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofertat per cada empresa licitadora. S'entendran inclosos en aquest preu, si s'escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA) Els licitadors hauran de respectar en les seves ofertes els preus màxims aprovats a l'acord marc en relació a l'equip, els seus accessoris, programari i característiques opcionals de l'equip incloses als catàlegs aportats. Pel que fa a la resta de conceptes que eventualment podran incloure's al procediment basat (treballs d'adequació de l'espai i d'integració en els serveis assistencials), s'hauran d'identificar com a una partida independent en les seves ofertes. Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I_l} \right) \left(\frac{1}{V_P} \right) \right] \times P$ On: P_v = Puntuació de l'oferta a valorar O_v = Oferta total a valorar O_m = Oferta total millor (més econòmica) I_l = Import de la licitació (sense IVA) V_P = Valor de ponderació: el que s'assigni específicament en el basat P = Punts criteri econòmic: la puntuació màxima assignada específicament en el basat	10
Ampliació termini garantia comercial - S'atorgarà 2 punts per cada any addicional de garantia comercial que s'ofereixi, amb les prestacions requerides a l'apartat T.1 del PPT de l'Acord Marc, (màxim de 2 anys addicionals de garantia comercial, màxim 4 punts)	4
Preu servei de manteniment - S'atorgaran 4 punts a l'oferta més econòmica de servei de manteniment (Cost anual del manteniment (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) posterior a la finalització del termini de garantia comercial ofert) i la resta d'ofertes a través de la següent formula: Puntuació = (millor oferta x 4 punts) / oferta a analitzar)	4
Accessori addicional - S'atorgaran 5 punts en cas d'incloure a l'oferta l'entrega d'un detector pla, addicional al mínim requerit al Annex B del PPT, de mides aprox 35x43. En cas contrari s'atorgaran 0 punts. (SI/NO)	5
Sistema d'exposimetria automàtica que compti amb 5 o més càmeres d'ionització tant a taula de pacient com a estatiu vertical (SI/NO)	5
Càmera de vídeo integrada al capçal del tub per veure el pacient en temps real a la pantalla de l'equip en sala control i a la pantalla tàctil del capçal del tub (SI/NO)	5
Tub de rajos X amb més de 5 mides focals per millorar rendiment i qualitat d'imatge (SI/NO)	5
Pantalla tàctil integrada al capçal del tub on es puguin veure les imatges de les radiografies adquirides (SI/NO)	5
Capacitat tèrmica del conjunt ànode + cuirassa > 2.250.000 HU (SI/NO)	4
Inclusió de reixetes antidifusores a la taula i bucky vertical de tipus oscil·lant amb extracció motoritzada. (SI/NO)	3