

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES ELÈCTRIQUES D'ALTURA VARIABLE PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	24_CSA_2025

NOM LICITADOR:	
DOMICILI: C/:	
LOCALITAT:	
TELÈFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

CONCEPTES	DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEIX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Definició de l'equipament	Butaca elèctrica d'altura variable amb reposabraços i reposapeus, i comandament a distància accessible tant per a usuari com per professional sanitari.		
Característiques bàsiques	Estructura d'acer pintat amb recobriments d'epoxi resistent a agents químics i mecànics.		
	Reclinable amb moviments independents i simultanis de respall i reposacames elèctricament.		
	Que permeti posició de tredelemburg (mínim de 0° a 10°) accionable amb un sol pas.		
	Respatller amb manillar de conducció.		
	Reposabraços basculants, regulables en altura, i recoberts amb la mateixa tapisseria que la resta de butaca.		
	Seient, respall i reposacames fabricats amb poliuretà injectat ignífug tapissat classe M1, o similar, amb capa de com a mínim 1 cm. Viscoelàstic sense costures.		
	Bateria d'emergència autorecargable.		
	Altura variable mitjançant motor elèctric (ha de permetre almenys una altura mínima del seient de 55cm i ha de poder pujar electrònicament com a mínim fins a 75cm)		
	Ha de suportar com a mínim 180kg de pes.		
	Amplada màxima (inclosos els reposabraços) de 80cm, i llargada màxima (en la posició d'assentat més tancada possible) de 100cm		
	Reposapeus tipus cadira de rodes, plegables i escamotejable lateralment.		
Accessoris (1 unitat per a cada butaca)	Tapisseria amb un ventall de com a mínim 10 colors a escollir segons necessitats del CSA.		
	Amb 4 rodes giratòries de mínim 125mm Ø i mínim 2 d'elles amb fre.		
	Reposacaps		