

CSI2025059S Subministrament i servei de manteniment d'un sistema de rinolaringovideoscopia pel servei d'ORL del Consorci Sanitari Integral

			OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.		SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	
			MARCA	REFERENCIA	MARCA	REFERENCIA
SISTEMA DE RINOLARINGOVIDEOSCOPIA			OLYMPUS	SET CV-170 + ENF-V3	SONOSCAPE	ENL-X20S
SERVEI DE MANTENIMENT DEL RINOLARINGOVIDEOSCOPI			OLYMPUS	-	SONOSCAPE	-
VALORACIÓ CRITERIS (OBJECTIUS)	Import màxim de licitació sense IVA	Puntuació màxima	Import màxim del licitador sense IVA	Puntuació	Import màxim del licitador sense IVA	Puntuació
PROPOSTA ECONÒMICA D'acord amb la fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{I_L} \right) \times \left(\frac{1}{V_P} \right) \right] \times P$	33.400,00 €	85	32.192,84 €	85	EXCLÒS: Requeriment d'obligat compliment: Monitor tipus LED HD 24" Equipament ofertat: No compleix. Monitor de 27" (veure informe) Requeriment d'obligat compliment: Safates de 400 mm * 400 mm aproximadament Equipament ofertat: No compleix .Ancho: 640 mm Profundidad: 850 mm (veure informe)	
PROPOSTA ECONÒMICA D'acord amb la fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{I_L} \right) \times \left(\frac{1}{V_P} \right) \right] \times P$	13.800,00 €		13.800,00 €			
Valor de ponderació: 2 PROPOSTA ECONÒMICA D'acord amb la fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{I_L} \right) \times \left(\frac{1}{V_P} \right) \right] \times P$	13.800,00 €		13.800,00 €			
Total	47.200,00 €					
CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIU/TECNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA						
Té compatibilitat amb sistema de llum d'espectre estret		15	SI	15		
SI/15 punts, No/0 punts						
TOTAL PUNTUACIÓ VALORABLES		15		15		
TOTAL PUNTUACIÓ		100		100		

Qui subscriu el present informe no és troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

Mireia Labarta Tomàs
Responsable Recursos materials i equipament Consorci Sanitari Integral (representant comissió tècnica)