

Acta de la reunió de valoració dels sobres Únics de l'expedient

Identificació de la reunió**Dia:** 12 d'octubre de 2025**Hora:** 10:00 hores**Lloc:** Dependències del Consorci Sanitari Integral**Contractació:** Subministrament i servei de manteniment d'un sistema de rinolaringovideoscopia per al servei d'otorrinolaringologia del Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment Simplificadíssim de la Llei de Contractes del Sector Públic i tràmit ordinari.**Òrgan de Contractació:** Directora General del Consorci Sanitari Integral

En aquesta sessió es constitueix l'equip tècnic de valoració amb l'objectiu d'analitzar les propostes presentades al **sobre Únic (declaració responsable, proposició econòmica i criteris avaluable de forma automàtica)**

Abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que l'empresa **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.**, no compleix amb els requisits tècnics exigits d'acord amb el plec tècnic, i les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació exposades a l'Annex tècnic que són d'obligat compliment, tal com consta a l'informe de valoració emès per la Sra. Mireia Labarta Tomas, Responsable Recursos materials i equipament de CSI / Representant comissió tècnica en data 10 d'octubre de 2025 així com a l'informe d'exclusions tècniques emès per la Sra. Mireia Labarta Tomas, Responsable RRMM i equipament de CSI / Representant comissió tècnica en data 10 d'octubre de 2025.

Tal com s'indica al plec tècnic:

- Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a l'Annex tècnic i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors ompliran l'Annex tècnic i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una memòria tècnica.
- La no explicitació dels requeriments sol·licitats ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i consegüentment l'exclusió automàtica del licitador.
- En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

Requeriment: Monitor tipus LED HD de 24"

- Equipament ofertat: Monitor de 27"
- Valoració: No compleix
- Justificació: El monitor ofertat supera les dimensions establertes. La sala on s'ha d'instal·lar el rinovideolaringoscopi és de dimensions reduïdes, fet que obliga a ajustar-nos estrictament a les mides indicades per garantir una correcta col·locació i operativitat de l'equip. Un monitor de 27" pot dificultar la visibilitat, la mobilitat i l'ergonomia dins l'espai disponible.

Requeriment: Safates de 400 mm x 400 mm (aproximadament)

- Equipament ofertat: Safates de 640 mm d'ample i 850 mm de profunditat
- Valoració: No compleix
- Justificació: Les dimensions de les safates superen àmpliament les especificacions requerides. Donada la limitació d'espai a la sala, aquestes mides són incompatibles amb la distribució prevista del mobiliari i equipament. L'ús de safates més grans pot comprometre la funcionalitat i la seguretat de l'espai assistencial.

Atès que l'equipament ofertat no compleix amb dos requeriments d'obligat compliment i que les dimensions superiors poden afectar negativament a la funcionalitat dins d'un espai assistencial reduït;

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 10:30 hores, l'Òrgan de Contractació dóna per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

Meritxell Serra Garreta
Directora de Logística i Contractació Pública

(IMP-SC-038)