



INFORME TÈCNIC DE DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Havent procedit en data 15 de maig de 2025 a l'obertura del sobre B del procediment amb codi d'expedient CSAPG OB 2025/09 relatiu al **subministrament del material fungible i cessió de l'equipament necessari per poder dur a terme les intervencions de cirurgia de cataracta i de retina (vitreoretina) per al servei d'oftalmologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf**, es va fer entrega als tècnics de referència de la documentació aportada als sobres B per les empreses licitadores, per tal de procedir a la valoració dels criteris avaluable mitjançant judici de valor, del que s'extreuen les següents conclusions.

El present informe es realitza un cop oberts els sobres A i B, estant encara pendent l'obertura del sobre C, amb la proposta econòmica.

1. Licitadors admesos a valorar

Els licitadors als que fa referència el present informe són els següents:

Empreses:
ALCON HEALTHCARE S.A

2. Criteris de Valoració mitjançant judici de valor:

Els criteris sotmesos a judici de valor i apreciació tècnica, són els indicats en l'apartat H del Quadre de Característiques Específiques del contracte objecte d'aquest informe.

- **Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor: màxim 46 punts sobre 100.**

Criteris de valoració de judici de valor	Valoració	Puntuació màxima
Ergonomia del microscopi i facilitat d'ús	Es valorarà amb l'equip en demo	12
Facilitat d'ús del facoemulsificador i velocitat del software	Es valorarà amb l'equip en demo	12
Equilibrat correcte de la implantació i facilitat a l'hora d'explantar la lent	Es valorarà amb les mostres del producte	12
Sistema automàtic de gestió del dipòsit (caducitats, logística, integració al HISS i a SAP, etc.). La proposta que presenti el licitador l'haurà d'aplicar i (mantenir si es requereix durant tota la durada del contracte) sense que representi cap cost addicional pel CSAPG.	Es valorarà el sistema més innovador i que millor s'adapti a les necessitats del CSAPG que proposi cada licitadora.	10
		46 PUNTS



Tal i com s'indica al mateix apartat tots els proveïdors han d'assolir una puntuació mínima de 20 punts per passar a la següent fase d'obertura del sobre C.

Així doncs, vista l'oferta presentada al sobres B i d'acord amb els criteris de judici de valor previstos, el resultat de la valoració és el següent:

- **Ergonomia del microscopi i facilitat d'ús:** El microscopi presentat compleix amb els requisits tècnics establerts pel plec. El disseny del capçal binocular i l'ajust de l'òptica permeten adaptar-se fàcilment a diferents morfologies i postures dels professionals, reduint la fatiga visual i postural durant intervencions prolongades. Els controls són accessibles i intuïtius, amb una disposició que facilita la manipulació precisa sense desviar l'atenció del camp quirúrgic. Així mateix, la possibilitat d'ajustar l'altura, l'angle d'inclinació i la distància interpupilar contribueix a una postura de treball natural i personalitzada. Quant a la facilitat d'ús, el microscopi incorpora un sistema d'inici ràpid i una interfície clara i fàcilment interpretable, amb menús intuïtius que permeten configurar els paràmetres de manera àgil. Obté 11 punts.
- **Facilitat d'ús del facoemulsificador i velocitat del software:** El facoemulsificador avaluat compleix amb tots els requeriments tècnics establerts i presenta una interfície clara i estructurada, amb unes prestacions correctes pel que fa a la facilitat d'ús i la rapidesa operativa del seu programari integrat, factors clau per a una pràctica quirúrgica fluida, segura i eficient. Obté 11 punts.
- **Equilibrat correcte de la implantació i facilitat a l'hora d'explantar la lent:** El sistema de lent intraocular presentat compleix amb tots els requeriments tècnics establerts i ofereix un comportament òptim tant en el moment de la implantació com en situacions en què sigui necessària la seva explantació, complint amb els estàndards de seguretat i eficiència quirúrgica. Pel que fa a l'equilibrat de la implantació, la lent presenta una gran estabilitat dins del sac capsular, gràcies al disseny dels hàptics i als materials utilitzats. Durant la inserció, la lent es desplega de manera controlada, progressiva i centrada, facilitant-ne el posicionament amb un mínim d'intervenció per part del cirurgià. Aquesta estabilitat inicial afavoreix una col·locació previsible i segura, i minimitza el risc de descentrament postoperatori o rotació, especialment important en lents tòriques. A més, la compatibilitat amb sistemes d'injecció pre-carregats facilita una implantació neta, estandarditzada i amb una mínima manipulació intraocular, reduint el risc de traumatisme capsular o endotelial. Obté 11 punts.
- **Sistema automàtic de gestió del dipòsit (caducitats, logística, integració al HISS i a SAP, etc). La proposta que presenti el licitador l'haurà d'aplicar i (mantenir si es requereix durant tota la durada del contracte) sense que representi cap cost addicional pel CSAPG:** El sistema automàtic de gestió del dipòsit proposat pel licitador compleix amb els requisits demanat i aporta una solució tecnològica avançada, orientada a l'eficiència logística, la traçabilitat dels productes i la seguretat en la gestió del material sanitari.



El sistema presentat permet un control exhaustiu de les caducitats, mitjançant l'etiquetatge i registre individualitzat de cada unitat, alertant de manera proactiva al proveïdor sobre els productes propers a la data de venciment. Aquesta funcionalitat resulta clau per evitar malbarataments, garantir la seguretat del pacient i optimitzar la rotació d'estocs, especialment en entorns quirúrgics d'alta especialització com l'àrea d'oftalmologia.

Pel que fa a la integració amb sistemes d'informació corporatius, la proposta incorpora la connexió directa amb el sistema HISS i amb SAP, permetent la sincronització de dades en temps real, tant a nivell de consum com de facturació i traçabilitat. Aquesta interoperabilitat garanteix una visió unificada de l'activitat i facilita l'explotació de dades per a la presa de decisions, tot mantenint la coherència amb l'ecosistema digital del CSAPG. Es recorda que aquesta integració ha de complir en tot moment amb la normativa interna del CSAPG, que serà facilitada al licitador quan es requereixi per la posta en funcionament. Obté 9 punts.

Per tot l'exposat, el tècnic sota signant eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.

OFERTA: ALCON HEALTHCARE S.A	Puntuació obtinguda
Ergonomia del microscopi i facilitat d'ús	11 punts
Facilitat d'ús del facoemulsificador i velocitat del software	11 punts
Equilibrat correcte de la implantació i facilitat a l'hora d'explantar la lent	11 punts
Sistema automàtic de gestió del dipòsit	9 punts
PUNTUACIÓ TOTAL:	42 punts

Vilanova i la Geltrú, 06 d'octubre de 2025.

Marius Passarell

Cap Oftalmologia

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf