

Salut/Institut
Català de la Salut

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101447232/26/AMUP
Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut
Objecte: subministrament agregat de bates d'alta protecció per a centres de l'Institut Català de la Salut
Tipus: Subministraments
Procediment d'adjudicació: Acord marc, per procediment obert

Resolució de modificació

Antecedents

En data 9 d'octubre de 2025 es va incoar i en data 11 d'octubre de 2025 es va aprovar l'expedient CS/CC00/1101447232/26/AMUP corresponent a la contractació del subministrament agregat de bates d'alta protecció per a centres de l'Institut Català de la Salut (ICS).

En data 13 d'octubre de 2025 es va publicar l'expedient de contractació.

En data 28 d'octubre de 2025 finalitza el termini de presentació de propostes.

Els serveis que assessoren a l'òrgan de contractació han detectat un error en el plec de prescripcions tècniques: punt 2. Requeriments obligatòries 2.1 Normativa aplicable: UNE-EN 14126 i UNE-EN 14325:2018.

Fonaments de dret

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

D'acord amb l'article 136.2 de la LCSP, donat que la modificació és significativa, s'ha procedit a ampliar el termini de presentació de les ofertes.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució modificació plecs



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
28/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MI9H9ZTLGBMHHT49YK0RXITVJ3EMNM

Data creació còpia:
29/10/2025 08:20:16

Pàgina 1 de 3

Salut/Institut
Català de la Salut

Resolc

Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

Segon. Modificar el plec de prescripcions tècniques, punt 2 Requeriments obligatoris, 2.1 Normativa aplicable:

On diu:

- **UNE-EN 14126:** Roba de protecció contra agents biològics

El material haurà d'haver superat els 4 assajos establerts a la norma UNE-EN 14126, amb una classificació mínima de Classe segons el següent llistat:

- ISO 16603: Resistència a líquids amb sang sintètica. Mínim Classe 5/6
- ISO 16604: Resistència a líquids amb virus (bacteriòfag Phi-X174). Mínim Classe 5/6
- ISO 22610: Penetració de bacteris per contacte mecànic. Mínim Classe 5/6
- ISO 22612: Penetració de partícules sòlides contaminades. Mínim Classe 2/3

Documentació obligatòria a presentar:

Resultats dels 4 assajos ISO segons UNE-EN 14126, amb la classificació obtinguda

Rectificació (punt 2 Requeriments obligatoris 2.1 Normativa aplicable):

- **UNE-EN 14126:** Roba de protecció contra agents biològics

El material haurà d'haver superat els 4 assajos establerts a la norma UNE-EN 14126, amb una classificació mínima de Classe segons el següent llistat:

- ISO 16603: Resistència a líquids amb sang sintètica amb caràcter predictiu, sense classificació
- ISO 16604: Resistència a líquids amb virus (bacteriòfag Phi-X174). Mínim Classe 5/6
- ISO 22610: Penetració de bacteris per contacte mecànic. Mínim Classe 5/6
- ISO 22612: Penetració de partícules sòlides contaminades. Mínim Classe 2/3

Documentació obligatòria a presentar:

Resultats dels 4 assajos ISO segons UNE-EN 14126, amb la classificació obtinguda.

On diu:

Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució modificació plecs



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
28/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MI9H9ZTLGBMHHT49YK0RXITVJ3EMNM

Data creació còpia:
29/10/2025 08:20:16

Pàgina 2 de 3

Salut/Institut
Català de la Salut

- Certificat segons UNE-EN 14605 Tipus 4
 - UNE-EN 14325:2018 Roba de protecció contra productes químics. Mètodes d'assaig i classificació de prestacions per a materials, costures, unions i muntatges.
- S'acreditarà, mitjançant certificat d'assaig, emès per un laboratori acreditat, la resistència a la penetració de productes químics líquids, d'acord amb:

UNE-EN 368, amb una classificació mínima Classe 2 segons UNE-EN 14325 (percentatge de penetració $\leq 10\%$), per als productes següents:

Àcid sulfúric (H_2SO_4) al 30 % en pes

Hidròxid de sodi (NaOH) al 10 % en pes

Rectificació (punt 2 Requeriments obligatoris 2.1 Normativa aplicable):

- Certificat segons UNE-EN 14605:2005 Tipus 4
 - UNE-EN 14325:2018 Roba de protecció contra productes químics. Mètodes d'assaig i classificació de prestacions per a materials, costures, unions i muntatges.
- S'acreditarà, mitjançant certificat d'assaig, emès per un laboratori acreditat, la resistència a la penetració de productes químics líquids, d'acord amb:

UNE EN ISO 6530:2005, amb una classificació mínima Classe 2 segons UNE-EN 14325 (percentatge de penetració $\leq 10\%$), per als productes següents:

Àcid sulfúric (H_2SO_4) al 30 % en pes

Hidròxid de sodi (NaOH) al 10 % en pes

Segon. Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins al 4 de novembre de 2025.

Tercer. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l'ICS ubicat a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Josep M. Pomar Reynés
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Resolució modificació plecs



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
28/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MI9H9ZTLGBMHIT49YK0RXITVJ3EMNM

Data creació còpia:
29/10/2025 08:20:16

Pàgina 3 de 3