

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE SONES TUBS I CÀNULES PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. ACM 25/932**

Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Aquest contracte té per objecte la descripció de les característiques tècniques i funcionals per al subministrament de sondes, tubs i cànules, amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant HSP).

L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

LOT 1: Sonda administració enteral nasogàstrica sense fiador (Connexió ENFIT).

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002592	Sonda nasogàstrica nutrició enteral 100cm. 12F	• Sonda nasogàstrica per nutrició enteral sense fiador amb connexió Enfit. • Material del tub poliuretà. • Mides de 12F i entre 90-110cm de longitud. • Tub amb graduació en cm i radioopac. • Extrem distal amb tap si PVC lliure de DEHP. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 2: Sonda administració enteral nasogàstrica amb fiador (Connexió ENFIT).

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002595 2002591	Sonda nasogàstrica nutrició enteral amb fiador 8F 12F	• Sonda nasogàstrica per nutrició enteral amb fiador i connexió Enfit. • Material del tub poliuretà. • Mides de 8F i 12F de entre 90-110cm de longitud. • Extrem distal amb tap per connexió sistemes de administració enteral. • Toma en Y amb connexió xeringa enteral. • Els taps si PVC lliure de DEHP • Tub amb graduació en cm i radioopac. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 3: Sonda administració enteral nasojejunal amb fiador introducció endoscòpica. (ENFIT)

2025171	Sonda nasojejunal endoscòpica de nutrició enteral amb fiador 8F	• Sonda nasojejunal de introducció endoscòpica per nutrició enteral amb fiador i connexió Enfit. • Per la seva col·locació per via endoscòpica. • Material del tub poliuretà. • Mides de 8F entre 240-260cm de longitud. • Guia de 0,35" • Amb tub de transferència nasal 50cm • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
---------	--	--

LOT 4: Sonda gastrostomia endoscòpica baló 7cc

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2014326 2014663	Sonda gastrostomia endoscòpica amb baló 7cc. 14F 16F	• Sonda substitució de gastrostomia. • Mida 14F/16F. • Material de silicona amb baló de retenció interna entre 6 i 7cc. • Anell de retenció extern. • Volum inflat del baló imprès a la vàlvula. • Port d'entrada de medicació. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 5: Sonda gastrostomia endoscòpica baló 15 cc

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2014122 2014126 2014124	Sonda gastrostomia endoscòpica amb baló 15cc. 20F 22F 24F	• Sonda substitució de gastrostomia • Mida 20F/22F/24F • Material de silicona amb baló de retenció interna entre 14-15cc • Anell de retenció extern. • Volum inflat del baló imprès a la vàlvula. • Port d'entrada de medicació. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 6: Sonda aspiració controlada

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2019345 2002577	Sonda traqueal aspiració controlada 29cm. 4F 5F	• Sonda traqueal d' aspiració controlada amb punta oberta, atraumàtica i orificis laterals. • Extremitat proximal amb racor per aspiració controlada. • Mida 4F/5F, entre 28 i 30cm de longitud. • Material de PVC lliure de DEHP. • Tub marcat centimetrat • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 7: Sonda aspiració secrecions

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002578 2002579 2002580 2002581 2002582 2002583	Sonda aspiració de secrecions 8F 10F 12F 14F 16F 18F	• Sonda d' aspiració de secrecions amb punta oberta, arrodonida, atraumàtica i orificis laterals. • Mida 8F/10F/12F/14F/16F/18F, entre 50-60cm de longitud. • Connector universal a sistema aspiració i amb codi de colors segons mides. • Material de PVC lliure de DEHP. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 8: Sonda nasogàstrica

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002588 2002663 2002589 2002590	Sonda gastroduodenal Levin: 12CH 14CH 16CH 18CH	• Sonda gastroduodenal tipus Levin amb punta distal oberta i orificis laterals. • Mides 12CH/14CH/16CH/18CH, entre 120-130cm de longitud. • Material de PVC lliure de DEHP. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 9: Sonda nasogàstrica Salem adult

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002603 2002602	Sonda gàstrica doble lumen tipus Salem: 14CH 16CH	• Sonda gàstrica de doble lumen, tipus salem. • Material de PVC lliure de DEHP. • Mides 14CH/16CH, entre 115-125cm de longitud. • Punta arrodonida i radioopaca. • Múltiples orificis i marques de profunditat cada 10cm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 10: Sonda nasogàstrica Salem pediatria

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2022764 2022765	Sonda gàstrica tipus Salem: 6CH 8CH	• Sonda gàstrica de doble lumen, tipus salem per pediatria. • Material si PVC lliure de DEHP. • Mides 6CH/8CH, entre 55-65cm de longitud. • Punta arrodonida i radioopaca. • Múltiples orificis i marques de profunditat cada 10cm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 11: Sonda rentat gàstric

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003584 2003582	Sonda rentat gàstric tipus Faucher 32CH 36CH	• Sonda rentat gàstric tipus Faucher per rentat gàstric. • Mida de 32CH/36CH, entre 140-160cm de longitud. • Extrem proximal connexió embut. • Material si PVC lliure de DEHP. • Punta tancada i arrodonida amb forats antitraumàtics • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 12: Sonda rectal

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002775	Sonda rectal 40cm 22CH	• Sonda rectal amb 2 orificis laterals atraumàtics i punta distal cilíndrica i tancada. • Extrem proximal connexió embut. • Material PVC lliure de DEHP. • Mida 22CH entre 35-45cm longitud • Lliure làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 13: Sonda vesical Foley 2 vies

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002685 2002686 2002687 2002688 2002689 2002690 2002691	Sonda vesical Foley 2 vies amb baló 40cm 12CH 14CH 16CH 18CH 20CH 22CH 24CH	• Sonda vesical transuretral tipus Foley permanent amb baló i mínim 2 orificis de sortida. • Amb 2 vies, per connectar amb bossa recol·lectora i vàlvula per ràcords de xeringa luer i luer-lock. • Material: silicona. • Mida de: 12CH/14CH/16CH/18CH/20CH/22CH/24CH, entre 38-45cm de longitud • Marques per control RX • Lliure de làtex. • Envasat unitari. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 14: Sonda vesical Foley 3 vies

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2025140 2025141	Sonda vesical Foley 3 vies amb baló 18CH 20CH	• Sonda vesical transuretral tipus Foley permanent amb baló i mínim 2 orificis de sortida. • Amb 3 vies, per connectar amb bossa recoll-lectora, per irrigació i vàlvula per ràcords de xeringa luer i luer-lock. • Material: silicona. • Marques per control Rx • Mida de: 18CH/20CH , entre 38-45cm de longitud. • Lliure de làtex. • Envasat unitari. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 15: Sonda vesical 2 vies Foley Tiemann

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002694	Sonda vesical Foley Tiemann amb baló 12CH	• Sonda vesical transuretral tipus Foley amb baló i punta Tiemann. • Sonda amb 2 vies: de drenatge i vàlvula per ràcords de xeringa luer i luer-lock. • A la part distal 2 orificis. • Material: Silicona • Mida de 12 CH, entre 40-45 cm de longitud. • Envasat unitari. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 16: Sonda vesical Foley pediàtrica amb fiador

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002693 2002683 2002684	Sonda vesical Foley pediàtrica amb baló i fiador 6CH 8CH 10CH	• Sonda vesical transuretral tipus Foley pediàtrica amb estilet. • Sonda amb 2 vies: de drenatge i vàlvula per ràcords de xeringa luer i luer-lock • Material: silicona. • Mida 6CH/8CH/10CH i entre 28 i 40 cm de longitud.



		• Banda de contrast a tota la sonda i amb 2 forats mínim. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
--	--	---

LOT 17: Sondes vesicals intermitent baixa fricció

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2020410	Sonda vesical masculina baixa fricció 14CH	• Sonda vesical transuretral tipus Nelaton masculina per sondatge intermitent d'una via. • Sonda prelubricada hidrofílica. • Si PVC lliure de DEHP. • Mida de 14CH i entre 38 i 42cm de longitud. • Lliure de làtex • Estèril i d'un sol ús.
2002772	Sonda vesical femenina baixa fricció 12CH	• Sonda vesical transuretral tipus Nelaton femenina per sondatge intermitent d'una via. • Sonda prelubricada hidrofílica. • Si PVC lliure de DEHP. • Mida de 12CH i entre 17 i 22cm de longitud • Lliure de làtex • Estèril i d'un sol ús.
2020479	Sonda vesical pediatria baixa fricció 6CH	• Sonda vesical transuretral tipus Nelaton per pediatria. • Sonda prelubricada. • Si PVC lliure de DEHP. • Mida de 6CH i entre 38-45cm de longitud. • Lliure de làtex • Estèril i d'un sol ús.

LOT 18: Sonda quirúrgica d'estimulació i aspiració cortico-espinal

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2018332	Sonda quirúrgica d'estimulació i aspiració cortico-espinal	• Sonda quirúrgica d'estimulació i aspirador del tracte cortico-espinal. • Monopolar, de longitud entre 118 i 122mm amb cable de connexió. • Lliure de làtex • Estèril i d'un sol ús.



LOT 19: Set intubació nasolacrimonial

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002658	Set d'intubació bicanalicular del lacrimal per dilatacions 21G	• Set d'intubació bicanalicular per dilatació de les vies lacrimals. • Format per 2 sondes mal·leables metàl·liques unides per tub de silicona. • Material: Aliatge metàl·lic i silicona. • Mides de la guia: 21G i entre 78 a 82mm longitud • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2014377	Set intubació bicanalicular del lacrimal per obstruccions	• Set d'intubació bicanalicular del lacrimal tipus Ritleng per obstruccions bicanalicular. • Per utilitzar amb la guia de Ritleng. • Material: Tub de silicona i fil de polipropilè. • Mida: diàmetre de 0,64mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2014378	Set intubació monocalicular del lacrimal per traumatismes	• Set d'intubació monocalicular del lacrimal per traumatismes canaliculats. • Material: tub i tap de silicona i fil de polipropilè • Mides: diàmetre de 0,64mm i Diàmetre del tap 4mm. • Que es pugui utilitzar amb aplicador. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 20: Càndula hidrodissecció

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003645	Càndula hidrodissecció 25G	• Càndula de hidrodissecció en oftalmologia d'acer inoxidable amb connector de plàstic. • Punta angulada (i aixafada) oval i suau. • Mida 25G i entre 18 i 20mm de longitud. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 21: Cànula lacrimal corbada

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2013127	Cànula lacrimal corbada 26G	• Cànula lacrimal corbada, per sondejar i/o irrigar el sistema naso-lacrimal. • Mida de 26G i entre 27 i 29mm de longitud. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 22: Tub endotraqueal Electromiografia

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2017788 2017789 2014693 2013819 2014692	Tub endotraqueal Electromiografia 6 mm 6,5 mm 7 mm 7,5 mm 8 mm	• Tub endotraqueal per monitorització intraoperatòria de l' activitat EMG de la musculatura laríngia. • Material si PVC lliure de DEHP • Mida de 6mm/6,5mm/7mm/7,5mm /8mm de diàmetre intern. • Amb maniguet inflable. • Elèctrodes exposats entre 28 a 32mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 23: Tub ventilació transtimpànica

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003488	Tub de ventilació transtimpànica 1,32x4,8mm.	• Tub en T de ventilació transtimpànica tipus Goode. • Material: silicona. • Mida de diàmetre interior 1,32mm i longitud entre 4,7 i 4,9mm • El seu disseny ha de permetre la introducció i la extracció. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 24: Equip tub bronquial esquerra

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2026748 2023182 2002646 2002637 2002638 2003520	Equip tub bronquial esquerra 2 lumens 26CH 28CH 35CH 37CH 39CH 41CH	• Equip de tub bronquial esquerra de doble lumen. • El tub ha de tenir connectors semi muntats, vàlvules per xeringues Luer i Luer Lock, línia radioopaca i graduat. • Baló traqueal transparent amb baló pilot transparent de baixa pressió. • Baló bronquial blau amb baló pilot blau de baixa pressió. • Estilet corbat de fixació. • Format per: ○ Tub de doble lumen transparent. ○ 2 catèters de succió. ○ 2 connectors angulats. ○ Connector en Y. • Mides: Diàmetre extern 26CH/28CH/35CH/37CH/39CH/41CH. • Longitud entre 33 i 42cm • Material PVC • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 25: Equip tub bronquial dreta

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002652 2002639 2002640 2003519	Equip tub bronquial dreta 2 lumen 35CH 37CH 39CH 41CH	• Equip de tub bronquial dreta de doble lumen. • El tub ha de tenir connectors semi muntats, vàlvules per xeringues Luer i Luer Lock, línia radioopaca i graduat. • Baló traqueal transparent amb baló pilot transparent de baixa pressió. • Baló bronquial blau amb baló pilot blau de baixa pressió. • Estilet corbat de fixació. • Format per: ○ Tub de doble lumen transparent. ○ 2 catèters de succió. ○ 2 connectors angulats. ○ Connector en Y. • Mides: Diàmetre extern 35CH/37CH/39CH/41CH • Longitud entre 33 i 40cm • Material PVC • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 26: Tub inserció endotraqueal

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2013929	Tub inserció endotraqueal reforçat sense baló. Diàmetre intern: 7,5 mm	• Tub guia traqueal per fibrobroncoscòpia amb tub de connexió per oxigen separat. • Consta de: ○ Tub inserció traqueal de 33cm de longitud, 2 lumen i diàmetre intern de 7,5mm, graduat i sense baló. ○ Tub d'oxigen de 110cm. ○ Dispositiu de fixació per subjectar el tub. ○ Banda de subjecció pel coll. • Material PVC • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 27: Tub endotraqueal amb baló

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003506 2003470 2003467 2003514 2002624 2002623 2002622 2002621 2002616 2002617 2002618 2002619 2002620	Tub endotraqueal amb baló. Diàmetre intern: 3 mm 3,5 mm 4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm 7,5 mm 8 mm 8,5 mm 9 mm	• Tub endotraqueal transparent amb baló de baixa pressió. • Connector semi muntat. • Baló de control color blau. • Vàlvula per ràcords de xeringa luer i luer-lock. • Punta atraumàtica. • Línea radioopaca continua, anell negre de posició i graduat. • Material PVC • Mides: diàmetre intern de 3 mm/3,5 mm/4 mm/4,5 mm /5 mm/5,5 mm/6 mm/6,5mm/7 mm/7,5 mm/8 mm/8,5 mm/9mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 28: Tub endotraqueal anellat amb baló

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002642 2002651 2002641 2002633 2002634 2002647	Tub endotraqueal flexometàlic amb baló. Diàmetre intern: 6 mm 6,5 mm 7 mm 7,5 mm 8 mm 8,5 mm	- Tub per intubació endotraqueal amb baló amb espiral i fiador. - Tub amb anell de Murphy. - Baló de baixa pressió i alt volum. - Tub Radioopac i graduat amb espiral metàl·lic reforçat - Connector desmuntable. - Material PVC - Mides: diàmetre intern de 6mm/6,5 mm/7 mm/7,5 mm/8 mm/ 8,5mm. - Lliure de làtex. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 29: Tub endotraqueal sense baló

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003482 2003501 2003483 2003484 2002643 2002626	Tub endotraqueal sense baló. Diàmetre intern: 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 4 mm 5 mm	- Tub endotraqueal transparent, 1 orifici, sense baló i ull de Murphy. - Amb connector semi muntat i punta atraumàtica. - Línea radioopaca continua. - Tub graduat. - Material PVC sense DEHP - Mides: diàmetre intern de 2 mm/2,5 mm/3 mm/3,5 mm/4 mm/ 5mm. - Lliure de làtex. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 30: Tub endotraqueal preformat nasal amb baló

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002648 2002650 2003481 2003515	Tub endotraqueal nasal preformat amb baló. Diàmetre intern: 6 mm 6,5 mm 7 mm 7,5 mm	- Tub endotraqueal nasal transparent preformat amb baló. - Amb 1 orifici, baló de baixa pressió i baló de control blau. - Vàlvula per ràcords de xeringa luer i luer-lock. - Connector semi muntat i punta atraumàtica retreta. - Tub amb línia radioopaca continua i graduat. - Material PVC sense DEHP - Mida: diàmetre intern de 6 mm /6,5 mm



		/7 mm /7,5mm • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
--	--	--

LOT 31: Tub endotraqueal preformat oral sense baló

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003513 2002628 2002629 2003474	Tub endotraqueal oral preformat sense baló. Diàmetre intern: 3 mm 4 mm 4,5 mm 5 mm	• Tub endotraqueal oral preformat transparent tipus AGT, sense baló amb 2 orificis. • Connector semi muntat. • Punta atraumàtica, retreta. • Tub amb línia radioopaca continua, graduat. • Material PVC. • Mida: diàmetre intern de 3 mm /4 mm /4,5 mm /5mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 32: Tub endotraqueal preformat oral amb baló

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003510 2002627 2002630 2003540 2003491 2003512 2002631 2002632 2002645	Tub endotraqueal oral preformat amb baló 1 orifici. Diàmetre intern: 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm 7,5 mm 8 mm 8,5 mm	• Tub endotraqueal oral preformat transparent tipus AGT amb baló i 1 orifici. • Baló de baixa pressió i baló de control blau. • Vàlvula per ràcords de xeringa luer i luer-lock. • Connector semi muntat. • Punta atraumàtica retret. • Tub amb línia radioopaca continua i graduat. • Mides: diàmetre intern de 4,5mm/5 mm /6 mm /6,5 mm/7 mm /7,5 mm/8 mm /8,5mm. • Material PVC. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 33: Tub traqueal làser

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003472	Tub traqueal amb baló resistent al làser. Diàmetre intern: 5mm	• Tub traqueal amb baló, resistent al laser CO2 i KTP. • Baló amb indicador per si es produeix ruptura. • Material: PVC • Mides: diàmetre intern 5mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 34: Tub endotraqueal cirurgia microlaringia

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003498 2003479	Tub endotraqueal cirurgia microlaringia amb baló. Diàmetre intern: 5 mm 6 mm	• Tub endotraqueal amb baló per cirurgia microlaringia transparent i termosensible. • Amb baló de baixa pressió i baló de control blau. • Tub amb línia radioopaca i graduat. • Material PVC. • Mida diàmetre intern 5 mm /6mm • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.

LOT 35: Tub endotraqueal pediàtric

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003502 2003503 2003504 2003505	Tub endotraqueal oral/nasal 2 llums s/baló Diàmetre intern: 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm	• Tub endotraqueal pediàtric sense baló amb 2 llums entre 160 - 170mm de longitud. • Material PVC sense DEHP • Mides diàmetre intern 2 mm /2,5 mm /3 mm /3,5mm • Tub amb línia radioopaca i extrem distal bisellat a 37º. • Tub marcat visual de cada 5cm. • La segona via amb ràcord luer-lock femella i adaptador de 15mm mascle per connectar al ventilador. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 36: Tub silicona

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003574 2003581 2003580	Tub silicona, diàmetre intern x diàmetre extern: 5x10mm 6x10mm 9x12mm	• Tub silicona grau mèdic. • Duresa Shore entre 45 i 55º • Material sotmès a post curat de 12h a 200º. • Mides de diàmetre intern/extern 5x10 mm, 6x10 mm i 9x12 mm. • Presentació en rotlles entre 25-30 m de longitud. • Que es pugui esterilitzar amb vapor.

LOT 37: Tub goma làtex

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003562 2003563 2003565	Tub de goma , diàmetre intern x diàmetre extern: 5x8mm 7x10mm 8x15mm	• Tub goma • Material goma de làtex de cautxú natural. • Duresa Shore A entre 35 i 45 º i elongació a la trencada de 650% mínim. • Mides diàmetre intern/extern 5x8 mm, 7x10 mm i 8x15mm. • Presentació en rotlles entre 15-25m de longitud.

LOT 38: Tub connexió amb bulb

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003566	Tub amb bulb transparent. Diàmetre intern: 7mm.	• Tub connexió transparent amb bulb cada entre 85-95cm • Material PVC lliure de DEHP. • Mida de diàmetre intern de 7mm. • Presentació en rotlles entre 20-30m de longitud. • Lliure de làtex. • No estèril.

LOT 39: Tub aspiració quirúrgica

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003579	Tub connexió aspiració Diàmetre intern: 7mm	• Tub connexió aspiració. • Material PVC lliure de DEHP. • Mida: Diàmetre intern de 7mm • Longitud de 3m. • Connectors de cada banda tipus femella per poder adaptar a qualsevol cànister. • Doble embolcall. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.



LOT 40: Tub drenatge penrose

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003547 2003548 2003549 2003550	Tub drenatge tipus penrose 50cm Diàmetre intern: 6 mm 12 mm 19 mm 25 mm	- Tub de drenatge tipo penrose. - Material de silicona. - Mides Diàmetre intern 6 mm /12 mm /19 mm /25mm i de 48-52cm longitud. - Lliure de làtex. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 41: Càdules Guedel

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003460 2003459 2003461 2003462 2003463 2003464 2018336 2003465	Cànula Guedel 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10cm 11cm	- Cànula tipus Guedel transparent, part proximal més reforçada. - Material de polietilè. - Mides 4cm/5cm/6cm/7cm/8cm/9cm/10cm/11cm de longitud. - Colors de les mides segons codi internacional i visible. - Lliure de làtex. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 42: Càndula irrigació

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2020411	Cànula per irrigació 14F 20cm	- Cànula per irrigació ferides amb obertura proximal i connexió en forma embut en la part distal. - Material PVC lliure de Ftalats. - Mida de: 14F, entre 18-20cm longitud - Envasat unitari. - Estèril i d'un sol ús.

LOT 43: Càndula arterial

2003641	Cànula arterial perifèrica 20G	- Cànula arterial perifèrica per inserció en arteria radial. - Material politetrafluoroetilè (PTFE) - Aletes per fixació del catèter. - Càmera de reflux transparent. - Agulla amb afilat de doble bisell i aletes laterals.
---------	-----------------------------------	--



		• Relació diàmetre intern/longitud optimitzat per la monitorització de la pressió. • Mides 20G i entre 44-46mm de longitud. • Flux: 49 ml/min. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
--	--	--

LOT 44: Cànula succió endometrial

2003644	Cànula de succió endometrial.	• Cànula de succió endometrial flexible i transparent. • La vaina ha de presentar marcats des dels 2cm als 12cm. • Mida: entre 22-24cm de longitud i diàmetre intern de 2,45mm • Material de polipropilè. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
---------	-------------------------------	--

LOT 45: Línia cardioplegia anteretrograda/retrògrada monitorització pressió

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2003654	Línia distribució cardioplegia anterògrada/retrògrada amb monitorització de pressió	• Set d'infusió anterògrada/retrògrada • Connexió femella proximal i mascle distals • Base amb clau de distribució, fixable al camp quirúrgic • Set de monitorització de pressió amb una línia simple mínim de 150cm • Dimensions línia arterial més venosa de 40cm • Lliure de làtex • Un sol ús • Estèril

LOT 46: Cànula cardioplegia retrògrada

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2017503	Cànula cardioplegia retrògrada amb baló 14Fr	• Cànula de cardioplegia retrògrada 14Fr i entre 28 i 32 cm de longitud • Amb mànec • Amb baló auto inflable de 18mm • Amb guia estilet mal-leable • Amb pinça proximal • Línia de monitorització de pressió amb clau de 3 vies



		• Anell de fixació mòbil • Lliure de làtex • Un sol ús • Estèril
--	--	---

LOT 47: Adaptadors i cànules perfusió coronària

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2002762	Adaptador de perfusió coronària en "Y"	• Adaptador per cardioplegia en "Y" • Línia comuna amb connector luer femella i línies distals amb connexió luer mascle • 2 línies secundàries de la mateixa longitud entre 14-18cm • Pinça a cada línia per seleccionar el fluxe • Un sol ús • Estèril
2003651	Cànula perfusió coronària mal·leable per a coronària esquerra	• Cànula mal·leable per a l'administració de cardioplegia directament a l'òstium coronari esquerra • Connexió luer femella • Calibre 12 Fr • Longitud entre 18 i 22 cm • Punta en cistella amb angle 45° • D'acer de grau mig • Un sol ús • Estèril
2028421	Cànula perfusió coronària mal·leable per a coronària dreta	• Cànula mal·leable per a l'administració de cardioplegia directament a l'òstium coronari dret • Connexió luer femella • Calibre 10 Fr • Longitud entre 18 i 22 cm • Punta en cistella amb angle 90° • D'acer de grau mig • Un sol ús • Estèril

LOT 48: Cànula venosa femoral reforçada

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2022254 2028420 2022255	Cànula venosa femoral reforçada 21FR 23FR 25FR	• Cànula venosa femoral reforçada • Apta per a inserció percutània o oberta • Multiperforada • Calibres disponibles 21F/23F/25FR • Longitud entre 75,2 i 77,2cm amb punta entre 59 i 61 cm • Connector 3/8" sense luer • Poliuretà • Inclou kit percutani d'inserció que contingui mínim:



		(agulla, bisturí, guia i dilatadors) • Lliure de làtex • Lliure de DEPH • Un sol ús • Estèril
--	--	--

LOT 49: Cànules i elèctrodes radiofreqüència

CODI	MATERIAL	DESCRIPCIO
2008652	Cànula punta recta per radiofreqüència 22G 10cm de longitud T5mm	• Cànula de punta recta per radiofreqüència pel tractament del dolor. • Material cànula d'acer. • Mida 22G 10 cm de longitud i punta activa de 5mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2008657	Cànula punta recta per radiofreqüència 22G 5cm de longitud T4mm	• Cànula de punta recta per radiofreqüència pel tractament del dolor. • Material cànula d'acer. • Mida 22G 5 cm de longitud i punta activa de 4mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2008653	Cànula punta corba per radiofreqüència 20G 15cm de longitud T10mm	• Cànula de radiofreqüència corba i esmolada pel tractament del dolor. • Material cànula d'acer. • Mida 20G 15cm de longitud i punta activa de 10mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2019582	Cànula punta corba per radiofreqüència 20G 10cm de longitud T10mm	• Cànula de radiofreqüència punta corba i esmolada pel tractament del dolor. • Material cànula d'acer. • Mides: 20G 10cm de longitud i punta activa de 10mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2013081	Cànula punta recta per radiofreqüència 22G 10cm de longitud T10mm	• Cànula de punta recta per radiofreqüència pel tractament del dolor. • Material cànula d'acer. • Mida 22G 10 cm de longitud i punta activa de 10mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2013814 2013815 2013816	Cànula-elèctrode recte per radiofreqüència 23G 6 cm de longitud 10cm de longitud 15cm de longitud T5mm	• Cànula recta i elèctrode per radiofreqüència pel tractament del dolor. • Material cànula d'acer. • Línia per fluids amb cable per mesurament de la impedància. • Mides 23G 6/10/15cm de longitud i punta activa de 5mm.



		• Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús.
2008730	Placa dispersiva per radiofreqüència amb cable	• Placa-elèctrode dispersiva amb cable per radiofreqüència pel tractament del dolor • Material: hidrogel conductiu adhesiu amb vores adhesives • Cable incorporat entre 2,5 i 3m de longitud • Àrea conductiva de 137 a 141 cm² • Mida de la placa de 11- 12*18-19cm • Lliure de làtex • Material d'un sol ús • Envàs higiènic i unitari
2014054	Catèter-elèctrode per radiofreqüència epidural 19G 40 cm longitud 15mm	• Catèter-elèctrode per radiofreqüència epidural pel tractament del dolor • Catèter amb orifici distal i port per medicació • Mides: 19G entre 38-42cm de longitud i punta activa de 15mm • Lliure de làtex • Estèril i d'un sol ús
2014053	Introduïdor radiofreqüència epidural 16G 9 cm longitud	• Introduïdor pel catèter-elèctrode amb port d'injecció per radiofreqüència epidural pel tractament del dolor. • Amb marques de profunditat d'1 cm • Mides: 16G i 9 cm longitud • Lliure de làtex • Estèril i d'un sol ús

CESSIÓ

L' adjudicatari del lot 49, haurà de cedir 1 generador de radiofreqüència amb les següents característiques tècniques:

- Generador de 4 canals.
- Interface tàctil i de color de 12"
- Simulació automàtica de rampa.
- Capacitat d'atacar múltiples elèctrodes simultanis.
- Possibilitat d'activar els elèctrodes de forma simultània o esglaonada.
- Potència suficient per activar cànules del calibre 16.
- Capacitat d'aplicar tractament múltiple de RF pel dolor sacroilíac.
- Control de temperatura dels elèctrodes de RF.
- Visualització dels paràmetres bàsic dels procediments de RF: voltatge, amperatge, vats i ohms.
- Control automàtic dels paràmetres del pols per garantir una correcta exposició del nervi al camp elèctric.

La desviació respecte a les mides i el material només poden ser acceptables si són poc significatives i/o millorades i sempre que les proposades no interfereixin en el correcte funcionament per al que és necessari, això és el correcte tractament del pacient, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents. Cas contrari, es procedirà a l'exclusió de l'oferta presentada per incompliment del PPT.

Formació

L'adjudicatari de cada contracte proporcionarà la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material descrit anteriorment en cas que es requereixi.

Requeriments tècnics específics

Els licitadors ompliran l'Annex de complementació obligatòria tècnica i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL), on s'inclou la normativa específica i també d'obligat compliment i acreditació.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.

En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex de complementació obligatòria tècnica, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:

- ✓ Foto/dibuix del producte.
- ✓ Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
- ✓ Marca comercial de l'article.
- ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- ✓ Descripció de la composició del producte.
- ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
- ✓ Certificació de lliure de làtex, si s'escau.

✓ Certificats i/o documents que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.

- A la oferta tècnica s'hauran de reflectir tots els requeriments tècnics que es detallen a l'Annex i al PPT per cadascun dels productes/lots als que es liciti
- En cas que es sol·licitin com a requeriment tècnic etiquetes específiques, s'acceptarà el seu equivalent de conformitat amb la normativa.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu d'exclusió de la oferta.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament associat descrit, l'adjudicatari haurà de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària en cas que es requereixi.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.
- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs :

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
- b) L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació. L'alternativa es facilitarà amb suficient antelació per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del centre.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment.
- d) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament a la FGS segons l'apartat de penalitats establert a la memòria justificativa i segons les condicions del contracte.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització

permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.

- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes .
- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de recepció de material és de 07:30 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 07:30 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari, en el cas de peticions URGENTS, el lliurament es realitzarà informant al personal de Seguretat de l'Hospital que donarà accés al Bloc quirúrgic.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- En el cas de rebre el material defectuós, en mal estat que impedeixi el seu ús, l'empresa adjudicatària el retirarà i el substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- Si en el moment de la descàrrega es detecta qualsevol incidència, es rebutjarà el material. En cas que posteriorment a l'entrega es detecti que el material està en mal estat, el proveïdor disposa de, 5 dies per retirar el producte.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat. EXP. OBE 24/917 Unitat de Contractació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Tel. 93 291.90.00 contractacions@santpau.cat
- Termini de lliurament de les comandes: Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via correu electrònic i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 5 dies. En cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.
- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Mostres

- S'informa als licitadors que se'ls podran requerir mostres. No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.
- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l'albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93 291.90.00
contractacions@santpau.cat

EXP. ACM 25/932

Barcelona, a 17 d'octubre de 2025

Vist i plau

Responsable del contracte

Maria Lacueva

Direcció d'Infermeria

NOTA 1: *El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.*

NOTA 2: *A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.*

NOTA 3: *Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.*